



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento  
[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)  
[alfonso.deleo@aspag.it](mailto:alfonso.deleo@aspag.it)

AVVISO ESPLORATIVO PER  
“INDAGINE DI MERCATO”

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI:  
“**N. 20 DISPOSITIVI SVUOTA SACCHE UBC - PER L’U.O. DEL P.O. DI  
AGRIGENTO**”

L’azienda ASP “AGRIGENTO 1”, con Sede Legale ed Amministrativa in Viale della Vittoria 321 ad Agrigento – **sito internet [www.aspag.it](http://www.aspag.it) sezione bandi di gara e contratti**, intende procedere all’affidamento di “**N. 20 DISPOSITIVI SVUOTA SACCHE UBC - PER L’U.O. DEL P.O. DI AGRIGENTO**” mediante esperimento di idonea procedura di gara, previa pubblicazione di avviso esplorativo di indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto.

**Requisiti minimi indispensabili ai fini della presentazione della manifestazione di interesse:**

I Dispositivi svuota sacche UBC in parola devono avere le caratteristiche tecniche di cui in allegato; La documentazione richiesta, dovrà giungere all’indirizzo pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10.00 del 14/01/2025.

La presente indagine di mercato, finalizzata alla individuazione di una congrua base d’asta ed alla verifica del rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire a tutti gli operatori economici di poter presentare, se interessati, quanto richiesto con la presente. Si evidenzia, che le società interessate sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, unitamente al preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche descritte nell’allegato capitolato, al fine di consentire a questa Amministrazione una valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle prescrizioni indicate nel richiamato capitolato.

Contatto per eventuali chiarimenti: U.O.C. Servizio Provveditorato Tel. 0922/404763 indirizzo email [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it).

Ex D.Lgs 196/03 i dati trasmessi saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni inerenti l'espletamento della presente procedura.

Il presente avviso viene pubblicato in sito committente in data 19/12/2024.

Il Collaboratore Amministrativo  
Dott. Domenico Vella

Il Dirigente UOS Economato ed Acquisizione  
Beni e servizi non sanitari  
Dott.ssa Rosalia Calà

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Cinzia Schinelli



REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO  
PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIOVANNI DI DIO"  
Direzione Sanitaria di Presidio  
C.da Consolida - 92100 AGRIGENTO

### Dispositivo taglia/svuota/sanifica sacche urina

1. Dispositivo per lo svuotamento delle sacche di urine (minimo 100 ml max 2.000 ml) con smaltimento negli scarichi urbani
2. Leggero e compatto (max 20 kg), di piccolo ingombro (dimensioni max 60x35x55 cm) posizionabile su piani di lavoro
3. Funzionamento in modo automatico del taglio, svuotamento e lavaggio della sacca con quadruplicce azione detergente, antiodorante, igienizzante e declassante (da ROT a rifiuto ordinario: inserire test o certificazioni attestanti l'abbattimento della carica batterica >99%) con durata meno di 1 minuto a ciclo
4. Dotato di Sistema di sicurezza "go back": arresto delle lame da taglio in caso di ostacolo rigido
5. Attacco diretto sia per la fase di carico che di scarico dell'acqua per il lavaggio; alimentazione elettrica 220 V
6. Sanificazione esterna ed interna della sacca svuotata e del cestello ad ogni ciclo
7. Struttura esterna in PVC con vano interno porta sacca in acciaio inox, altamente resistente alla corrosione da parte del liquido biologico e dei prodotti di lavaggio e sanificazione
8. Dotato di alloggiamento laterale della tanica del detergente/sanificante da min. 2 lt.
9. Ciclo automatico dell'intero processo ad esclusione dell'inserimento sacche.
10. N°3 allarmi visibili a monitor con blocco ciclo: per mancanza detergente, portello aperto, otturazione scarico
11. Display a colori per visualizzare tutte le fasi del ciclo e le eventuali anomalie relative ad un mal funzionamento della macchina
12. Tempi per ogni ciclo non superiori ai 40 secondi
13. Sistema wi-fi/connettività per trasmissione dati dello stato del sistema, degli allarmi, dei parametri del dispositivo e del conteggio dei cicli effettuati
14. Dotato di monitor integrato con sistema di controllo elettronico che indichi il corretto funzionamento, con le fasi di lavorazione, e segnali eventuali anomalie
15. Sistema per la trasmissione via wi-fi dello stato del dispositivo e di eventuali allarmi o blocco macchina
16. Idonea all'impiego in ambito ospedaliero
17. Struttura esterna in PVC con vano interno porta sacca in acciaio inox