



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Sede legale: Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento
Partita IVA – Codice Fiscale : 02570930848
Dipartimento di Prevenzione
LABORATORIO di SANITA' PUBBLICA
Viale della Vittoria 321 Agrigento
Fax 0922 407473
E mail dp.laboratoriosanitapubblica@aspag.it

LOTTO 2

Termometro portatile digitale con sonda ad immersione e sonda a contatto fornita di certificazione Accredia.

FINANZIAMENTO PNC P3

Termometro digitale a doppio canale compreso di due sonde PT100 ciascuna dotata di un cavo flessibile di almeno 1 m. Il termometro deve consentire la misura delle temperature di prodotti alimentari (refrigerati, congelati o surgelati) solidi e liquidi, durante il trasporto, lo stoccaggio e la conservazione.

Di seguito le caratteristiche richieste:

- range di misura che va da -50 ad almeno +300°C;
- accuratezza < 0,05°C nel range di temperatura tra -50 e 100°C;
- risoluzione di 0,01°C nel range di temperatura tra -50 e 100°C;
- dotato di sistema di verifica automatica della calibrazione;
- display LCD digitale a colori con gestione della luminosità;
- memoria interna di almeno 1000 registrazioni;
- sistema di autospegnimento.

Le sonde devono essere tarate ai punti -20, 0, 50 e 100°C. la taratura deve essere effettuata da laboratori di taratura accreditati ai sensi della Uni EN ISO/IEC 17025:2018. Il certificato di taratura deve riportare il marchio Accredia.

