

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N.1
AGRIGENTO
SERVIZIO PROVVEDITORATO
VERBALE IN SEDUTA PUBBLICA DI PROCEDURA GARA TELEMATICA SU CONSIP
VERBALE N. 1 SEDUTA PUBBLICA

**PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER IL
LABORATORIO DI SANITÀ PUBBLICA DELL'ASP DI AGRIGENTO, IN ATTUAZIONE DELLA
FASE P3 DEL PIANO DI INVESTIMENTI FINANZIATO CON FONDI PNC "PROGRAMMA
SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA" – CUP I83C22000640005
NUMERO DI GARA CONSIP 4968892**

Nell'anno Duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di marzo presso gli uffici amministrativi della U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento – Viale Della Vittoria, sono presenti i Sigg.

SONO PRESENTI

in seduta pubblica i signori componenti il Seggio di gara, giusta nomina del Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato prot. 49269 del 21/03/2025

Presidente - Dr.ssa Rosalia Calà

Teste - Dr. Domenico Vella

Segretario verbalizzante - Sig.ra Anna Spataro

Sì premette:

- Con verbale n. 1 del 24/03/2025 sono stati avviate le operazioni di gara per l'esame della documentazione amministrativa e verifica della presenza della documentazione tecnica;
- Che dall'esito della verifica della documentazione amministrativa è stato attivato il soccorso istruttorio art. 101 comma 1 lettera del D.lgs 36/2023, per le carenze riscontrate per l'O.E. AGILENT Tecnologies Italia s.p.a.;
- Che con nota prot. n. 49965 del 24/03/2025 è stato nominato l'organo tecnico per la valutazione della documentazione tecnica, ovvero per la verifica della corrispondenza, tra quanto richiesto in ordine alle specifiche tecniche / requisiti minimi di cui ai capitolati di gara e quanto presentato dagli OO.EE.;
- Che con nota mail del 24/03/2025, è stata trasmessa la documentazione tecnica all'organo di valutazione;
- Che con nota prot. 50990 del 25/03/2025, l'organo tecnico ha trasmesso gli esiti della valutazione della documentazione tecnica;

Tanto Premesso

Il Presidente di gara dichiara aperta la seduta alle h 09:55, in seguito a soccorso istruttorio avviato in data 24/03/2025 per l'O.E. AGILENT TECNOLOGIES ITALIA s.p.a., è pervenuta tramite piattaforma gare in ASP di CONSIP, appendice di integrazione alla polizza fideiussoria bancaria n. 21202/8200/0000925628 rilasciata da Intesa San Paolo, con aumento dell'importo garantito sino alla concorrenza di € 6.229,51, in linea secondo quanto previsto dall'art. 10 del Disciplinare di gara, motivo per il quale si intende sciolta ogni riserva con ammissione definitiva dell'O.E. alle fasi successive della procedura di gara;





Si procede quindi nel dare lettura della nota trasmessa dall'organo tecnico prot. n. 50990 del 25/03/2025, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante, relativa alla valutazione della documentazione tecnica presentata dagli OO.EE., per la quale se ne riportano di seguito gli esiti:

- AGILENT TECNOLOGIES ITALIA s.p.a., documentazione tecnica risultata conforme per il lotto n. 1, ammessa alla fase economica della procedura di gara;
- SHIMADZU ITALIA s.r.l., documentazione tecnica risultata non conforme per il lotto n. 1, per le motivazioni espresse dall'organo tecnico, nell'allegata nota prot. 50990 del 25/03/2025, non ammessa alla fase economica della procedura di gara;


Conclusa la fase di valutazione della documentazione tecnica, propedeutica all'avvio della valutazione delle offerte economiche, il presidente comunica la prosecuzione dei lavori con l'apertura della busta economica, per l'esame dell'offerta economica per lotto n. 1, dell'unico O.E. rimasto in gara, AGILENT TECNOLOGIES ITALIA s.p.a.

Lotto n. 1


- O.E. AGILENT TECNOLOGIES ITALIA s.p.a., prezzo complessivo offerto € 243.181,19 (duecentoquarantatrecentoottantuno/19) oltre I.V.A., sull'importo a base d'asta di € 311.475,41 oltre I.V.A., unico partecipante per il lotto n. 1, del quale risulta provvisoriamente aggiudicatario;

Con l'aggiudicazione provvisoria del lotto n. 1, la presa d'atto che il lotto n. 2 è andato deserto, si dichiarano concluse le operazioni di gara alle ore 10.15.


Presidente - Dr.ssa Rosalia Calà




Teste - Dr. Domenico Vella



Segretario Verbalizzante - Sig.ra Anna Spataro





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Sede legale: Viale della Vittoria n.321 92100 Agrigento
Partita IVA – Codice Fiscale : 02570930848
Dipartimento di Prevenzione
LABORATORIO di SANITA' PUBBLICA
Viale della Vittoria 321 Agrigento
Tel. /Fax 0922 407473
e mail dp.laboratoriosanitapubblica@aspag.it

Prot. n. 0050990 del 25.03.2025

Al Responsabile Settore Provveditorato
ASP Agrigento

Oggetto: Valutazione Conformità Lotto 1

In riferimento alla e-mail inviata dal Servizio Provveditorato, in data 24.03.2025, avente per oggetto "Procedura telematica di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto per la fornitura ed installazione di strumentazione per il laboratorio di sanità pubblica, PNC fase p3 - trasmissione documentazione tecnica di gara per la valutazione ", si fa presente che per il Lotto 1, relativo alla fornitura di " LC/MS Triplo Quadrupolo con Autocampionatore , Generatore di Azoto e Compressore di Aria associato", sono state trasmesse le Relazioni Tecniche di due ditte nello specifico la ditta SHIMADZU e la ditta AGILENT.

Da una disamina di tali relazioni tecniche si fa presente quanto segue:

- Ditta AGILENT
Conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico
- Ditta SHIMADZU
NON conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico.

Nel capitolato tecnico viene chiesto esplicitamente " Un unico adeguato generatore di azoto, integrato di compressore, che consenta sia l'alimentazione della sorgente di ionizzazione sia alimentazione della cella di collisione",

La ditta offre un generatore di azoto integrato di compressore per l'alimentazione della SOLA sorgente di ionizzazione, mentre per l'alimentazione della cella di collisione offre una bombola di argon con relativo riduttore di pressione, difforme con quanto richiesto.



