



Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

PRESIDIO OSPEDALIERO "B. LOMBARDO" - CANICATTI

UNITA' OPERATIVA FARMACIA OSPEDALIERA

Responsabile Dr.ssa Emanuela Ferrera

Telefono: 0922 733387 Fax: 0922 733221

email: pocanicatti.distribuzionefarmaci@aspag.it

Prot. n. 0164903 del 29/10/2024

Al Direttore UOC Servizio Provveditorato

E p.c. Al Direttore Sanitario PO

Al Direttore del Dipartimento del Farmaco

Al Responsabile UO Pediatria e Neonatologia

OGGETTO: Richiesta acquisto lancette pungitallone per screening neonatale.

A seguito di richiesta dell'UO di Pediatria del PO di Canicatti, si chiede l'acquisto di lancette pungitallone per effettuare lo screening neonatale per diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie.

I suddetti dispositivi erano inseriti nel contratto C2023/876, ditta Euromed srl, fornitura in somministrazione annuale di lancette pungitallone per screening neonatale, in atto i fabbisogni sono esauriti. Pertanto si invia capitolato tecnico al fine di predisporre una nuova gara. Si allegano i fabbisogni inviati da altri PP.OO. (ALL. 1).

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DISPOSITIVI	CND
<p>Le lancette pungitallone di sicurezza, sterili, monouso devono essere disponibili in tre versioni in base alla tipologia del paziente e al volume di sangue richiesto e distinte per colore al fine di evitare scambi accidentali di dispositivo:</p> <p>Prematuro: 0.85 mm di profondità 1.75 mm lunghezza di incisione</p> <p>Neonato: 1 mm di profondità 2.5 mm di lunghezza di incisione</p> <p>Bambino: 2 mm di profondità 3 mm di lunghezza di incisione</p> <p>Dimensione lancetta 32x34 mm.</p> <p>Linguetta di protezione incorporata, non separabile, per ridurre il rischio biologico. La lama di incisione, in acciaio inox, a doppia affilatura, si deve ritrarre immediatamente e automaticamente dopo l'uso. Taglio atraumatico ad arco di precisione che garantisce prelievi meno traumatici. Munito di pulsante di attivazione per garantire una presa precisa e salda. Fessura di incisione ridotta per avere maggiore visibilità. Superficie ruvida antiscivolamento. Dispositivo medico di classe IIa. Certificazioni CE.</p>	V010401

La Responsabile dell'UOS di Farmacia del PO di Canicatti
Dott.ssa Emanuela Ferrera



Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

PRESIDIO OSPEDALIERO "B. LOMBARDO" - CANICATTI

UNITA' OPERATIVA FARMACIA OSPEDALIERA

Responsabile Dr.ssa Emanuela Ferrera

Telefono: 0922 733387 Fax: 0922 733221

email: pocanicatti.distribuzionefarmaci@aspag.it

Allegato 1

Dispositivo	Codice EUSIS	Fabbisogno Canicatti	Fabbisogno Licata	Fabbisogno Agrigento	Fabbisogno Sciacca	Fabbisogno Ribera
Lancette pungitallone premature	516649	100	50	2000	500	*
Lancette pungitallone neonato	516650	2000	450	2000	1000	*
Lancette pungitallone bambino	516651	100	200	2000	500	*