

**Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
AGRIGENTO**

**DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 1671 DEL 13 AGO 2025**

**OGGETTO:** Fornitura in un unico lotto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs.vo 36/2023, di un autoemoteca per il centro trasfusionale del P.O. di Sciacca per raccolta esterne di sangue. Approvazione verbali di gara, operazioni di gara telematica RDO ME.PA. semplice n. 5339103 e aggiudicazione della fornitura alla società Mastervan s.r.l., con sede in Viale Edoardo Garrone, 92, 96010 - Città Giardino SR, Partita IVA 01311870891.

**STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. PROVVEDITORATO**

PROPOSTA n. 1722 DEL 05.08.2025

L'assistente amm. vo  
Dott. Giuseppe Tedesco

IL Rup  
Dott. Alfonso De Leo

Il Dirigente Amm. Vo  
Dott.ssa Rosalia Calà

Il Direttore UOC  
Servizio Provveditorato  
Ing. Alessandro Dinofe

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato (ALL. N.       ) che è parte integrante della presente delibera.

PARTE INDETERMINATA PERSONALE DIP.

( ) Autorizzazione n. 226309 del 2024  C.F.  C.P. A 10.10.20.701+  
comi incenmivi

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Sig.ra Sirajha Maria*  
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

**IL DIRETTORE UOC SEF e P.**

*Regolamento economico  
dell'azienda e finanziaria*

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 06 AGO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 17.01.2025 del mese di AGOSTO  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante ROTTI, SERGIO TEPESI CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con delibera n. 880 del 10/06/2020.

**PREMESSO** che con l'atto deliberativo del Direttore Generale n. 1060 del 23/05/2025 è stata indetta procedura di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs.vo 36/2023, per l'affidamento della fornitura in unico lotto, di un autoemoteca per il centro trasfusionale del P.O. di Sciacca per raccolta esterne di sangue, per un importo complessivo di gara pari ad € 100.000,00= I.V.A., I.P.T., Immatricolazione e contributo PFU escluso.

**DATO ATTO** che:

- l'U.O.C. proponente in data 26.05.2025 ha proceduto, ai sensi della normativa sopra citata, alla pubblicazione della RDO ME.PA. n.5339103, per la fornitura di un autoemoteca per il centro trasfusionale del P.O. di Sciacca per raccolta esterne di sangue, gara aperta a qualsiasi operatore economico iscritto al ME.PA. con identificativo CPV "34144000-8" – descrizione CPV "Autoveicoli per usi speciali", categoria di abilitazione: "Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio";
- il CODICE CIG della procedura è il seguente B705DE5F9E;

**CONSIDERATO** che:

- ✓ entro il termine utile per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 10:00 del 16/06/2025, sono pervenute entro la predetta scadenza tramite piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) le seguenti offerte riportati nella tabella sottostante:

#	Denominazione concorrente	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	Costruzioni Veicoli Speciali	Lotto 1	13/06/2025 17:42:33
2	Mastervan Srl	Lotto 1	13/06/2025 17:24:05

- ✓ con il verbale di gara n. 1 del 07/07/2025, n. 2 del 11/07/2025 e n. 3 del 17/07/2025, i cui contenuti si intendono ripetuti e trascritti nel presente atto, sono state compiute le attività ivi indicate ed, in particolare, preso atto del giudizio di conformità tecnico reso, giusta nota prot. n. 112065 del 09/07/2025, dal Direttore dell'U.O.C. di Medicina Trasfusionale del P.O. di Sciacca, si è proceduto nella seduta del 17.07.2025 all'apertura telematica della busta economica presentata dall'operatore economico che è risultato conforme e ammesso al prosieguo di gara, come di seguito riportato:

#	Denominazione concorrente	Importo Complessivo Offerto IVA esclusa	Importo Complessivo offerto IVA compresa 22%
1	MASTERVAN SRL	€ 86.300,00	€ 105.286,00

- ✓ nella medesima seduta di gara giusta verbale n. 3 del 17.07.2025, il seggio di gara ha proceduto all'aggiudicazione della RDO ME.PA. n. 5339103 per la fornitura di un autoemoteca per il centro trasfusionale del P.O. di Sciacca per raccolta esterne di sangue all'operatore economico Mastervan s.r.l., con sede in Viale Edoardo Garrone, 92, 96010 - Città Giardino SR, Partita IVA 01311870891, per la fornitura di un autoemoteca su mezzo Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 9G aut, per un importo complessivo della fornitura pari ad € 86.300,00 (di cui I.V.A. 18.986,00) e per un importo complessivo compreso di I.V.A. € 105.286,00.

ATTESO che i controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 94 e 95 del D.Lgs.vo 36/2023, sono stati avviati e conclusi con esito positivo tramite procedura telematica FVOE 2.0.

RITENUTO, pertanto, opportuno con il presente atto aggiudicare, all'operatore economico Mastervan s.r.l., con sede in Viale Edoardo Garrone, 92, 96010 - Città Giardino SR, Partita IVA 01311870891, la fornitura di un autoemoteca su mezzo Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 9G aut, per un importo complessivo della fornitura pari ad € 86.300,00 (di cui I.V.A. 18.986,00) e per un importo complessivo compreso di I.V.A. € 105.286,00.

RITENUTO, altresì, necessario nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Geom. Francesco Vasile - Assistente Tecnico - in forza alla U.O.C. di Tecnico, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs.vo 36/2023 e dell'art. 32 comma 4 allegato II.14 del D. L.vo 36/2023, in quanto le prestazioni del presente appalto richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ed inoltre la fornitura e la messa in funzione dell'autoemoteca, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

**DATO ATTO** che:

- l'invio delle comunicazioni prescritte dall'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, sarà garantita nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA., e che si procederà alla pubblicazione sul sito web aziendale di un avviso conformemente all'art. 20 del D.Lgs. 36/2023;
- l'onere derivante dal presente atto, ammontante ad € 86.300,00=IVA e competenze interne escluse, da seguente quadro economico aggiornato, rispetto a quello elaborato nella prefata Deliberazione a contrarre:

Fornitura	€	86.300,00
IVA aliquota 22%	€	18.986,00
Competenze interne 2% art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	2.000,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>107.286,00</b>

**DATO ATTO**, ancora, che l'acquisto è finanziato nell'ambito del "Progetto incentivazione plasma "Fondo oneri spese future", somma derivata come quota di rimborso relativa al plasma inviato all'industria per la Plasmaderivazione nel corso dell'anno 2024 assegnata all'ASP di Agrigento (suddivisa per come segue € 253.400,00 per il Centro Trasfusionale di Sciacca ed € 233.000,00 per l'articolazione U.S. di Canicattì - Centro Trasfusionale di Agrigento), da iscrivere sui seguenti conti per come segue:

- ✓ € 2.000,00 conto economico C516040605 e conto P202050601 (atto deliberativo D.G. n. 1060 del 23.05.2025 Prima Nota 226309/2024).
- ✓ € 105.286,00 conto patrimoniale n. A101020701.

**PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **APPROVARE** le operazioni di gara telematica di cui RDO ME.PA. n. 5339103 e i verbali di gara n. 1 del 07/07/2025, n. 2 del 11/07/2025 e n. 3 del 17/07/2025 - per la fornitura di un autoemoteca per il centro trasfusionale del P.O. di Sciacca per raccolta esterne di sangue.
2. **AGGIUDICARE** all'operatore economico Mastervan s.r.l., con sede in Viale Edoardo Garrone, 92, 96010 - Città Giardino SR, Partita IVA 01311870891, l'affidamento della procedura di gara - tramite RDO/MEPA APERTA 5339003 per la fornitura di un autoemoteca su mezzo Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 9G aut, per un importo

complessivo della fornitura pari ad € 86.300,00 (di cui I.V.A. 18.986,00) e per un importo complessivo compreso di I.V.A. € 105.286,00.

3. **INDIVIDUARE E NOMINARE**, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs.vo 36/2023, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Geom. Francesco Vasile – Assistente Tecnico - in forza alla U.O.C. di Tecnico, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs.vo 36/2023 e dell'art. 32 comma 4 allegato II.14 del D. L.vo 36/2023, in quanto le prestazioni del presente appalto richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ed inoltre la fornitura e la messa in funzione dell'autoemoteca, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
4. **DARE ATTO** che l'onere derivante dal presente atto, ammontante ad € 86.300,00=IVA e competenze interne escluse, da seguente quadro economico aggiornato, rispetto a quello elaborato nella prefata Deliberazione a contrarre:


Fornitura	€ 86.300,00
IVA aliquota 22%	€ 18.986,00
Competenze interne 2% art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 107.286,00</b>

5. **DARE ATTO**, altresì, che l'acquisto è finanziato nell'ambito del "Progetto incentivazione plasma "Fondo oneri spese future", somma derivata come quota di rimborso relativa al plasma inviato all'industria per la Plasmaderivazione nel corso dell'anno 2024 assegnata all'ASP di Agrigento (suddivisa per come segue € 253.400,00 per il Centro Trasfusionale di Sciacca ed € 233.000,00 per l'articolazione U.S. di Canicattì – Centro Trasfusionale di Agrigento), da iscrivere sui seguenti conti per come segue:
  - ✓ € 2.000,00 conto economico C516040605 e conto P202050601 (atto deliberativo D.G. n. 1060 del 23.05.2025 Prima Nota 226309/2024).
  - ✓ € 105.286,00 conto patrimoniale n. A101020701;
6. **AUTORIZZARE**, il Servizio proponente alla stipula del contratto telematico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 1 e comma 3 lett.) del D. Lgs.vo 36/2023, atteso che i controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 94 e 95 del D.Lgs.vo 36/2023, sono stati avviati e conclusi con esito positivo tramite procedura telematica FVOE 2.0.
7. **DARE ATTO**, altresì, che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse;
8. **Di munire** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per le motivazioni di seguito specificate: per consentire l'immediata attivazione della fornitura di cui al presente provvedimento.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato

Ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere FAVORISCI  
Data 11/08/2025

Parere Favoriscono  
Data 11/08/2025

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Ersilia Riggio

Il Direttore Sanitario  
Dott. Raffaele Elia

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Provveditorato.



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giuseppe Capodieci



**Il Segretario verbalizzante**

Il Segretario Verbalizzante: Giuseppe Capodieci  
Dott. Giuseppe Capodieci



Contabilita': Tutte  
Classe : Tutte  
Distretto : Tutti  
Per l'anno : 2024  
Dal Conto :  
Al Conto : zzzzzzzzzzzzzzz  
Dalla data : 31/12/2024  
Alla data : 31/12/2024  
Dalla P.Nota: 226309  
Alla P.Nota : 226309  
Causale Mov.: Tutte

P. Nota	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Cli/For.	Descrizione	Cont.	D A R E	A V E R E
N. Reg.	Num.	Doc			Protoc.	Causale Movimento			
226309	31/12/24	31/12/24		C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE P.N.1115/25 PROVV. FORNITURA AUTOEMOTECA	2.000,00		0,00
	1					ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE	0,00		2.000,00
	2			P202050601					
T O T A L E M O V I M E N T I ---->							2.000,00		2.000,00

**Verbale n. 1**

**REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO**

RDO ME.PA. n. 5339103 fornitura in un unico lotto, di un autoemoteca per il centro trasfusionale del P.O. di Sciacca per raccolta esterne di sangue.

L'anno duemilaventicinque il giorno 7 del mese di Luglio alle ore 10,00 circa presso gli uffici amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, in seduta pubblica, sono presenti i signori componenti il seggio di gara:

- Dott.ssa Rosalia Calà - Presidente
- Dott. De Leo Alfonso - Segretario verbalizzante
- Dott. Giuseppe Tedesco - teste
- Sig.ra Cristina Bellavia - teste

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione DG n. 1060 del 23.05.2025 è stata indetta gara telematica sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) RDO/ME.PA. aperta a tutti gli operatori iscritti alla classe merceologica identificativo CPV: "34144000-8" - descrizione CPV: "Autoveicoli per usi speciali" - categorie di abilitazione: "Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio", ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023.
- con la suindicata Delibera DG n. 1060/2025 sono stati approvati i seguenti documenti: Capitolato tecnico e il documento "Condizioni particolari di contratto";
- la presente gara si articola in un unico lotto con Codice CIG B705DE5F9E;
- la RDO/ME.PA. di cui all'oggetto è stato pubblicato sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) in data 26.05.2025;
- i documenti di gara sono stati pubblicati in data 26.05.2025 sul sito internet dell'Azienda <http://www.aspag.it/trasparenza/category/bandi-di-gara-e-contratti>;
- il termine di scadenza della presentazione delle offerte è stato fissato per ultimo per le ore 10:00 del 16/06/2025;
- che sulla piattaforma di negoziazione RDO/ME.PA. sono stati pubblicati – sezione documentazione di gara i chiarimenti (All. a) vari resi in riscontro alle richieste di operatori economici interessati alla procedura;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO  
SI ESPONE QUANTO SEGUE**

Vengono riassunti i termini della gara e l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta al prezzo più basso (art. 108 c. 3, D.Lgs. 36/2023) previo giudizio di conformità tecnica dell'offerta tecnica dell'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso, in quanto trattasi di forniture di importo

1

SL

AS

inferiore alla soglia comunitaria.

Il Presidente dà atto che al termine della presentazione delle offerte, hanno partecipato i seguenti operatori economici:



1 **COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI** Singolo operatore economico 2417772 Lotto I 13/06/2025  
17:42:33

2 **MASTERVAN SRL** Singolo operatore economico 2411137 Lotto I 13/06/2025  
17:24:05

Procede all'apertura telematica della documentazione amministrativa secondo l'ordine risultante sulla piattaforma.

In sede di verifica della documentazione amministrativa, il RUP della procedura ha attivato, per le vie brevi, soccorso istruttorio nei confronti dell'operatore economico COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs.vo 36/2023, poiché non è presente il file firmato digitalmente dei chiarimenti sia amministrativi e sia tecnici resi da questa Amministrazione e pubblicati in piattaforma telematica [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) sezione ME.PA. e sul portale [www.aspag.it](http://www.aspag.it) sezione "bandi di gara e contratti".

Che la sopra citata società avendo in data odierna ottemperato, con pec del 07.07.2025, alle prescrizioni di cui al soccorso istruttorio, viene ammessa al proseguo di gara.

Di seguito si riportano gli esiti, per gli operatori economici partecipanti, della verifica della documentazione amministrativa presentata:



1 **COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI** AMMESSA

2 **MASTERVAN SRL** AMMESSA

Il presidente del seggio di gara sospende la seduta di gara alle ore 12,00, in attesa del parere di conformità tecnica da parte dell'organo competente. Il presente verbale, che consta di sei pagine e n. dieci facciate compresi gli allegati, viene letto e sottoscritto.

#### IL SEGGIO DI GARA

Dr.ssa Rosalia Calà (Presidente)

Dott. Alfonso De Leo (Segretario)

I TESTIMONI:

Dott. Giuseppe Tedesco

Sig.ra Cristina Bellavia



*All. A*

## CHIARIMENTI SU QUESITI

### Quesito n. 1:

- a. Veicolo base: è possibile proporre anche una meccanica con caratteristiche diverse e superiori da quelle indicate, restando comunque nei 3500 Kg. e quindi conducibile con patente B?
- b. Cellula abitativa: è possibile proporre anche una cellula con caratteristiche diverse e superiori da quelle indicate? In caso di utilizzo della ns. meccanica (sopra ipotizzata) saremmo in grado di proporre un tipo diverso di cellula abitativa (che normalmente utilizziamo) anche leggermente più grande e comoda di quella da Voi indicata, conferendo quindi maggior comfort ad entrambe le sale dell'autoemoteca, con vantaggi sia per gli operatori sanitari che per i donatori.
- c. Inoltre, non vediamo l'utilità di utilizzare il controtelaio, come da Voi indicato, in quanto comporterebbe solamente un appesantimento dell'intero veicolo, nonché una maggiore ed inutile elevazione da terra del pianale/pavimento.

### Risposte

- a. Si può proporre un veicolo con caratteristiche uguali o superiori da quelle indicate nel capitolato tecnico di gara, fermo restando i limiti dei 3.500 Kg. e della conducibilità con patente "b".
- b. Si accetta la proposta.
- c. Confermando le caratteristiche tecniche di minima di cui al capitolato tecnico si accettano le eventuali offerte anche senza l'utilizzo del controtelaio.

**La eventuale equivalenza o miglioria verranno constatate nella fase di conformità o non conformità tecnica.**

### Quesito n. 2:

- a. All'Art.2 delle "Condizioni particolari di fornitura" viene indicato come oggetto di fornitura "...un'Autoemoteca per la raccolta di Plasma...".

Tale indicazione risulta essere non tecnicamente realizzabile per via della necessità di poter avere a bordo lo spazio di collocazione dell'apparecchio specifico per la separazione cellulare che, dato i suoi ingombri, è praticamente impossibile da poter posizionare senza eliminare dall'allestimento stesso un piano di lavoro o altro arredo.

Pertanto, seppur il mezzo si presta alla donazione di sangue intero, ciò non è implicito che potrà essere effettuata anche l'afresi a bordo.

Un veicolo di queste dimensioni potrà essere destinato esclusivamente alla donazione di sangue o alla donazione di plasma (con altra e diversa configurazione rispetto a quanto indicato nel capitolato di gara).

Si chiede di specificare quale tra le due distinte attività è volta la fornitura di questo mezzo, comunicando sin d'ora la eventuale necessità di sospendere i termini di gara per poter cambiare il capitolato tecnico (laddove la scelta dovesse essere quella del veicolo per donazione di plasma).

- b. Al par. *"Impiantistica"* del Capitolato Tecnico di Gara, viene richiesto un generatore da 2,5 kVA. Essendo la gara aggiudicabile con il criterio del prezzo più basso, tale indicazione per il generatore non Vi consentirebbe neppure di poter alimentare il climatizzatore successivamente richiesto dal Capitolato di Gara. Si chiede di voler chiarire se in luogo dei 2,5 kVA è necessario fornire un gruppo da almeno 2,6 kW.
- c. Al par. *"Impiantistica"* del Capitolato Tecnico di Gara, viene richiesta una spina esterna per ingresso rete da 30A. In considerazione degli assorbimenti previsti per l'impianto, è chiaro che basterebbe una presa da 16A (cosa che sarebbe più facilmente collegabile a tutte le reti elettriche esterne rispetto ad una 30 o 32A. Si richiede di chiarire se la 16A è anche fornibile in luogo della 30A.
- d. Al par. *"Impiantistica"* del Capitolato Tecnico di Gara, viene richiesto una batteria da 12V e 45Ah. Tale richiesta risulta poco funzionale in quanto la batteria è estremamente piccola per i carichi sull'impianto a bassa tensione e ciò inciderebbe sulla vita della stessa. Vi chiediamo pertanto se la batteria richiesta debba essere innanzitutto del tipo sigillato e/o AGM senza esalazioni tossiche, e della potenza minima di 80Ah in luogo della 45 Ah.
- e. Al par. *"Impiantistica"* del Capitolato Tecnico di Gara, viene richiesto un caricabatteria da 200W. Tale indicazione risulta eccessivamente ridotta per un veicolo sanitario che deve essere sempre operativo. Vi chiediamo pertanto di voler indicare se anche il caricabatteria debba avere una potenza minima superiore e pari almeno a 20° (in luogo dei 200W) al fine di consentire la ricarica della batteria secondaria in minor tempo ed anche dall'alternatore del veicolo a veicolo in marcia oltre che dalla rete elettrica esterna ed a veicolo fermo.
- f. Al par. *"Impiantistica"* del Capitolato Tecnico di Gara, viene richiesto un climatizzatore di uso domestico a split che implica necessariamente la collocazione a bordo ed all'interno di uno dei pochi vani presenti nel mezzo, del blocco condensatore. Vi chiediamo di voler indicare se in luogo del climatizzatore non idoneo indicato in gara debba essere considerato un gruppo climatizzatore a tetto adeguato al volume interno e senza unità esterna, al fine di gestire al meglio i pochi spazi interni disponibili.

**Risposte:**

- a. Si sottolinea che la dicitura "PLASMA" di cui al punto 2) del Documento "Condizioni Particolari di contratto" è un mero refuso e che l'autoemoteca oggetto di questa gara è destinata al prelievo di sangue intero.
- b. La disponibilità di potenza del generatore è quella indicata sul capitolato tecnico. Saranno eventualmente ammesse potenze superiori ma senza sovrapprezzo e a parità di specifica tecnica.
- c. La spina e la presa devono essere quelle indicate sul capitolato. Le stesse sono state scelte non per le prestazioni elettriche ma per la loro resistenza meccanica
- d. La batteria è ben dimensionata in quanto necessaria all'alimentazione delle luci di emergenza durante l'eventuale passaggio dalla corrente esterna a quella del gruppo elettrogeno. Inoltre resta inteso che la tipologia di batteria (piombo,Gel, AGM.ecc) deve essere adeguata all'ubicazione della stessa. Se pertanto sarà posta all'interno del vano sanitario dovrà essere conforme alle normative vigenti.

- c. Le caratteristiche del carica batterie indicate sul Capitolato sono adeguate. Tuttavia nulla ostacola all'adozione di carica batterie più performanti purché forniti senza sovrapprezzo.
- f. L'impianto di climatizzazione indicato sul Capitolato Tecnico di Gara, ovvero "Impianto canalizzato con distribuzione sulle due salette...." è idoneo. Saranno eventualmente ammessi impianti adeguati.

**La eventuale equivalenza o miglioria verranno constatate nella fase di conformità o non conformità tecnica.**

**Quesito n. 3:**

Sul Capitolato da Voi prodotto, è richiesta una cellula con elemento coibentante in "poliuretano ad alta densità", detto materiale non più utilizzato per certe applicazioni è stato sostituito dallo styrofoam. La ragione di tale sostituzione scaturisce dal fatto che lo Styrofoam, a differenza del poliuretano, non assorbe acqua. Questa importante caratteristica si rivela fondamentale nel caso in cui negli anni possa esservi la possibilità di infiltrazioni piovane. Si sottolinea che le nostre cellule sono garantite contro le infiltrazioni 10 anni, ma questo non sconsiglia l'eventualità di danneggiamenti alla cellula dovute ad urti soprattutto con corpi contundenti. Nel caso di coibentazione con poliuretano, dette riparazioni devono essere effettuate nell'immediato, sempre che ci si accorga in tempo. Nel caso di styrofoam, i danni possono essere eventualmente riparati anche non immediatamente.

Per quanto sopra è possibile utilizzare come elemento coibentante lo Styrofoam?

**Risposta:**

La soluzione dello Styrofoam è accettata purché sia rispettato lo spessore totale richiesto.

Il RUP

Dott. Alfonso De Leo

Il Direttore U.O.C. Medicina Trasfusionale

Dott. Pasquale Gallerano

Firmato digitalmente da:

ALFONSO DE LEO

Az. Sanitaria Fratelli De Angelis

P.O. Giovanni Paolo II - Genova

U.O.C. Medicina Trasfusionale

H. Direttore

Dott. Pasquale Gallerano

**Rif. esito RDO 5339103**

**Da** cvs@cvs-pec.eu <cvs@cvs-pec.eu>  
**A** Forniture <forniture@pec.aspag.it>  
**Cc** alfonso.deleo@aspag.it <alfonso.deleo@aspag.it>  
**Data** lunedì 7 luglio 2025 - 10:09

Spett.le ASP Agrigento  
Egr. Dott. De Leo

come da intercorsa comunicazione per vie brevi inviamo il documento "Chiarimenti" firmato digitalmente, ad integrazione.  
Non è stato possibile inviarlo attraverso il portale MEPA, come da Voi richiesto, essendo chiusi i termini per inviare comunicazioni.

Grazie e cordiali saluti

---

CVS SRL - Costruzioni Veicoli Speciali  
Via delle Querce, 13-13/A  
00071 Pomezia (Roma) - Italy  
Tel. +39 06 91602379 - 06 9121840

Questo messaggio viene inviato in osservanza al Reg. UE 2016/679. Le ricordiamo che in qualunque momento potrà esercitare tutti diritti previsti dal Reg. UE 2016/679, tra i quali il diritto di ottenere e/o accedere ai tuoi dati personali per le finalità e modalità del trattamento, chiederne la rettifica e l'aggiornamento se incompleti o erronei, chiederne la cancellazione qualora la raccolta sia avvenuta in violazione di una legge o regolamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e specifici; esercitare il diritto alla cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, contattando il Titolare del trattamento CVS S.r.l.. E' Vs. diritto richiedere la cancellazione del nominativo (ai sensi dell'Art. 17 del Reg. UE 2016/679) facendone comunicazione ai nostri uffici.

This message is sent in compliance with EU Reg. 2016/679. We remind you that, in any time, you can exercise all rights under the EU Reg. 2016/679, including the right to check, obtain and / or access your personal data for the purposes and methods of treatment, request of correction and updating if incomplete or erroneous. Moreover you can request cancellation if the collection of your data has been carried out in violation of a law or regulation. You have also the right to object to the processing of your data for legitimate and specific reasons; exercise the right to cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed in violation of the law; to the processing of your personal data for the purpose of sending advertising or direct sales material or for carrying out market research or commercial communication, by contacting the Data Controller CVS Srl. It is your right to request the cancellation of the name (pursuant to Article 17 of EU Reg. 2016/679) communicating it to our offices.

Chiarimenti.pdf.p7m



Verificatore ArubaSign  
RAPPORTO DI VERIFICA

Nome documento Chiarimenti.pdf (1).p7m

Data di verifica 07/07/2025 10:07:05 UTC

Versione verificatore 8.0.5-RC4

Livello **1** | Tipo **Firma** | Firmatario **Gianluca Picchi** | Autorità emittente **InfoCert Qualified Electronic Signature ...** | Esito **VALIDA** | Pagina **1** di **2**

1 Firma  Gianluca Picchi

InfoCert Qualified Electronic Signature ...

VALIDA

Appendice A

4

Gianluca Picchi

Esito verifica firma

VALIDA

### **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES

La firma è integra

### **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 07/07/2025 11:07:05 GMT+01:00

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 07/07/2025 08:49:33 GMT+01:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

### **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

### **Dettagli certificato**

**Soggetto:** Gianluca Picchi

**Serial:** 0177e5df

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-PCCGLC71L29H501J

**Autorità emittente:** CN=InfoCert Qualified Electronic Signature CA

3,OID.2.5.4.97=VATIT-07945211006,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCert S.p.A.,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.36.1.1.61,CPS URI:

<http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php,1.3.76.16.6,displayText>: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

**Validità:** da 18/01/2024 09:18:05 UTC a 18/01/2027 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

Verificatore ArubaSign  
RAPPORTO DI VERIFICA

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

## Appendice A

### Certificati delle autorità radice (CA)

#### InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

**Serie:** 01

**Organizzazione:** InfoCert S.p.A.

**Nazione:** IT

**Utilizzo chiavi:** keyCertSign | cRLSign

**Autorità emittente:** CN=InfoCert Qualified Electronic Signature CA

3,OID.2.5.4.97=VATIT-07945211006,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCert  
S.p.A.,C=IT

**Validità:** da 12/12/2016 16:34:43 UTC a 12/12/2032 17:34:43 UTC

**Verbale n. 2**

**REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO**

RDO ME.PA. n. 5339103 fornitura in un unico lotto, di un autoemoteca per il centro trasfusionale del P.O. di Sciacca per raccolta esterne di sangue.

L'anno duemilaventicinque il giorno 11 del mese di Luglio alle ore 9,00 circa presso gli uffici amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, sono presenti i signori componenti il seggio di gara:

- Dott.ssa Rosalia Calà - Presidente
- Dott. De Leo Alfonso - Segretario verbalizzante
- Sig.ra Vella Rosa - teste
- Sig.ra Parla Daniela - teste

che intervengono per proseguire le operazioni di gara sospese con giusta verbale n. 1 della seduta di gara del 7 luglio u.s..

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione DG n. 1060 del 23.05.2025 è stata indetta gara telematica sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) RDO/ME.PA. aperta a tutti gli operatori iscritti alla classe merceologica identificativo CPV: "34144000-8" - descrizione CPV: "Autoveicoli per usi speciali" - categorie di abilitazione: "Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio", ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023.
- con la suindicata Delibera DG n. 1060/2025 sono stati approvati i seguenti documenti: Capitolato tecnico e il documento "Condizioni particolari di contratto".
- la presente gara si articola in un unico lotto con Codice CIG B705DE5F9E.
- la RDO/ME.PA. di cui all'oggetto è stato pubblicato sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) in data 26.05.2025.
- i documenti di gara sono stati pubblicati in data 26.05.2025 sul sito internet dell'Azienda <http://www.aspag.it/trasparenza/category/bandi-di-gara-e-contratti>.
- il termine di scadenza della presentazione delle offerte è stato fissato per ultimo per le ore 10:00 del 16/06/2025.
- che sulla piattaforma di negoziazione RDO/ME.PA. sono stati pubblicati – sezione documentazione di gara i chiarimenti (All. a) vari resi in riscontro alle richieste di operatori economici interessati alla procedura.
- che entro il termine perentorio fissato per le ore 10 del 16 giugno u.s., sono pervenute a mezzo

piattaforma telematica [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) sezione RDO/ME.PA. aperta n. 5339103, le seguenti offerte:

1	<u><b>COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI</b></u>	Singolo operatore economico	2417772	Lotto 1	13/06/2025 17:42:33
2	<u><b>MASTERVAN SRL</b></u>	Singolo operatore economico	2411137	Lotto 1	13/06/2025 17:24:05

- che nella seduta di gara del 7 luglio u.s. giusta verbale n. 1, si è proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa degli operatori partecipanti ed avendo presentato la documentazione conformemente alle prescrizioni di gara sono state entrambe ammesse alla fase successiva (esame delle offerte tecniche).

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO  
SI ESPONE QUANTO SEGUE**

Il seggio di gara da atto che con nota prot. n. 110286 del 7 luglio 2025, sono state trasmesse al Direttore dell'U.O.C. di Medicina Trasfusionale del P.O. di Sciacca le offerte tecniche degli operatori partecipanti ed ammessi a gara.

Si procede alla lettura della conformità tecnica resa, giusta nota prot. n. 112065 del 09/07/2025, dal Direttore dell'U.O.C. di Medicina Trasfusionale del P.O. di Sciacca, che di seguito si riportano le conformità o non conformità:

#	Denominazione concorrente	Marca Modello offerto	Giudizio di conformità
1	<b>COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI</b>	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 9G Aut	NON CONFORME
2	<b>MASTERVAN SRL</b>	FIAT Ducato Cabinato XLHI	CONFORME

Le motivazioni della non conformità tecnica dell'offerta, presentate dall'operatore economico Costruzioni Veicoli Speciali, sono riportate analiticamente nella nota prot. n. 112065 del 09/07/2025 che si allega al presente verbale – All. n. 1 -

La Commissione di gara si autoconvoca per giorno 17 Luglio p.v., per i lavori di apertura della busta economica telematica dell'unico operatore economico ammesso a gara.

Il presente verbale, che consta di n. 3 pagine e n. 5 facciate – compreso dell'allegata nota prot. n. 110286 del 7 luglio 2025, viene letto e sottoscritto alle ore 10,00 per come segue:

**IL SEGGIO DI GARA**

Dr.ssa Rosalia Calà (Presidente)

Dott. Alfonso De Leo (Segretario)


I TESTIMONI:

Sig.ra Daniela Parla

*Daniela Parla*

Sig.ra Vella Rosa

*Vella Rosa*



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Distretto Ospedaliero AG 2  
P.O. "Giovanni Paolo II" di Sciacca  
U.O.C. Medicina Trasfusionale  
Direttore Dott. Pasquale Gallerano

PROT. N. 112065 del 09/07/2025

Al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato

Ed alla cortese attenzione

dott. A. De Leo

Responsabile Unico del Procedimento

ASP Agrigento

**OGGETTO: RDO ME.PA. N. 5339103 FORNITURA IN UN UNICO LOTTO, DI UN AUTOEMOTECÀ PER IL CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI SCIACCA PER RACCOLTA ESTERNE DI SANGUE. CODICE CIG B705DE5F9E. RICHIESTA PARERE DI CONFORMITÀ OFFERTA TECNICA.**


Gentile dott. De Leo

In relazione all'oggetto, presa visione delle offerte tecniche degli Operatori economici CVS e Mastervan Srl si rappresenta quanto segue:

- 1) presa visione delle schede tecniche e previa valutazione della congruità si esprime parere di conformità su quanto presentato dalla Ditta Mastervan Srl.
  
- 2) A seguito di un'analisi approfondita della documentazione tecnica presentata dall'operatore economico CVS, si evidenzia una non conformità sostanziale del veicolo proposto rispetto alle specifiche tecniche richieste dal Capitolato di Gara.

1. Confronto tra veicolo richiesto e veicolo offerto:

Caratteristiche richieste da Capitolato	Caratteristiche offerte da CVS
Telaio cabinato	Telaio cabinato
Potenza motore $\geq$ 150 HP	Potenza motore 140 HP
Trazione posteriore	Trazione anteriore (non presente nei listini per FIAT Ducato la trazione posteriore)
Cambio automatico a 9 marce	Cambio manuale a 6 marce



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Distretto Ospedaliero AG 2  
P.O. "Giovanni Paolo II" di Sciacca  
U.O.C. Medicina Trasfusionale  
Direttore Dott. Pasquale Gallerano

2. Quesito posto da CVS e risposta dell'Amministrazione (09/06/2025):

- Quesito: È possibile proporre una meccanica con caratteristiche diverse e superiori rispetto a quelle indicate, restando nei 3.500 kg e quindi conducibile con patente B?
- Risposta dell'Ente: È possibile proporre un veicolo con caratteristiche uguali o superiori rispetto a quelle indicate nel Capitolato.

3. Giustificazione del fornitore:

CVS ha motivato la scelta della meccanica da 140 CV e cambio manuale con tempi di produzione e consegna più contenuti (70 giorni solari), in quanto le configurazioni richieste sarebbero considerate "non standard" dalle case costruttrici, con una conseguente attesa minima di circa 150 giorni.


4. Valutazione della giustificazione:

Pur comprendendo le criticità logistiche segnalate, la motivazione non può essere ritenuta sufficiente per giustificare la difformità. Le caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato non sono infatti modificabili, in quanto:

- Rappresentano elementi essenziali e vincolanti della fornitura;
- Sono state individuate in funzione di precise esigenze operative (motricità, sicurezza, semplicità di guida da parte di autisti con patente B);
- Sono coerenti con la destinazione d'uso del veicolo (Autoemoteca mobile ad accesso pubblico, spesso operante in contesti urbani e extraurbani).

5. Riferimenti normativi:

Ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), le specifiche tecniche contenute nei documenti di gara devono essere interpretate come vincolanti e volte ad assicurare che le forniture soddisfino pienamente i requisiti funzionali, qualitativi e prestazionali richiesti dalla stazione appaltante.



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Distretto Ospedaliero AG 2  
P.O. "Giovanni Paolo II" di Sciacca  
U.O.C. Medicina Trasfusionale  
Direttore Dott. Pasquale Gallerano


La deroga a tali specifiche è ammessa solo nei casi espressamente previsti e, in ogni caso, non può comportare una riduzione qualitativa della prestazione. La proposta di un veicolo con caratteristiche inferiori a quelle minime previste contrasta pertanto con la normativa vigente.

#### 6. Conclusione:

Si conferma, in via definitiva, la non conformità del veicolo proposto da CVS, con particolare riferimento alla potenza del motore, al tipo di trazione e al sistema di trasmissione.

Tali elementi costituiscono requisiti essenziali ai fini della validità tecnica dell'offerta e della rispondenza alle esigenze operative dell'Ente.

Sciacca li : 09/07/2025

  
Il Direttore  
(Dott. Pasquale Gallerano)

Verbale n. 3

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO

RDO ME.PA. n. 5339103 fornitura in un unico lotto, di un autoemoteca per il centro trasfusionale del P.O. di Sciacca per raccolta esterne di sangue.

L'anno duemilaventicinque il giorno 17 del mese di Luglio alle ore 10,00 circa presso gli uffici amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, sono presenti i signori componenti il seggio di gara:

- Dott.ssa Rosalia Calà - Presidente
- Dott. De Leo Alfonso - Segretario verbalizzante
- Dott. Pietro Vitellaro - teste
- Sig.ra Cristina Bellavia - teste

che intervengono per proseguire le operazioni di gara sospese con giusta verbale n. 2 della seduta di gara dell' 11 luglio u.s..

PREMESSO CHE

- con deliberazione DG n. 1060 del 23.05.2025 è stata indetta gara telematica sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) RDO/ME.PA. aperta a tutti gli operatori iscritti alla classe merceologica identificativo CPV: "34144000-8" - descrizione CPV: "Autoveicoli per usi speciali" - categorie di abilitazione: "Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio", ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023.
- con la suindicata Delibera DG n. 1060/2025 sono stati approvati i seguenti documenti: Capitolato tecnico e il documento "Condizioni particolari di contratto".
- la presente gara si articola in un unico lotto con Codice CIG B705DE5F9E.
- la RDO/ME.PA. di cui all'oggetto è stato pubblicato sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) in data 26.05.2025.
- i documenti di gara sono stati pubblicati in data 26.05.2025 sul sito internet dell'Azienda <http://www.aspag.it/trasparenza/category/bandi-di-gara-e-contratti>.
- il termine di scadenza della presentazione delle offerte è stato fissato per ultimo per le ore 10:00 del 16/06/2025.
- che sulla piattaforma di negoziazione RDO/ME.PA. sono stati pubblicati – sezione documentazione di gara i chiarimenti (All. a) vari resi in riscontro alle richieste di operatori economici interessati alla procedura.
- che entro il termine perentorio fissato per le ore 10 del 16 giugno u.s., sono pervenute a mezzo piattaforma telematica [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) sezione RDO/ME.PA. aperta n. 5339103, le seguenti offerte:

1	<u>COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI</u>	Singolo operatore economico	2417772	Lotto 1	13/06/2025 17:42:33
2	<u>MASTERVAN SRL</u>	Singolo operatore economico	2411137	Lotto 1	13/06/2025 17:24:05

- che nella seduta di gara del 7 luglio u.s. giusta verbale n. 1 e nella seduta di gara 11 luglio u.s. giusta verbale n. 2, si è proceduto:
  - ad esaminare la documentazione amministrativa degli operatori partecipanti ed avendo presentato la documentazione conformemente alle prescrizioni di gara sono state entrambe ammesse alla fase successiva

(esame delle offerte tecniche).

- b) alla lettura della conformità tecnica resa, giusta nota prot. n. 112065 del 09/07/2025, dal Direttore dell'U.O.C. di Medicina Trasfusionale del P.O. di Sciacca, che di seguito si riportano le conformità o non conformità:

#	Denominazione concorrente	Marca Modello offerto	Giudizio di conformità
1	COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 9G Aut	NON CONFORME
2	MASTERVAN SRL	FIAT Ducato Cabinato XLHI	CONFORME

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO  
SI ESPONE QUANTO SEGUE**

Il Presidente di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara e delega il Dott. Alfonso De Leo punto istruttore sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) ad operare sulla medesima piattaforma.

Il seggio di gara da atto che nel verbale della seduta dell'11 luglio u.s., per mero errore materiale è stato riportato che l'operatore economico Costruzioni Veicoli Speciali ha offerto il veicolo Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 9G Aut, mentre l'operatore economico Mastervan S.r.l. ha offerto il veicolo FIAT Ducato Cabinato XLHI.

Per quanto sopra riportato si rettifica per come segue:

#	Denominazione concorrente	Marca Modello offerto	Giudizio di conformità
1	COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI	FIAT Ducato Cabinato XLHI	NON CONFORME
2	MASTERVAN SRL	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 9G Aut	CONFORME

Il seggio di gara da atto che il RUP della procedura procede all'esclusione, tramite piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), dell'offerta dell'operatore economico COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI, dichiarata non conforme dal Direttore dell'U.O.C. di Medicina Trasfusionale del P.O. di Sciacca - nota prot. n. 112065 del 9 luglio 2025 -.

Il presidente di gara tramite il RUP della procedura soggetto accreditato nella piattaforma telematica [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) come punto istruttore ME.PA., procede all'apertura del plico telematico contenente l'offerta economica dell'operatore economico Mastervan S.r.l. che ha conseguito la conformità tecnica. Il seggio di gara da lettura dell'offerta che di seguito si trascrive:

#	Denominazione concorrente	Marca Modello offerto	Importo offerto
1	MASTERVAN S.r.l.	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 9G Aut	€ 86.300,00

Si Procede, altresì, all'aggiudicazione della RDO ME.PA. n. 5339103 all'operatore economico Mastervan s.r.l., con sede in Viale Edoardo Garrone, 92, 96010 - Città Giardino SR, Partita IVA 01311870891, per la fornitura di un autoemoteca su mezzo Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 9G aut, per un importo complessivo della fornitura pari ad € 86.300,00 (di cui I.V.A. 18.986,00) e per un importo complessivo compreso di I.V.A. € 105.286,00.

Il presente verbale, che consta di n. 3 pagine e n. 5 facciate – compreso degli allegati "documento di offerta economica" e "allegato I offerta economica", viene letto e sottoscritto alle ore 12,00 per come segue:

**IL SEGGIO DI GARA**

Dr.ssa Rosalia Calà (Presidente)

I TESTIMONI:

Sig.ra Cristina Bellavia

*Cristina Bellavia*

Dott. Alfonso De Leo (Segretario)

Dott. Pietro Vitellaro

Offerta Economica relativa a

**Descrizione** Affidamento della fornitura chiavi in mano di un autoemoteca per raccolta sangue - Progetto  
incentivazione Plasma 2024 -.  
**RdO nr.** 5339103

**Numero lotto** 1

Amministrazione titolare del procedimento

<b>Nome ente</b>	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO		
<b>Ufficio</b>	SERVIZIO PROVVEDITORATO		
<b>Codice Fiscale</b>	02570930848	<b>Codice univoco ufficio IPA</b>	Non presente
<b>Indirizzo sede</b>	Viale della vittoria, 321		
<b>Città</b>	Agrigento		
<b>Recapito telefonico</b>	+390922407407		
<b>Email</b>	alessandro.dinolfo@aspag.it		
<b>Punto Ordinante</b>	ALESSANDRO DINOLFO		

Concorrente

**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

**Ragione sociale/Denominazione**

MASTERVAN SRL

**Partita IVA**

01311870891

**Tipologia societaria**

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

**Formulazione dell'Offerta Economica =** Valore economico (Euro)

DATA DI GENERAZIONE

Nome	Valore
Valore offerto	86300,00

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



Documento firmato da:  
Ballatore Sebastiano  
13.06.2025 15:22:15 UTC



A handwritten signature in black ink, appearing to read "John Doe".

Be

Offerta Economica relativa a

**Descrizione** Affidamento della fornitura chiavi in mano di un autoemoteca per raccolta sangue - Progetto  
incentivazione Plasma 2024 -.   
**RdO nr.** 5339103

**Numero lotto** 1

Amministrazione titolare del procedimento

<b>Nome ente</b>	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO		
<b>Ufficio</b>	SERVIZIO PROVVEDITORATO		
<b>Codice Fiscale</b>	02570930848	<b>Codice univoco ufficio IPA</b>	Non presente
<b>Indirizzo sede</b>	Viale della vittoria, 321		
<b>Città</b>	Agrigento		
<b>Recapito telefonico</b>	+390922407407		
<b>Email</b>	alessandro.dinolfo@aspag.it		
<b>Punto Ordinante</b>	ALESSANDRO DINOLFO		

Concorrente

**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

**Ragione sociale/Denominazione**

MASTERVAN SRL

**Partita IVA**

01311870891

**Tipologia societaria**

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

**Formulazione dell'Offerta Economica =** Valore economico (Euro)


**DATA DI GENERAZIONE**

Nome	Valore
<b>Valore offerto</b>	<b>86300,00</b>

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

## DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09  
dal \_\_\_\_\_

## DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO


- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,  
dal \_\_\_\_\_

Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_

15 AGO. 2016

Agrigento, li 15 AGO. 2016

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi



## REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi