



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 14220 del 23-1-2025

Sito Web Aziendale

Oggetto: Indagine esplorativa di mercato/Manifestazione d'interesse per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione, di "Coppie di Placche per defibrillatori" installati a bordo dei mezzi di soccorso del S.U.E.S. 118 operanti nel territorio di competenza dell'ASP di Agrigento.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto urgente dei dispositivi in oggetto indicati, le cui specifiche tecniche, nonché i relativi quantitativi annui sono indicate alla presente.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, entro e non oltre il 31.01 p.v., a mezzo pec all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, citando nell'oggetto il numero di protocollo della presente, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prezzo di mercato (non di listino) e franco destino, dei dispositivi richiesti;
- ✓ Deplianti illustrativi (se previsti) o relazione tecnica illustrativa, redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana, ove siano descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto;
- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Dichiarazione che il prezzo offerto NON è superiore a quello mediamente praticato per gli stessi quantitativi alle altre AA.SS.PP. del S.S.R.
- ✓ Dichiarazione di iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip nella categoria del codice CPV 33182240-3 (CPV del dispositivo);
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip, indicando le modalità di individuazione dello stesso sul suddetto portale o, meglio ancora, trascrivendo il link ove reperirlo.

Si precisa che i quantitativi indicati sono meramente orientativi e potranno essere successivamente rettificati in sede di affidamento.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.


E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire agli Operatori Economici interessati di poter presentare, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal

fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. Si richiede che tali osservazioni vengano prodotte in un documento distinto dall' ulteriore documentazione presentata, e ciò al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la loro immediata individuazione.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Si invitano le Ditte interessate ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica su indicati per eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Direttore U.O.C. Provveditorato
D.ssa Cinzia Schinelli



Capitolato Tecnico placche per Defibrillatori SUES 118	
Descrizione	Fabb. Annuo SUES118
Piastre monouso ADULTI multifunzione, per defibrillazione, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECO, compatibili con Defibrillatore LIFEPAK 500/1000 marca Medtronic/Phisyo-Control , provviste di connessione diretta a cavi e defibrillatore, originali e riconosciute dal produttore o FUNZIONALMENTE EQUIVALENTE , con lunghezza cavo uguale o superiore a 1 metro, con gel adesivo conduttivo a bassa impedenza, durata di conservazione di almeno 18 mesi dal momento della spedizione da parte della ditta aggiudicataria. Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 50x360J, area attiva per ogni piastra non inferiore a 95 cm quadri, intervallo di temperature di esercizio da 0° c a 50°c.	100
Piastre monouso ADULTI multifunzione, per defibrillazione, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECO, compatibili con Defibrillatore LIFEPAK 15 marca Medtronic/Phisyo-Control , provviste di connessione diretta a cavi e defibrillatore, originali e riconosciute dal produttore o FUNZIONALMENTE EQUIVALENTE , con lunghezza cavo uguale o superiore a 1 metro, con gel adesivo conduttivo a bassa impedenza, durata di conservazione di almeno 18 mesi dal momento della spedizione da parte della ditta aggiudicataria. Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 50x360J, area attiva per ogni piastra non inferiore a 95 cm quadri, intervallo di temperature di esercizio da 0° c a 50°c.	30
Piastre monouso ADULTI multifunzione, per defibrillazione, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECG, compatibili con Defibrillatore REANIBEX 300/800 marca Bexen Cardio , provviste di connessione diretta a cavi e defibrillatore, originali e riconosciute dal produttore o FUNZIONALMENTE EQUIVALENTE , con lunghezza cavo uguale o superiore a 1 metro, con gel adesivo conduttivo a bassa impedenza, durata di conservazione di almeno 18 mesi dal momento della spedizione da parte della ditta aggiudicataria. Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 50x360J, area attiva per ogni piastra non inferiore a 95 cm quadri, intervallo di temperature di esercizio da 0° c a 50°c	120
Piastre monouso PEDIATRICHE con sistema di riduzione energia, per bambini inferiori agli 8 anni o peso inferiore a 25 Kg, multifunzione, per defibrillazione, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECG, compatibili con Defibrillatore LIFEPAK 500/1000 marca Medtronic/Phisyo-Control , provviste di connessione diretta a cavi e defibrillatore, originali e riconosciute dal produttore o FUNZIONALMENTE EQUIVALENTE , con lunghezza cavo uguale o superiore a 1 metro, con gel adesivo conduttivo a bassa impedenza, durata di conservazione di almeno 18 mesi dal momento della spedizione da parte della ditta aggiudicataria. Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 25x100J, area attiva per ogni piastra non inferiore a 40 cm quadri, intervallo di temperature di esercizio da 0° c a 50°c	30

Capitolato Tecnico placche per Defibrillatori SUES 118	
Descrizione	Fabb. Annuo SUES118
Piastre monouso PEDIATRICHE con sistema di riduzione energia, per bambini inferiori agli 8 anni o peso inferiore a 25 Kg, multifunzione, per defibrillazione, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECG, compatibili con Defibrillatore LIFEPAK 15 marca Medtronic/Phisyo-Control , provviste di connessione diretta a cavi e defibrillatore, originali e riconosciute dal produttore o FUNZIONALMENTE EQUIVALENTE , con lunghezza cavo uguale o superiore a 1 metro, con gel adesivo conduttivo a bassa impedenza, durata di conservazione di almeno 18 mesi dal momento della spedizione da parte della ditta aggiudicataria. Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 25x100J, area attiva per ogni piastra non inferiore a 40 cm quadri, intervallo di temperature di esercizio da 0° c a 50°c;	20
piastre monouso PEDIATRICHE con sistema di riduzione energia, per bambini inferiori agli 8 anni o peso inferiore a 25 Kg, multifunzione, per defibrillazione, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECG, compatibili con Defibrillatore REANIBEX 300/800 marca Bexen Cardio , provviste di connessione diretta a cavi e defibrillatore, originali e riconosciute dal produttore o FUNZIONALMENTE EQUIVALENTE , con lunghezza cavo uguale o superiore a 1 metro, con gel adesivo conduttivo a bassa impedenza, durata di conservazione di almeno 18 mesi dal momento della spedizione da parte della ditta aggiudicataria. Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 25x100J, area attiva per ogni piastra non inferiore a 40 cm quadri, intervallo di temperature di esercizio da 0° c a 50°c.	30
<p>In caso di prodotto non originale e riconosciuto dal produttore, resta in capo all'offerente l'onere dimostrare attraverso una certificazione di equivalenza che il prodotto offerto abbia caratteristiche tecniche perfettamente corrispondenti allo specifico standard richiesto sia in termini meccanico/dimensionale che elettrico/funzionale.</p> <p>Le piastre dovranno essere conformi alle Direttive Europee ed agli Standard Internazionali pertinenti. Certificati come dispositivo medico di classe IIb, Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e successive modifiche.</p>	