

Verbale n. 1

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO

RDO ME.PA. n. 5339103 fornitura in un unico lotto, di un autoemoteca per il centro trasfusionale del P.O. di Sciacca per raccolta esterne di sangue.

L'anno duemilaventicinque il giorno 7 del mese di Luglio alle ore 10,00 circa presso gli uffici amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, in seduta pubblica, sono presenti i signori componenti il seggio di gara:

- Dott.ssa Rosalia Calà - Presidente
- Dott. De Leo Alfonso - Segretario verbalizzante
- Dott. Giuseppe Tedesco - teste
- Sig.ra Cristina Bellavia - teste

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione DG n. 1060 del 23.05.2025 è stata indetta gara telematica sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) RDO/ME.PA. aperta a tutti gli operatori iscritti alla classe merceologica identificativo CPV: "34144000-8" - descrizione CPV: "Autoveicoli per usi speciali" - categorie di abilitazione: "Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio", ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023.
- con la suindicata Delibera DG n. 1060/2025 sono stati approvati i seguenti documenti: Capitolato tecnico e il documento "Condizioni particolari di contratto";
- la presente gara si articola in un unico lotto con Codice CIG B705DE5F9E;
- la RDO/ME.PA. di cui all'oggetto è stato pubblicato sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) in data 26.05.2025;
- i documenti di gara sono stati pubblicati in data 26.05.2025 sul sito internet dell'Azienda <http://www.aspag.it/trasparenza/category/bandi-di-gara-e-contratti>;
- il termine di scadenza della presentazione delle offerte è stato fissato per ultimo per le ore 10:00 del 16/06/2025;
- che sulla piattaforma di negoziazione RDO/ME.PA. sono stati pubblicati – sezione documentazione di gara i chiarimenti (All. a) vari resi in riscontro alle richieste di operatori economici interessati alla procedura;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO  
SI ESPONE QUANTO SEGUE**

Vengono riassunti i termini della gara e l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta al prezzo più basso (art. 108 c. 3, D.Lgs. 36/2023) previo giudizio di conformità tecnica dell'offerta tecnica dell'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso, in quanto trattasi di forniture di importo

inferiore alla soglia comunitaria.

Il Presidente dà atto che al termine della presentazione delle offerte, hanno partecipato i seguenti operatori economici:

1	<u><b>COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI</b></u>	Singolo operatore economico 2417772	Lotto 1	13/06/2025 17:42:33
---	--------------------------------------------	-------------------------------------	---------	------------------------

2	<u><b>MASTERVAN SRL</b></u>	Singolo operatore economico 2411137	Lotto 1	13/06/2025 17:24:05
---	-----------------------------	-------------------------------------	---------	------------------------

Procede all'apertura telematica della documentazione amministrativa secondo l'ordine risultante sulla piattaforma.

In sede di verifica della documentazione amministrativa, il RUP della procedura ha attivato, per le vie brevi, soccorso istruttorio nei confronti dell'operatore economico COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs.vo 36/2023, poiché non è presente il file firmato digitalmente dei chiarimenti sia amministrativi e sia tecnici resi da questa Amministrazione e pubblicati in piattaforma telematica [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) sezione ME.PA. e sul portale [www.aspag.it](http://www.aspag.it) sezione "bandi di gara e contratti".

Che la sopra citata società avendo in data odierna ottemperato, con pec del 07.07.2025, alle prescrizioni di cui al soccorso istruttorio, viene ammessa al proseguo di gara.

Di seguito si riportano gli esiti, per gli operatori economici partecipanti, della verifica della documentazione amministrativa presentata:

#	Denominazione concorrente	AMMESSA
1	<u><b>COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI</b></u>	AMMESSA
2	<u><b>MASTERVAN SRL</b></u>	AMMESSA

Il presidente del seggio di gara sospende la seduta di gara alle ore 12,00, in attesa del parere di conformità tecnica da parte dell'organo competente. Il presente verbale, che consta di sei pagine e n. dieci facciate compresi gli allegati, viene letto e sottoscritto.

## IL SEGGIO DI GARA

Dr.ssa Rosalia Calà (Presidente)

I TESTIMONI:

Dott. Giuseppe Tedesco

Sig.ra Cristina Bellavia

A22. A

## CHIARIMENTI SU QUESITI

### Quesito n. 1:

- a. Veicolo base: è possibile proporre anche una meccanica con caratteristiche diverse e superiori da quelle indicate, restando comunque nei 3500 Kg. e quindi conducibile con patente B?
- b. Cellula abitativa: è possibile proporre anche una cellula con caratteristiche diverse e superiori da quelle indicate? In caso di utilizzo della ns. meccanica (sopra ipotizzata) saremmo in grado di proporre un tipo diverso di cellula abitativa (che normalmente utilizziamo) anche leggermente più grande e comoda di quella da Voi indicata, conferendo quindi maggior comfort ad entrambe le sale dell'autoemoteca, con vantaggi sia per gli operatori sanitari che per i donatori.
- c. Inoltre, non vediamo l'utilità di utilizzare il controtelaio, come da Voi indicato, in quanto comporterebbe solamente un appesantimento dell'intero veicolo, nonché una maggiore ed inutile elevazione da terra del pianale/pavimento.

### Risposte

- a. Si può proporre un veicolo con caratteristiche uguali o superiori da quelle indicate nel capitolato tecnico di gara, fermo restando i limiti dei 3.500 Kg. e della conducibilità con patente "b".
- b. Si accetta la proposta.
- c. Confermando le caratteristiche tecniche di minima di cui al capitolato tecnico si accettano le eventuali offerte anche senza l'utilizzo del controtelaio.

**La eventuale equivalenza o miglioria verranno constatate nella fase di conformità o non conformità tecnica.**

### Quesito n. 2:

- a. All'Art.2 delle "Condizioni particolari di fornitura" viene indicato come oggetto di fornitura "...un'Autoemoteca per la raccolta di Plasma...".

Tale indicazione risulta essere non tecnicamente realizzabile per via della necessità di poter avere a bordo lo spazio di collocazione dell'apparecchio specifico per la separazione cellulare che, dato i suoi ingombri, è praticamente impossibile da poter posizionare senza eliminare dall'allestimento stesso un piano di lavoro o altro arredo.

Pertanto, seppur il mezzo si presta alla donazione di sangue intero, ciò non è implicito che potrà essere effettuata anche l'aferesi a bordo.

Un veicolo di queste dimensioni potrà essere destinato esclusivamente alla donazione di sangue o alla donazione di plasma (con altra e diversa configurazione rispetto a quanto indicato nel capitolato di gara).

Si chiede di specificare quale tra le due distinte attività è volta la fornitura di questo mezzo, comunicando sin d'ora la eventuale necessità di sospendere i termini di gara per poter cambiare il capitolato tecnico (laddove la scelta dovesse essere quella del veicolo per donazione di plasma).

- b. Al par. *“Impiantistica”* del Capitolato Tecnico di Gara, viene richiesto un generatore da 2,5 kVA. Essendo la gara aggiudicabile con il criterio del prezzo più basso, tale indicazione per il generatore non Vi consentirebbe neppure di poter alimentare il climatizzatore successivamente richiesto dal Capitolato di Gara. Si chiede di voler chiarire se in luogo dei 2,5 kVA è necessario fornire un gruppo da almeno 2,6 kW.
- c. Al par. *“Impiantistica”* del Capitolato Tecnico di Gara, viene richiesta una spina esterna per ingresso rete da 30A. In considerazione degli assorbimenti previsti per l'impianto, è chiaro che basterebbe una presa da 16A (cosa che sarebbe più facilmente collegabile a tutte le reti elettriche esterne rispetto ad una 30 o 32A. Si chiede di chiarire se la 16A è anche fornibile in luogo della 30A.
- d. Al par. *“Impiantistica”* del Capitolato Tecnico di Gara, viene richiesto una batteria da 12V e 45Ah. Tale richiesta risulta poco funzionale in quanto la batteria è estremamente piccola per i carichi sull'impianto a bassa tensione e ciò inciderebbe sulla vita della stessa. Vi chiediamo pertanto se la batteria richiesta debba essere innanzitutto del tipo sigillato e/o AGM senza esalazioni tossiche, e della potenza minima di 80Ah in luogo della 45 Ah.
- e. Al par. *“Impiantistica”* del Capitolato Tecnico di Gara, viene richiesto un caricabatteria da 200W. Tale indicazione risulta eccessivamente ridotta per un veicolo sanitario che deve essere sempre operativo. Vi chiediamo pertanto di voler indicare se anche il caricabatteria debba avere una potenza minima superiore e pari almeno a 20° (in luogo dei 200W) al fine di consentire la ricarica della batteria secondaria in minor tempo ed anche dall'alternatore del veicolo a veicolo in marcia oltre che dalla rete elettrica esterna ed a veicolo fermo.
- f. Al par. *“Impiantistica”* del Capitolato Tecnico di Gara, viene richiesto un climatizzatore di uso domestico a split che implica necessariamente la collocazione a bordo ed all'interno di uno dei pochi vani presenti nel mezzo, del blocco condensatore. Vi chiediamo di voler indicare se in luogo del climatizzatore non idoneo indicato in gara debba essere considerato un gruppo climatizzatore a tetto adeguato al volume interno e senza unità esterna, al fine di gestire al meglio i pochi spazi interni disponibili.

**Risposte:**

- a. Si sottolinea che la dicitura “PLASMA” di cui al punto 2) del Documento “Condizioni Particolari di contratto” è un mero refuso e che l'autoemoteca oggetto di questa gara è destinata al prelievo di sangue intero.
- b. La disponibilità di potenza del generatore è quella indicata sul capitolato tecnico. Saranno eventualmente ammesse potenze superiori ma senza sovrapprezzo e a parità di specifica tecnica.
- c. La spina e la presa devono essere quelle indicate sul capitolato. Le stesse sono state scelte non per le prestazioni elettriche ma per la loro resistenza meccanica
- d. La batteria è ben dimensionata in quanto necessaria all'alimentazione delle luci di emergenza durante l'eventuale passaggio dalla corrente esterna a quella del gruppo elettrogeno. Inoltre resta inteso che la tipologia di batteria (piombo,Gel, AGM.ecc) deve essere adeguata all'ubicazione della stessa. Se pertanto sarà posta all'interno del vano sanitario dovrà essere conforme alle normative vigenti.

- c. Le caratteristiche del carcabatterie indicate sul Capitolato sono adeguate. Tuttavia nulla osta all'adozione di carcabatterie più performanti purché forniti senza sovrapprezzo.
- f. L'impianto di climatizzazione indicato sul Capitolato Tecnico di Gara, ovvero "Impianto canalizzato con distribuzione sulle due salette..." è idoneo. Saranno eventualmente ammessi impianti adeguati.

**La eventuale equivalenza o miglioria verranno constatate nella fase di conformità o non conformità tecnica.**

**Quesito n. 3:**

Sul Capitolato da Voi prodotto, è richiesta una cellula con elemento coibentante in "poliuretano ad alta densità", detto materiale non più utilizzato per certe applicazioni è stato sostituito dallo styrofoam. La ragione di tale sostituzione scaturisce dal fatto che lo Styrofoam, a differenza del poliuretano, non assorbe acqua. Questa importante caratteristica si rivela fondamentale nel caso in cui negli anni possa esservi la possibilità di infiltrazioni piovane. Si sottolinea che le nostre cellule sono garantite contro le infiltrazioni 10 anni, ma questo non sconsiglia l'eventualità di danneggiamenti alla cellula dovute ad urti soprattutto con corpi contundenti. Nel caso di coibentazione con poliuretano, dette riparazioni devono essere effettuate nell'immediato, sempre che ci si accorga in tempo. Nel caso di styrofoam, i danni possono essere eventualmente riparati anche non immediatamente.

Per quanto sopra è possibile utilizzare come elemento coibentante lo Styrofoam?

**Risposta:**

La soluzione dello Styrofoam è accettata purché sia rispettato lo spessore totale richiesto.

Il RUP

Dott. Alfonso De Leo


Il Direttore U.O.C. Medicina Trasfusionale

Dott. Pasquale Gallerano



Firmato digitalmente da:

ALFONSO DE LEO



Az. Sanitaria Fratelli Ruffignato  
U.O. Giematologia - Veneto  
U.O. Medicina Trasfusionale  
Il Direttore  
Dott. Pasquale Gallerano



**Rif. esito RDO 5339103**

**Da** cvs@cvs-pec.eu <cvs@cvs-pec.eu>  
**A** Forniture <forniture@pec.aspag.it>  
**Cc** alfonso.deleo@aspag.it <alfonso.deleo@aspag.it>  
**Data** lunedì 7 luglio 2025 - 10:09

Spett.le ASP Agrigento  
Egr. Dott. De Leo

come da intercorsa comunicazione per vie brevi inviamo il documento "Chiarimenti" firmato digitalmente, ad integrazione.  
Non è stato possibile inviarlo attraverso il portale MEPA, come da Voi richiesto, essendo chiusi i termini per inviare comunicazioni.

Grazie e cordiali saluti

---

CVS SRL - Costruzioni Veicoli Speciali  
Via delle Querce, 13-13/A  
00071 Pomezia (Roma) - Italy  
Tel. +39 06 91602379 - 06 9121840

Questo messaggio viene inviato in osservanza al Reg. UE 2016/679. Le ricordiamo che in qualunque momento potrà esercitare tutti diritti previsti dal Reg. UE 2016/679, tra i quali il diritto di ottenere e/o accedere ai tuoi dati personali per le finalità e modalità del trattamento, chiederne la rettifica e l'aggiornamento se incompleti o erronei, chiederne la cancellazione qualora la raccolta sia avvenuta in violazione di una legge o regolamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e specifici; esercitare il diritto alla cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, contattando il Titolare del trattamento CVS S.r.l.. E' Vs. diritto richiedere la cancellazione del nominativo (ai sensi dell'Art. 17 del Reg. UE 2016/679) facendone comunicazione ai nostri uffici.

This message is sent in compliance with EU Reg. 2016/679. We remind you that, in any time, you can exercise all rights under the EU Reg. 2016/679, including the right to check, obtain and / or access your personal data for the purposes and methods of treatment, request of correction and updating if incomplete or erroneous. Moreover you can request cancellation if the collection of your data has been carried out in violation of a law or regulation. You have also the right to object to the processing of your data for legitimate and specific reasons; exercise the right to cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed in violation of the law; to the processing of your personal data for the purpose of sending advertising or direct sales material or for carrying out market research or commercial communication, by contacting the Data Controller CVS Srl. It is your right to request the cancellation of the name (pursuant to Article 17 of EU Reg. 2016/679) communicating it to our offices.

Chiarimenti.pdf.p7m





Verificatore ArubaSign  
RAPPORTO DI VERIFICA

Nome documento Chiarimenti.pdf (1).p7m

Data di verifica 07/07/2025 10:07:05 UTC

Versione verificatore 8.0.5-RC4

Livello **1** | Tipo **Firma** | Firmatario **Gianluca Picchi** | Autorità emittente **InfoCert Qualified Electronic Signature ...** | Esito **VALIDA** | Pagina **1** di **2**

Appendice A

4

Gianluca Picchi

Verificatore ArubaSign  
RAPPORTO DI VERIFICA

Esito verifica firma VALIDA

#### **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES

La firma è integra

#### **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 07/07/2025 11:07:05 GMT+01:00

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 07/07/2025 08:49:33 GMT+01:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

#### **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

#### **Dettagli certificato**

**Soggetto:** Gianluca Picchi

**Serial:** 0177e5df

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-PCCGLC71L29H501J

**Autorità emittente:** CN=InfoCert Qualified Electronic Signature CA

3.OID.2.5.4.97=VATIT-07945211006,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCert S.p.A.,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.36.1.1.61,CPS URI:

<http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php,1.3.76.16.6,displayText>: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

**Validità:** da 18/01/2024 09:18:05 UTC a 18/01/2027 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

Verificatore ArubaSign  
RAPPORTO DI VERIFICA

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

## Appendice A

### Certificati delle autorità radice (CA)

#### InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

**Seriele:** 01

**Organizzazione:** InfoCert S.p.A.

**Nazione:** IT

**Utilizzo chiavi:** keyCertSign | cRLSign

**Autorità emittente:** CN=InfoCert Qualified Electronic Signature CA

3,OID.2.5.4.97=VATIT-07945211006,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCert S.p.A.,C=IT

**Validità:** da 12/12/2016 16:34:43 UTC a 12/12/2032 17:34:43 UTC