

Verbale n. 2

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

RDO ME.PA. n. 5339103 fornitura in un unico lotto, di un autoemoteca per il centro trasfusionale del P.O. di Sciacca per raccolta esterne di sangue.

L'anno duemilaventicinque il giorno 11 del mese di Luglio alle ore 9,00 circa presso gli uffici amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, sono presenti i signori componenti il seggio di gara:

- Dott.ssa Rosalia Calà - Presidente
- Dott. De Leo Alfonso - Segretario verbalizzante
- Sig.ra Vella Rosa - teste
- Sig.ra Parla Daniela - teste

che intervengono per proseguire le operazioni di gara sospese con giusta verbale n. 1 della seduta di gara del 7 luglio u.s..

PREMESSO CHE

- con deliberazione DG n. 1060 del 23.05.2025 è stata indetta gara telematica sul portale www.acquistinretepa.it RDO/ME.PA. aperta a tutti gli operatori iscritti alla classe merceologica identificativo CPV: “34144000-8” - descrizione CPV: “Autoveicoli per usi speciali” - categorie di abilitazione: “Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio”, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023.
- con la suindicata Delibera DG n. 1060/2025 sono stati approvati i seguenti documenti: Capitolato tecnico e il documento “Condizioni particolari di contratto”.
- la presente gara si articola in un unico lotto con Codice CIG B705DE5F9E.
- la RDO/ME.PA. di cui all’oggetto è stato pubblicato sulla piattaforma www.acquistinretepa.it in data 26.05.2025.
- i documenti di gara sono stati pubblicati in data 26.05.2025 sul sito internet dell’Azienda <http://www.aspag.it/trasparenza/category/bandi-di-gara-e-contratti>.
- il termine di scadenza della presentazione delle offerte è stato fissato per ultimo per le ore 10:00 del 16/06/2025.
- che sulla piattaforma di negoziazione RDO/ME.PA. sono stati pubblicati – sezione documentazione di gara i chiarimenti (All. a) vari resi in riscontro alle richieste di operatori economici interessati alla procedura.
- che entro il termine perentorio fissato per le ore 10 del 16 giugno u.s., sono pervenute a mezzo



piattaforma telematica www.acquistinretepa.it sezione RDO/ME.PA. aperta n. 5339103, le seguenti offerte:

1	<u>COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI</u>	Singolo operatore economico	2417772	Lotto 1	13/06/2025 17:42:33
2	<u>MASTERVAN SRL</u>	Singolo operatore economico	2411137	Lotto 1	13/06/2025 17:24:05

- che nella seduta di gara del 7 luglio u.s. giusta verbale n. 1, si è proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa degli operatori partecipanti ed avendo presentato la documentazione conformemente alle prescrizioni di gara sono state entrambe ammesse alla fase successiva (esame delle offerte tecniche).

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI ESPONE QUANTO SEGUE**

Il seggio di gara da atto che con nota prot. n. 110286 del 7 luglio 2025, sono state trasmesse al Direttore dell'U.O.C. di Medicina Trasfusionale del P.O. di Sciacca le offerte tecniche degli operatori partecipanti ed ammessi a gara.

Si procede alla lettura della conformità tecnica resa, giusta nota prot. n. 112065 del 09/07/2025, dal Direttore dell'U.O.C. di Medicina Trasfusionale del P.O. di Sciacca, che di seguito si riportano le conformità o non conformità:

#	Denominazione concorrente	Marca Modello offerto	Giudizio di conformità
1	COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 9G Aut	NON CONFORME
2	MASTERVAN SRL	FIAT Ducato Cabinato XLHI	CONFORME

Le motivazioni della non conformità tecnica dell'offerta, presentate dall'operatore economico Costruzioni Veicoli Speciali, sono riportate analiticamente nella nota prot. n. 112065 del 09/07/2025 che si allega al presente verbale – **All. n. 1** -

La Commissione di gara si autoconvoca per giorno 17 Luglio p.v., per i lavori di apertura della busta economica telematica dell'unico operatore economico ammesso a gara.

Il presente verbale, che consta di n. 3 pagine e n. 5 facciate – compreso dell'allegata nota prot. n. 110286 del 7 luglio 2025, viene letto e sottoscritto alle ore 10,00 per come segue:

IL SEGGIO DI GARA

Dr.ssa Rosalia Calà (Presidente)

Dott. Alfonso De Leo (Segretario)

I TESTIMONI:

Sig.ra Daniela Parla

Sig.ra Vella Rosa



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Distretto Ospedaliero AG 2
P.O. "Giovanni Paolo II" di Sciacca
U.O.C. Medicina Trasfusionale
Direttore Dott. Pasquale Gallerano

PROT. N. 112065 del 09/07/2025

Al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato

Ed alla cortese attenzione

dott. A. De Leo

Responsabile Unico del Procedimento

ASP Agrigento

OGGETTO: RDO ME.PA. N. 5339103 FORNITURA IN UN UNICO LOTTO, DI UN AUTOEMOTECNA PER IL CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI SCIACCA PER RACCOLTA ESTERNE DI SANGUE. CODICE CIG B705DE5F9E. RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA' OFFERTA TECNICA.

Gentile dott. De Leo

In relazione all'oggetto, presa visione delle offerte tecniche degli Operatori economici CVS e Mastervan Srl si rappresenta quanto segue:

- 1) presa visione delle schede tecniche e previa valutazione della congruità si esprime parere di conformità su quanto presentato dalla Ditta Mastervan Srl.
- 2) A seguito di un'analisi approfondita della documentazione tecnica presentata dall'operatore economico CVS, si evidenzia una non conformità sostanziale del veicolo proposto rispetto alle specifiche tecniche richieste dal Capitolato di Gara.


1. Confronto tra veicolo richiesto e veicolo offerto:

**Caratteristiche richieste da
Capitolato**

Telaio cabinato
Potenza motore ≥ 150 HP
Trazione posteriore
Cambio automatico a 9 marce

Caratteristiche offerte da CVS

Telaio cabinato
Potenza motore 140 HP
Trazione anteriore (non presente nei listini per FIAT Ducato la trazione posteriore)
Cambio manuale a 6 marce

 <p>ASP AGRIGENTO</p>	<p>Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento Distretto Ospedaliero AG 2 <i>P.O. "Giovanni Paolo II" di Sciacca</i> U.O.C. Medicina Trasfusionale <i>Direttore Dott. Pasquale Gallerano</i></p>
--	--

2. Quesito posto da CVS e risposta dell'Amministrazione (09/06/2025):

- Quesito: È possibile proporre una meccanica con caratteristiche diverse e superiori rispetto a quelle indicate, restando nei 3.500 kg e quindi conducibile con patente B?
- Risposta dell'Ente: È possibile proporre un veicolo con caratteristiche uguali o superiori rispetto a quelle indicate nel Capitolato.

3. Giustificazione del fornitore:

CVS ha motivato la scelta della meccanica da 140 CV e cambio manuale con tempi di produzione e consegna più contenuti (70 giorni solari), in quanto le configurazioni richieste sarebbero considerate "non standard" dalle case costruttrici, con una conseguente attesa minima di circa 150 giorni.

4. Valutazione della giustificazione:

Pur comprendendo le criticità logistiche segnalate, la motivazione non può essere ritenuta sufficiente per giustificare la difformità. Le caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato non sono infatti modificabili, in quanto:

- Rappresentano elementi essenziali e vincolanti della fornitura;
- Sono state individuate in funzione di precise esigenze operative (motricità, sicurezza, semplicità di guida da parte di autisti con patente B);
- Sono coerenti con la destinazione d'uso del veicolo (Autoemoteca mobile ad accesso pubblico, spesso operante in contesti urbani e extraurbani).

5. Riferimenti normativi:

Ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), le specifiche tecniche contenute nei documenti di gara devono essere interpretate come vincolanti e volte ad assicurare che le forniture soddisfino pienamente i requisiti funzionali, qualitativi e prestazionali richiesti dalla stazione appaltante.



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Distretto Ospedaliero AG 2

P.O. "Giovanni Paolo II" di Sciacca

U.O.C. Medicina Trasfusionale

Direttore Dott. Pasquale Gallerano

La deroga a tali specifiche è ammessa solo nei casi espressamente previsti e, in ogni caso, non può comportare una riduzione qualitativa della prestazione. La proposta di un veicolo con caratteristiche inferiori a quelle minime previste contrasta pertanto con la normativa vigente.

6. Conclusione:

Si conferma, in via definitiva, la non conformità del veicolo proposto da CVS, con particolare riferimento alla potenza del motore, al tipo di trazione e al sistema di trasmissione.

Tali elementi costituiscono requisiti essenziali ai fini della validità tecnica dell'offerta e della rispondenza alle esigenze operative dell'Ente.

Sciacca li : 09/07/2025

Il Direttore

(Dott. Pasquale Gallerano)

