



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO**

**UOC Provveditorato**

**Viale della Vittoria 321 – Agrigento**

**Funzionario istruttore: Coll. Amm.vo Anna Spataro**

**Pec :[forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)**

**Prot. 17117 del 28/1/2025**

Alla Ditta

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di pedana d'equilibrio dinamica e statica per la riabilitazione pazienti UO Medicina Fisica e Riabilitativa PO Agrigento

Questa Azienda intende avviare una indagine conoscitiva di mercato per procedere all'acquisto di fornitura pedana d'equilibrio dinamica e statica per la riabilitazione pazienti UO Medicina Fisica e Riabilitativa PO Agrigento aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato capitolato tecnico.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi al fine determinare la disponibilità sul mercato del sistema da acquistare, a verifica del rispetto del principio di concorrenza, e il valore di mercato.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare entro il 10/2/2025 mezzo posta elettronica certificata [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) inviando offerta economica tecnica ed economica di mercato

Al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, dovranno essere indicate eventuali criticità nelle caratteristiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione alla gara.

Si invita a riscontrare anche nel caso in cui la ditta abbia prodotti c.d. "equivalenti" ed a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'attinente categoria merceologica di iscrizione al Me.Pa

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Cinzia Schinelli



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**  
**DISTRETTO OSPEDALIERO AG1**  
**PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO**  
**U.O. MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA**  
**Direttore Dott. Fausto Crapanzano**

4

• Dimensioni sistema (senza modulo Pelvico): 160cm x 110 cm x 200cm (LxPxH) • Peso sistema: 230kg • Pedana d'equilibrio dinamica/statica • Uso mono e bipodalico ortostatico e seduto • Pedana dinamica instabile con 50 livelli di regolazione • Movimento mono e biaxiale • Misurazione carichi: 150kg - 0.1kg risoluzione • Misurazione angoli pedana: +/- 15° precisione 0.5°; 0.2° di risoluzione • Misurazione angoli sensore tronco: +/- 30° precisione 0.5°; 0.1° di risoluzione • Misurazione angoli seduta: +/- 15° precisione 0.5°; 0.2° di risoluzione • Frequenza di campionamento: 40 Hz • Connessione a PC tramite cavo seriale RS232 Prokin-252 con Modulo per il training Exer-Games FUNZIONALITÀ SOFTWARE • Moduli di valutazione: - Test stabilometrico - Limits of stability test (LOS) - Test stabilometrico comparato (occhi aperti / occhi chiusi - romberg) - Equilibrio bipodalico - Valutazione BESS/m-CTSIB - Valutazione propriocettiva (arto singolo) - Valutazione dell'equilibrio comparata (arto singolo) - Valutazione posturale/propriocettiva del tronco - Valutazione ROM tronco/bacino (STAR test) • Moduli di training - Tracciati dinamici/statici - Destrezza - Desequilibrio - Posizione/reattività - Monitor • Anagrafica pazienti e archivio valutazione/training • Giochi riabilitativi: diversi exer-games immersivi in ambienti di realtà virtuale per l'allenamento dell'equilibrio

• Display Touch Screen da 21.5" con risoluzione 1600x900 pixel • Altezza Display regolabile. • Pedana Statica/Dinamica con diametro di 55 cm. • Pedana di supporto di 110x110 cm, altezza da terra di 23 cm. • Sensore Tronco per la postura • Appoggi superiori avvolgenti. • Gradino per agevolazione accesso (opzionale) • Seduta Pelvic Module PARAMETRI ELETTRICI • Alimentazione: 230-240VAC, 50 Hz • Corrente massima assorbita: 2.6 A (fusibili di protezione T3, 15A L) • Potenza assorbita: 600 W

CONFORMITÀ • Direttiva 93/42/CEE - Classe 1m • Normativa EN60601-1 - classe I tipo B • Basic UDI - DI: 08055715880036 • Classificazione CND: Y034899 • Repertorio DM n.: 2538596 • GMDN: 17242 GARANZIA • 12 mesi SPECIFICHE COMPUTER • Computer all in one • Monitor touchscreen 21.5" • CPU: 2.3 Ghz; HD: 500GB; RAM 4 GB; • Tastiera + mouse • Windows 10 Professional • Stampante InkJet a color

Sicurezza e Privacy dei dati aderenti al regolamento Generale (GDPR)

**Dott. Fausto Crapanzano**  
DOTT. FAUSTO CRAPANZANO  
DIRETTORE  
U.O.C. MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA  
P.O. "San Giovanni di Dio", ASP AG  
EMPAM 300284220G - Ord. Med. AG3983