



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE UFFICIO
SERVIZIO PROVVEDITORATO

CAP. 92100 CITTÀ AGRIGENTO

Telefono 0922-407463

FAX 0922-407120

DATA 06/03/2025
PROT. 39609

A tutti gli operatori economici interessati

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato finalizzata all'avvio di procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per la fornitura in somministrazione di ausili per incontinenti con sistema a raccolta (sacche e placche per colo/ileo/urostomizzati, cateteri vescicali ed esterni) e medicazioni per la prevenzione e cura delle piaghe da decubito di cui all'elenco 2 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 allegato n. 2) e consegna degli stessi al domicilio degli assistiti aventi diritto – durata triennale.

Questa Azienda intende procedere, previa verifica della copertura finanziaria, all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, per la stipula di un accordo quadro per la fornitura in somministrazione di ausili per incontinenti con sistema a raccolta (sacche e placche per colo/ileo/urostomizzati, cateteri vescicali ed esterni) e medicazioni per la prevenzione e cura delle piaghe da decubito di cui all'elenco 2 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 allegato n. 2) e consegna degli stessi al domicilio degli assistiti aventi diritto – durata triennale..

Premesso quanto sopra, si chiede agli operatori economici, se interessati, a trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it, riscontro alla presente consultazione (mediante la compilazione dell'allegato file per i lotti di interesse) al fine, innanzitutto, di verificare il concreto interesse alla partecipazione e la conseguente, da parte di questa Azienda, aggregazione dei dispositivi in lotti che garantiscano la più ampia concorrenzialità, oltre che per stabilire la relativa base d'asta.

Il termine di presentazione è fissato per le ore 12:00 del 20/03/2025.

Il RUP

(Dott. Domenico Vella)

Il Dirigente Amministrativo


(Maria Tiro)

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato

(Ing Alessandro Dinolfo)

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIA**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
SEDE LEGALE : VIALE DELLA VITTORIA, 321 – AGRIGENTO**



P. IVA 02570930848

INDAGINE DI MERCATO/AVVISO DI VOLONTARIA TRASPARENZA FINALIZZATO ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L'AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER LA STIPULADUN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI AUSILI PER INCONTINENTI CON SISTEMA A RACCOLTA (SACCHE E PLACCHE PER COLO/ILE/O UROSTOMIZZATI, CATETERI VESCICALI ED ESTERNI) E MEDICAZIONI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE PIAGHE DA DECUBITO DI CUI ALL'ELENCO 2 DEL D.P.C.M. 12 GENNAIO 2017 ALLEGATO N. 2) E CONSEGNA DEGLI STESSI AL DOMICILIO DEGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO – DURATA TRIENNALE

CAPITOLATO TECNICO

AUSILI PER STOMIE ISO 09.18	CODICE ISO 09.18.04	TIPO PROTESI COLOILEOSTOMIA	COMPONENTI 1 PEZZO	QUANTITA' ANNUA	NOME COMMERCIALE	MISURA/ TAGLIA	CONFE ZIONE	NUMERO BD/RDM	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			a fondo chiuso dispositivi dotati di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloldi o anello protettivo (in gomma naturale Karaya o diverso materiale), supporto adesivo microporoso e ipoallegenico, sul lato corpo, rivestimento antirraspirante (in TNT o analogo materiale) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente.							
	n. 1 09.18.04.003	Sacca per colostomia a Fondo Chiuso (DM.2017)		65.000						
	n. 2 09.18.04.006	Sacca per colostomia a fondo chiuso per stomi intorflessi (stomia a filo, retratto, situato in una piega cutanea o in una cicatrice) DM.2017		39.450						

		SISTEMA A COLOLEOSTOMIA	2	PEZZI
09.18.05		sacche per stomia, a più pezzi, a fondo chiuso dispositivi costituiti da due pezzi: un supporto adesivo ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito ed una sacca di raccolta. La sacca è dotata di filtro antiodore, rivestimento antitranspirante sul lato corpo (in TNT o analogo materiale) e rivestimento opaco o trasparente sul lato esposto. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può essere pretagliata, ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. Tali opzioni di scelta devono essere esplicitamente indicate nella prescrizione prima dell'acquisto. L'adattabilità placcasacca deve consentire un facile e sicuro sgancio/aggancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo.		
n. 3	09.18.05.003	Sistema per colostomia (placca adesiva con flangia + sacche a fondo chiuso) DM.2017	Placche Sacche	9.365 36.680
n. 4	09.18.05.006	Sistema per colostomia (placca adesiva con flangia a convessità integrale per stomi introflessi (stoma a filo, retratto o situato in una piega cutanea e/o in una cicatrice + sacca a fondo chiuso) DM.2017	Placche Sacche	6.340 23.300
09.18.07		SISTEMA A 1 PEZZO UROSTOMIA DM.2017 sacche per stomia, a un pezzo, a fondo aperto con valvola anti-reflusso <i>La sacca per ileostomia</i> deve essere dotata di filtro antiodore, barriera autoprotettiva in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale Karaya o diverso materiale), supporto adesivo microporoso e ipoallergenico, rivestimento antirraspirante (in TNT o analogo materiale) sul lato corpo e rivestimento opaco o trasparente sul lato esposto, valvola anti-reflusso. <i>La sacca per</i>		

		<i>urostomia</i> deve essere dotata di un sistema di scarico (preferenzialmente con rubinetto a scomparsa) raccordabile al raccoltoire da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. <i>Per entrambe, il sistema di svuotamento e di chiusura della sacca deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite.</i>						
n. 5	09.18.07.003	Sacca per ileostomia a fondo chiuso DM.2017			21.810			
n. 6	09.18.07.006	Sacca per Urostomia a fondo aperto DM.2017			23.490			
n. 7	09.18.07.009	Sacca per ileostomie intorflesse (Stoma a filo, retratto o situato in una piega cutanea e/o in una cicatrice) a fondo aperto DM.2017			53.340			
n. 8	09.18.07.012	Sacca per Urostomie intorflesse (stoma a filo, retratto o situato in una piega cutanea e/o in una cicatrice) a fondo aperto DM.2017			18.860			
09.18.08		SISTEMA A 2 PEZZI UROSTOMIA DM.2017 Sacche per stomia, a più pezzi, a fondo aperto con valvola anti-reflusso dispositivi costituiti da due pezzi: un supporto adesivo ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito ed una sacca di raccolta. La sacca è dotata di filtro antiodore, rivestimento antirraspirante sul lato corpo (in TNT o analogo materiale), rivestimento sul lato esposto opaco o trasparente, valvola anti-reflusso. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può essere pretagliata, ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. Tali opzioni di scelta devono essere esplicitamente indicate nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro sgancio/aggancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. Il sistema di svuotamento e di chiusura della sacca deve essere facile da usare, sicuro ed						

		efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite.					
n. 9	09.18.08.003	Sistema per Ileostomia (placca adesiva con flangia + sacche a fondo aperto) DM.2017	Placche Sacche	13.115 57.940			
n. 10	09.18.08.006	Sistema per Urostomia (placca adesiva con flangia + sacche a fondo aperto) DM.2017	Placche Sacche	11.645 19.260			
n. 11	09.18.08.009 DM.2017	Sistema per Ileostomia (placca adesiva con flangia a convessità integrale per ileostomie introflesse (stoma a filo, retratto o situato in una piega cutanea e/o in una cicatrice) + sacche a fondo aperto)	Placche Sacche	9.045 44.190			
n. 12 n. 18.08.012	09.18.08.012 DM.2017	Sistema per Urostomia (placca adesiva con flangia a convessità integrale per urostomie introflesse (stoma a filo, retratto o situato in un piega cutanea e/o in una cicatrice) + sacche a fondo aperto) DM.2017	Placche Sacche	9.740 14.530			
	09.18.24	SISTEMA AD IRRIGAZIONE L'irrigazione, restituendo un ritmo alla motilità intestinale dell'assistito, consente di ottenere un periodo di riposo intestinale. E' controindicata per utenti cui è stato diagnosticato il c.d. "colon residuo" (regolarità e ritmicità spontanea delle evacuazioni; con patologia pregressa: malattia diverticolare, Morbo di Crohn; con colon irritabile); in presenza di ernia peristomale, prolasso, stenosi, recidiva sfomatica; assistiti con inabilità fisica, psichica o chemio-terapica. E' consigliabile proporre l'inizio di tale pratica dopo un mese circa dall'intervento; la prescrizione indicherà la frequenza della procedura di irrigazione sulla base del tipo di peristalsi e del volume del colon residuo. NOTA: l'irrigazione consente	Sacche				

n. 09.18.24.003	13	Sistema di irrigazione completo <i>Composto da: borsa graduata per l'acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione del volume, cintura di fissaggio con o senza piacca e sacche di scarico. DM.2017</i>				
n. 09.18.24.006	14	irrigatore semplice <i>composto da: borsa graduata per l'acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione del volume</i>		51		
n. 15		sacche di scarico trasparenti a fondo aperto per irrigazione, con barriera autoportante o adesivo o flangia.		5		
n. 09.18.24.009						
n. 09.18.24.012	16	tappo ad espansione o post irrigazione non ad espansione, con filtro incorporato. DM.2017		5.310		
n. 09.18.24.015	17	mini saccia post-irrigazione con barriera autoportante, filtro incorporato e lato interno in TNT assorbente <i>NOTA - La prescrizione del sistema di irrigazione completo è alternativa alla prescrizione combinata dell'Irrigatore e delle saccette di scarico. La prescrizione del materiale per irrigazione e l'indicazione della relativa frequenza rimodulano il quantitativo massimo concedibile di ausili per stomia. Le quantità del tappo ad espansione sono correlate alle specifiche condizioni della persona riportate dalla prescrizione così come quelle delle mini saccette post irrigazione. DM.2017</i>		1.060		

	09.18.30	PROTETTORI DELLO STOMA E CUTE PERISTOMALE. DM.2017						
n. 18	09.18.30.003	pasta o pomata protettiva, ad azione emolliente e/o eudermica. DM.2017	333.333			Prezzo a gr.		
n. 19	09.18.30.006	polvere protettiva per zone peristomali. DM.2017	75.000			Prezzo a gr.		
n. 20	09.18.30.009	Salviettine per detersione. <i>rilasciano una pellicola protettiva per le zone perisionali consentendone una adeguata detersione (la pellicola /o film/ da applicare sulla pelle può anche essere rilasciata da un contenitore spray che la contiene)</i> DM.2017	Salvietta	105.710		Prezzo a salvietta		
			Spry a ml	314.780		Prezzo ad ml		
n. 21	09.18.30.012	pasta solidificata può presentarsi in forme differenti, è ritagliabile per realizzare un'azione livellatrice e/o riempitiva sull'addome degli assistiti che presentano una superficie peristomale irregolare. NOTA: da prescriversi esclusivamente in questi casi. DM.2017		8.290		Prezzo a n.		
n. 22	09.21.18.003	lubrificante per cateterismo <i>NOTA BENE: prescrivibile esclusivamente in abbinamento ai cateteri a punta Nelaton o Tieman (codice: 09.24.06.006 e .009)</i>		8.100		Prezzo a gr.		
09.24		CONVOGLIATORI URINARI						
09.24.03	CATETERI VESICALI A PERMANENZA (o autostatici) dispositivi in confezione singola sterile, in silicone puro 100%, il palloncino a parete sottile (volume circa 10 ml) deve adattarsi alle differenze anatomiche del collo della vescica; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alla conformazione e alle misure dell'assistito (in genere, è presente il codice a colori sulla valvola per l'individuazione immediata della misura limitando il rischio di errori) e							

		devono essere riportate nella prescrizione specialistica prima di procedere all'acquisto. Indicazioni. L'esigenza del posizionamento di un catetere a permanenza è indicato nelle seguenti condizioni: presenza di lesioni anatomiche delle basse vie urinarie che rendono impossibile un cateterismo intermittente; insufficiente manualità dell'assistito tale da rendere molto complicata la auto-gestione del cateterismo intermittente; incontinenza urinaria grave in assistiti con ulcere da decubito; soggetti anziani non collaborativi; pazienti terminali.				
n. 23	09.24.03.003	catetere a permanenza tipo Foley a due vie con scanalature 2 <i>il dispositivo monouso è provvisto di scanalature longitudinali su tutta la superficie esterna per favorire il deflusso delle secrezioni urinarie;</i> <i>indicato per assistiti che necessitano di una superficie di contatto catetere/mucosa ridotta.</i>	DM.2017		7.000	
n. 24	09.24.03.006	catetere a permanenza tipo Foley a due vie senza scanalature DM.2017		15.283		
n. 25	09.24.06.006	CATETERI VESICALI A INTERMITTENZA <i>NOTA - Per i bambini fino a 6 anni di età, la quantità massima è incrementabile in relazione a specifiche esigenze individuali segnalate dallo specialista prescrittore. Per la generalità dei casi, le quantità massime erogabili dei cateteri di drenaggio sono incrementabili, a giudizio dello specialista prescrittore, fino al 50% nel periodo iniziale di avvio al cateterismo di durata non superiore a 3 mesi.</i> DM.2017		11.520		

		<i>dell'assistito sono riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.</i>					
n. 26	09.24.06.009	catetere in PVC in confezione singola sterile con punta Tieman (leggermente ricurva) 120 la scelta delle misure (lunghezza e calibro), individuate in base alle caratteristiche dell'assistito sono riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.		960			
n. 27	09.24.06.103	catetere autolubrificante a base di gel 120 il gel di lubrificazione che favorisce l'introduzione e contenere il traumatismo può presentarsi già adeguo alla superficie del catetere o incorporato nella confezione in una apposita camera separata (al momento dell'uso, si rompe il diaframma e il gel lubrifica il catetere). Le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. Dm.2017		17.700			
n. 28	09.24.06.203	catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (NON PRONTO ALL'USO) 120 in confezione singola sterile; la superficie idrofila va attivata prima dell'inserimento aggiungendo acqua o soluzione fisiologica (non inclusa nella confezione); le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. Dm.2017		11.000			
n. 29	09.24.06.303	catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (PRONTO ALL'USO) 120 in confezione singola sterile; nella confezione è già contenuta la soluzione aquosa per l'attivazione della superficie; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte sulla base delle	194.810				

		<i>caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. Dm.2017</i>					
n. 30	09.24.06.403	<i>catetere autolubrificante a base di gel CON 120 SACCA GRADUATA DI RACCOLTA in confezione singola sterile; il gel di lubrificazione può presentarsi già adesivo alla superficie del catetere o incorporato nella confezione; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. Dm.2017</i>					
n. 31	09.24.06.503	<i>catetere autolubrificante idrofilo CON 120 SACCA GRADUATA DI RACCOLTA in confezione singola sterile; nella confezione è già contenuta la soluzione acquosa per l'attivazione della superficie; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. NOTA - Il piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipe può prevedere la prescrizione combinata di cateteri di drenaggio e cateteri con sacche graduate di raccolta, fermo restando il quantitativo massimo erogabile di 120 pezzi fissato per ciascun assistito nella generalità dei casi.Dm.2017</i>		24.080			

n. 09.24.06.603	32	cathetere/tutore per ureterocutaneostomia 2 dispositivo in confezione singola sterile, trasparente, in poliuretano, silicone (o analoghi materiali che ne consentano l'uso per una lunga permanenza), con alette di bloccaggio e disco di fissaggio (per il posizionamento in situ), con foro centrale e fori di drenaggio posti lungo la superficie. La lunghezza (di solito, 25 cm) ed il diametro devono essere riportati in dettaglio nella prescrizione specialistica prima di procedere all'acquisto. DM.2017	894
09.24.21	CONDOM PER URINA		
n. 33 09.24.21.003	guaina in materiale ipoallergenico 60 dispositivo in materiale sintetico o in lattice, autocollante o con striscia adesiva o bi-adesiva; in genere, più sottile nella parte anteriore e con la punta rinforzata, l'attacco a racordo deve adattarsi ad ogni tipo di sacca di raccolta dell'urina. La misura del diametro (18 - 40 mm, in genere) favorisce l'adesione e la funzione e deve essere riportata in dettaglio nella prescrizione specialistica prima di procedere all'acquisto. DM.2017	43.320	
09.27	RACCOGLI TORI DI URINA	SACCA DI RACCOLTA DELL'URINA, DA LETTO: dispositivo di capacità variabile, tubo di raccolto e collegamento al catetere uretrale (o alla guaina esterna) di diversa lunghezza (da riportare nella prescrizione), indicazione prestampata del volume raccolto, valvola antireflusso che evita la risalita delle urine, limitando i rischi di infezione retrograda DM.2017	
	n. 09.27.04.006	monouso a fondo chiuso	416.610

Lotto n. 35 09.27.05.003	SACCA DI RACCOLTA DELL'URINA, DA GAMBA: dispositivo di capacità variabile, tubo di raccordo di misure varie (da indicare nella prescrizione), dotata di valvola antiriflusso, con sistema antisciacquo, con o senza rivestimento in TNT sul lato gamba, con o senza sistema antiriflusso, dotata di rubinetto di scarico DM.2017	riutilizzabile con rubinetto di scarico 20 <i>NOTA: in genere, la scelta del modello monouso è da riservarsi agli assistiti per i quali è prevista una cateterizzazione di breve durata.</i>	16.024				
n. 36 09.27.04.003	n. 36 09.27.04.003 riutilizzabile						
n. 37 09.27.05.006			34.387				
04.49 PRODOTTI PER TERAPIE PERSONALI PRODOTTI PER IL TRATTAME NTO DELLE LESIONI CUTANEE	NOTA 1 - I quantitativi erogabili sono determinati dalla frequenza della cambio della medicazione legata alla tipologia delle lesioni, alla quantità di essudato, alla fase del processo di cicatrizzazione in essere ed alle condizioni cliniche valutabili dallo specialista e dal suo team professionale e devono essere riportate dettagliatamente nella prescrizione. NOTA 2 - A causa della diffusa disomogenità delle misure delle medicazioni in commercio, come unità convenzionale di valutazione economica, si suggerisce l'utilizzo di € / superficie per quelle in alginato, in idrocolluti, in idrofibra, in argento, in poliuretano e per le garze ad azione emolliente; € / volume o peso per le medicazioni in gel idrofilo e le confezioni di lubrificante per cateterismo; € / volume per le medicazioni cavitarie (cod. 04.49.21.633) e € / lunghezza per la rete tubolare elastica (cod. 04.49.27.003), medicazioni in alginato (classe M040402 - Cnd);		7.672				

	n. 04.49.09.303	44 cm 5 x 5 (corrispondente ad una superficie attiva di 25 cm ² +/- 10%)	760				
	n. 04.49.09.306	45 cm 10 x 10 (corrispondente ad una superficie attiva di 100 cm ² +/- 10%)	3.173				
	n. 04.49.09.309	46 cm 15 x 15 (corrispondente ad una superficie attiva di 225 cm ² +/- 10%)	329				
n. 04.49.12.403	47 medicazioni in gel idrofilo (classe M040405 - Cnd) <i>medicazioni in forma di gel (con o senza supporto) a base di polimeri idrofili (in genere, dell'amido) con un contenuto di acqua superiore al 70% (fino all' 85%), sono indicate per lesioni superficiali e di media profondità, con presenza di tessuto di granulazione; sono specifiche per lesioni cutanee necrotiche e/o fibrinose che necessitano di idratazione e/o detersione e sbagliamento, manifestano un blando effetto anestetico;</i> <i>sono contraindicate nelle lesioni infette e con intensa essudazione</i>	DM.2017 MEDICAZIONI IN ARGENTO (classe M04040801/02- Cnd): <i>medicazioni in tessuto-non-tessuto (o altro supporto) con presenza di Ag in varie forme (argento metallico micronizzato, ione argento, argento nano-cristallino); sono indicate per la gestione di lesioni infette, ad evidente rischio di infezione e in quelle in cui l'eccessiva carica batterica provoca un ritardo nella guarigione ("colonizzazione critica" o "pre-infezione"). Possono presentarsi in combinazione con altre sostanze attive come schiume di poliuretano o alginati (in grado di cedere Ag), ma si ritiene prevalente l'attività battericida dell'Ag presente. In genere, vanno usate inizialmente per un periodo non superiore a due settimane</i>	7.000				

		<i>prima di una nuova valutazione delle condizioni della lesione. Prescrivibili nei formati di seguito elencati: DM2017</i>						
n. 48	cm 15 x 15 (corrispondente ad una superficie attiva di 225 cm ² +/- 10%)		160					
n. 49	cm 10 x 10 (corrispondente ad una superficie attiva di 100 cm ² +/- 10%)		2.700					
n. 50	cm 10 x 20 (corrispondente ad una superficie attiva di 200 cm ² +/- 10%)		170					

MEDICAZIONI IN POLIURETANO
(classe M040406 - Cnd):
medicazioni primarie e secondarie a base di poliuretano in quantità prevalente, associato o meno ad altre sostanze, (preferenzialmente prive di bordi adesivi) se destinate agli assistiti che presentano la cute perilesionale fragile); si presentano in forma di schiuma pluristrificata (semplice, idrocellulare, idropoliuretico) o a base di poliuretano in forma gelificata; sono indicate per il trattamento di lesioni a spessore parziale o totale a media secrezione; i liquidi assorbiti vengono uniformemente distribuiti all'interno del tampono di schiuma che si conforma perfettamente al letto della lesione e alle diverse sedi anatomiche del corpo; devono ritenerre gli esudati assorbiti senza disperderli anche quando sottoposte a pressione; lo spessore della schiuma crea un effetto cuscinetto che riduce la pressione sulla lesione, contrasta eventuali forze di frizione e garantisce le necessaria protezione. Controindicate per lesioni non esudanti con fondo secco ed in associazione con agenti ossidanti (ad esempio, acqua ossigenata). Prescrivibili nei formati di seguito:

	n. 04.49.18.603	51	cm 10 x 10 (corrispondente ad una superficie attiva di 100 cm2 +/- 10%)		8.740					
	n. 04.49.18.606	52	cm 10 x 20 (corrispondente ad una superficie attiva di 200 cm2 +/- 10%)		3.660					
	n. 04.49.18.609	53	cm 15 x 20 (corrispondente ad una superficie attiva di 300 cm2 +/- 10%)		1.515					
	n. 04.49.21.633	54	medicazione cavitaria indicata per il trattamento delle lesioni profonde che riguardano i piani dal sottocutaneo al fasciale fino al muscolare ed al tendineo; può essere costituita da differenti materiali ma deve essere concepita per essere introdotta integralmente nella lesione per le operazioni di riempimento o "zaffatura" (unità di misura per il confronto e le valutazioni: volume in cm3) DM.2017		110					
	n. 04.49.24.703	55	medicazioni costituite da garze e sostanze ad azione emolliente (classi M02030201 e M02030299 - Cnd) medicazioni costituite da un supporto di garza di cotone a rete sottile (tessuto di acetato di cellulosa o altro materiale) impregnata con petrolio bianco, vaselina o parafina. Le misure devono essere scelte in base alla superficie corporea esposta al trattamento e riportate in dettaglio nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. Prescrivibili esclusivamente ad assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RN0570 - epidermosi bollosa ereditaria). DM.2017		30					
	n. 04.49.27.903	56	rete elastica tubolare costituita da gomma naturale (circa 25-30% del peso) ricoperta da piccole e soffili		2.010					

	<p>catene di poliammide (circa 65-70% del peso) in modo da non essere a contatto con la cute anche alla massima estensione; indicata per mantenere una medicazione in posizione senza l'utilizzo di collanti o nastri e necessaria per gli assistiti soggetti a frequenti sostituzioni della stessa; le dimensioni e la lunghezza devono essere esplicitamente precise nella prescrizione specialistica in relazione alle esigenze dell'assistito. Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RL0030 - pemfigo - RL0040 - pemfigoide boloso - RN0570 - epidermolisi bollosa ereditaria</p> <p>DM.2017</p>	