



Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Tel. 0922 407111 * Fax 0922 401229
P.Iva e C.F. 02570930848
Web: www.aspag.it

UFFICIO
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

VIALE DELLA VITTORIA N. 321

CAP. 92100 CITTA' AGRIGENTO

PROT. 70058

del 28/04/2025

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

INDAGINE DI MERCATO

***** URGENTE *****

Oggetto: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA NECESSARIA ALLA DETERMINAZIONE DI SPECIFICI FATTORI DI CRESCITA CON TECNOLOGIA LUMINEX.

Questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento intende interpellare il mercato al fine di provvedere ad affidare ad un Operatore Economico, previo esperimento di appropriata procedura di acquisizione sulla piattaforma di CONSIP SPA WWW.ACQUISTINRETEPA.IT, per l'affidamento in oggetto i cui dettagli sono di seguito esplicitati.

LA FORNITURA DI ATTREZZATURA NECESSARIA ALLA DETERMINAZIONE DI SPECIFICI FATTORI DI CRESCITA CON TECNOLOGIA LUMINEX CON LE SEGUENTI SPECIFICHE:
LX200, Luminex 200 CORE instrument comprensivo dei seguenti accessori

N.1 Sheath Delivery System;

N.1 X-Y Platform for 96-well plates;

N.2 Sample probe-needle;

N.1 xMAP Sheath Fluid

N.1 1L sheath bottle;

N.1 1.2L Waste bottle riutilizzabile;

N.1 Sample probe height adjustment kit;

N.1 Automated Maintenance Plate;

N.1 Heater Block (96 well plate);

N.1 Desktop PC, con hardware di ultima generazione e completo di sistema operativo Windows e comprensivo di ogni component hardware e software necessaria al completo funzionamento dello strumento

N.1 xPONENT Software con annesse almeno 3 licenze da installare sui Client aziendali

N.1 Luminex 200 Calibration Kit, 25 uses

N.1 Luminex 100/200 Verification Kit, 25 uses

N.1 96-well Magnetic Piate Separator;

Si richiede inoltre programma di analisi da associarsi al programma ufficiale xPONENT, senza sostituzione e senza utilizzo dei dati in server esterni e N°1 Quantist Analysis Software.

La Ditta dovrà garantire la formazione al personale e garantire oltre installazione, la manutenzione periodica e straordinaria.

L'Operatore Economico interessato deve presentare **obbligatoriamente**:

1. Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura;
2. Indicare classe merceologica di abilitazione affine alla fornitura;
3. Preventivo di spesa che indica il dettaglio dei singoli costi dei prodotti sopraindicati;



Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Tel. 0922 407111 * Fax 0922 401229
P.Iva e C.F. 02570930848
Web: www.aspag.it

L'operatore economico interessato deve obbligatoriamente essere iscritto al MEPA e dovrà inviare la documentazione richiesta entro e non oltre il 13.05.2025 all'indirizzo PEC: forniture@pec.aspag.it.

La PEC dovrà Tassativamente contenere il seguente oggetto: “CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA NECESSARIA ALLA DETERMINAZIONE DI SPECIFICI FATTORI DI CRESCITA CON TECNOLOGIA LUMINEX.”

La presente indagine di mercato, finalizzata alla individuazione di una congrua base d'asta e/o la procedura più idonea ed alla verifica del rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire a tutti gli operatori economici - in aggiunta a quelle eventualmente interpellate – di poter presentare, se interessati, quanto richiesto con la presente.

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

F.to Il Coll. Amministrativo
Dott. Pietro Vitellaro

F.to Il Direttore UOC Servizio
Provveditorato
Ing. Alessandro Dinolfo