



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 782 DEL 15 APR 2025

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SUL ME.PA. AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA E DEL D. LGS 36/2023 PER FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE 2023 PER FORNITURA DI SET PER LA GARANZIA DI IGIENE E ASEPSI PER PAZIENTI TERAPIA INTENSIVA E BLOCCHI OPERATORI PP.OO. AZIENDALI - APPROVAZIONE ATTI E AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO RDO APERTA SUL ME.PA.

STRUTTURA PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO		
PROPOSTA N. <u>836</u> DEL <u>05-04-2025</u>		
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE Il Collaboratore Amministrativo <u>Anna Spatato</u>	IL DIRIGENTE AMM.VO UOS BENI E SERVIZI SANITARI IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO U.O.S ECON-ACQUISIZIONE BENI/SERVIZI NON SANITARI DOTT.SSA ROSALIA CALA'	IL DIRETTORE UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO Ing Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE		
Si attesta la copertura finanziaria: () come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera. (PR.R. INCENTIVI PERSONALE) () Autorizzazione n. <u>53360</u> del <u>10/4/2025</u> <input checked="" type="checkbox"/> C.F. / <input type="checkbox"/> C.P. e 50.10.10.503 + conti incettivi		
II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Sig.ra Stradella Maria ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE DDC SEF e P. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO & PATRIMONIALE <u>Francesco Scattolon</u>	

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA <u>10 APR 2025</u>
--

L'anno duemilaventicinque il giorno 12 Dicembre del mese di
APRILE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TENESA CIRQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato, Ing. Alessandro Dinolfo

- Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;
- Premesso che con allegata nota prot. 192164 del 13/11/2024 e successiva email dell'1/4/2025, a rettifica del capitolato tecnico prima trasmesso, il Direttore Il Direttore del Dipartimento di Emergenza ha richiesto l'acquisto di set per la garanzia di igiene ed asepsi per i pazienti della Terapia Intensiva e Blocco Operatoria aziendali precisando che "*all'interno del Blocco Operatorio e della Terapia intensiva le condizioni di igiene e asepsi devono essere assolute..... obiettivo fondamentale da raggiugere è la garanzia assoluta di igiene da ottenere attraverso la corretta esecuzione procedure di igiene per i pazienti critici ricoverati in Terapia Intensiva e per quelli afferenti al Blocco Operatorio per eseguire procedure chirurgiche*" indicando le caratteristiche tecniche e il fabbisogno annuo;
- Considerato che il contratto di fornitura annua stipulato in esecuzione alla deliberazione 2274 del 15/1/2023 con la quale è stata aggiudicata la procedura negoziata Mepa RDO aperta 3831078, ha esaurito i propri effetti e il fabbisogno posto in gara è stato totalmente ordinato;
- Appurato che i set richiesti non sono inseriti in altri contratti vigenti derivanti anche da gare CUC e/o di Bacino occidentale giusta email della Farmacia del PO di Agrigento custodita agli atti d'ufficio;
- Ritenuto di porre a base d'asta l'importo complessivo annuo di € 220.000,00 oltre Iva calcolato, sulla base dei prezzi storici attualizzati;;
- Ritenuto, quindi, di indire procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera E) del D Lgs 36/2023 autorizzando espletamento di RDO aperta sul Me.Pa per lotto unico, applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 108 comma 3 del D lgs 36/2023;
- Vista l'allegata lettera-invito ed il relativo capitolato tecnico;
- Di individuare ai sensi dell'art. 15 del D Lgs 36/2023 quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) la Sig.ra Anna Spataro, collaboratore Amministrativo in servizio al Provveditorato e quale Direttore delle esecuzione del contratto D.E.C. Il Direttore del Dipartimento di Emergenza Dr. Gerlando Fiorica per come previsto nei casi di cui al combinato disposto dall'art 8 comma 4 All.to I.2 e dell'art 32 commi 2 e 3 all.to II.14 del D Lgs 36/2023 "*per ragioni concernenti l'organizzazione interna della stazione appaltante , che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento* "
- Ritenuto e considerato quanto sopra;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- 1) Di dare atto che con nota prot. 192164 del 13/11/2024- e successiva email dell'1/4/2025, a rettifica del capitolato tecnico e del fabbisogno indicato nella stessa nota - il Direttore Il Direttore del Dipartimento di Emergenza ha richiesto l'acquisto di set per la garanzia di igiene ed asepsi per i pazienti della Terapia Intensiva e Blocco Operatorio aziendali;
- 2) Di autorizzare espletamento di procedura di gara sul Me.Pa , ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera e) del D Lgs 36/2023, a mezzo di RDO aperta, onde permettere la maggiore partecipazione di operatori economici, l'acquisto in somministrazione annua dei set per la garanzia di igiene ed asepsi indicati nell'allegato capitolato tecnico di gara , posto a base d'asta per lotto unico l'importo complessivo di € 220.000,00 oltre iva ;
- 3) Di approvare l'allegata lettera-invito che prevede, se ritenuto necessario, l'applicazione dell'art. 120 co 9) del D Lgs 36/2023, entro le soglie di cui all'art. 14 del medesimo D. Lgs.;
- 4) Di individuare nel quadro economico del presente provvedimento gli incentivi di cui ex art 45 del D Lgs 36/2023 trattandosi di "forniture di particolare importanza" di cui all'art. 32 comma 2 All.to II/14 del D Lgs 36/2023;
- 5) Di dare atto che l'importo complessivo di € 272.800,00 iva compresa è così suddiviso:

Imponibile	€ 220.000,00	C.E.C501010503
funzioni tecniche ex art 45 del D lgs 36/2023 e linee guida Regione Sicilia DP GAB dell'11/12/2024	€ 4.400,00	C.E. C516040605/P202050601
Iva 22%	€ 48.400,00	C.E.C501010503

e grava per € 106.000,00 sul bilancio 2025 dando mandato al Sefp di gravare la restante somma di € 136.800,00 sul bilancio 2026 ed € 30.000,00 sul bilancio 2027 il tutto a valere sui centri di costo delle Farmacie che emetteranno gli ordinativi;

- 6) Dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione delle spettanze a titolo di incentivi ex art 45 del D Lgs 36/2023 al personale costituente il gruppo di lavoro della odierna procedura, individuato con disposizione prot.58767 del 7/4/2025
- 7) Dare atto che gli atti citati nel presente provvedimento se non allegati sono custoditi agli atti d'ufficio;
- 8) Munire il presente atto di clausola di immediata esecuzione al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenziali nel più breve tempo possibile;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO

Ing. Alessandro Dinolfo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorabile
Data 14/04/2025

Parere Favorabile
Data 15/04/2025

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Ersilia Riggio


Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia


IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall' Ing Alessandro Dinolfo Direttore della U.O.C. Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing Alessandro Dinolfo Direttore della U.O.C. Provveditorato.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO I.P.C.
Ufficio SVA - Controllo di Gestione
Dott.ssa Teresa Cirque


Contabilita': Tutte
Classe : Tutte
Distretto : Tutti
Per l'anno : 2025
Dal Conto :
Al Conto : zzzzzzzzzzzzzz
Dalla data : 10/04/2025
Alla data : 10/04/2025
Dalla P.Nota: 53360
Alla P.Nota : 53360
Causale Mov.: Tutte

P. Nota	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Cli/For.	Descrizione	Cont.	D A R E	A V E R E
N. Reg.					Protoc.	Causale Movimento			
53360	10/04/25	09/04/25		C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE PR. DEL.N.836/25 PROV. FORN.SET IGIENE E ASEPSI TERAPIA INTENSIVA E BLOCCHI OPE RATORI	4.400,00	0,00	
			1	P.D.N.836/25 PROV.					
2				P202050601		ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE	0,00	4.400,00	
T O T A L E M O V I M E N T I ---->							4.400,00	4.400,00	



Outlook

capitolato igiene e asepsi

Da Gerlando Fiorica <gerlando.fiorica@aspag.it>

Data mar 1 apr 2025 15:09

A Anna Spataro <anna.spataro@aspag.it>

✉ 1 allegato (40 KB)

capitolato igiene e asepsi.docx;

Carissima

invio capitolato modificato sulla stregua del vecchio capitolato, aggiornato nei quantitativi.

A presto

Dr. Gerlando Fiorica

Direttore Dipartimento di Emergenza e Urgenza - ASP Agrigento

Direttore UOC Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore


Direttore UO Complesso Operatorio

P.O. San Giovanni di Dio - Agrigento

gerlando.fiorica@aspag.it

3928786281

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E TERAPIA DEL DOLORE
U.O. BLOCCO OPERATORIO
DIRETTORE DR. G. FIORICA



CAPITOLATO SET PER GARANZIA DI IGIENE E ASEPSI

A

N.1 Telo super assorbente copertura Letto mis.101x228 cm. Materiale: polypropylene, con polimeri super assorbenti, strato posteriore permeabile all'aria in Polyethylele/ tessuto non tessuto. Il materiale di cui è composto deve cattura l'umidità lasciando asciutta la cute dei pazienti. La pellicola idrorepellente, protegge dalle perdite. Compatibile con letti ad aria, materassi anti decubito e tavoli operatori. Capacità di assorbenza 4000-4500g

N.1 Copertina termica paziente bioaccoppiata alluminizzata in grado di trattenere il calore fino all'85%. Fibra in TNT/polietilene a bassa densità. Misure 120x210 cm circa. 75gr/mq circa.

€25,00

600 PZ

B

N.1 Telo super assorbente copertura Letto mis.100x230 cm. Materiale: polypropylene, con polimeri super assorbenti, strato posteriore permeabile all'aria in Polyethylele/ tessuto non tessuto. Il materiale di cui è composto deve cattura l'umidità lasciando asciutta la cute dei pazienti. La pellicola idrorepellente protegge dalle perdite. Compatibile con letti ad aria, materassi anti decubito e tavoli operatori. Capacità di assorbenza 4000-4500g.

N.1 pacchetto di Panno Guanto igiene paziente profumato pre-imbevuto, monouso. Senza risciacquo e ipoallergenico mis.21x15 cm circa . PH bilanciato tra 4.5 e 5,5.

N.1 Set igiene orale composto da: n.1 spazzolino con canale di aspirazione (con manico in polipropilene leggermente angolato) n.1 spugnette/tampone, n.1 Bs. di collutorio 10 ml; n.1 Gel idratante 3 g.

€ 27,00

2000 PZ

C

Telo copertura di sostituzione o integrazione per il set di cui sopra con le medesime caratteristiche di cui al SUB A e B.

€ 12,00

1000 PZ

D

Kit integrativo per il controllo dell'igiene orale H24 composto da N°2 set contenenti:

N2 vassoio (0-16 ore) con spazzolino con aspirazione non trattato, un tampone con aspirazione trattato con dentifricio, 2 Dentips spugnette tampone non trattata, una busta di gel idratante da 3gr circa;
N1 vassoio con aspirazione (8 ore) contenente un tampone con aspirazione trattato con dentifricio, 2 dentips spugnette tampone non trattata e una busta di gel idratante da 3gr circa.

€ 36,00

150 PZ

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO


PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO

DIPARTIMENTO DI EMERGENZA

U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E TERAPIA DEL DOLORE

U.O. BLOCCO OPERATORIO

DIRETTORE DR. G. FIORICA



E

N.1 Telo copertura tavolo multistrato ultra assorbente a basso linting, con capacità di assorbimento medio di 3760 ml/M2. Strato inferiore in polietilene impervio, testurizzato e aderente, strato intermedio in polimero super assorbente, strato superiore in TNT polipropilene, mis.: 100x230 cm circa.

Grammatura dell'area di assorbimento di 180g/M2. Con bordi saldati ed elevata resistenza agli strappi e alla trazione.

2 Tappetini assorbenti, multistrato, laminato in un unico pezzo, che garantisce impermeabilità ai liquidi biologici e chimici, creando una barriera alla migrazione batterica superficiale. Resistenza allo strappo, alla trazione e all'umido, con bioadesivo applicato sui lati corti. Mis 90 x 120 cm circa.

2 guanti ns in nitrile trattato nella superficie interna con avena colloidale senza polvere ambidestro con borsa antirotolamento.

2 pezzi di protezione occhi per la prevenzione della proliferazione di infezioni, composti da: zona centrale in pellicola trasparente di poliuretano per consentire la visualizzazione dell'occhio, bordo adesivo TNT di poliestere adattabile all'orbita oculare, 2 linguette non adesive alle due estremità per facilitare il posizionamento e la rimozione. Altezza max 35 mm circa, larghezza max. 94 mm circa.

1 Set accessori comprendente. n.5 bs. conta garze laparatomiche da 10 posti; Clip ferma sacco; Busta porta rifiuti cm.100x140 con chiusura rapida, 1 Contenitore Magnetico per aghi e lame costituito da 1 parte in foam da 20 posizioni e 1 parte magnetica.

1 Tappetino magnetico sterile per strumenti chirurgici, in polietilene, acciaio, materiale magnetico e con retro in spugna antiscivolo, cm.25x40.

€ 86,00

1500 PZ

F

N.1 Telo di sostituzione o integrazione con elastici lungo tutto il perimetro con le stesse caratteristiche di cui al sub E.

N.1 paio di cinghia paziente corpo con chiusura a strappo, resistente per fissare il paziente al tavolo operatorio o alla barella. Materiale in poliestere e foam soffice. Anello di plastica

€ 14,00


200 PZ

G

Tappetino assorbente in cellulosa con aggiunta di polimeri super assorbenti per l'assorbimento rapido dei liquidi di sala operatoria. Composto da: Strato superiore Spunbond idrofilico Strato intermedio di colla a secco e fibre di cellulosa e poliestere pressate a freddo; Strato inferiore in polietilene antiscivolo e impermeabile. Capacità di assorbimento: 3.9 Litri. Misura 70x 180 cm. circa.

€24,00

100 PZ



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel. 0922407116

Funzionario istruttore : coll. Amm.vo Anna Spataro

Email – forniture@aspag.it

Prot. Del

Spett.le Ditta

Oggetto: procedura negoziata per la fornitura in somministrazione annua di set per la garanzia ed asepsi per i pazienti della Terapia Intensiva e Blocco Operatorio PP.OO. Aziendali – RDO

Questa Azienda intende procedere , ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D Lgs 36 del 31/03/2023 , all'acquisto per la fornitura in somministrazione annua di set per la garanzia ed asepsi per i pazienti della Terapia Intensiva e Blocco Operatorio aziendali aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato capitolato tecnico:

Lotto unico - importo complessivo a base d'asta € 220.000,00 oltre iva

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 108 comma 3 del medesimo D lgs 36/2023 per offerta complessiva per tutti i prodotti indicati nel capitolato tecnico - anche in presenza anche di una sola offerta valida - alla Società che, previa conformità tecnica dei beni offerti e in possesso dei requisiti di cui agli artt 94 e 95 del D lgs 36/2023 e che non si trovi nelle condizioni di esclusione cui all'art. 53 comma 16ter del D lgs 165/2001, avrà praticato il prezzo complessivo più basso. Saranno escluse le offerte alla pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.

E' ammessa la partecipazione al lotto unico ed indivisibile. Pertanto, le ditte che offriranno il lotto incompleto saranno escluse dalla gara per il lotto incompleto.

Il prezzo offerto si intende compreso del trasporto, scarico, facchinaggio, consegna ed installazione presso i magazzini della Farmacie dei PP.OO. aziendali

I quantitativi indicati nel capitolato tecnico sono presunti e, quindi, suscettibili di variazione in eccesso o in difetto. Pertanto l'aggiudicataria sarà tenuta a consegnare i set nelle quantità richieste senza sollevare eccezione al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

Questa Stazione appaltante si riserva l'applicazione dell'art. 120 comma 9 del D lgs 36/2023 e smi. entro le soglie di cui all'art. 14 del medesimo D. Lgs

La Società che partecipa alla presente RDO consente al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ai fini della verifica da parte di questa stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.


La ditta dovrà, quindi, produrre, quale documentazione amministrativa :

- 1) DGUE
- 2) Copia della presente lettera- invito firmata per accettazione incondizionata tutte le clausole indicate.
- 3) ricevuta contributo ANAC di € 18,00

Per quanto attiene la documentazione tecnica, la ditta dovrà produrre:

- documentazione tecnica redatta in lingua italiana, rese in originale o in copia conforme quali schede tecniche, depliants illustrativi dalla quale evincere il possesso delle caratteristiche tecniche richieste.
- Certificati di conformità alle norme ed alle Direttive CE redatte in lingua italiana e/inglese rese in originale o in copia conforme.

Quale documentazione economica la ditta dovrà presentare oltre l'offerta da sistema l'allegato Schema offerta economica "A" debitamente compilato con i dati di tutti prodotti indicati nel capitolato tecnico, firmata.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**
AGRIGENTO

Nel caso di omessa o incompleta presentazione della documentazione richiesta con la presente lettera si applicherà quanto disposto dall'art. 101 del D Lgs 36/2023 e smi.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili quelle indicate al medesimo art. 101 del D Lgs 36/2023 e comunque le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità del contratto, al rispetto dell'obbligo imposto dalla legge 136/2010 e successiva modifica con D.L. 187/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Altresì, la ditta aggiudicataria si impegna collaborare con le Forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione condizionamento di natura criminale (art.8 Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della regione Siciliana")

Le falsità delle dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria, accertate dopo la stipula del contratto, sono causa di risoluzione dello stesso così come il verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 DPR 252/98.

Sarà, altresì, causa di risoluzione del contratto il verificarsi dell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria siano rinvolti a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

E', inoltre, causa di esclusione e di mancata stipula del contratto la sussistenza di alcuna delle situazioni previste dalla Direttiva dell'Assessorato Regionale della Sanità in materia di stipula di contratto n. 1410 del 9/2/2009.

La ditta aggiudicataria dovrà, a garanzia della regolare esecuzione del contratto, produrre deposito cauzionale definitivo pari al 5% dell'importo aggiudicato, ai sensi dell'art. 117 del D Lgs 36/2023 resa con le modalità prevista dall'art. 106 del medesimo D Lgs.

Il materiale ordinato di volta in volta dalle Farmacie Ospedaliere aziendali dovrà essere consegnato entro 10 gg data ordine presso i magazzini di ciascuna Farmacia ordinante.

La consegna dei prodotti sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del D Lgs 36/2023.

Il pagamento delle fatture avverrà a seguito di consegna regolare del materiale ordinato; da tali date decorreranno i termini di pagamento stabiliti nell'RDO. Le fatture pagate graveranno sul bilancio aziendale

La spesa derivante dalla aggiudicazione grava sul bilancio aziendale

Questa Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale sul valore del contratto nel caso di ritardo nella consegna rispetto al tempo previsto pari all'1% dell'importo contrattualizzato per ogni giorno naturale o successivo di ritardo e nella misura del 5% per la mancata consegna, fino alla concorrenza del 10% sull'imponibile.

Nel caso di cessione di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 comma 12 del D Lgs 36/2023.

La presente non vincola l'Amministrazione che si riserva, in applicazione dell'art.108 comma 10) del D Lgs 36/2023 e smi, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare e /o di risoluzione del contratto senza che codesta Ditta abbia nulla a che pretendere

Per tutte le controversie che dovesse insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

Il Direttore Servizio Provveditorato
Ing Alessandro Dinolfo

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
DELLA PRESENTE LETTERA INVITO
EX ART. 1341 e 1342 CODICE CIVILE
La Ditta**



**CAPITOLATO TECNICO SET PER GARANZIA DI IGIENE E ASEPSI
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 220.000,00 OLTRE IVA**

A- N. 600 set composti da

N.1 Telo super assorbente copertura Letto mis.100x210 cm. Materiale: polypropylene, con polimeri super assorbenti, strato posteriore permeabile all'aria in Polyethylene/ tessuto non tessuto. Il materiale di cui è composto deve cattura l'umidità lasciando asciutta la cute dei pazienti. La pellicola idrorepellente, protegge dalle perdite. Compatibile con letti ad aria, materassi anti decubito e tavoli operatori. Capacità di assorbenza 4000-4500g

N.1 Copertina termica paziente bioaccoppiata alluminizzata in grado di trattenere il calore fino all'85% . Fibra in TNT/polietilene a bassa densità. Misure 110x200 cm circa. 75gr/mq circa.

B – N. 2000 set composti da

N.1 Telo super assorbente copertura Letto mis.100x230 cm circa Materiale: polipropilene, con polimeri super assorbenti, strato posteriore permeabile all'aria in Polyethylene/ tessuto non tessuto. Il materiale di cui è composto deve cattura l'umidità lasciando asciutta la cute dei pazienti. La pellicola idrorepellente protegge dalle perdite. Compatibile con letti ad aria, materassi anti decubito e tavoli operatori. Capacità di assorbenza 4000-4500g .

N.1 pacchetto di Panno Guanto igiene paziente profumato pre-imbevuto, monouso. Senza risciacquo e ipoallergenico mis.20x15 cm circa . PH bilanciato tra 4.5 e 5.5.

N.1 Set igiene orale composto da: n.1 spazzolino con canale di aspirazione (con manico in polipropilene leggermente angolato) n.1 spugnette/tampone, n.1 Bs. di collutorio 10 ml circa ; n.1 Gel idratante 3 g circa.

C – N. 1000 PZ

Telo copertura di sostituzione o integrazione per il set di cui sopra con le medesime caratteristiche di cui al SUB A e B.

D -N.150 Kit integrativo per il controllo dell'igiene orale H24 composto da N°2 set contenenti:


N2 vassoio (0-16 ore) con spazzolino con aspirazione non trattato, un tampone con aspirazione trattato con dentifricio, 2 Dentips spugnetta tampone non trattata, una busta di gel idratante da 3gr circa;

N1 vassoio con aspirazione (8 ore) contenente un tampone con aspirazione trattato con dentifricio, 2 dentips spugnetta tampone non trattata e una busta di gel idratante da 3gr circa.

E – N. 1500 set composti da

N.1 Telo copertura tavolo multistrato ultra assorbente a basso linting, con capacità di assorbimento medio di 3,6 L/M2. Strato inferiore in polietilene impervio, testurizzato e aderente, strato intermedio in polimero super assorbente, strato superiore in TNT polipropilene, mis.: 100x200 cm circa. Grammatura dell'area di assorbimento di 180g/M2. Con bordi saldati ed elevata resistenza agli strappi e alla trazione.

2 Tappetini assorbenti, multistrato, laminato in un unico pezzo, che garantisce impermeabilità ai liquidi biologici e chimici, creando una barriera alla migrazione batterica superficiale. Resistenza allo strappo, alla trazione e all'umido, con bioadesivo applicato sui lati corti. Mis 90 x 120 cm circa.



2 guanti ns in nitrile trattato nella superficie interna con avena colloidale senza polvere ambidestro con borsa antirotolamento.

2 pezzi di protezione occhi per la prevenzione della proliferazione di infezioni, composti da: zona centrale in pellicola trasparente di poliuretano per consentire la visualizzazione dell'occhio, bordo adesivo TNT di poliestere adattabile all'orbita oculare, 2 linguette non adesive alle due estremità per facilitare il posizionamento e la rimozione. Altezza circa 30mm x 90 mm larghezza circa.

1 Set accessori comprendente. n.5 bs. conta garze laparatomiche da 10 posti; Clip ferma sacco; Busta porta rifiuti cm.100x140 circa con chiusura rapida, 1 Contenitore Magnetico per aghi e lame costituito da 1 parte in foam da 20 posizioni e 1 parte magnetica.

1 Tappetino magnetico sterile per strumenti chirurgici, in polietilene, acciaio, materiale magnetico e con retro in spugna antiscivolo, cm.25x40 circa .


F – n. 2000 set composti

N.1 Telo di sostituzione o integrazione con elastici lungo tutto il perimetro con le stesse caratteristiche di cui al sub E.

N.1 paio di cinghia paziente corpo con chiusura a strappo, resistente per fissare il paziente al tavolo operatorio o alla barella. Materiale in poliestere e foam soffice. Anello di plastica

G- n. 100 PZ

Tappetino assorbente in cellulosa con aggiunta di polimeri super assorbenti per l'assorbimento rapido dei liquidi di sala operatoria. Composto da: Strato superiore Spunbond idrofilico Strato intermedio di colla a secco e fibre di cellulosa e poliestere pressate a freddo; Strato inferiore in polietilene antiscivolo e impermeabile. Capacità di assorbimento: 3000 g/m² circa .Misura 70x 180 cm. circa.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

Schema "A"

RDO

OFFERTA PREZZI

INDICAZIONE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	Q.TA'	CND	REPERTORIO	PREZZO UNITARIO	COMPLESSIVO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
DIRETTORE DR. G. FIORICA**



Prot. N. 0 192164 del 13/12/2024

Al Direttore UOC Provveditorato

E pc al Direttore Sanitario Aziendale

Oggetto: Oggetto: acquisto set per la garanzia di igiene ed asepsi per i pazienti della Terapia Intensiva e Blocco Operatorio.

Gent.mi

Stante la costante sorveglianza sulla prevenzione delle ICA effettuata anche a mezzo di campionamenti per esame microbiologico all'interno del Blocco Operatorio e della Terapia Intensiva, dove, necessariamente, le condizioni di igiene e asepsi devono essere assolute, è evidente che obiettivo fondamentale da raggiungere è la garanzia assoluta di igiene da ottenere attraverso la corretta esecuzione delle procedure di igiene per i pazienti critici ricoverati in Terapia Intensiva e per quelli afferenti al Blocco Operatorio per eseguire procedure chirurgiche.

Alla luce di ciò si richiede l'acquisto di Set come di seguito composti, già peraltro acquistati ma ad oggi con fabbisogno esaurito.

LOTTO 1

SUB LOTTO A

SET COMPOSTO DA:

N.1 Telo super assorbente copertura Letto mis.100x230 cm. Materiale: polypropylene, con polimeri super assorbenti, strato posteriore permeabile all'aria in Polyethylele/ tessuto non tessuto. Il materiale di cui è composto deve cattura l'umidità lasciando asciutta la cute dei pazienti. La pellicola idrorepellente, protegge dalle perdite. Compatibile con letti ad aria, materassi anti decubito e tavoli operatori. Capacità di assorbenza 4000-4500g.

N.1 Copertina paziente soffice traspirante in TNT monouso mis 110x210 circa.

N.1 Stick protettivo contenente liquido a base di una formula esclusiva di cianoacrilato al 100%, in grado di formare uno strato che protegge la cute dagli effetti dell'umidità, non irritandola. Può essere utilizzato sulla cute integra o danneggiata, lasciandola respirare. Ogni fiala contiene 0,5ML.

N.1 Bustina contenente 3 tamponi di glicerina di cotone al gusto di agrumi, rinfrescante per la bocca e la gola. Monouso. Privo di DEHP e PHT.

Fabbisogno 500 pz

SUB B

SET COMPOSTO DA:

N.1 Telo super assorbente copertura Letto mis.100x230 cm. Materiale: polypropylene, con polimeri super assorbenti, strato posteriore permeabile all'aria in Polyethylele/ tessuto non tessuto. Il materiale

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
DIRETTORE DR. G. FIORICA



di cui è composto deve cattura l'umidità lasciando asciutta la cute dei pazienti. La pellicola idrorepellente protegge dalle perdite. Compatibile con letti ad aria, materassi anti decubito e tavoli operatori. Capacità di assorbimento 4000-4500g.

N.1 pacchetto di Panno Guanto igiene paziente profumato pre-imbevuto, monouso. Senza risciacquo e ipoallergenico mis.21x15 cm circa . PH bilanciato tra 4.5 e 5,5.

N.1 Set igiene orale composto da: n.1 spazzolino con canale di aspirazione (con manico in polipropilene leggermente angolato) n.1 spugnette/tampone, n.1 Bs. di colluttorio 10 ml; n.1 Gel idratante 3 gr.

2000 pz

SUB C

Telo copertura di sostituzione o integrazione per il set di cui sopra con le medesime caratteristiche di cui al SUB A e B.

1000 pz

SUB D

Kit integrativo per il controllo dell'igiene orale H24 composto da N°2 set contenenti:

N.2 vassoio (0-16 ore) con spazzolino con aspirazione non trattato, un tampone con aspirazione trattato con dentifricio, 2 Dentips spugnetta tampone non trattata, una busta di gel idratante da 3gr circa;

N.1 vassoio con aspirazione (8 ore) contenente un tampone con aspirazione trattato con dentifricio, 2 dentips spugnetta tampone non trattata e una busta di gel idratante da 3gr circa.

100 pz

SUB E

SET COMPOSTO DA:

N.1 Telo copertura tavolo multistrato ultra assorbente a basso linting, con capacità di assorbimento medio di 3760 ml/M2. Strato inferiore in polietilene impervio, testurizzato e aderente, strato intermedio in polimero super assorbente, strato superiore in TNT polipropilene, mis.: 100x230 cm circa. Grammatura dell'area di assorbimento di 180g/M2. Con bordi saldati ed elevata resistenza agli strappi e alla trazione.

N.2 Tappetini assorbenti, multistrato, laminato in un unico pezzo, che garantisce impermeabilità ai liquidi biologici e chimici, creando una barriera alla migrazione batterica superficiale. Resistenza allo strappo, alla trazione e all'umido, con bioadesivo applicato sui lati corti. Mis 90 x 120 cm circa.

N.2 guanti ns in nitrile trattato nella superficie interna con avena colloidale senza polvere ambidestro con borsa antirotolamento.

N.2 pezzi di protezione occhi per la prevenzione della proliferazione di infezioni, composti da: zona centrale in pellicola trasparente di poliuretano per consentire la visualizzazione dell'occhio, bordo adesivo TNT di poliestere adattabile all'orbita oculare, 2 linguette non adesive alle due estremità per facilitare il posizionamento e la rimozione. Altezza max 35 mm circa, larghezza max. 94 mm circa.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
DIRETTORE DR. G. FIORICA



N.1 Set accessori comprendente. n.5 bs. conta garze laparatomiche da 10 posti; Clip ferma sacco; Busta porta rifiuti cm.100x140 con chiusura rapida,1 Contenitore Magnetico per aghi e lame costituito da 1 parte in foam da 20 posizioni e 1 parte magnetica.

N.1 Tappetino magnetico sterile per strumenti chirurgici, in polietilene, acciaio, materiale magnetico e con retro in spugna antiscivolo, cm.25x40.

1500 pz

SUB F

N.1 Telo di sostituzione o integrazione con elastici lungo tutto il perimetro con le stesse caratteristiche di cui al sub E.

N.1 paio di cinghia paziente corpo con chiusura a strappo, resistente per fissare il paziente al tavolo operatorio o alla barella. Materiale in poliestere e foam soffice. Anello di plastica

100 pz

SUB G


Tappetino assorbente in cellulosa con aggiunta di polimeri super assorbenti per l'assorbimento rapido dei liquidi di sala operatoria. Composto da: Strato superiore Spunbond idrofilico Strato intermedio di colla a secco e fibre di cellulosa e poliestere pressate a freddo; Strato inferiore in polietilene antiscivolo e impermeabile. Capacità di assorbimento: 3.9 Litri. Misura 70x 180 cm. circa.

100 pz

Cordialmente

Agrigento, li 13-12-2024

Dr. G. Fiorica
Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Dipartimento Area di Emergenza Urgenza
DIRETTORE Dott. Gerlando Fiorica



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____ come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo dal _____

Immediatamente esecutiva dal 15 APR 2025

Agrigento, li 15 APR 2025

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi