



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento  
Il Funz. Istruttore / RUP  
Dott. Calogero Casesa  
Telefono 0922 /407631  
[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)

Prot. 82913 del 29/5/2025

### AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO”

#### FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N. 1 CONTROPULSATORE AORTICO PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

L'azienda ASP "AGRIGENTO", con Sede Legale ed Amministrativa in Viale della Vittoria 321 ad Agrigento – sito internet [www.aspag.it](http://www.aspag.it) sezione bandi di gara e contratti, intende procedere fornitura di varie specialità di farmaci, mediante esperimento di idonea procedura di gara, previa pubblicazione di avviso esplorativo di indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto.

Gli operatori economici interessati dovranno formulare l'offerta specificando:

- il prezzo unitario di ogni singolo sistema IVA esclusa;
- Scheda tecnica di ogni singolo sistema;

Sistema richiesto:

##### **n. 1 Contropulsatore aortico per cardiologia interventistica.**

Nello specifico il sistema richiesto deve avere le seguenti caratteristiche:

- Sistema pneumatico di gonfiaggio / sgonfiaggio del pallone a circuito chiuso con utilizzo di elio;
- Bombole di elio alloggiate a bordo macchina con facilità di inserimento/disinserimento;
- Portatile, compatto, di piccole dimensioni e leggero e che pertanto possa essere sollevato e/o ancorato in sicurezza al letto del paziente e facilmente trasportato in ambulanza o elicottero;
- Alimentazione a rete e batteria, quest'ultima di lunga durata e che possa essere sostituta anche durante la contropulsazione;
- Modulo integrato ECG dotato di cavo paziente a 3/5 derivazioni protetto da interferenze di device (defibrillatori, ICD, elettrobisturi);
- Sistema automatico di sincronizzazione e temporizzazione del palloncino con selezione automatica del segnale (ECG, pressione);
- Calibrazione a vivo dopo l'inserzione e riconoscimento automatico del catetere convenzionale o a fibra ottica;
- Rimozione automatica della condensa;
- Adeguata silenziosità del sistema durante l'utilizzo;
- Attivazione rapida della funzione IABP in emergenza;
- Compatibilità con i cateteri da contropulsazione presenti nell'attuale gara di bacino di emodinamica della Sicilia occidentale (Getinge Maquet Italia)

La documentazione richiesta, dovrà giungere esclusivamente all'indirizzo pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10.00 del 08/06/2025;

Non saranno tenute in considerazione forme di invio carenti o diverse da quelle richieste nella presente indagine;

Azienda Sanitaria Provinciale - Viale della Vittoria 321 – 92100 AGRIGENTO - C.F. e P.I. 02570930848

Contatto per eventuali chiarimenti: U.O.C. Servizio Provveditorato Tel. 0922/407238-0922/407631, indirizzo pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it).

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati trasmessi saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni inerenti l'espletamento della presente procedura.

Il presente avviso viene pubblicato in sito committente in data 29/05/2025.

**Il Funzionario Istruttore**

*Dott. Calogero Casesa*

**Il Dirigente Amministrativo**

*Dott.ssa Rosalia Calà*