



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO**

**UOC Provveditorato**

**Viale della Vittoria 321 – Agrigento**

**Funzionario istruttore: Coll. Amm.vo Anna Spataro**

**Pec :forniture@pec.aspag.it**

**Prot. 79268 del 13/5/2025**

Alla Ditta

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di Stimolatore Magnetico + poltrona per Stimolazione magnetica Transcranica per il Servizio dipendenza patologiche di Sciacca

Questa Azienda intende procedere all'avvio di apposita procedura di gara per l'acquisto della apparecchiatura di cui in oggetto le cui specifiche sono indicate nell'allegato capitolato tecnico.

Si invitano pertanto gli Operatori economici interessati a partecipare alla presente consultazione preliminare di mercato riscontrando entro il 23/05/2025 a mezzo posta elettronica certificata forniture@pec.aspag.it inviando:

offerta tecnica

offerta economica di mercato

elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni attestanti pregresse esperienza per forniture analoghe all'oggetto della presente

dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante della ditta ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 attestante :

- di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione di cui all'art.94 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) e comma 2 del D lgs 36/2023
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 94 comma 5 lettere a) b) d) e) f) e comma 6 del D lgs 36/2023
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 95 comma 1 lettere a) b) c) d) e) e comma 2 del D lgs 36/2023
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del D lgs 165/2001

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi al fine di determinare la disponibilità sul mercato del sistema da acquistare, a verifica del rispetto del principio di concorrenza, e il valore di mercato.

Questa Stazione appaltante inviterà alla successiva procedura di acquisto tutti gli Operatori economici che hanno presentato, entro il termine perentorio sopra indicato, manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale per la partecipazione alla successiva procedura di acquisto.

Al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, dovranno essere indicate eventuali criticità nelle caratteristiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione alla gara.

Si invita a riscontrare anche nel caso in cui la ditta abbia prodotti c.d. "equivalenti" ed a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'attinente categoria merceologica di iscrizione al Me.Pa

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato  
Ing Alessandro Dinolfo  
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
U O S ECON-ACQUISIZIONE  
BENI/SERVIZI NON SANITARI  
DOTT SSA ROSALIA CALA'

## CARATTERISTICHE TECNICHE STIMOLATORE MAGNETICO + POLTRONA

- Sistema di stimolazione magnetica transcranica carrellato.
- Display integrato per la gestione dei parametri di stimolazione e per la visualizzazione delle tracce acquisite tramite modulo elettromiografico dedicato a 2 canali.
- Campo magnetico preferibilmente superiore a 4 Tesla.
- Stimolazione singola manuale e automatica, doppia (con doppio coil o bi-stimolo) e ripetitiva in un unico corpo macchina programmabile da software o da display senza necessità di trigger esterni.
- Stimolo monofasico, bifasico e doppio stimolo.
- Connessione a PC con software di gestione dei protocolli di stimolazione.
- Possibilità di combinare più protocolli in un'unica sessione di stimolazione.
- Coil a farfalla refrigerato da 70mm con controlli integrati.
- Disponibilità di coil raffreddati.
- Frequenza di stimolazione fino a 50 Hz.
- Possibilità di collegare lo stimolatore ad apparecchi elettromiografici (collegamento Trigger IN e trigger OUT).
- Comando a pedale ad aria esterno.
- Software di gestione dei protocolli con database pazienti GDPR compliant.
- Poltrona per stimolazione magnetica motorizzata e braccio di supporto per coil refrigerato integrato.
- Possibilità di espansione futura con modulo di Neuronavigazione integrabile con il database pazienti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. T. S. L.", is positioned in the lower right area of the page.