



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO**

**UOC Provveditorato**

**Viale della Vittoria 321 – Agrigento**

Funzionario istruttore: Coll. Amm.vo Anna Spataro

Pec :[forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

Prot. 801140 del 23/6/2025

Alla Ditta \_\_\_\_\_

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di membrana impiantabile impregnata di gentamicina solfato per la prevenzione ed il trattamento delle infezioni del sito chirurgico per i Complessi Operatori aziendali

Questa Azienda intende avviare una indagine conoscitiva di mercato per procedere all'espletamento gara per fornitura di membrana impiantabile impregnata di gentamicina solfato per la prevenzione ed il trattamento delle infezioni del sito chirurgico per i Complessi Operatori aziendali aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

Compattezza della membrana deve essere costituita da collagene di origine esclusivamente bovina, contenente almeno il 97% di collagene di tipo I, senza cross – linking e non trattata enzimaticamente, rilascio del polimero deve avvenire per diffusione ed in maniera graduale nell'arco di 7 gg

Il dispositivo deve essere progettato per l'utilizzo nei siti chirurgici ad alto rischio d'infezione, la struttura di tale presidio, simile ad una spugna, deve stabilizzare il coagulo e accelerare il processo di emostasi delle ferite, favorendone l'epitelizzazione e la riparazione tissutale.

La gentamicina, di cui deve essere impregnato il collagene, deve essere attiva verso numerosi batteri gram-positivi e gram-negativi; la concentrazione di antibiotico gentamicina deve essere uniforme e tale da raggiungere concentrazione locali comprese tra 170 mcg/ml e 9000 mcg/ml in 24/48 ore per superare la minima concentrazione inibitoria (MIC) dei batteri gentamicina resistenti. Seguenti formati: pz 600 membrana 5x5x0,5 concentrazione gentamicina minimo mg 29,25  
Pz 800 membrana 10x10x0,5 concentrazione gentamicina minimo mg 117,00  
Pz 400 membrana 5x20x0,5 concentrazione gentamicina minimo mg 117

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi al fine di determinare la disponibilità sul mercato dei prodotti da acquistare, a verifica del rispetto del principio di concorrenza, e il valore di mercato.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare entro 10 gg dalla presente a mezzo posta elettronica certificata [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) inviando offerta economica tecnica ed economica di mercato

Al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, dovranno essere indicate eventuali criticità nelle caratteristiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione alla gara.

Si invita a riscontrare anche nel caso in cui la ditta abbia prodotti c.d. "equivalenti" ed a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche. La ditta dovrà, altresì, indicare l'attinente categoria merceologica di iscrizione al Me.Pa

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato  
Ing Alessandro CANTALFO  
U.O.S. ECON-AQUISIZIONE  
BENI/SERVIZI NON SANITARI  
DOTT.SSA ROSALIA CALA