


ORIGINALE



Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di

AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 288 DEL 12 FEB 2026

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto - preceduto da consultazione di più operatori economici tramite RDO/ME.PA./Confronto di Preventivi, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 - per la fornitura di n. 1 Monitor Multiparametrico per risonanza magnetica per l'U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. di Agrigento. – **Delibera di autorizzazione a contrarre – indizione.**

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 323 DEL 11/02/2026

IL FUNZIONARIO
ISTRUTTORE
Dott. Giuseppe Tedesco

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Dott. Alfonso de Leo

IL DIRETTORE F.F. U.O.C.
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Rosalia Calà

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E. / C.P. A 101020501

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

~~S.E.F.F.A.~~
Sig.ra Siracusa Maria
SISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE U.O.C. e P.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
E PATRIMONIALE
Dr. Beatrice Salvago

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 11-02-2026

L'anno duemilaventisei il giorno DODiei del mese di FEBBRAIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiceci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore f.f. della UOC Servizio Provveditorato, Dott.ssa Rosalia Calà

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- il Direttore dell'U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. di Agrigento ha comunicato – giusta nota prot. n. 171281 del 10/11/2024 (Allegato1) -, il guasto del monitor multiparametrico presente nella sala RM del P.O. di Agrigento con dichiarazione da parte dell'Azienda costruttrice dell'impossibilità a reperire componenti di ricambio, nonché, ha chiesto - con la medesima nota -, la fornitura di un monitor multiparametrico RM compatibile con i campi elettromagnetici, al fine di garantire l'esecuzione di esami di risonanza magnetica in pazienti che necessitano il monitoraggio dei parametri vitali.
- in data 31/01/2025 (Allegato2) l'ing. clinico della società Hospital Consulting S.p.a. - aggiudicataria dell'appalto di gestione e manutenzione degli elettromedicali -, ha trasmesso a seguito della richiesta pervenuta dalla U.O.C. richiedente, il capitolato tecnico avente le caratteristiche minime del monitor da acquistare.
- il Direttore dell'U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. di Sciacca, ha chiesto l'acquisto del medesimo bene, atteso che la propria U.O.C. ne era sprovvista.
- questo U.O.C. Provveditorato ha pubblicato in data 15.07.2025, sul sito istituzionale di questa ASP nella sezione bandi di gara e contratti, "Avviso di manifestazione di interesse" per l'acquisto di n. 2 Monitor Multiparametrico per risonanza magnetica, cui le risultanze della predetta consultazione di mercato sono custoditi agli atti della U.O.C. proponente.

CONSIDERATO che in conformità a quanto previsto:

- dall'art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il bene richiesto non rientra tra le categorie merceologiche previste dal DPCM del 11.07.2018 (entrato in vigore il 16.08.2018) emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip S.p.A.,
- dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale www.acquistinretepa.it per gli acquisti tramite Consip S.p.A., e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi, e che i beni richiesti possono essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale.

VISTO

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in particolare il comma 1 lett. b) "*...affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante...*".

RITENUTO:

- di autorizzare, ai sensi della normativa sopra citata, l'esperienza di apposita procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in unico lotto, di n. 1 Monitor Multiparametrico per risonanza magnetica per la U.O.C. di radiodiagnostica del P.O. di Agrigento, per un importo complessivo a base d'asta pari ad € 36.000,00= + I.V.A., in considerazione che il Direttore dell'U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. di Sciacca, sentito per le vie brevi, ha comunicato di posticipare l'acquisto del monitor in parola, in quanto lo stesso dovrà essere integrato con l'apparecchio di anestesia.
- che la base d'asta discende dalla consultazione di mercato, avviata in data 15.07.2025,
- di approvare il documento denominato "Condizioni particolari di contratto" e il documento "capitolato tecnico",
- il documento "Condizioni particolari di contratto" prevede all'art. 2.1 l'opzione con cui questa ASP "...si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'aggiudicatario – opzione ai sensi dell'art. 120 comma 1 e comma 3 del D. Lgs.vo. n. 36/2023 – nel corso del biennio successivo all'aggiudicazione definitiva, la fornitura di ulteriori monitor sino al raggiungimento del limite di importo inferiore a € 140.000,00 soglia di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) (soglia di rilevanza comunitaria) d. lgs. n. 36/2023. L'esercizio di tale opzione potrà essere esercitato in tutto o in parte, anche in momenti diversi, secondo le imprevedibili necessità dell'asp, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa sollevare alcuna eccezione, ed entro il biennio successive alla data di stipula del contratto...".

DATO ATTO che – ai sensi del citato art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 -:

- la scelta del contraente a cui affidare sarà effettuata mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, mediante il ricorso al Me.Pa. attraverso a mezzo RDO/MEPA "confronto di preventivi", rivolta agli operatori economici che sono risultati conformi alle prescrizioni minime di cui alla manifestazione di interesse, iscritti alla classe merceologica identificativo CPV: "33195100-4" - descrizione CPV: "Monitor" - categorie di abilitazione: "Apparecchiature elettromedicali-Mepa".
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo – ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023, previa verifica dell'idoneità tecnica dei beni proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.

DATO ATTO, altresì, che il quadro economico discendente dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 36.000,00= + I.V.A., è il seguente:

Fornitura	€ 36.000,00
IVA aliquota 5%	€ 1.800,00
TOTALE	€ 37.800,00

riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperienza della procedura, con il provvedimento di affidamento della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara.

DATO ATTO, ancora, che l'acquisto è finanziato con risorse del bilancio aziendale, da iscrivere nel conto patrimoniale A101020501 esercizio 2026, per un importo complessivo IVA inclusa di € 37.800,00.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **PRENDERE ATTO** che il Direttore dell'U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. di Agrigento ha chiesto l'acquisto di un monitor multiparametrico per risonanza magnetica, sottoponendo la stessa per le relative caratteristiche tecniche, all'ing. clinico della società Hospital Consulting S.p.a. - aggiudicataria dell'appalto di gestione e manutenzione degli elettromedicali -.
2. **APPROVARE** il documento denominato "Condizioni particolari di contratto" (All. 3) e il documento "capitolato tecnico" (All. 2).
3. **AUTORIZZARE** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs.vo 50/2016, l'esperimento di apposita procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in unico lotto, di n. 1 Monitor Multiparametrico per risonanza magnetica, per l'U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. di Agrigento, per un importo complessivo a base d'asta pari ad € 36.000,00= + I.V.A., rivolta agli operatori economici che sono risultati conformi alle prescrizioni minime di cui alla manifestazione di interesse, iscritti alla classe merceologica identificativo CPV: "33195100-4" - descrizione CPV: "Monitor" - categorie di abilitazione: "Apparecchiature elettromedicali-Mepa".
4. **NOMINARE RUP** della procedura, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs.vo 36/2023, il Dott. Alfonso De Leo in forza alla U.O.C. Servizio Provveditorato.
5. **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale www.aspag.it amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti e sulla piattaforma Banca dati nazionale dei contratti pubblici – tramite la piattaforma certificata www.acquistinretepa.it sezione ME.PA., in conformità all'art. 27 e art. 28 del D.Lgs. 36/2023.
6. **DARE ATTO**, altresì, che il quadro economico discendente dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 36.000,00= + I.V.A., è il seguente:

Fornitura	€	36.000,00
IVA aliquota 5%	€	1.800,00
TOTALE	€	37.800,00

riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di affidamento della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara.
7. **DATO ATTO**, ancora, che l'acquisto è finanziato con risorse del bilancio aziendale, da iscrivere nel conto patrimoniale A101020501 esercizio 2026, per un importo complessivo IVA inclusa di € 37.800,00.
8. **DARE MANDATO**, alla U.O.C. Servizio Provveditorato di curare l'esecuzione del presente atto.
9. **DARE ATTO**, altresì, che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse.
10. **Di munire** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per le motivazioni di seguito specificate: per consentire l'avvio della procedura di gara, attesa l'urgenza della fornitura di che trattasi.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore f.f. UOC Provveditorato
(Dott.ssa Rosalia Calà)

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSE

Parere FAVOREVOLE
Data 11/02/2026

Parere Favorevole
Data 11/02/2026

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ersilia Riggi

Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Rosalia Calà Direttore f.f. della UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

IL DIRETTORE GENERALE

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Rosalia Calà Direttore f.f. della UOC Servizio Provveditorato.


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiceci



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO TPO
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
UOC Radiodiagnostica – Distretto Ospedaliero AG1
Direttore f.f. Dott. Riccardo Mandracchia

A22. 1

Assegnato nr. **0 171281**
del **10/11/2024**

Al Direttore UOC Provveditorato

Oggetto: richiesta fornitura monitor multiparametrico RM compatibile

A seguito del guasto del monitor multiparametrico presente nella sala RM del PO di Agrigento con dichiarazione da parte dell'azienda costruttrice di impossibilità a reperire componenti di ricambio e conseguente avvio della procedura di "fuori uso", al fine di garantire l'esecuzione di esami di risonanza magnetica in pazienti che necessitano il monitoraggio dei parametri vitali si chiede l'avvio di una procedura urgente di acquisto o noleggio di Monitor multiparametrico compatibile con i campi elettromagnetici.

Cordiali saluti

Il Direttore F.F. UOC Radiodiagnostica
Dott. Riccardo Mandracchia




A22.2

ASPAG: Capitolato tecnico per DUE Monitor Multiparametrici Per RMN

Da Fabio Dattilo <Fabio.Dattilo@hcspa.it>

Data ven 31/01/2025 10:49

A forniture <forniture@ASPAG.IT>; Alfonso De Leo <alfonso.deleo@aspag.it>

Cc Riccardo Mandracchia <riccardo.mandracchia@aspag.onmicrosoft.com>; Filippo Barbiera <filippo.barbiera@aspag.it>; Francesco Vasile <francesco.vasile@aspag.it>

📎 2 allegati (310 KB)

Caratteristiche identificate dal primario.pdf; 6181_MON_Spec (1).xlsx;

Buongiorno,

a seguito della richiesta pervenuta del Dott. Mandracchia allegata alla presente, la scrivente analizzata la stessa redigendo il file .xlsx allegato alla presente.

Il file .xlsx allegato alla presente, come Nostro solito in uso dovrà essere compilato dai singoli OE partecipanti alla procedura e verificati successivamente.

Il Dott. Barbiera, sentito per le vie brevi, evidenzia anche per il suo sito la necessità di approvvigionarsi di un tale Beni, risultando sprovvisto il sito di RMN del P.O. di Sciacca. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, e cogliamo l'occasione per porgere Distinti Saluti

Ing. Fabio Dattilo
Supervisor di Commessa
Cel. +39-338.7111421



Hospital Consulting SpA

CARATTERISTICHE TECNICHE MONITOR MULTIPARAMETRICO PER RISONANZA MAGNETICA

Sistema di monitoraggio e sorveglianza dei parametri vitali del paziente, specifico per l'utilizzo in prossimità di tomografi a risonanza magnetica (apparecchiature per RM con campo magnetico compreso tra 0,2 e 3 Tesla, in grado di funzionare immerso in un campo magnetico di intensità non inferiore a 3500 Gauss che consenta di monitorare e sorvegliare i parametri vitali e lo stato del paziente durante l'esecuzione di una tomografia a risonanza magnetica nucleare.

Monitoraggio dei seguenti parametri:

- ECG con visualizzazione del tracciato di almeno 6 derivazioni selezionabili e del valore di frequenza cardiaca, mediante sensore di tipo Wireless funzionante a batteria ricaricabile mediante apposito slot posto sul monitor.
- Saturazione arteriosa di ossigeno e frequenza del polso, mediante misurazione transcutanea (SpO2), completo di sensore Wireless funzionante a batteria ricaricabile mediante apposito slot posto sul monitor.
- Pressione arteriosa non invasiva (NIBP), completa di bracciale riusabile, con funzione per la misurazione manuale ed a ripetizione automatica ad intervalli di tempo impostabili

Sistema di allarmi ottici ed acustici con limiti impostabili dall'operatore, specifici per pazienti adulti, bambini o neonati.

Display TFT a colori ad alta risoluzione da almeno 15", con interfaccia utente semplice ed intuitiva, preferibilmente di tipo touch screen.

Funzione di trend per tutti i parametri monitorati, che consenta la visualizzazione dell'andamento dei parametri vitali nel tempo, sia in forma grafica che tabellare.

Dotato di specifico carrello amagnetico, stabile ed ergonomico, completo di cassetto per accessori, montato su ruote piroettanti e bloccabili.

Il monitor deve essere in grado di funzionare a rete ed a batteria ricaricabile per il funzionamento autonomo con autonomia di almeno 5 ore. Il collegamento alla rete elettrica deve essere possibile anche durante l'esecuzione dell'esame e deve consentire il funzionamento dell'apparecchiatura anche a batteria scarica.

Funzione per la misura dell'intensità del campo magnetico a cui lo strumento è sottoposto ed allarme in caso di superamento del valore limite di campo magnetico fino al quale lo strumento è in grado di funzionare.

Monitor ripetitore attivo, da posizionare in sala console, con display identico allo strumento principale per dimensioni (almeno 15") e per interfaccia utente (preferibilmente touch-screen), in grado di visualizzare i dati ed i tracciati in tempo reale e relativi allarmi (sia ottici che acustici) e con funzione per il comando a distanza del monitor principale (impostazione allarmi, parametri, avvio misurazioni, ecc.). Il monitor ripetitore attivo deve essere collegato con il monitor principale mediante connessione wireless.

ASP Agrigento
Distretto Ospedaliero AG1
UU.OO di Radiodiagnostica
Il Direttore FF
Dott. Riccardo Mandracchia

OFFERENTE:		Codice Caratteristiche Tecniche Minimo MONITOR Dichiarazione* requisito Documentazione** Pagina Doc.***	
MULTIPARAMETRICO MAGNETICO		Caratteristiche Tecniche Minimo MONITOR Dichiarazione* requisito Documentazione**	
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA		Dichiarazione requisito*	
ID	Marca	(indicare)	Documentazione**
0.1	Modello	(indicare)	
0.2	N° di repertorio	(indicare)	
0.3	N° di repertorio	(indicare)	
0.4	N°UD/CND	(indicare)	
1	Monitoraggio di pazienti adulti/pediatrici in risonanza magnetica ad alto campo e idoneo all'utilizzo all'interno della sala magnetica	(sì/no, indicare massima compatibilità)	
2	Compatibile con tomografi a risonanza magnetica con iniettore di campo magnetico statico non inferiore a 3T	(sì/no, indicare tipo e misura)	
3	Monitor con display touch screen ad alta risoluzione a colori e dimensioni dello schermo non inferiore a 20 pollici	(sì/no, descrivere)	
4	Parametri monitorati:	(sì/no, descrivere)	
4.1	Tracciato ECG nelle derivazioni classiche da 3 elettrodi con modulo preferibilmente wireless	(sì/no, descrivere)	
4.2	Saturazione ossigeno (SpO2) con modulo preferibilmente wireless; sensore facilmente sanificabile	(sì/no, descrivere)	
4.3	Pressione arteriosa non invasiva (NIBP)	(sì/no, descrivere)	
5	Visualizzazione contemporanea di più tracce e parametri numerici (almeno 6 forme e onde)	(sì/no, elencare)	
6	Visualizzazione di informazioni sullo stato del sistema	(sì/no, elencare)	
7	Disponibilità di ingressi/uscite digitali e di interfacce e protocolli di trasmissione funzionali al collegamento a monitor remoto e apparecchio anestesia	(sì/no, elencare)	
8	Allarmi di tipo visivo ed acustico con taratura, sia per parametri paziente che per malfunzionamento di sistema;	(sì/no, descrivere)	
9	Segnalazione visiva e sonora su diversi livelli di priorità e possibilità di taratura /sospensione	(sì/no, descrivere)	
10	Memorizzazione automatica di dati, tracciati e allarmi (trends grafici e tabellari) per i principali parametri rilevati; almeno 8 ore di trends con possibilità di trasferimento su dispositivo USB o stampa diretta su stampante	(sì/no, descrivere)	
11	Software di interfaccia ed utilizzo in lingua italiana	(sì/no)	
13	Interfaccia utente caratterizzata da semplice e intuitiva selezione di funzioni ed impostazioni e gestione dei menu	(sì/no)	
14	Facilità ed ergonomia d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le parti	(sì/no, descrivere: le modalità di pulizia e sanificazione)	
15	Dotato dei seguenti accessori:	(sì/no, descrivere)	
15.1	Completo di carrello magnetico	(elencare accessori compresi in offerta)	
15.2	Completo di tutti gli accessori d'uso per pazienti adulti, pediatrici e neonatali (cavi, sonde, bracciali, sensori, elettrodi, per ogni tipo di parametro misurato)	(sì/no)	
15.3	Monitor in sala magnetica installato su carrello mobile magnetico	(sì/no, descrivere)	
16	Completo di monitor ripetitore, con display tipo TFT - LCD ad alta risoluzione a colori, in sala controllo;	(sì/no, descrivere)	
16.1	Comunicazione con il monitor di sala magnetica tramite un protocollo di comunicazione certificato, che non interferisca con il funzionamento della RMN e con la Gabbia di Faraday.	(sì/no, descrivere)	
16.2	-In grado di riprodurre le tracce e i parametri visualizzati sul monitor principale,	(sì/no)	
16.3	-Possibilità di controllare il monitor principale,	(sì/no)	
16.4	-Completo di supporto e cavo di alimentazione e equivalenti, con possibilità di integrazione con eventuale centrale e/o rete ospedaliera	(sì/no)	
17	Alimentazione elettrica (230V, 50 HZ)	(indicare)	
18	Alimentazione con batterie ricaricabili, durata almeno 5 ore	(indicare tipo, numero, durata, tempo di ricarica, modo di ricarica)	
19	Dimensioni massime di ingombro ridotte	(indicare)	
20	Peso ridotto	(indicare)	
21	Marchatura CE	(indicare)	
22	Rispondenza a normative specifiche	(elencare)	
23	Garanzia di almeno 24 mesi	(indicare, mesi)	
Campi da compilare			
* In questa colonna indicare se il prodotto o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.			
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OFFERENTE deve presentare in gara al fine della comprovata del requisito			
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito			

OFFERENTE:	CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA			Documentazione*	Pagina Doc.**
Codice	Dichiarazione* requisito				
1	Sono, inoltre, da intendersi caratteristiche minime, oltre quelle già descritte, le sotto esposte condizioni di fornitura ed assistenza tecnica.	1			
1	N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia, anche le condizioni sotto riportate:	1			
1	Condizioni particolari di assistenza tecnica	(sì/no) descrivere			
1.1	Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature	(sì/no) elencare			
1.2	Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna	(sì/no) elencare			
1.3	Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.)	(sì/no) elencare			
1.4	Si considerano esclusi solo eventuali consumabili mono-pazienti o monouso;	(sì/no) elencare			
1.5	Si considerano incluse nella fornitura tutte le "chiavi" hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema. In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire le eventuali configurazioni;	(valore)			
1.6	Tempo di risoluzione dei guasti (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 72 ore solari dalla chiamata.	(valore)			
1.7	Si richiede un'assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona o comunque in territorio italiano;	(indicare la Sede operativa)			
1.8	La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantite per almeno 10 anni dal collaudo	(valore)			
1.9	Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice dovrà sostituire, a costo zero, l'apparecchiatura con un'altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionali	(sì/no)			
1.10	Almeno N° 3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze dell'Azienda (Stazione Appaltante).	(sì/no) descrivere indicando il numero di giorni di training offerti			
1.11	Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore.	(sì/no) Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura.			
1.12	Eseguire tutte le necessarie verifiche di sicurezza elettrica previste dal costruttore e comunque previste dalle normative vigenti (Es. CEI 62-5)	(sì/no) elencare			
1.13	Eseguire tutti i necessari controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali "prove particolari" previste dal costruttore	(sì/no) elencare			
1.14	Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura	(valore)			
1.15	La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica e all'Ufficio Tecnico, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc.); N.B. Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della stazione appaltante dovrà essere garantita dalla ditta stessa.	(sì/no)			
Campi da compilare:					

* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'Off. partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisito.
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito.

OFFERENTE:		CHECK LIST DNSH ("Do No Significant Harm")		
Scheda 4 - Acquisto, Leasing, Noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario				
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH				
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex ante	1	L'AEЕ è dotato di Eco-etichetta EPA ENERGY STAR, laddove esistente?		
	2	È disponibile una relazione di prova che includa i dati relativi al rendimento energetico per l'AEЕ conformemente alla norma EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) o equivalente?		
	3	Nel libretto d'istruzione sono comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di energia?		
	4	Nel libretto d'istruzione sono comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di acqua?		
	5	Sono disponibili le parti di ricambio originali o equivalenti (direttamente o tramite mandatar) per la durata di vita prevista dell'apparecchiatura, per un periodo di almeno cinque anni oltre al periodo di garanzia?		
	6	Sono fornite le raccomandazioni per un'adeguata manutenzione del prodotto, comprese informazioni sulle parti di ricambio che possono essere sostituite, consigli per la pulizia?		
	7	Nel libretto di istruzioni per gli utenti è illustrato come utilizzare l'apparecchiatura per ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'installazione, l'utilizzo, il funzionamento e lo smaltimento/riciclaggio?		
	8	L'offerente è regolarmente iscritto alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore?		
	9	Sono state fornite le informazioni sulla presenza nel prodotto o nei prodotti acquistati, in virtù del contratto, di sostanze dell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH)?		
	10	L'offerente ha fornito la documentazione del rispetto della direttiva RoHS/rocodesign/compatibilità elettromagnetica?		
Ex post	11	Ove applicabile, l'offerente ha fornito la documentazione in cui sono indicati i refrigeranti utilizzati nei congelatori per uso medico e i relativi GWP100, a dimostrazione della conformità dell'apparecchiatura con refrigeranti con GWP < 10?		
	12	Il rendimento energetico dell'AEЕ è monitorato in occasione di ogni intervento di manutenzione preventiva conformemente alla norma EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) o equivalente, laddove applicabile?		
	13	È svolta la regolare manutenzione preventiva dell'AEЕ?		



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
RUP l'assistente Amministrativo Sig. Alfonso De Leo (alfonso.deleo@aspag.it)

Telefono 0922 407226
Mail forniture@aspag.it
Pec forniture@pec.aspag.it

ALL. 3

“Condizioni particolari di fornitura”

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - PRECEDUTO DA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI TRAMITE RDO/ME.PA./CONFRONTO DI PREVENTIVI, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN MONITOR MULTIPARAMETRICI – PER L’U.O.C. DI RADIODIAGNOSTICA DEL P.O. DI AGRIGENTO.

IDENTIFICATIVO CPV: “33195100-4” - DESCRIZIONE CPV: “Monitor”

CATEGORIE DI ABILITAZIONE: RDO BANDO BENI /CATEGORIA “Apparecchiature elettromedicali-Mepa”

INDICE

- ART. 1 Premessa – Informazioni generali
- ART. 1.1 – Requisiti Obbligatori Di Ordine Generale
- ART. 2 Oggetto, importo della fornitura e criterio di aggiudicazione
- ART. 2.1 Opzioni
- ART. 3 Criterio di aggiudicazione – svolgimento operazioni di gara
- ART. 4 Modalità di presentazione dell’offerta
- ART. 5 Svolgimento operazioni di gara
- ART. 6 Soccorso istruttorio
- ART. 7 Aggiudicazione e perfezionamento del contratto
- ART. 7 Foro competente - controversie
- ART. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari
- ART. 9 Clausola finale
- ART. 10 Trasparenza anticorruzione

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- Allegato 3 – Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 “Tracciabilità dei Flussi”
- Allegato 4 – Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 Allegato al DGUE

ART. 1 - PREMESSA – INFORMAZIONI GENERALI

La gara verrà espletata, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023.

Le presenti Condizioni particolari di RDO contengono le condizioni e le modalità di partecipazione alla procedura di cui in premessa, le prescrizioni per la redazione dell'offerta, le modalità di aggiudicazione della fornitura al prezzo più basso (art. 108, comma 3, D.Lgs n. 36/2023) e del perfezionamento del contratto. L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalle presenti condizioni particolari di RDO, dalle condizioni generali di fornitura, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Le Condizioni particolari riportate nel presente documento, nei suoi allegati e nella restante documentazione di gara, si riferiscono alla RDO in oggetto e si intendono accettate dai partecipanti alla RDO. Tali condizioni, inoltre, prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Beni" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni particolari di fornitura e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l'indicazione dell'oggetto e del numero di RDO, dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il portale MEPA entro la data fissata ed indicata nello stesso portale. Il Direttore f.f. della U.O.C. Servizio Provveditorato è la Dott.ssa Rosalia Calà forniture@aspag.it e il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è il Dott. Alfonso De Leo Assistente Amministrativo dell'U.O.C. Servizio Provveditorato.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta di offerta.

ART. 1.1 – REQUISITI OBBLIGATORI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del codice degli appalti D. Lgs.vo 36/2023.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) e al riguardo si richiamano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 2 – OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di un Monitor Multiparametrico aventi le caratteristiche tecniche minime di cui al capitolato tecnico allegato.

SEDE DI DESTINAZIONE:

Un Monitor Multiparametrico – per l'U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. di Agrigento.

Tutti coloro che presentano offerta dovranno caricare la scheda tecnica del prodotto proposto direttamente sul portale del mercato elettronico.

Il valore complessivo dell'appalto è pari ad € 36.633,00 oneri fiscali esclusi (CPV 33195100-4).

Le caratteristiche tecniche minime del prodotto richiesto, sono dettagliatamente definite nelle specifiche tecniche allegate. Tali specifiche tecniche rappresentano i requisiti minimi ammessi affinché l'offerta possa essere presentata.

ART. 2.1 OPZIONI

L'ASP di Agrigento si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'aggiudicatario – opzione ai sensi dell'art. 120 comma 1 e comma 3 del D. Lgs.vo. n. 36/2023 – nel corso del biennio successivo all'aggiudicazione definitiva, la

fornitura di ulteriori monitor sino al raggiungimento del limite di importo inferiore a € 140.000,00 soglia di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) (soglia di rilevanza comunitaria) d. lgs. n. 36/2023. L'esercizio di tale opzione potrà essere esercitato in tutto o in parte, anche in momenti diversi, secondo le imprevedibili necessità dell'asp, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa sollevare alcuna eccezione, ed entro il biennio successive alla data di stipula del contratto.

ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023, previa verifica dell'idoneità tecnica dei beni proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti. Ai sensi dell'art 54 del D. Lgs.vo 36/2023, trattandosi di mera fornitura, non interviene l'esclusione automatica dell'offerta economica.

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture da eseguire presso magazzino, ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni oggetto della presente procedura, poiché per dette prestazioni da eseguire all'interno della struttura non è prevista una durata maggiore del termine previsto dal citato art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, comunque, in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

L'operatore economico aggiudicatario resterà vincolato al pieno rispetto delle norme e prescrizioni delle presenti Condizioni particolari di fornitura per tutta la durata della fornitura. L'aggiudicazione si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di eprocurement della P.A.

Questa ASP si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare la fornitura senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti. L'ASP di Agrigento si riserva la facoltà di subordinare l'aggiudicazione e la stipula del contratto alla verifica della congruità e dell'economicità dell'offerta nell'ambito del mercato di settore. La stazione appaltante si riserva inoltre, ai sensi dell' art. 108, comma 10, del D. Lgs.vo 36/2023, il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o conveniente in relazione all'oggetto contrattuale e di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP e dalle condizioni stabilite nelle presenti Condizioni particolari di RDO. Il termine ultimo di presentazione delle offerte è da intendersi come "data limite di presentazione delle offerte" presente a sistema. Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera questa stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di

funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo: www.acquistiinretepa.it. Questa Azienda Sanitaria si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale. In particolare, qualora durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà, in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata, la necessità di sospendere la procedura di gara. La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle offerte di cui al D.Lgs 36/2023.

L'operatore economico dovrà presentare la seguente documentazione:

1. **E – DGUE** da compilare e generare in formato .xml tramite piattaforma MEPA (al seguente link: <https://www.acquistiinretepa.it/esp-dgue/#!/start>) di cui si allega bozza;
2. **Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 “Allegato al DGUE”.**
3. **Documento “Condizioni Particolari di Contratto”** firmato digitalmente per espressa accettazione.
4. **Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 “Tracciabilità dei Flussi”.**
5. **Scheda tecnica e depliant illustrativi del prodotto offerto, in lingua italiana.**
6. **Manuale d'uso in lingua italiana.**
7. **Certificazione CE del bene offerto.**
8. **Capitolato tecnico, da compilare in tutte le sue voci, come da allegato file excel.**
9. **Schema di dettaglio dell'offerta economica dove si indica nel dettaglio il costo unitario per ciascun prodotto;**
10. **Offerta economica generata dal sistema.**

Si precisa che non sono oggetto di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs.vo 36/2023, i seguenti documenti di gara: - Offerta Economica - Scheda tecnica e depliant illustrativi - Manuale d'uso - Offerta economica generata dal sistema.

Le cause di esclusione della gara sono stabilite dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Precisazioni in ordine alle dichiarazioni afferenti ai motivi di esclusione

In relazione ai motivi di esclusione, ai sensi dell'art. 94 e art. 95, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si rammenta che:

- vanno dichiarate tutte le condanne penali, tutte le violazioni contributive, tutti i reati per i quali fossero intervenute sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena ex art. 444 e segg., c.p.p., al fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravità o meno dell'illecito, per l'eventuale esclusione. In caso di omessa dichiarazione, quindi, la causa di esclusione non è solo quella, sostanziale, dell'essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando” (così Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4906);
- in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si procederà a quanto stabilito al comma 15 dell'art. 96, oltre a quant'altro stabilito dalla normativa vigente; - per il contenuto delle attestazioni da dichiarare il concorrente dovrà attenersi a quanto previsto dal DGUE Documento di gara unico europeo;
- le dichiarazioni relative ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. devono essere riferite a tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed al direttore tecnico (quest'ultimo, ove presente), nonché agli altri soggetti indicati all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed all'eventuale procuratore

speciale che sottoscrive digitalmente la documentazione amministrativa e/o l'offerta e in ogni caso devono essere riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80 citato in relazione al tipo di impresa o società concorrente, inclusi eventuali procuratori muniti di poteri di gestione e di rappresentanza generali, si da renderli assimilabili agli amministratori della società.

In caso di partecipazione in Consorzio oppure di R.T.I., le dichiarazioni dovranno essere presentate:

- in caso di costituendo Consorzio ordinario di concorrenti di cui al comma 2, lettera f) dell'art. 65 D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito di cui al comma 2, lettera f) dell'art. 65 del D.Lgs n. 36/2023, dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate;
- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere c) e d) dell'art. 65 del D.Lgs n. 36/2023, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura;
- in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte.

L'operatore economico dovrà presentare la seguente DOCUMENTAZIONE TECNICA:

Nel caso di presentazione di testi o depliant contenenti indicazioni relative anche a prodotti e/o servizi diversi da quelli offerti, dovrà essere consentita mediante inequivoca evidenziazione l'individuazione di quelli offerti.

ART. 5 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La gara sarà aggiudicata , per ogni lotto, secondo il criterio del prezzo più basso, art. 108, comma 3, D.Lgs n. 36/2023, previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti.

Svolgimento operazioni di gara si procederà nel seguente modo:

- a) verifica della presenza a sistema delle offerte pervenute e che le stesse siano composte di Documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica.
- b) visualizzazione e verifica della documentazione amministrativa richiesta
- c) visualizzazione dei documenti di cui all'offerta Offerta tecnica e sua trasmissione a personale competente per la verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti. La verifica si chiuderà con la redazione di un verbale/i che sarà trasmesso a tutti i concorrenti mediante portale MEPA. **La documentazione tecnica, a pena esclusione della gara dovrà essere presentata nell'apposita riga cresta all'interno della busta amministrativa.**
- d) Apertura delle offerte economiche dichiarate tecnicamente idonee.

ART. 6 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 7 AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge. L'aggiudicazione, si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della PA..

L'aggiudicatario dovrà, **entro e non oltre quindici giorni** dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- a) cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento del contratto, in ottemperanza ed in conformità al disposto di cui all'art. 117 del D.L.gs n. 36/2023 (tale garanzia viene svincolata alla scadenza del contratto previo accertamento della regolare esecuzione del medesimo, il contratto avrà una durata di 24 mesi dalla data di stipula);
- b) comunicazione degli ulteriori eventuali dati che ai sensi della documentazione di gara devono essere richiesti in fase di aggiudicazione.

Solo per motivata e documentata impossibilità a fornire in tutto o in parte quanto sopra richiesto entro il termine stabilito, il concorrente potrà, entro il medesimo termine, chiedere una proroga. Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, l'Amministrazione avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate, L'ASP avrà facoltà di rivalersi per il maggior danno e di procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. Il contratto sarà in tal caso stipulato alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dal soggetto appositamente incaricato dall'Amministrazione.

➤ SUBAPPALTO

L'aggiudicatario del contratto esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), D. Lgs.vo 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché

la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

➤ **CONSEGNA (CARATTERISTICHE MINIMALI)**

L'operatore economico aggiudicatario dovrà consegnare le apparecchiature presso le sedi indicate all'art. 2 – OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA del presente documento e provvedere alle operazioni di collaudo e formazione del personale, unitamente al Servizio di Ingegneria Clinica gestito nell'ambito del contratto aggiudicato alla società HC S.p.A. (Resp.le commessa Ing. Fabio Dattilo email fabio.dattilo@hc.spa) ed al Direttore dell'U.O.C. richiedente e all'ing. Clinico di questa ASP, a proprie spese entro 60 giorni consecutivi (festivi compresi) dalla data di invio dell'ordine NSO salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità";

Le apparecchiature consegnate dovranno essere esattamente conformi a quelle presentate in sede di gara. Il giudizio dell'accettabilità o meno dell'apparecchiatura è riservato al personale competente. L'accettazione della apparecchiatura non solleva il fornitore dalle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. L'attività di consegna ed installazione dell'apparecchiatura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna all'interno dei locali, montaggio delle componenti di fornitura, collegamento/allacciamento alle reti, asporto dell'imballaggio, lavori di ripristino dei locali e delle aree adiacenti eventualmente danneggiati dal Fornitore, pulizia giornaliera e finale nel caso di installazioni complesse.

➤ **COLLAUDO (CARATTERISTICHE MINIMALI)**

Il collaudo delle apparecchiature deve essere effettuato entro 60 giorni consecutivi (festivi compresi) dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante e dovrà svolgersi alla presenza del Fornitore, del direttore dell'U.O.C. richiedente, dal personale dell'U.O.C. Ingegneria Clinica e dall'ing. Clinico di questa ASP. Delle attività ed operazioni di collaudo verrà redatto apposito Verbale. Il collaudo è teso a verificare che l'apparecchiatura fornita sia conforme ai tipi o modelli descritti, con le caratteristiche e le funzionalità riportate nella documentazione tecnica presentata in sede di gara, e coerentemente con quanto previsto dalla normativa, che sia stata regolarmente installata e sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nella documentazione di gara.

In particolare, in sede di collaudo, la Ditta aggiudicataria dovrà:

- consegnare il manuale d'uso, le procedure di sanificazione delle apparecchiature e il manuale tecnico, tutto in lingua italiana, in formato elettronico e cartaceo;
- consegnare codici di accesso, password e licenze software;
- fornire le misure delle prove di sicurezza elettrica secondo le norme CEI di pertinenza;
- programmare, previo accordo con il Servizio di Ingegneria Clinica e con il personale dell'Unità Operativa interessata, la formazione all'utilizzo a favore di tutti gli operatori per il tempo necessario alla loro completa formazione;
- fornire dettagliato calendario delle attività di manutenzione preventiva.

Il collaudo si intende positivamente superato solo se l'apparecchiatura e i suoi componenti risultino verificati ai sensi di quanto sin qui previsto e sia stato effettuato l'addestramento al personale utilizzatore. In caso di esito negativo, anche parziale, del collaudo il Fornitore ha l'onere di sostituire quanto non perfettamente funzionante e di procedere al nuovo

collaudo che, in ogni caso, dovrà concludersi positivamente entro il termine perentorio di 10 giorni solari dalla notifica di esito negativo, pena l'applicazione delle penali di cui alla presente RdO. L'esito positivo del collaudo non esonera il Fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni non emerse al momento del collaudo. L'A.S.P. si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dell'apparecchiatura con quanto dichiarato e offerto dal Fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta e alle prestazioni dichiarate in sede di gara. Le eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico della impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

➤ **DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del coordinatore in materia di salute e di sicurezza (previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81), nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate (articolo 114 comma 1 del Decreto legislativo 36/2023). Il direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) è nominato dall'Azienda con deliberazione, contestualmente all'aggiudicazione definitiva, e ha il compito di provvedere a tutte le incombenze di cui agli articoli 114, 115 e 116 del Decreto legislativo 36/2023.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), nominato dall'Azienda con relativa deliberazione, sarà comunicato al Fornitore contestualmente all'aggiudicazione definitiva.

➤ **FATTURAZIONE, PAGAMENTI E CLAUSULA SPLIT PAYMENT**

La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la fattura dovrà essere emessa successivamente alla verifica di conformità (o all'attestazione di regolare fornitura) e sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura

L'affidatario emette fattura elettronica del corrispettivo a seguito del collaudo positivo del dispositivo.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e ss. mm. ii. ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica").

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Codice Univoco Ufficio: TIDFDX

Partita Iva: 02570930848

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia questa ASP ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'Ordine d'Acquisto emesso.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 4 e dell'art. 7 del D. Lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. del 9 novembre 2012 n. 192, le parti nell'ambito della propria libera contrattuale stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dall'Azienda entro 60 giorni, subordinati all'esito positivo dell'eventuale collaudo e, in ogni caso, al giudizio di accettabilità. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento della fattura presso l'ufficio protocollo dell'Azienda.

6. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'affidatario del presente documento denominato "Condizioni particolari di contratto", di tutti gli atti di gara, del capitolato speciale e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica, inoltrando secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.. Se tale società comunica che risulta un inadempimento, l'Azienda costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Clausola Split payment

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA diventa esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici.

Pertanto tutti i pagamenti relativi ad acquisti di beni e servizi effettuati anche da questa Azienda dal 1° gennaio 2015 devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

L'Azienda in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento della stessa, per le casistiche previste dalla normativa, direttamente all'Erario con le modalità ed i termini che saranno stabiliti da uno specifico Decreto Ministeriale e dalle modalità operative, nonché opportuni chiarimenti, che verranno forniti dall'Agenzia delle Entrate. Il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ribadisce che il meccanismo del c.d. split payment previsto dall'art. 1 comma. 629 lett. b) della Legge di Stabilità 2015 e dall'art. 17-ter del DPR 633/72, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data. Con la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

1) Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici – nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17;

2) Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettera a) - nuova lettera d-quater) del comma 6 dell'art. 17);

Per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di "REVERSE CHARGE" a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti della scrivente Azienda si richiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

"IVA DA VERSARE AI SENSI DELL' ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/ 1972". Pertanto la fattura passiva sarà composta da imponibile + IVA con indicazione: "IVA da versare a cura del committente/cessionario ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72" e sulla stessa dovrà essere indicato che trattasi di operazione con "scissione di pagamenti".

➤ **SOSPENSIONE E RITARDO NEI PAGAMENTI**

L'Azienda al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura o del servizio, fino a che non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica e non produrrà interessi moratori. In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284 comma 1, del Codice Civile. Si dà atto, che la suddetta regolamentazione, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura del servizio/fornitura oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali, risulta equa. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione della fornitura/servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.

➤ **CESSIONE DEL CREDITO**

In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e dall'allegato II.14 del predetto decreto che disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna altresì:

- a. ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- b. pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- c. a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

ART. 8 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Agrigento.

ART. 9 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico affidatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'ASP di Agrigento si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 10 – CLAUSOLA FINALE

Con l'accettazione delle norme delle presenti Condizioni particolari di fornitura l'Aggiudicatario ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte dell'ASP di Agrigento e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

Il Direttore f.f. U.O.C. Servizio Provveditorato
Dr.ssa Rosalia Calà



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

Immediatamente esecutiva dal **12 FEB 2026**

Agrigento, li **12 FEB 2026**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Sig. DOMENICO ALAIMO
Collaboratore Amministrativo

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi