



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 116868 del 18-7-2025

Sito Web Aziendale

Oggetto: Indagine di mercato per l'affidamento della fornitura urgente, in un lotto unico ed indivisibile, di "Ferri chirurgici pluriuso in Titanio per la chirurgia oftalmica" per le UU.OO. di Oftalmologia dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca.

Questa Azienda intende urgentemente procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto dello strumentario in oggetto indicato, le cui specifiche tecniche nonché i relativi fabbisogni annui presunti, sono allegati alla presente.

Gli Operatori interessati sono altresì invitati a dichiarare esplicitamente disponibilità o meno al noleggio del suddetto strumentario, indicando, anche a grandi linee, le modalità di svolgimento del servizio (ad es.: sterilizzazione, manutenzione etc).

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, entro e non oltre il 24.07.2025, a mezzo pec all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, citando l'oggetto ed il numero di protocollo della presente, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prezzo di mercato (non di listino) e franco destino, dei dispositivi richiesti, con evidenza dell'aliquota iva applicata;
- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Dichiarazione che il prezzo offerto NON è superiore a quello mediamente praticato per gli stessi quantitativi alle altre AA.SS.PP. del S.S.R.
- ✓ Elenco delle principali forniture, firmato digitalmente, attestanti pregresse esperienze in forniture similari all'oggetto della presente, con indicazione degli enti e dei relativi importi, idonee ad attestare la capacità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- ✓ Tempi di consegna;
- ✓ Dichiarazione di Iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip, per la categoria di cui al CPV 33169000-2 (Strumenti chirurgici)
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip.

La presente vale anche quale Manifestazione d'interesse alla partecipazione di eventuale successiva Procedura Negoziata.

Quest'Asp, tuttavia, si riserva di scegliere la successiva procedura di affidamento sulla base degli esiti della presente indagine.

La presente indagine di mercato, che non vincola, in alcun modo, la scrivente ASP, ha solo fini esplorativi ed è finalizzata, oltre che ad individuare una congrua base d'asta, anche a verificare che le specifiche tecniche proposte consentano la partecipazione degli Operatori Economici interessati, nel pieno rispetto del principio di concorrenza.


È pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire agli operatori economici interessati, di poter presentare il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia

che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. Si richiede che tali osservazioni vengano prodotte in un documento distinto dall' ulteriore documentazione presentata, e ciò al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la loro immediata individuazione.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Si invitano le Ditte interessate ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica su indicati per eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Ing. Alessandro Dinolfo



				A.S.P. AGRIGENTO
		DESCRIZIONE MATERIALE	COMPLESSIVI A.S.P. AGRIGENTO (Fabbis. Annuo pres.)	
	Lotto Unico	SubLotto		
	L01	Ferri chirurgici pluriuso in Titanio per la chirurgia oftalmica		
	A	Blefarostato in titanio leggero valve aperte da 15 , curvo, mm per accesso temporale	40	
	B	Blefarostato in titanio a molla a valva aperto, curvo per accesso temporale da 14 mm	60	
	C	forbice Vannas in titanio, curva , a punte acute con lame da 9mm	10	
	D	forbice congiuntivale in titanio, tipo Wescott, curva, smussa, lame da 10 , lunghezza complessiva da 115 mm	10	
	E	Pinza congiuntivale in titanio retta con 1x2 denti da 0.50mm e ppf da 6 mm, lunghezza complessiva 115 mm	40	
	F	pinza tipo Barraquer in titanio colibrì da 2 mm con 1x 2 denti da 0,12 mm e piano prendi filo, lunghezza complessiva da 90 mm	6	
	G	Pinza tipo Utrata in titanio per capsuloressi attraverso incisione di 2,2 mm con dorso curvo da 13 mm graduato, apice acuto ed angolato, lunghezza complessiva 115 mm	80	
	H	Pinza tipo Inamura in titanio per capsuloressi con dorso curvo da 10,5 mm, per incisione da 1,8 mm ad azionamento incrociato, punte smusse angolate di 45° con manico a ritorno, lunghezza complessiva 111 mm	2	
	I	Pinza da capsuloressi in titanio, coassiale, da 23 gauge, con punte acute, lunghezza complessiva 122mm	4	
	L	Micropinza corneale in titanio tipo Castrojevo con denti 1x2 retti da 0.12mm con ppf da 6 mm, lunghezza complessiva 115 mm	20	
	M	Micropinza corneale in titanio tipo Pierce , retta, con presa atraumatica da 0.25mm , lunghezza complessiva 90 mm	10	
	N	Microspatula in titanio tipo Burrato angolata con lunghezza dalla punta all'angolo di 11 mm con diametro da 0,3 mm e punta buttonata del diametro di 0,65 mm, lunghezza complessiva di 121 mm	60	
	O	Chopper in titanio tipo Nagahara angolato con braccio da 10 mm, punta smussa, angolo di taglio 60 ° con punta della lunghezza di 1,75 mm, lunghezza complessiva di 124 mm, diametro di 0,55 mm	60	
	P	Uncino in titanio tipo Sinskey per posizionamento IOL angolata, con lunghezza dall'punta all'angolo di 10 mm e angolo di 45° con punta del diametro di 0,12mm e lunghezza di 0,35 mm	10	
	Q	Spatola angolata in titanio della larghezza di 0,5 mm e dello spessore di 0,2 mm con lunghezza dalla punta al angolo di 10 mm, lunghezza complessiva di 118 mm	6	
	R	Micropinza in titanio tipo Kelmen-McPherson angolata 45° con lunghezza dalla punta all'angolo di 10 mm, con piani da da 9,5 mm e spessore a branche chiuse della punta di 0,3 mm, lunghezza complessiva di 115 mm	10	

			DESCRIZIONE MATERIALE	A.S.P. AGRIGENTO
			COMPLESSIVI A.S.P. AGRIGENTO (Fabbis. Annuo pres.)	
		S	Pinza serrafile in titanio tipo Bonn, retta, con piano prendi fili da 6 con spessore a branche chiuse della punta di 0,2 mm, lunghezza complessiva 90 mm mm persuture da 8-0 a 10-0	32
		T	Pinza serrafile in Titanio ,curva, con piano prendi fili da 6mm spessore a branche chiuse della punta di 0,3 mm, lunghezza complessiva di 115 mm	12
		U	Port'aghi in titanio , lunghezza delle branche 12 mm,curvo, senza arresto, lunghezza complessiva 140mm e ritorno a molla	40
		V	Port'aghi in titanio, tipo barraquer, lunghezza delle branche 9 mm curve, delicate, lunghezza complessiva 136mm , senza arresto	10
			Il materiale di costruzione dovrà essere in titanio medicale pena l'esclusione dell'offerta. Le dimensioni (lunghezza spessore) si considerano conformi con una variazione \leq al 10% rispetto a quello previsto nel capitolato tecnico. La non conformità di un solo bene facente parte del lotto comporterà l'esclusione dell'offerta	