



U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

VIALE DELLA VITTORIA N. 321

CAP. 92100 - AGRIGENTO

Pec: forniture@pec.aspag.it

Mail: forniture@aspag.it

Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Tel. 0922 407111 * Fax 0922 401229
P.Iva e C.F. 02570930848
Web: www.aspag.it

PROT. 108729

DEL 03/07/2025

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI

INDAGINE DI MERCATO

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura di bilance per pesatura di rifiuti speciali sanitari per i PP.OO. e i DD.SS.BB. dell'ASP di Agrigento.

Questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento intende interpellare il mercato al fine di provvedere ad affidare ad un Operatore Economico, previo esperimento di appropriata procedura di acquisto su piattaforma MEPA di CONSIP s.p.a, la fornitura di bilance per pesatura di rifiuti speciali sanitari per i PP.OO. e i DD.SS.BB. dell'ASP di Agrigento, con specifiche tecniche non inferiori a quanto di seguito riportato.

Le bilance di che trattasi dovranno avere le seguenti **caratteristiche tecniche e funzioni, comuni alle varie tipologie distinte per dimensioni:**

- Programmabile a 1/3.000 – 1/6.000 – 1/15.000;
- Omologazione CE-M (NAWI) Single Range – Dual range;
- Single range e Dual range da 6.000 divisioni per range (Max 2);
- Indicatore in ABS con supporto regolabile in acciaio inox per appoggiare il display su un piano o a muro con inclinazione di lettura a piacere. Tastiera a membrana meccanica impermeabile a 6 tasti a rilievo per le diverse funzionalità;
- Display: grande LCD Retroilluminato 25 mm;
- Alimentazione: Batteria ricaricabile autonomia 50h con retroilluminazione o alimentatore esterno 9V-500 mA;
- Accessori inclusi: Batteria ricaricabile, Alimentatore esterno, Supporto acciaio Inox inclinazione regolabile per montaggio su colonna o a parete, Supporto ABS fisso per montaggio su colonna, Salvaspruzzi indicatore;
- Peso: netto 750g – lordo 1,2 kg;
- Colonna ø40 mm x (H) 145 cm
- Certificato di Taratura con pesi Accredia
- Tara semiautomatica;
- Peso Netto/lordo;
- Unità misura (g, kg, lb, pcs);
- Check controllo peso/pezzi acustico;
- Funzione Sommatoria;
- Funzione totale pesate;
- Funzione annulla totale pesate
- Azzeramento,
- Autoff programmabile;
- Attivazione retroilluminazione;
- Calibrazione esterna;
- Segnale batteria scarica;
- Segnale sovraccarico;

Dimensioni delle basi di appoggio per la pesatura e portata:

Tipologia 1: dimensione base 400 mm. X 400mm portata 15 / 30 kg;

Tipologia 2: dimensioni base 400 mm. X 400 mm. portata 30 / 60 kg;


Tipologia 3: dimensioni base 500 mm. X 600 mm. portata 150 / 300 kg;

Tipologia 4: dimensioni base 800 mm. X 800 mm. portata 150 / 300 kg;



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Tel. 0922 407111 * Fax 0922 401229
P.Iva e C.F. 02570930848
Web: www.aspag.it

Struttura tipo bilancia:



Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs, 36/2023 e ss.mm.ii., dovranno trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it, manifestazione di interesse a partecipare alla eventuale procedura di gara ed, altresì, al fine di poter stabilire la relativa base d'asta, inviare apposito preventivo di spesa per l'acquisto di che trattasi, con indicazione del prezzo unitario e totale I.V.A. esclusa nonché delle caratteristiche tecniche, le quali non dovranno risultare inferiori a quanto indicato nell'allegato capitolato tecnico.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire **entro e non oltre il 15/07/2025** all'indirizzo PEC: forniture@pec.aspag.it.

La presente indagine di mercato, non impegnativa per questa ASP, è finalizzata alla individuazione di una congrua base d'asta ed alla verifica del rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire a tutti gli operatori economici, di poter presentare, se interessati, quanto richiesto con la presente.

Si evidenzia, che le società interessate sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, unitamente al preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche descritte, al fine di consentire a questa Amministrazione una valutazione in funzione delle prescrizioni indicate.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (0922.407463).

Il Collaboratore Amministrativo
Dott. Domenico Vella

Il Dirigente Amministrativo UOS
Beni e Servizi non Sanitari
Dott.ssa Rosalia Calà

Il Direttore UOC Servizio
Provveditorato
Ing. Alessandro Di Natale
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
UOC CON-ACQUISIZIONE
E SERVIZI NON SANITARI
DOTT.SSA ROSALIA CALA'