

Codice	Caratteristiche Tecniche Minime POLISONNIGRAFO (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabilità del +/-10%)
1	Apparecchio per la diagnosi dei disturbi del sonno in pazienti affetti da OSAS (Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno) per utilizzo presso il Distretto Sanitario di base (Poliambulatorio)
2	Apparecchio portatile per utilizzo in ambulatorio
3	Rilevazione dei principali parametri cardio-respiratori:
3.1	Frequenza cardiaca
3.2	Saturazione ossigeno
3.3	Flusso e pressione oro-nasale
3.4	Sforzo respiratorio toracico ed addominale
3.5	Postura
3.6	Russamento
4	Rilevazione dei seguenti ulteriori parametri neurologici:
4.1	EEG (ElettroEncefaloGramma)
4.2	EOG (ElettroOculoGramma)
4.3	EMG (ElettroMioGrafia)
4.4	ECG (ElettroCardioGrafia)
5	Possibilità di rilevazione in tempo reale dei parametri sopra elencati, per un eventuale impiego ambulatoriale
6	Dotazione di software per la visualizzazione ed analisi dei principali parametri
7	Possibilità di interfacciamento a PC e/o stampante
8	Presenza di software di gestione dell'archivio paziente
9	Presenza di allarmi visivi e/o acustici (ad es: batteria scarica, memoria insufficiente, ecc...)
10	L'apparecchiatura dovrà essere completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo
11	L'apparecchiatura offerta dovrà inoltre essere dotata di:
11.1	Una batteria di riserva, che consenta il normale ciclo di scarica/ricarica, senza lasciare l'apparecchiatura priva di alimentazione
11.2	Custodia per il trasporto dell'apparecchio e del carica-batterie
	Caratteristiche generali
37	Ingombri e peso contenuti
38	Alimentazione a batteria
40	Alimentazione 230 V 50 Hz
39	Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi
41	Certificazioni a norma di legge
42	Marcatura CE