



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. _____ del _____

Sito Web Aziendale

Oggetto: Il Indagine di mercato per l'affidamento della fornitura, in sette lotti, di "Sistema di verifica della penetrazione del vapore negli strumenti cavi" per le UU.OO. dei PP.OO. dell'Asp di Agrigento.

CHIARIMENTI

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano i chiarimenti resi dal Dirigente Medico incaricato a seguito di quesiti posti da Operatori interessati alla procedura.

Per la parte amministrativa (il Rup):

- D.01 Il prezzo indicato sarà utilizzato per selezionare la ditta con cui concludere il contratto diretto di acquisto o serve solo ad avere delle informazioni per definire una base d'asta?
- R.01 Il prezzo viene richiesto per individuare una congrua base d'asta.
- D.02 La partecipazione alla presente indagine di mercato è obbligatoria per poter essere invitato alla successiva gara oppure no?
- R.02 La mancata partecipazione alla presente indagine non osta all'eventuale successiva procedura negoziata.
- D.03 Si chiede conferma che i lotti saranno aggiudicati singolarmente.
- R.03 Si conferma.
- D.04 Si chiede se il prospetto riepilogativo delle specifiche richieste è il modulo denominato "Il Capitolato".
- R.05 Il prospetto riepilogativo va redatto dall'Offerente, rapportando le specifiche richieste nel Il Capitolato con quelle offerte.


Per la parte tecnica (il Dirigente Incaricato):

- D.06 La gara ha come oggetto "sistemi di verifica della penetrazione del vapore negli strumenti cavi", ma si richiedono prodotti che non riguardano questa tipologia di prodotto (es. indicatori Biologici, sigilli per container, etichette, kit tracciabilità), si chiede se trattasi di refuso.
- R.06 Non si tratta di refuso ma riguarda tutti i prodotti inerenti al processo di sterilizzazione.
- D.07 Si chiede di precisare il tempo di lettura per l'indicatore biologico richiesto al lotto n. 2. Inoltre, nell'oggetto della gara si chiedono "sistemi di verifica della penetrazione del VAPORE negli strumenti cavi", ma nel lotto n. 2 si legge come agente sterilizzante PEROSSIDO DI IDROGENO, si chiede di precisare se gli Indicatori devono essere sterilizzati con vapore o perossido di idrogeno;
- R.07 Il tempo di lettura dell'indicatore biologico deve essere di 24 ore o inferiore. Inoltre la domanda è relativa al lotto 2, ma si riferisce al lotto 3, e si ribadisce che la richiesta di sistemi di verifica del lotto in questione è per la sterilizzazione tramite agente

- perossido di idrogeno poiché tutta l'ASP è dotata di questo tipo di sterilizzazione, ad ogni modo si conferma quanto in capitolato.
- D.08 Rif. Lotto 4, si chiede di precisare se i sigilli richiesti sono in carta o altro materiale;
R.08 Rif Lotto 4: I sigilli richiesti devono essere in carta.
- D.09 Rif. Lotto 4, si chiede di precisare se i sigilli richiesti devono essere forniti di indicatore oppure no;
R.09 Rif Lotto 4: I sigilli devono essere integrati di indicatore chimico.
- D.10 Rif. Lotto n. 2: Si chiede di indicare il numero di incubatori da fornire in comodato d'uso;
R.10 Rif lotto 2: Il numero di incubatori sarà indicato in base alle necessità delle varie centrali di sterilizzazione.
- D.11 Rif. Lotto 6. Si chiede di indicare il numero di etichettatrici da fornire in comodato d'uso.
R.11 Rif lotto 6: Il numero di etichettatrici sarà indicato in base alle necessità delle varie centrali di sterilizzazione.
- D.12 Nel Lotto 7, al terzo quadrante successivo ai quadranti A e B, relativamente al "sistema informatizzato", nella colonna "fabbisogni annuali" compare il numero 5. Si chiede se tale numero si riferisca a: 1) un periodo di 5 anni, 2) al numero di centrali di sterilizzazione, 3) oppure ai punti nei quali viene effettuata la sterilizzazione del materiale;
R.12 Nel lotto 7 il numero 5 che compare si riferisce al numero di postazioni richieste.
- D.13 Alla voce: "il predetto sistema deve essere fornito in comodato d'uso gratuito a fronte dell'acquisto dei su indicati kit presso ciascun presidio ospedaliero", si chiede conferma se: 1) il software di tracciabilità debba essere effettivamente fornito in comodato d'uso gratuito, 2) e, conseguentemente, se i soli costi a carico della Stazione Appaltante riguarderanno l'assistenza/manutenzione del software stesso;
R.13 Il software deve essere fornito in comodato d'uso gratuito per tutta la durata della procedura. I costi di assistenza e manutenzione saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Si precisa che non verranno prese in considerazione ulteriori richieste di chiarimenti, aventi data successiva alla pubblicazione della presente, per consentire il celere, per quanto possibile avvio della procedura.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Ing. Alessandro Dinolfo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.S ECON-ACQUISIZIONE
BENI/SERVIZI NON SANITARI
DOTT.SSA ROSALIA CALA'