



Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Tel. 0922 407111 \* Fax 0922 401229  
P.Iva e C.F. 02570930848  
Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it)

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO  
VIALE DELLA VITTORIA N. 321  
CAP. 92100 - AGRIGENTO  
Pec: forniture@pec.aspag.it  
Mail: forniture@aspag.it

PROT. 144976  
DEL 17-1-2025

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI

### INDAGINE DI MERCATO

**Oggetto:** Indagine di mercato per la fornitura in somministrazione biennale di “*reattivi e prodotti da consumo vari compatibili con Cromatografo Ionico Dionex Inuvion e Autocampionatore Dionex AS-AP Thermo Scientific*”.

Questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento intende interpellare il mercato al fine di provvedere ad affidare ad un Operatore Economico, previo esperimento di appropriata procedura di acquisto su piattaforma MEPA di CONSIP s.p.a, la fornitura in somministrazione biennale di “*reattivi e prodotti da consumo vari compatibili con Cromatografo Ionico Dionex Inuvion e Autocampionatore Dionex AS-AP Thermo Scientific*” nei quantitativi e con specifiche tecniche non inferiori a quanto di seguito riportato.

Quantità	Descrizione prodotto
2	Soppressore anionico rigenerato elettroliticamente (2 mm) per eluente carbonato/bicarbonato, con portata massina dell'eluente: 0,75 ml/min. Compatibile con cromatografo ionico Dionex Inuvion IC System
2	Soppressore cationico rigenerato dinamicamente (4 mm) per eluente acido metansolfonico, con portata massima dell'eluente: 3 ml/min. Compatibile con cromatografo ionico Dionex Inuvion IC System.
2	Colonna analitica a scambio anionico (determinazione anioni: F, NO <sub>2</sub> , NO <sub>3</sub> , SO <sub>4</sub> , Cl...) per eluente carbonato/bicarbonato, lunghezza 250 mm, diametro 2 mm, particle size 6 mm, capacità 80 μeq. Compatibile con cromatografo ionico Dionex Inuvion IC System
4	Colonna di guardia (precolonna) anionica con lunghezza 50 mm, diametro 2 mm, capacità 1.5 μeq, compatibile con colonna a scambio anionico con diametro 2 mm con eluente carbonato/bicarbonato
2	Colonna analitica a scambio cationico (determinazione cationi: Na, Ca, Mg, NH <sub>4</sub> ...) per eluente acido metansolfonico, lunghezza 250 mm, diametro 3 mm, particle size 5.5 mm, capacità 3000 μeq. Compatibile con cromatografo ionico Dionex Inuvion IC System.
4	Colonna di guardia (precolonna) cationica con lunghezza 50 mm, diametro 3 mm, capacità 600 μeq, compatibile con colonna a scambio cationico con diametro 3 mm con eluente acido metansolfonico
8 flaconi da 200/250 ml	Soluzione eluente per anioni, composta da 0.45 M di Sodio Carbonato e 0.08 M di Sodio Bicarbonato
100 confezioni da 100 pezzi	Vials in Polystyrene da 10 ml compresi di tappi e setti divisi, compatibili con Autocampionatore Dionex AS_AP
4 bottiglie da 500 ml	Acido Metansolfonico ≥ 99.0%

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs, 36/2023 e ss.mm.ii., dovranno trasmettere via pec [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it), manifestazione di interesse a partecipare alla eventuale procedura di gara ed, altresì, al fine di poter stabilire la relativa base d'asta, inviare apposito preventivo di spesa per l'acquisto di che trattasi, con indicazione del prezzo unitario e totale I.V.A. esclusa nonché delle caratteristiche tecniche, le quali non dovranno risultare inferiori a quanto indicato nella presente indagine di mercato.



Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Tel. 0922 407111 \* Fax 0922 401229  
P.Iva e C.F. 02570930848  
Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it)

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire **entro e non oltre il 30/09/2025** all'indirizzo PEC:  
**forniture@pec.aspag.it**.

La presente indagine di mercato, non impegnativa per questa ASP, è finalizzata alla individuazione di una congrua base d'asta ed alla verifica del rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire a tutti gli operatori economici, di poter presentare, se interessati, quanto richiesto con la presente.

Si evidenzia, che le società interessate sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, unitamente al preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche descritte, al fine di consentire a questa Amministrazione una valutazione in funzione delle prescrizioni indicate.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (0922.407463).

**Il Collaboratore Amministrativo**

Dott. Domenico Vella

**Il Direttore UOC Servizi Provveditorato**  
Ing. Alessandro Dinolfo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
U.O.S ECON-ACQUISIZIONE  
BENI/SERVIZI NON SANITARI  
DOTT.SSA ROSALIA CALA'