

OA

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 2076 DEL 17 OTT. 2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 2 LETTERA B DEL D. LGS 36/2023 PER ACQUISTO DI N. 14 ELETTROBISTURI PER LE SALE OPERATORIE DEI PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI - APPROVAZIONE ATTI E AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO GARA RDO SUL ME.PA. CON SOCIETA' ORTOMEDICA CORRENTE IN PALERMO

STRUTTURA PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 2220 DEL 17-10-2025

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Il Collaboratore Amministrativo Prof.

Anna Spataro

IL DIRIGENTE AMM.VO UOS BENI E SERVIZI SANITARI

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.S ECON-ACQUISIZIONE

BENI/SERVIZI NON SANITARI

DOTT.SSA ROSALIA CALA'

IL DIRETTORE UOC
SERVIZIO PROVVEDITORATO

Ing Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

17-10-2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ADDETTO RESPONSABILE
Cat. Amm. GLORIA PICONE

IL DIRETTORE UOC SEE e P.

SERVIZIO ECONOMICO

FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dr. Beatrice Esposito

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 17 OTT. 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 17 OTTOBRE del mese di OCTOBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA GIUDICE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato, Ing Alessandro Dinolfo

- Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;
- Premesso che sono pervenute le seguenti allegate note: prot. 138080 del 4/9/2025 del Direttore della UOC di Ginecologia del PO di Sciacca e Capo Dipartimento Materno Infantile, prot. 139316 del 5/9/2025 del Direttore del Complesso operatorio PO Sciacca - per la UO della Ortopedia del PO di Sciacca- e prot. 139590 dell'8/9/2025 del Direttore della UO di Ortopedia del PO di Licata i quali hanno richiesto/sollecitato l'acquisto di elettrobisturi per la propria Unità Operativa rappresentando la necessità della fornitura poiché indispensabile per la normale attività chirurgica stante l'obsolescenza di quelli in uso;
- Considerato che nelle sopraindicate note il Direttore della UO di Ginecologia del PO di Sciacca e il Direttore della UO di Licata hanno evidenziato la rispondenza per le esigenze tecniche della propria U.O. con l'elettrobisturi Tontarra Plasma Ware PWT 400 cod 540-280-50 già acquistato in urgenza per la UO di Ortopedia del PO di Agrigento presso la Società Ortomedica sas corrente in Palermo - giusta deliberazione 371 del 22/2/2024;
- Che, attesa l'urgenza manifestata per le vie brevi anche dalla Direzione Sanitaria Aziendale questa UOC Provveditorato ha richiesto con allegata nota prot. 144022 del 15/9/2025 preventivo di spesa per i tre elettrobisturi Tontarra Plasma Ware PWT 400 cod 540-280-50 completi di cavi multiuso alla stessa Società Ortomedica sas corrente in Palermo Via Maestri del Lavoro 38 che ha riscontrata con allegata offerta di € 15.240,00 oltre iva per ciascuno elettrobisturi completo di cavi pluriuso con consegna entro 7gg data ordine , prezzo ritenuto congruo poiché riconducibile a quello di cui alla deliberazione 371/2024;
- Dato atto che in uno alla superiore offerta la Ortomedica ha comunicato con allegata nota la propria disponibilità a fornire n. 14 elettrobisturi Plasma Ware PWT 400 cod. 540-280-50 con i cavi monouso avendo disponibilità immediata – tempi di consegna 7gg data ordine per 5 elettrobisturi e 20gg per i restanti 9 elettrobisturi - offrendoli *“con una scontistica molto vantaggiosa.....con unico ordine”* offrendo al prezzo unitario di € 9.992,85 per un complessivo di € 139.899,90 oltre iva;
- Rilevato che già con nota prot. 16689 del 2/01/2021 e successiva prot. 31321 del 23/02/2023 il Dr. G Fiorica Direttore della UOC Anestesia e Rianimazione - oggi anche Direttore del Dipartimento di Emergenza e urgenza – aveva richiesto n. 16 elettrobisturi completi di svariati accessori (pedaliera, carrello, elettrodi, pinze bipolari, cavi e vari set di sigillatura) per i blocchi Operatori dei PP.OO. aziendali i quali sono stati inseriti nel piano degli investimenti aziendali per il triennio 2024/2026 – per un importo presunto di € 800.000,00 - giusta deliberazione 1027 del 30/05/2024, ad oggi non acquistati per carenza di fondi;
- Rilevato, altresì, che la proposta di fornitura dei 14 elettrobisturi della Ortomedica risultava economicamente valida poiché notevolmente inferiore a quella inserita nel piano degli investimenti – calcolata sulla base di espletata indagine di mercato - e che, quindi, questa UOC Provveditorato con email del 19/9/2025 ha trasmesso al Dr. Fiorica la scheda tecnica dell'elettrobisturi offerto dalla Ortomedica chiedendo di valutare l'opportunità di procedere all'acquisto dei 14 elettrobisturi con i cavi pluriuso offerti, compresi i tre per le UU.OO. di Ortopedia dei PP.OO di Sciacca e Licata e alla UO di Ginecologia PO di Sciacca, previa

autorizzazione della Direzione Sanitaria aziendale destinataria per conoscenza della email del 19/9/2025;

- Che in riscontro alla email è pervenuta email del 22/09/2025 con la quale il Dr. Fiorica nel comunicare *“la rispondenza dei beni descritti con quelli che sono le necessità per fare fronte alle varie discipline chirurgiche dell’Azienda”* ha così ridotto e ridistribuito gli elettrobisturi:
N. 6 elettrobisturi per Blocco Operatorio e Blocco Parto di Agrigento.
N. 2 elettrobisturi per Blocco Operatorio di Licata
N. 4 elettrobisturi per Blocco Operatorio di Sciacca
N. 2 elettrobisturi per Blocco Operatorio di Canicattì
- Dato atto della condivisione all’acquisto del Direttore Sanitari aziendale come da annotazione apposta sulla email del 22/9/2025;
- Ritenuto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b) del D Lgs 36/2023, previa RDO sul Mepa con la Società Ortomedica sas corrente in Palermo Via Maestri del Lavoro 38 a presentare offerta per i 14 elettrobisturi Tontarra Plasma Ware PWT 400 cod 540-280-50 completo di cavi multiuso posto a base d'asta l'importo di € 140.000,00 oltre iva;
- Vista l'allegata lettera-invito;
- Di individuare ai sensi dell'art. 15 del D Lgs 36/2023 quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) la Sig.ra Anna Spataro, collaboratore Amministrativo in servizio al Provveditorato;
- Di individuare, altresì, quale Direttore delle esecuzione del contratto D.E.C. Il Direttore del Dipartimento di Emergenza e urgenza Dr Gerlando Fiorica per come previsto nei casi di cui al combinato disposto dall'art 8 comma 4 All.to I.2 e dell'art 32 commi 2 e 3 all.to II.14 del D Lgs 36/2023 *“per ragioni concernenti l’organizzazione interna della stazione appaltante , che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento ”*;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:


- 1) Di dare atto delle note citate in premessa prot. 138080 del 4/9/2025 del Direttore della UOC di Ginecologia del PO di Sciacca e Capo Dipartimento Materno Infantile, prot. 139316 del 5/9/2025 del Direttore del C.O. PO Sciacca - per la UO della Ortopedia del PO di Sciacca- e , prot. 139590 dell'8/9/2025 del Direttore della UO di Ortopedia del PO di Licata di richiesta di acquisto urgente di elettrobisturi per le relative UU.OO.;
- 2) Di dare atto della successiva offerta dei tre elettrobisturi ciascuno completo di cavi pluriuso con consegna entro 7gg data ordine presentata dalla Società Ortomedica sas corrente in Palermo Via Maestri del Lavoro 38 al prezzo unitario di € 15.240,00 oltre iva e delle proposta di fornitura di 14 elettrobisturi con disponibilità immediata offrendoli al prezzo unitario di € 9.992,85 oltre iva;
- 3) Di dare atto che già nel piano triennale degli investimenti aziendali di cui alla deliberazione 1027 del 30/05/2024 ora inserita la richiesta di acquisto di 16 elettrobisturi per i Complessi Operatori dei PP.OO. aziendali avanzata dal Direttore del Dipartimento di Emergenza, il quale ricevuta da questa UOC Provveditorato la scheda tecnica dell'elettrobisturi offerto dalla Ortomedica ha comunicato la rispondenza con

quelli richiesti per i CC.OO. dei PP:OO. aziendali rimodulando la richiesta per 14 elettrobisturi;

- 4) Di dare atto che la Direzione Sanitaria Aziendale ha formalmente condiviso l'acquisto dei 14 elettrobisturi presso la Ortomedica sas;
- 5) Di autorizzare l'affidamento diretto ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b del D Lgs 36/2023 previo espletamento di RDO sul Mepa con la Società Ortomedica sas corrente in Palermo Via Maestri del Lavoro 38 per l'acquisto di 14 elettrobisturi Tontarra Plasma Ware PWT 400 cod 540-280-50 ciascuno completo di cavi multiuso posto a base d'asta l'importo di € 140.000,00 oltre iva;
- 6) di approvare l'allegata lettera-invito;
- 7) Di individuare ai sensi dell'art. 15 del D Lgs 36/2023 quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) la Sig.ra Anna Spataro, collaboratore Amministrativo in servizio al Provveditorato e quale Direttore delle esecuzione del contratto D.E.C. Il Direttore del Dipartimento di Emergenza e urgenza Dr Gerlando Fiorica;
- 8) Di impegnare la somma di € 170.678,00 iva compresa sullo S.P. A101020501 del bilancio corrente il tutto a valere sui centri di costo dei PP.OO.: destinatari dei beni ;
- 9) Curerà l'esecuzione del presente provvedimento la UOC Provveditorato;
- 10) Di munire la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per permettere l'acquisto degli elettrobisturi indispensabili per la normale attività sanitaria dell'UU.OO: destinatarie dei beni;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.


IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO
Ing Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere FAVORABILE
Data 17/10/2025

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Ersilia Riggi


Parere Favorabile
Data 17/10/2025

Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia


IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall' Ing Alessandro Dinolfo Direttore della U.O.C. Provveditorato che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;


DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall' Ing Alessandro Dinolfo Direttore della U.O.C. Provveditorato.

Allegati omessi
ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

AGRIGENTO

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Funzionario istruttore : coll. Amm.vo Anna Spataro

email – forniture@aspag.it

Prot

Del

Spett.le Ditta

Oggetto: affidamento diretto per la fornitura di n. 14 elettrobisturi per i Presidii Ospedalieri Aziendali – RDO

Questa Azienda intende procedere, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D Lgs 36 del 31/03/2023 all'acquisto di n. 14 elettrobisturi ad alta frequenza Plasma Ware PWT 400 con doppio pedale a tenuta stagna provvisto di pulsante per passaggio corrente monopolare a corrente bipolare, ciascuno completo di cavo pluriuso per elettrodo monouso attacco europeo art F7902 per i Presidi Ospedalieri aziendali di cui alla offerta del 16/09/2025

Importo complessivo a base d'asta €.140.000,00. oltre iva

La fornitura sarà affidata a codesta società se in possesso dei requisiti di cui agli artt 94 e 95 del D lgs 36/2023 e che non si trovi nelle condizioni di esclusione cui all'art. 53 comma 16ter del D lgs 165/2001.

Il prezzo offerto si intende compreso del trasporto, scarico, facchinaggio, consegna ed installazione presso le UU.OO. destinatarie degli elettrobisturi.

La consegna in urgenza dovrà essere tassativamente garantita entro i seguenti tempi:

n. 5 entro 5 giorni lavorativi data ricezione ordine

n. 9 entro 10 giorni lavorativi data ricezione ordine

La ditta dovrà, quindi, produrre, quale documentazione amministrativa :

1) DGUE compilato e digitalmente firmato

2) copia della presente lettera- invito firmata per accettazione incondizionata tutte le clausole indicate.

Quale documentazione economica la ditta dovrà presentare per ciascun lotto di partecipazione :

- l'offerta da sistema

- offerta su carta intestata con l'indicazione dei dati societari e la marca, modello, codice, CND, repertorio e prezzo unitario offerto

Nel caso di omessa o incompleta presentazione della documentazione richiesta con la presente lettera si applicherà quanto disposto dall'art.101 del D lgs 36/2023 e smi.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili quelle indicate al medesimo art. 101 del D Lgs 36/2023 e comunque le omissioni, le inesattezza e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Codesta Società si impegna, pena la nullità del contratto, al rispetto dell'obbligo imposto dalla legge 136/2010 e successiva modifica con D.L. 187/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.


Altresì, la ditta aggiudicataria si impegna collaborare con le Forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione condizionamento di natura criminale (art.8 Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della regione Siciliana")

Le falsità delle dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria, accertate dopo la stipula del contratto, sono causa di risoluzione dello stesso così come il verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 DPR 252/98.

Sarà, altresì, causa di risoluzione del contratto il verificarsi dell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

E', inoltre, causa di esclusione e di mancata stipula del contratto la sussistenza di alcuna delle situazioni previste dalla Direttiva dell'Assessorato Regionale della Sanità in materia di stipula di contratto n. 1410 del 9/2/2009.

La ditta aggiudicataria dovrà, a garanzia della regolare esecuzione del contratto, produrre deposito cauzionale definitivo pari al 5% dell'importo aggiudicato, ai sensi dell'art. 117 del D Lgs 36/2023 resa con le modalità prevista dall'art. 106 del medesimo D Lgs.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

Gli elettrobisturi saranno ordinati da UOC Provveditorato La consegna dei prodotti sarà oggetto di verifica di conformità e di messa in sicurezza di cui alle norme CEI, in ossequio all'art. 116 del D lgs 36/2023, con la redazione di apposito verbale di collaudo firmato da entrambe le parti contraenti. Ad avvenuto collaudo e formazione del personale la ditta potrà emettere la fattura codice univ ufficio T1DFDX e questa UOC procederà alla liquidazione entro i termini di pagamento stabiliti nell'RDO. Le fatture pagate graveranno sul bilancio aziendale

Nel caso di cessione di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 comma 12 del D lgs 36/2023.

La presente non vincola l'Amministrazione che si riserva, in applicazione dell'art.108 comma 10) del D lgs 36/2023 e smi, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non affidare la fornitura e /o di risoluzione del contratto senza che codesta Ditta abbia nulla a che pretendere.

Per tutte le controversie che dovesse insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

Il Direttore Servizio Provveditorato

Ing Alessandro Dinolfo

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
DELLA PRESENTE LETTERA INVITO
EX ART. 1341 e 1342 CODICE CIVILE
La ditta**



I: acquisto elettrobisturi

Da forniture <forniture@ASPAG.IT>
Data Lun 22 set 2025 15:01
A Anna Spataro <anna.spataro@aspag.it>

Da: Gerlando Fiorica <gerlando.fiorica@aspag.it>
Inviato: lunedì 22 settembre 2025 12:08
A: forniture <forniture@ASPAG.IT>
Cc: Direttore Sanitario <direttore.sanitario@ASPAG.IT>
Oggetto: Re: acquisto elettrobisturi

f. evol nle
2025
Il Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Raffaele Elia

Gent.mi

ad integrazione delle precedente, confermando la corrispondenza dei beni descritti con quelle che sono le necessità attuali per fare fronte alle varie discipline chirurgiche dell'Azienda, in riferimento alla vostra in calce, si comunica la nuova ditribuzione degli elettrobisturi necessari ai Blocchi Operatori Aziendali:

N. 6 elettrobisturi per Blocco Operatorio e Blocco Parto di Agrigento.

N. 2 elettrobisturi per Blocco Operatorio di Licata

N. 4 elettrobisturi per Blocco Operatorio di Sciacca

N. 2 elettrobisturi per Blocco Operatorio di Canicattì

Si sottolinea l'estrema urgenza di acquisizione stante la non funzionalità di quelli in atto in dotazione ai blocchi operatori.

Cordialmente

Dr. Gerlando Fiorica

Direttore Dipartimento di Emergenza e Urgenza - ASP Agrigento
Direttore UOC Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore
Direttore UO Complesso Operatorio
P.O. San Giovanni di Dio - Agrigento
gerlando.fiorica@aspag.it

----- Messaggio originale -----

Da "forniture" <forniture@ASPAG.IT>
A "Gerlando Fiorica" <gerlando.fiorica@aspag.it>; "poagrigento.anestesiaerianimazione"
<poagrigento.anestesiaerianimaz@ASPAG.IT>
Cc "Direttore Sanitario" <direttore.sanitario@ASPAG.IT>
Data 19/09/2025 12:50:55
Oggetto acquisto elettrobisturi

La Direzione Sanitaria Aziendale ha autorizzato l'acquisto in urgenza di tre elettrobisturi richiesti dal Direttori delle UU.OO. di Ortopedia dei PO.OO. di Licata e Sciacca e dalla UO di Ginecologia PO Sciacca ad alta frequenza i quali hanno indicato conformi alle esigenze del Servizio l'elettrobisturi Plasma Weave PWT 400 prod. Tontarra Germany mod 540-280-50 correlato di cavi pluriuso come già acquistato per la UO di Ortopedia PO di Agrigento in esecuzione alla deliberazione 371 del 22/02/2025.

E' pervenuta offerta della Ortomedica per l'elettrobisturi Plasma Weave PWT 400 prod. Tontarra Germany mod 540-280-50 che ha anche proposto la fornitura di 14 elettrobisturi con consegna immediata di 5 elettrobisturi e entro 20gg per i restanti 9 per una spesa complessiva entro il limite per l'affidamento diretto di forniture di cui all'art. 50 comma 2 lettera b) del D Igs 36/2023

Stante la nota prot. 31321 del 23/02/2023 con la quale la S.V. chiede l' acquisto di 16 elettrobisturi , regolarmente inseriti nel piano degli investimenti ma non acquistati per carenza di fondi, si trasmette scheda tecnica del prodotto offerto e si chiede, nel caso in cui la S.V. ravvisi la necessità e l'urgenza dell'acquisto di cui alla suddetta nota 31321, di valutare l'opportunità di procedere all'acquisto dei 14 elettrobisturi offerti dalla Ortomedica, compresi i tre per le UU.OO. di Ortopedia dei PO.OO. di Licata e Sciacca e alla UO di Ginecologia PO Sciacca, previa condivisione autorizzativa della Direzione sanitaria che legge per conoscenza.

Alla luce di quanto sopra, si resta in attesa di formale nota rimodulata in sostituzione della precedente con l'indicazione delle UU.OO. destinatarie degli elettrobisturi.

Servizio Provveditorato



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel. 0922407116

funzionario istruttore : Coll. Amm.vo Anna Spataro

pec -forniture@pec.aspag.it

Prot 144022 del 15-1-2025

Spett.le Ditta ORTOMEDICA sas
Via Maestri del Lavoro 38
PALERMO
Pec: ortomedica@pec.it

Oggetto: Trattativa diretta per fornitura in urgenza di 3 elettrobisturi per PP.OO. aziendali

Questa Azienda ha la necessità di acquistare in urgenza di n. 3 elettrobisturi ad alta frequenza Plasma Weave PWT 400 prod. Tontarra Germany mod 540-280-50 correlato di cavi pluriuso come già acquistato per la UO di Ortopedia PO di Agrigento in esecuzione alla deliberazione 371 del 22/02/2025 di aggiudicazione a codesta Società della gara MePa RDO 4007801


I tre elettrobisturi sono destinati alle UU.OO. di Ortopedia dei PO.OO. di Licata e Sciacca e alla UO di Ginecologia PO Sciacca

Stante l'urgenza di approvvigionamento i tempi di consegna non potranno superare i 7 gg lavorativi data ordine.

Codesta, se interessata dovrà riscontrare con propria offerta entro 3gg dalla presente via pec a forniture@pec..aspag.it

Nella offerta dovranno essere indicata la disponibilità immediata alla consegna dell'elettrobisturi con gli accessori.

Il Direttore UOC Provveditorato
Ing Alessandro Dinolfo



*Sistema Sanitario Nazionale – Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento
Ospedali Civili Riuniti Sciacca - Ribera
U.O. Complesso Operatorio S.O. Sciacca
Responsabile: Dott. Francesco Petrusa
Tel./Fax 0925.962672*

Assegnato nr. **0 139316**

del **05/09/2025**

Sciacca li, 05/09/2025

**Alla Direzione Generale
Al Direttore U.O.C. Provveditorato
e.p.c. Al Direttore Sanitario Aziendale**

Oggetto: Richiesta d'acquisto a seguito Fuori uso/dismissione Elettrobisturi

In riferimento all'ultimo guasto riscontrato nell'unico elettrobisturi a servizio dell'attività chirurgica del complesso operatorio dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, si porta a conoscenza delle SS.LL. al fine di procedere all'attivazione **URGENTE** delle procedure di acquisto di un elttrobisturi per l'UOC di Ortopedia e Traumatologia.

Con la presente per avanzare richiesta di acquisto di n° 1 Elettrobisturi in sostituzione delle apparecchiature dismesse nell'ultimo decennio e mai sostituite.

Tanto per competenza e atti consequenziali, distinti saluti

Il Responsabile Complesso Operatorio

Dott. Francesco Petrusa


REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Ospedali Riuniti Sciacca-Ribera
U.O.C. Anestesia e Rianimazione
Direttore Dr. Petrusa Francesco
Ordine Medici AG 3508



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Distretto Ospedaliero Ag 2
Presidio Ospedaliero "Giovanni Paolo II" Sciacca
U. O. OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DIRETTORE: DOTT. SALVATORE INCANDELA

n. Prot. 138083
del 04/09/25

Spett.le
Direzione Generale
U.O.C. Provveditorato
Viale della Vittoria 321
Agrigento

Oggetto : Sollecito Ns prot. 46602 del 14/03/2024

Richiesta di acquisizione Urgente ed indifferibile di Unità Elettrochirurgica per sala operatoria;
Delibera 371 del 22-02-2024;

La sala operatoria della Ns Unità Operativa ha urgenza indifferibile di dotarsi di Generatore computerizzato di correnti elettrochirurgiche ad alta frequenza.

Con la presente si sollecitiamo la richiesta del prot. In oggetto.

Senza la disponibilità di una nuova unità elettrochirurgica, saremo costretti a chiudere o ridurre drasticamente, il servizio di Istero/Resettoscopia che fino ad oggi abbiamo assicurato alle nostre pazienti.

Questo significa un danno alla nostra Unità Operativa e alle nostre pazienti che saranno costrette a recarsi presso altre strutture in grado di assicurare questo servizio.

Si allega . Copia Ns prot. 46602 del 14/03/2024

Copia delibera 371 del 22/02/2024

Sciacca

*Parere favorevole
con urgenza*

*Il Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Raffaele Elia*

Il Capo-Dipartimento

Dott. S. Incandela



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Distretto Ospedaliero Ag 2
Presidio Ospedaliero "Giovanni Paolo II^o" Sciacca
U. O. OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DIRETTORE: DOTT. SALVATORE INCANDELA

Prot. 66602
del 14/03/2024

Spett.le
Direzione Generale
U.O.C. Provveditorato
Viale della Vittoria 321
Agrigento

Oggetto : Richiesta di acquisizione Urgente ed indifferibile di Unità Elettrochirurgica per sala operatoria;
Delibera 371 del 22-02-2024;


La sala operatoria della Ns Unità Operativa ha urgenza indifferibile di dotarsi di Generatore computerizzato di correnti elettrochirurgiche ad alta frequenza.

Quello attualmente in nostra dotazione ormai obsoleto, spesso durante le sedute operatorie presenta dei problemi dati dalla sua usura, costringendoci ad allungare i tempi chirurgici, per porre rimedio al problema che si presenta; Inoltre le caratteristiche tecniche dello stesso, non rispondono alle esigenze che le nuove tecniche chirurgiche e l'utilizzo con le nuove apparecchiature in nostra dotazione richiedono.

Vista la delibera in oggetto per l'acquisto di unità elettrochirurgica con relativi accessori, per il P.O. di Agrigento, attrezzatura da noi perfettamente conosciuta e che risponde a pieno alle nostre esigenze tecniche e ai nuovi standard per chirurgia Open, Laparoscopica ed Endochirurgica, chiediamo la dotazione urgente ed indifferibile di una unità elettrochirurgica con le identiche caratteristiche tecniche descritte nella delibera in oggetto.

Sciacca 14/3/2024

Il Capo Dipartimento
Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento
IL CAPO DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
Dott. SALVATORE INCANDELA



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Presidio Ospedaliero "San Giacomo d'Altopasso" - Licata
U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia
Direttore: Dott. S. A. Rapisarda

A.S.P. - AGRIGENTO	
Presidio Ospedaliero di Licata	
PROTOCOLLO GENERALE	
08 SET. 2025	
N. 135590 Ora	

Al Direttore Sanitario Aziendale
→ All'UOC Provveditorato

Anne

Oggetto: Richiesta di acquisizione urgente di Unità Elettrochirurgica per sala operatoria

Delibera 371 del 22.2.2024

Avendo più volte effettuato richiesta sin dal 2018 di elettrobisturi per la sala operatoria di Ortopedia del PO di Licata, si risollecita acquisto urgente di generatore computerizzato di correnti elettrochirurgiche ad alta frequenza come da protocollo in oggetto (delibera 371 del 22.2.2024).

Tale acquisto risulta indispensabile per l'espletamento dell'attività chirurgica Traumatologica d'urgenza e in elezione.

Tanto si doveva

Cordiali saluti

Licata, 05.9.25

S. A. Rapisarda
A.S.P. A.R. - U.O.C. di LICATA
U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia
Direttore: Dott. S. A. Rapisarda
n. prot. 162817 - Ora. 1000 del 05/09/2025

Azienda Sanitaria Provinciale
AGRIGENTO
Ufficio Protocollo

10 SET 2025

E N T R A T A

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E TERAPIA DEL DOLORE
U.O. BLOCCO OPERATORIO
DIRETTORE DR. G. FIORICA



Prot. N. 00 31321 del 23/02/2023

Al Direttore UOC Provveditorato
Dr. O. Falco

Al Dir. Amm.vo UOC Provveditorato
Dr. G. Palumbo

Oggetto: Vs. nota prot. 15988 del 27/01/2023 –“indagine di mercato fornitura elettrobisturi”

Con riferimento alla vs. nota prot. 15988 del 27/01/2023 relativa a “indagine di mercato fornitura elettrobisturi”, dall'esame della documentazione presentata dalle ditte che hanno dato riscontro, facciamo presente quanto segue:

Contrariamente a quanto indicato da una ditta, il capitolato non identifica prodotti unici della ditta KLS Martin, e contrariamente a quanto evidenziato da un'altra ditta, il capitolato non identifica prodotti unici della ditta Medtronic; dalla documentazione pervenuta risulta che le caratteristiche richieste non individuano una singola specifica marca di elettrobisturi e accessori e consentono la partecipazione alla gara con materiale conforme alla richiesta di marche diverse.

Si fa presente inoltre quanto segue:


La caratteristica richiesta “due prese per uso bipolare, ciascuna attivabile alternativamente con comando a pedale”; consente di avere pronti all'uso due strumenti diversi utilizzabili alternativamente (ad esempio uno strumento per taglio bipolare e uno strumento per coagulazione bipolare).

Relativamente alla caratteristica richiesta “corrente bipolare automatica per la sigillatura di vasi fino a 7 mm di diametro”, è sufficiente che sia supportata da dichiarazione della ditta offerente o della ditta produttrice.

Si conferma la caratteristica richiesta “Possibilità di modificare la potenza impostata per una corrente monopolare anche durante la sua erogazione, senza che il chirurgo debba interrompere l'erogazione per permettere la variazione voluta.”; tale caratteristica evita che il chirurgo debba interrompere l'erogazione di corrente (magari in un momento particolarmente delicato dell'intervento) per aspettare che venga modificata la potenza.

La caratteristica richiesta “Coagulazione bipolare con attivazione automatica a contatto e stop automatico in base all'impedenza rilevata”; tale particolarità riduce la possibilità che si eroghi corrente per un tempo maggiore a quanto necessario, riduce la possibilità di un effetto di incollaggio del tessuto sulle pinze bipolarì, e permette di ottenere un miglior risultato.

La caratteristica richiesta “Visualizzazione contemporanea mediante indicatori numerici in watt sul frontale dell'apparecchio, anche mentre si sta erogando la corrente per sigillatura vasi di diametro fino a 7 mm, delle potenze impostate per due uscite per uso monopolare e della potenza impostata per una uscita per coagulazione bipolare” non esclude che per alcuni tipi di correnti, come ad esempio per la



corrente di sigillatura, sia possibile la visualizzazione di una indicazione espressa in effetti anziché in watt.

Relativamente alle pinze richieste "n. 8 pinza bipolare cm 17 circa a punte piegate da 1 mm, con cavo, riutilizzabile almeno 50 volte": la dicitura "con cavo" è un refuso e viene eliminato nell'allegato capitolato tecnico modificato.

Si ritiene inoltre di ridurre la quantità di accessori richiesti, così come dettagliato nell'allegato capitolato tecnico modificato.

Si allega alla presente il capitolato tecnico con le modifiche apportate.

N. 16 ELETTROBISTURI PER SALA OPERATORIA CON ACCESSORI, così ripartiti:

N. 7 elettrobisturi per Blocco Operatorio e Blocco Parto di Agrigento

N. 3 elettrobisturi per Blocco Operatorio di Licata

N. 4 elettrobisturi per Blocco Operatorio di Sciacca

N. 2 elettrobisturi per Blocco Operatorio di Canicattì

Caratteristiche richieste:

Taglio monopolare puro regolabile fino ad almeno 250 Watt, taglio monopolare misto a coagulazione regolabile fino ad almeno 200 Watt, coagulazione monopolare a contatto e spray regolabili fino ad almeno 120 Watt, taglio bipolare regolabile fino ad almeno 120 Watt, coagulazione bipolare regolabile fino ad almeno 95 Watt. Corrente bipolare automatica per la sigillatura di vasi fino a 7 mm di diametro, come risultante da dichiarazione della ditta offerente o della ditta produttrice.

Coagulazione bipolare con attivazione a pedale ma con stop automatico in base all'impedenza rilevata. Coagulazione bipolare con attivazione automatica a contatto e stop automatico in base all'impedenza rilevata; con possibilità di impostare fino ad almeno 1 secondo il tempo di ritardo di attivazione a contatto avvenuto, cioè il tempo che deve trascorrere dal momento del contatto fino all'inizio dell'erogazione di corrente.

Visualizzazione su display, durante l'erogazione di corrente di coagulazione bipolare con attivazione automatica a contatto e ritardo di attivazione attivato, di segnalazione del ritardo di attivazione attivato. Visualizzazione contemporanea mediante indicatori numerici in watt sul frontale dell'apparecchio, anche mentre si sta erogando la corrente per sigillatura vasi di diametro fino a 7 mm, delle potenze impostate per due uscite per uso monopolare e della potenza impostata per una uscita per coagulazione bipolare.

Possibilità di modificare la potenza impostata per una corrente monopolare anche durante la sua erogazione, senza che il chirurgo debba interrompere l'erogazione per permettere la variazione voluta. Dotato di sistema di sicurezza che controlla la quantità e la qualità del contatto eletrodo di ritorno – paziente, che automaticamente varia la soglia di allarme a seconda di ogni singolo paziente.

Due prese per uso monopolare e due prese per uso bipolare, ciascuna attivabile alternativamente con comando a pedale.

Possibilità di utilizzo, senza adattatore, di strumenti per taglio e coagulazione monopolari con spina a tre pin.

Riconoscimento automatico del collegamento di uno strumento bipolare per sigillatura di vasi, con conseguente selezione automatica del tipo di corrente e con indicazione su display.



ACCESSORI RICHIESTI:

- n. 16 set di pedaliere di comando; tale set deve consentire di attivare, uno per volta, due diversi strumenti per taglio monopolare, uno strumento per taglio bipolare e uno strumento per coagulazione bipolare, ciascuno collegato su una presa diversa e attivabile a pedale, senza dovere effettuare alcuna ulteriore impostazione da pannello di comando dell'apparecchio per passare dall'attivazione a pedale di uno strumento all'attivazione a pedale di un altro strumento dei quattro collegati;
- n. 16 confezione da almeno 50 elettrodi neutri monouso a due settori di contatto;
- n. 16 cavo riutilizzabile almeno 50 volte per elettrodi neutri monouso;
- n. 2 pinza bipolare cm 17 circa retta con punte da 1 mm riutilizzabile almeno 50 volte;
- n. 2 pinza bipolare cm 20 circa retta con punte da 2 mm riutilizzabile almeno 50 volte;
- n. 4 cavo riutilizzabile almeno 50 volte per pinza bipolare;
- n. 1 set per sigillatura di vasi con pinza a morso curvo, per almeno 50 interventi chirurgici; la pinza deve avere il morso per sigillatura lunga almeno 15 mm, punta distale larga meno di 4 mm e due anelli di impugnatura; il collegamento della pinza all'apparecchio deve essere riconosciuto dall'apparecchio ed attivare l'impostazione automatica della idonea corrente per sigillatura; la pinza deve essere utilizzabile con l'erogazione di corrente attivata automaticamente non appena la pinza viene chiusa, mediante un interruttore posto fra i due anelli di impugnatura che viene premuto dalla chiusura della pinza; per almeno 10 dei 50 interventi chirurgici deve essere anche possibile l'attivazione di una lama fredda scorrevole all'interno del morso per potere effettuare un taglio di almeno 14 mm velocemente e con precisione mentre il tessuto è ancora nel morso dello strumento;
- n. 4 set per sigillatura di vasi con pinza a morso curvo, per almeno 50 interventi chirurgici; la pinza deve avere il morso per sigillatura lunga almeno 15 mm, punta distale larga meno di 3 mm e due anelli di impugnatura; il collegamento della pinza all'apparecchio deve essere riconosciuto dall'apparecchio e attivare la selezione automatica della idonea corrente per sigillatura; la pinza deve essere utilizzabile con l'erogazione di corrente attivabile a pedale;
- n. 3 set per sigillatura di vasi con pinza a morso curvo, per almeno 50 interventi chirurgici; la pinza deve avere il morso per sigillatura lunga almeno 20 mm, punta distale larga meno di 5 mm e due anelli di impugnatura; il collegamento della pinza all'apparecchio deve essere riconosciuto dall'apparecchio e attivare la selezione automatica della idonea corrente per sigillatura; la pinza deve essere utilizzabile con l'erogazione di corrente attivabile a pedale;
- n. 4 set per sigillatura di vasi con pinza a morso curvo, per almeno 50 interventi chirurgici; la pinza deve avere il morso per sigillatura lunga almeno 30 mm e punta distale larga meno di 8 mm; il collegamento della pinza all'apparecchio deve essere riconosciuto dall'apparecchio e attivare la selezione automatica della idonea corrente per sigillatura; la pinza deve essere utilizzabile con l'erogazione di corrente attivabile a pedale;
- n. 4 set per sigillatura di vasi con pinza a morso curvo, per almeno 50 interventi chirurgici; la pinza deve avere il morso per sigillatura lunga almeno 35 mm e punta distale larga meno di 10 mm; il collegamento della pinza all'apparecchio deve essere riconosciuto dall'apparecchio e attivare la selezione automatica della idonea corrente per sigillatura; la pinza deve essere utilizzabile con l'erogazione di corrente attivabile a pedale;
- n. 2 set per sigillatura con attivazione manuale, per 50 interventi chirurgici: il set deve essere composto in modo che per ciascuno dei 50 interventi il chirurgo possa disporre di uno strumento dotato di un'asta retta di diametro esterno non oltre 5 mm con morso curvo tipo Maryland ruotabile almeno 350° e di



lunghezza almeno 35 cm, compreso morso di presa; lo strumento, completo di cavo di collegamento, deve essere dotato di tasto per l'attivazione della corrente di sigillatura; il collegamento dello strumento all'apparecchio deve essere riconosciuto dall'apparecchio e attivare la selezione automatica della idonea corrente per sigillatura; per ciascuno dei 50 interventi chirurgici deve essere possibile l'attivazione, per mezzo di un tasto, di una lama fredda scorrevole all'interno del morso di presa dello strumento, per potere tagliare il tessuto velocemente e con precisione nel mezzo della zona sigillata mentre il tessuto è ancora chiuso nel morso di presa, con un taglio di almeno 16 mm;

n. 2 cavo riutilizzabile almeno 50 volte per strumenti monopolari dotati di spina a un solo pin da 4 mm attivabili a pedale;

n. 5 carrelli con ruote antistatiche;

N. 1 ELETTROBISTURI PER AMBULATORIO di Accessi Vascolari del P.O. di Agrigento con le seguenti caratteristiche:

Elettrobisturi con taglio monopolare regolabile fino ad almeno 100 watt, taglio miscelato almeno 90 watt, coagulazione monopolare almeno 70 watt, coagulazione bipolare almeno 80 watt.

Possibilità di utilizzare un manipolo a due pulsanti per comando manuale con spina dotata di tre pin paralleli.

Agrigento, li 23-02-2023

Dr. G. Fiorica

ASP AGRIGENTO

P.O. "San Giovanni di Dio" Agrigento
U.O.C. ANESTESIA, RIANIMAZIONE E
TERAPIA INTENSIVA

Direttore Dott. Gerlando Fiorica - AG3917

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
U.O. TERAPIA INTENSIVA COVID
U.O. COMPLESSO OPERATORIO
DIRETTORE F.F. DR. G. FIORICA



Prot. N. 00 16689 del 27/01/2021

Al Direttore Provveditorato
Dr. O. Falco

Al Dr. Giuseppe Palumbo
UOC Provveditorato

Oggetto: *acquisto elettrobisturi per fabbisogno Aziendale.*

Gent.mi

Come da Vs. richiesta, si è provveduto ad analizzare i capitolati relativi alle caratteristiche degli elettrobisturi dei quali si richiedeva l'acquisto nel tempo, per i vari blocchi operatori Aziendali.

Da una attenta analisi, si è provveduto a stilare un nuovo capitolato in rispetto delle richieste di ogni U.O. Chirurgica.

Di seguito il riepilogo ed i fabbisogni:

N. 16 ELETTROBISTURI PER SALA OPERATORIA CON ACCESSORI, così ripartiti:

N. 7 elettrobisturi per Blocco Operatorio e Blocco Parto di Agrigento.

N. 3 elettrobisturi per Blocco Operatorio di Licata

N. 4 elettrobisturi per Blocco Operatorio di Sciacca

N. 2 elettrobisturi per Blocco Operatorio di Canicattì

con le seguenti caratteristiche:

Taglio monopolare puro regolabile fino ad almeno 250 Watt, taglio monopolare misto a coagulazione regolabile fino ad almeno 200 Watt, coagulazione monopolare a contatto e spray regolabili fino ad almeno 120 Watt, taglio bipolare regolabile fino ad almeno 120 Watt, coagulazione bipolare regolabile fino ad almeno 95 Watt. Corrente bipolare automatica per la sigillatura di vasi fino a 7 mm di diametro. Coagulazione bipolare con attivazione a pedale ma con stop automatico in base all'impedenza rilevata. Coagulazione bipolare con attivazione automatica a contatto e stop automatico in base all'impedenza rilevata; con possibilità di impostare fino ad almeno 1 secondo il tempo di ritardo di attivazione a contatto avvenuto, cioè il tempo che deve trascorrere dal momento del contatto fino all'inizio dell'erogazione di corrente.

Visualizzazione su display, durante l'erogazione di corrente di coagulazione bipolare con attivazione automatica a contatto e ritardo di attivazione attivato, di segnalazione del ritardo di attivazione attivato. Visualizzazione contemporanea mediante indicatori numerici in watt sul frontale dell'apparecchio, anche mentre si sta erogando la corrente per sigillatura vasi di diametro fino a 7 mm, delle potenze impostate per due uscite per uso monopolare e della potenza impostata per una uscita per coagulazione bipolare.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
U.O. TERAPIA INTENSIVA COVID
U.O. COMPLESSO OPERATORIO
DIRETTORE F.F. DR. G. FIORICA



Possibilità di modificare la potenza impostata per una corrente monopolare anche durante la sua erogazione, senza che il chirurgo debba interrompere l'erogazione per permettere la variazione voluta. Dotato di sistema di sicurezza che controlla la quantità e la qualità del contatto elettrodo di ritorno – paziente, che automaticamente varia la soglia di allarme a seconda di ogni singolo paziente.

Due prese per uso monopolare e due prese per uso bipolare, ciascuna attivabile alternativamente con comando a pedale.

Possibilità di utilizzo, senza adattatore, di strumenti per taglio e coagulazione monopolari con spina a tre pin.

Riconoscimento automatico del collegamento di uno strumento bipolare per sigillatura di vasi, con conseguente selezione automatica del tipo di corrente e con indicazione su display.

Predisposizione per il collegamento di un modulo esterno per l'utilizzo mediante gas argon regolabile da 0,5 fino a 12 litri/minuto.

Predisposizione per il collegamento ad un aspiratore di fumi, con aspirazione sincronizzata all'attivazione del taglio o della coagulazione dell'elettrobisturi, con almeno 5 diverse indicazioni del tempo residuo per l'uso del filtro, mediante led, dotato di due fori di diametro diverso, per il collegamento di tubi di diametro 22 mm e 10 mm senza uso di adattatore.

ACCESSORI RICHIESTI:

TOTALE SERIE DI ACCESSORI PER ELETTROBISTURI, cosi' composta:

- n. 16 set di pedalieri di comando; tale set deve consentire di attivare, uno per volta, due diversi strumenti per taglio monopolare, uno strumento per taglio bipolare e uno strumento per coagulazione bipolare, ciascuno collegato su una presa diversa e attivabile a pedale, senza dovere effettuare alcuna ulteriore impostazione da pannello di comando dell'apparecchio per passare dall'attivazione a pedale di uno strumento all'attivazione a pedale di un altro strumento dei quattro collegati;
- n. 32 manipoli a pulsanti, ciascuno con cavo, e riutilizzabile almeno 50 volte;
- n. 16 set di elettrodi riutilizzabili per manipolo monopolare composto da: n. 10 a lama, n. 2 a lama con asta lunga, n. 2 ad ago, n. 2 a sfera;
- n. 64 confezione da almeno 50 elettrodi neutri monouso a due settori di contatto;
- n. 64 cavo riutilizzabile almeno 50 volte per elettrodi neutri monouso;
- n. 3 pinza bipolare cm 12 circa retta riutilizzabile almeno 50 volte;
- n. 15 pinza bipolare cm 17 circa retta con punte da 1 mm riutilizzabile almeno 50 volte;
- n. 3 pinza bipolare cm 12 circa a punte piegate riutilizzabile almeno 50 volte;
- n. 8 pinza bipolare cm 17 circa a punte piegate da 1 mm, con cavo, riutilizzabile almeno 50 volte;
- n. 4 pinza bipolare cm 20 circa retta con punte da 1 mm riutilizzabile almeno 50 volte;
- n. 11 pinza bipolare cm 20 circa retta con punte da 2 mm riutilizzabile almeno 50 volte;
- n. 44 cavo riutilizzabile almeno 50 volte per pinza bipolare;
- n. 16 set per sigillatura di vasi con pinza a morso curvo, per almeno 50 interventi chirurgici; la pinza deve avere il morso per sigillatura lunga almeno 15 mm, punta distale larga meno di 4 mm e due anelli di impugnatura; il collegamento della pinza all'apparecchio deve essere riconosciuto dall'apparecchio ed attivare l'impostazione automatica della idonea corrente per sigillatura; la pinza deve essere

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
U.O. TERAPIA INTENSIVA COVID
U.O. COMPLESSO OPERATORIO
DIRETTORE F.F. DR. G. FIORICA



utilizzabile con l'erogazione di corrente attivata automaticamente non appena la pinza viene chiusa, mediante un interruttore posto fra i due anelli di impugnatura che viene premuto dalla chiusura della pinza; per almeno 10 dei 50 interventi chirurgici deve essere anche possibile l'attivazione di una lama fredda scorrevole all'interno del morso per potere effettuare un taglio di almeno 14 mm velocemente e con precisione mentre il tessuto è ancora nel morso dello strumento;

n. 35 set per sigillatura di vasi con pinza a morso curvo, per almeno 50 interventi chirurgici; la pinza deve avere il morso per sigillatura lunga almeno 15 mm, punta distale larga meno di 3 mm e due anelli di impugnatura; il collegamento della pinza all'apparecchio deve essere riconosciuto dall'apparecchio e attivare la selezione automatica della idonea corrente per sigillatura; la pinza deve essere utilizzabile con l'erogazione di corrente attivabile a pedale;

n. 14 set per sigillatura di vasi con pinza a morso curvo, per almeno 50 interventi chirurgici; la pinza deve avere il morso per sigillatura lunga almeno 20 mm, punta distale larga meno di 5 mm e due anelli di impugnatura; il collegamento della pinza all'apparecchio deve essere riconosciuto dall'apparecchio e attivare la selezione automatica della idonea corrente per sigillatura; la pinza deve essere utilizzabile con l'erogazione di corrente attivabile a pedale;

n. 27 set per sigillatura di vasi con pinza a morso curvo, per almeno 50 interventi chirurgici; la pinza deve avere il morso per sigillatura lunga almeno 30 mm e punta distale larga meno di 8 mm; il collegamento della pinza all'apparecchio deve essere riconosciuto dall'apparecchio e attivare la selezione automatica della idonea corrente per sigillatura; la pinza deve essere utilizzabile con l'erogazione di corrente attivabile a pedale;

n. 14 set per sigillatura di vasi con pinza a morso curvo, per almeno 50 interventi chirurgici; la pinza deve avere il morso per sigillatura lunga almeno 35 mm e punta distale larga meno di 10 mm; il collegamento della pinza all'apparecchio deve essere riconosciuto dall'apparecchio e attivare la selezione automatica della idonea corrente per sigillatura; la pinza deve essere utilizzabile con l'erogazione di corrente attivabile a pedale;

n. 11 set per sigillatura con attivazione manuale, per 50 interventi chirurgici: il set deve essere composto in modo che per ciascuno dei 50 interventi il chirurgo possa disporre di uno strumento dotato di un'asta retta di diametro esterno non oltre 5 mm con morso curvo tipo Maryland ruotabile almeno 350° e di lunghezza almeno 35 cm, compreso morso di presa; lo strumento, completo di cavo di collegamento, deve essere dotato di tasto per l'attivazione della corrente di sigillatura; il collegamento dello strumento all'apparecchio deve essere riconosciuto dall'apparecchio e attivare la selezione automatica della idonea corrente per sigillatura; per ciascuno dei 50 interventi chirurgici deve essere possibile l'attivazione, per mezzo di un tasto, di una lama fredda scorrevole all'interno del morso di presa dello strumento, per potere tagliare il tessuto velocemente e con precisione nel mezzo della zona sigillata mentre il tessuto è ancora chiuso nel morso di presa, con un taglio di almeno 16 mm;

n. 20 cavo riutilizzabile almeno 50 volte per strumenti monopolari dotati di spina a un solo pin da 4 mm attivabili a pedale;


n. 16 carrello con ruote antistatiche;

n. 5 aspiratore di fumi, con aspirazione sincronizzata all'attivazione del taglio o della coagulazione dell'elettrobisturi;

n. 10 filtro di ricambio per aspiratore fumi per almeno 24 ore di uso;

n. 5 confezione da almeno 20 manipoli sterili a pulsanti dotati di elettrodo e tubo per aspiratore fumi

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
U.O. TERAPIA INTENSIVA COVID
U.O. COMPLESSO OPERATORIO
DIRETTORE F.F. DR. G. FIORICA



PARAMETRI PER ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI QUALITÀ (massimo 70 punti) CON 7 PUNTI PER CIASCUN PARAMETRO, con esclusione delle ditte che non raggiungono più della metà del punteggio massimo attribuito:

Parametro N°	Descrizione caratteristica tecnica	Tipo di punteggio	Punteggio massimo per parametro
1	Numero di Watt disponibili oltre i 250 watt (richiesti come requisito minimo) per la potenza massima impostabile per una corrente di taglio monopolare puro.	Proporzionale	7
2	Numero di programmi, richiamabili da un elenco in ordine alfabetico, modificabili e memorizzabili con le impostazioni scelte dall'operatore per potenze e tipi di correnti da erogare.	Proporzionale	7
3	Numero di strumenti monopolari collegabili contemporaneamente su prese attivabili senza uso di pedale.	Proporzionale	7
4	Possibilità di utilizzo, senza adattatore, di cavo con spina a due pin piatta per pinza di coagulazione bipolare.	Non proporzionale	7
5	Display dell'elettrobisturi a colori.	Non proporzionale	7
6	Display dell'elettrobisturi grande almeno 7".	Non proporzionale	7
7	Visualizzazione su display di messaggi di allarme e istruzioni per manovre da eseguire.	Non proporzionale	7
8	Segnale acustico di attivazione con volume regolabile.	Non proporzionale	7
9	Elettrobisturi predisposto per aggiornamento software tramite computer.	Non proporzionale	7
10	Carrello richiesto fra gli accessori dotato di freno di stazionamento su almeno due ruote.	Non proporzionale	7

Si richiede altresì per l'Ambulatorio di Accessi Vascolari del P.O. di Agrigento N. 1 ELETTROBISTURI PER AMBULATORIO con le seguenti caratteristiche:

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
U.O. TERAPIA INTENSIVA COVID
U.O. COMPLESSO OPERATORIO
DIRETTORE F.F. DR. G. FIORICA



Elettrobisturi con taglio monopolare regolabile fino ad almeno 100 watt, taglio miscelato almeno 90 watt, coagulazione monopolare almeno 70 watt, coagulazione bipolare almeno 80 watt.

Possibilità di utilizzare un manipolo a due pulsanti per comando manuale con spina dotata di tre pin paralleli.

ACCESSORI:

- n. 1 comando a due pedali,
- n. 10 manipolo con cavo a tre pin ed elettrodo,
- n. 50 placca neutra monouso con doppia sezione di contatto,
- n. 1 cavo riutilizzabile per placca neutra monouso,
- n. 1 cavo per pinza bipolare,
- n. 1 pinza bipolare riutilizzabile da 16 cm circa

PARAMETRI PER ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI QUALITÀ (massimo 70 punti) CON 7 PUNTI PER CIASCUN PARAMETRO, con esclusione delle ditte che non raggiungono più della metà del punteggio massimo attribuito:

Parametro N°	Descrizione caratteristica tecnica	Tipo di punteggio	Punteggio massimo per parametro
1	<i>Comando per coagulazione bipolare con attivazione automatica a contatto.</i>	Non proporzionale	7
2	<i>Dotato di sistema di sicurezza che controlla la quantità e la qualità del contatto della piastra neutra a due settori sul paziente, che automaticamente varia la soglia di allarme a seconda di ogni singolo paziente.</i>	Non proporzionale	7
3	<i>Numero di Watt disponibili oltre i 100 watt (richiesti come requisito minimo) per la potenza massima impostabile per una corrente di taglio monopolare puro.</i>	Proporzionale	7
4	<i>Numero di Watt disponibili oltre i 70 watt (richiesti come requisito minimo) per la potenza massima impostabile per una corrente di coagulazione monopolare.</i>	Proporzionale	7
5	<i>Numero di Watt disponibili oltre gli 80 watt (richiesti come requisito minimo) per la potenza massima impostabile</i>	Proporzionale	7

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
 PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO
 U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
 U.O. TERAPIA INTENSIVA COVID
 U.O. COMPLESSO OPERATORIO
 DIRETTORE F.F. DR. G. FIORICA




	<i>per una corrente di coagulazione bipolare</i>		
6	<i>Numero di strumenti monopolari collegabili contemporaneamente su prese attivabili senza uso di pedale.</i>	<i>Proporzionale</i>	7
7	<i>Possibilità di modificare la potenza impostata per una corrente monopolare anche durante la sua erogazione, senza che il chirurgo debba interrompere l'erogazione per permettere la variazione voluta.</i>	<i>Non proporzionale</i>	7
8	<i>Segnale acustico di attivazione con volume regolabile.</i>	<i>Non proporzionale</i>	7
9	<i>Predisposizione per collegamento a computer per aggiornamento software</i>	<i>Non proporzionale</i>	7
10	<i>Comando a due pedali immersibile per una facile disinfezione e lavaggio.</i>	<i>Non proporzionale</i>	7

Ringraziando anticipatamente, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Agrigento, li 27-01-2021

Dr. G. Fiorica
 ASP AGRIGENTO
 P.O. SAN GIOVANNI DI DIO
 UOC ANESTESIA, RIANIMAZIONE E
 TERAPIA INTENSIVA
 DIRETTORE F.F. DR. GERLANDO FIORICA



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio online dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____ come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo dal _____



Immediatamente esecutiva dal 17 OTT. 2025

Agrigento, li 17 OTT. 2025

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi