



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

UOC Provveditorato

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Funzionario istruttore: Coll. Amm.vo Piera Sciascia

Pec :forniture@pec.aspag.it

Prot. 1568 P1 del 8 - 10-2025

Alla Ditta

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di deflussori con e senza sacca per pompe nutrizione enterale per le Farmacie di Distribuzione diretta

Questa Azienda intende avviare una indagine conoscitiva di mercato per procedere all'espletamento gara per mercato per la fornitura di deflussori con e senza sacca per pompe nutrizione enterale per le Farmacie di Distribuzione diretta di questa Azienda aventi le caratteristiche tecniche minime indicate nell'allegato capitolo tecnico

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi al fine di determinare la disponibilità sul mercato dei prodotti da acquistare, a verifica del rispetto del principio di concorrenza, e il valore di mercato.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare entro il 17/10/2025 a mezzo posta elettronica certificata forniture@pec.aspag.it inviando la documentazione tecnica e offerta ed economica di mercato

Al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, dovranno essere indicate eventuali criticità nelle caratteristiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione alla gara.

Si invita a riscontrare anche nel caso in cui la ditta abbia prodotti c.d. "equivalenti" ed a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'attinente categoria merceologica di iscrizione al Me.Pa

Il Collaboratore
Anna Spataro

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Ing Alessandro Dinolfo
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.S. ECON-ACQUISIZIONE
BENI/SERVIZI NON SANITARI
DOTT SSA ROSALIA CALA'



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**
AGRIGENTO

CAPITOLATO TECNICO
Fornitura biennale

Lotto n.ro 1 – N. 28.800 SET D'INFUSIONE PER NUTRIPOMPA PER LA SOMMINISTRAZIONE ENTERALE DI NUTRIENTI CON TAPPO A VITE CONE SENZA ADATTORE, CON RACCORDO DISTALE CON ATTACCO ENFIT INCOMPATIBILE CON I SISTEMI DI INFUSIONE ENDOVENOSA. PRIVO DI LATTICE E FTALATI. LUNGHEZZA DEL SET 200 CM. CON MARCHIO CE/CONFORMITA' D.LGS 46/97, CLASSE DI APPARTENENZA E NUMERO DI REPORTORIO. CONFEZIONAMENTO STERILE CON METODO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI.

Lotto n.ro 2 – N. 31.800 SET D'INFUSIONE CON SACCA ENTERALE INTEGRATA DA 1500, PER NUTRIPOMPA PER LA SOMMINISTRAZIONE ENTERALE DI NUTRIENTI CON RACCORDO DISTALE CON ATTACCO ENFIT INCOMPATIBILE CON I SISTEMI DI INFUSIONE ENDOVENOSA. PRIVO DI LATTICE E FTALATI. MARCHIO CE/CONFORMITA' D.LGS 46/97. CLASSE DI APPARTENENZA E NUMERO DI REPORTORIO. CONFORME ALLO STANDAR UNI EN 1616.2001. LUNGHEZZA DEL SET 200 CM. CONFEZIONAMENTO STERILE CON METODO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI.

N.B. CON LA FORNITURA DEI SOPRAINDICATI PRODOTTI SARANNO RICHIESTI IN SERVICE LE RELATIVE NUTRIPOMPE DI NON MENO DI 170 PZ ANNO AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

POMPA PER INFUSIONE ENTERALE DOTATA DI DISPOSITIVO DI AGGANCIO CON VELOCITA' DI INFUSIONE PROGRAMMABILE DA 1 A 400ML/h, DOTATA DI SISTEMI DI ALLARMI SONORI E VISIVI, CON SOFTWARE IN LINGUA ITALIANA, CON MARGINE DI ACCURATEZZA DI INFUSIONE +/- 5 %, RIEMPIMENTO AUTOMATICO DEL DEFLUSSORE, IDONEO ALL'UTILIZZO DI DEFLUSSORI PRIVI DI LATTICE E FTALATI. PESO MASSIMO DI 500 GR, COMPATIBILE ALL'UTILIZZO IN AEREO PER IL TRASPORTO DEI PAZIENTI, CON SISTEMA RICARICABILE IN ASSENZA DELLA RETE ELETTRICHE. POMPE DA OFFRIRE IN SERVICE CON MANUTENZIONE FULL RISK PER TUTTA LA DURATA DELL'AFFIDAMENTO