

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 8 DEL 07 GEN 2026

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI VIDEO PROCESSORE E VIDEO COLONSCOPIO PER LA COLONNA IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA PO RIBERA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ME.PA RDO 5794422 ED AFFIDAMENTO FORNITURA A SOCIETA' FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA SPA

STRUTTURA PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO	
PROPOSTA N. <u>2774</u> DEL <u>24-12-2025</u>	
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE Il Collaboratore Amministrativo Prof.le <u>Anna Spataro</u>	IL DIRETTORE FF UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO Dott.ssa Rosalia Calà

VISTO CONTABILE	
Si attesta la copertura finanziaria: () come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.	
() Autorizzazione n. _____ del _____	C.E. / C.P. <u>A 101020501</u>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <u>ERILIA RIGGI</u> Ced. Amm. ERILIA RIGGI	IL DIRETTORE UOC SEF e P. <u>GIUSEPPE CAPODIECI</u>

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA <u>29 DIC. 2025</u>

L'anno duemilaventicinque SEI il giorno SETTE del mese di GENNAIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiecì, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore FF della U.O.C. Servizio Provveditorato, Dott.ssa Rosalia Calà

- Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;
- Premesso che con nota del 15/7/2025 il Dirigente Responsabile della UOS di Chirurgia generale e Servizio di Endoscopia Digestiva ha richiesto la sostituzione del videoprocessore in dotazione alla propria U.O. *"in quanto dopo un'anomali di funzionamento è stato considerato non più riparabile e dismesso"* allegando scheda proposta dismissione della Ingegneria Clinica aziendale del 24/6/2025;
- Considerato che nella sopracitata nota viene precisato che *"per continuare un'attività intensa che ha portato a ridurre considerevolmente le liste di attesa"* necessita oltre che la sostituzione del processore anche l'adeguamento tecnologico dell'Endoscopia del PO di Ribera con uno strumento di ultima generazione ELUXEO composto da video processore serie EP-6000 e il Videocolonscopio serie 700 – produzione Fujifilm - precisando che *"gli strumenti presenti in reparto sono compatibili utilizzabili con il nuovo sistema di videoendoscopia richiesto"*;
- Dato atto del "nulla osta" all'acquisto apposto sulla medesima nota dal Direttore Generale;
- Acquisito allegato preventivo di spesa in data 22/9/2025 della Società Fujifilm Healthcare Italia per la fornitura di n. 1 video processore serie EP 6000 pari ad € 12.000,00 oltre iva e n. 1 Videocolonscopio serie 700 pari ad € 15.400,00 oltre iva per una complessiva spesa pari ad € 27.400,00 oltre iva;
- Richiesto alla Società Fujifilm Healthcare Italia con nota prot. 160702 del 14/10/2025 dichiarazione di compatibilità ed unicità dei prodotti offerta per l'utilizzo della Colonna Fujifilm già in dotazione al PO di Ribera;
- Dato atto della nota del 16/10/2025, in riscontro a quanto sopra, con la quale la Società Fujifilm attesta che in riferimento ai prodotti offerti EP-6000 e EC-720R/I *"il videoprocessore/fonte luce integrata EP-60000 è compatibile unicamente con i videoendoscopi a marchio Fujifilm della serie 500,600, 700 attualmente in commercio....e nel dettaglio EP-6000 è compatibile con i videoendoscopi Fujifilm l della serie 530 e 580 attualmente installati presso il PO di Ribera "*;
- Che ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 si è pubblicata sul MePa RDO 5794422 del 10/11/2025 invitando la stessa Società Fujifilm Healthcare corrente in Cernusco S/Naviglio SS11 Padana Superiore 2/b a presentare offerta per la fornitura di n.1 video processore serie EP 6000 e n. 1 Videocolonscopio serie 700
- Dato atto dell'allegata offerta della Fujifilm che ha confermato il prezzo preventivato il 22/09/2025 di € 27.400,00 così suddiviso :
 - n.1 video processore serie EP 6000 ad € 12.000,00 oltre iva
 - n. 1 Videocolonscopio serie 700 ad € 15.400,00 oltre iva
- Acquisita anche l'allegata dichiarazione della Fujifilm che attesta che i prezzi offerti non sono superiori a quelli praticati ad altre Aziende del S.S.R.
- Rilevato che la Fujifilm ha offerto quale garanzia per difetti di fabbrica solo per mesi 12 quindi il minimo previsto da normativa di legge per gli Enti Pubblici si è ritenuto di chiedere alla stessa Fujifilm una miglioria economica riscontrata con allegata comunicazione tramite portale MePa rappresentando l'impossibilità a concederla *"in quanto l'offerta è già la più vantaggiosa possibile"*

- Esitata tramite FVOE la verifica del possesso dei requisiti in capo alla Società Fujifilm Healthcare;
Che si può procedere ad aggiudicare alla Società Fujifilm Healthcare corrente in Cernusco S/Naviglio SS11 Padana Superiore 2/b la RDO 5794422 del 10/11/2025 per la fornitura di n.1 video processore serie EP 6000 ad € 12.000,00 oltre iva e n. 1 Videocolonscopio serie 700 ad € 15.400,00 oltre iva per una spesa complessiva pari ad € 27.400,00 oltre iva;
- Di individuare ai sensi dell'art. 15 del D Lgs 36/2023 quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) la Sig.ra Anna Spataro, collaboratore Amministrativo in servizio al Provveditorato e quale Direttore delle esecuzione del contratto D.E.C. il Dr. Domenico Macaluso il Dirigente Responsabile della UOS di Chirurgia generale e Servizio di Endoscopia Digestiva per come previsto nei casi di cui al combinato disposto dall'art 8 comma 4 All.to I.2 e dell'art 32 commi 2 e 3 all.to II.14 del D Lgs 36/2023 *“per ragioni concernenti l'organizzazione interna della stazione appaltante , che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento “*
- Ritenuto e considerato quanto sopra;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- 1) Di dare atto della nota del 15/07/2025 con la quale il Dirigente Responsabile della UOS di Chirurgia generale e Servizio di Endoscopia Digestiva ha richiesto la sostituzione del videoprocessore per la colonna Fujifilm in dotazione alla propria U.O. - dismesso dopo essersi verificata una anomalia di funzionamento - e l'adeguamento tecnologico della colonna Fujifilm in dotazione alla stessa UO con l'acquisto di n. 1 videoprocessore serie EP-6000 e il Videocolonscopio serie 700 - entrambi di produzione Fujifilm - precisando che gli strumenti presenti in reparto sono compatibili utilizzabili con i prodotti richiesti;
- 2) Di dare atto del “nulla osta” all'acquisto apposto sulla medesima nota dal Direttore Generale;
- 3) Di approvare gli atti ed aggiudicare la gara sul MePa RDO 5794422 del 10/11/2025 - indetta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D lgs 36/2023 - per la fornitura con n. 1 video processore serie EP-6000 e il Videocolonscopio serie 700 di produzione Fujifilm alla stessa Società Fujifilm Healthcare corrente in Cernusco S/Naviglio SS11 Padana Superiore 2/b che li ha offerti a complessivi € 27.400,00 oltre iva così suddivisa :
n.1 video processore serie EP 6000 ad € 12.000,00 oltre iva
n. 1 Videocolonscopio serie 700 ad € 15.400,00 oltre iva
- 4) Di individuare ai sensi dell'art. 15 del D Lgs 36/2023 quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) la Sig.ra Anna Spataro, collaboratore Amministrativo in servizio al Provveditorato e quale Direttore delle esecuzione del contratto DEC il Dr. Domenico Macaluso Dirigente Responsabile della UOS di Chirurgia generale e Servizio di Endoscopia Digestiva;
- 5) Di dare atto che l'importo complessivo di € 33.428,00 iva compresa andrà a gravare sullo Staro Patrimoniales A101020501 sul bilancio 2026 spesa autorizzata giusta deliberazione 722 del 22/10/2024 che sarà rendicontata successivamente dal DEC a valere sulle somme destinate ad investimenti futuri già accantonati in bilancio, il tutto a valere sul centro di costo UOS di Chirurgia generale e Servizio di Endoscopia Digestiva ;

- 6) Curerà l'esecuzione del presente provvedimento la UOC Provveditorato;
- 7) Dare atto che gli atti citati nel presente provvedimento se non allegati sono custoditi agli atti d'ufficio;
- 8) Di munire la deliberazione della clausola di immediata esecuzione al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenziali nel più breve tempo possibile;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

IL DIRETTORE F.F. U.O.C. PROVVEDITORATO


Dott.ssa Rosalia Calà

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere FAVOREVOLE
Data 07/01/2026

Il Direttore Amministrativo


Dott.ssa Ersilia Riggio



Parere Favorevole
Data 07/01/2026

Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Rosalia Calà Direttore f.f. della U.O.C. Provveditorato che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Rosalia Calà Direttore f.f. della U.O.C. Provveditorato.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci




Allegati omessi

ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i.

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Citrè



Part. I. n. 100/100
Dati anagrafici: n. 100/100

Forma di pagamento: contante
Data di emissione: 10/10/1978

Il Direttore Sanitario
[Firma]

Il Direttore Amministrativo
[Firma]

IL DIRETTORE SANITARIO



REGIONE SICILIA

Il presente documento è valido per la prestazione di servizi sanitari e amministrativi. Per informazioni rivolgersi al Servizio Clienti al numero verde 800 100 100.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe [Firma]

[Firma]

Il presente documento è valido per la prestazione di servizi sanitari e amministrativi. Per informazioni rivolgersi al Servizio Clienti al numero verde 800 100 100.

Hospital Consulting SpA

Via di Scolivigne, 60/1 - Località Grassina
50012 Bagno a Ripoli (FI)
Tel. +39-055-649851 - Cell: +39 xxx-xxxxxxx

C.F., Part. I.V.A. e Reg. Imprese: FI03010380487
C.C.I.A.A. FI REA: 293209
Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.

Prima di stampare pensa all'ambiente / Think about the environment before printing

Disclaimer: <https://hospital-consulting.it/qualita-e-ambiente/#disclaimer>

Da: Fabio Dattilo <Fabio.Dattilo@hcspa.it>
Inviato: martedì 9 dicembre 2025 10:41
A: Anna Spataro <anna.spataro@aspag.it>
Cc: forniture <forniture@aspag.it>; Francesco Vasile <francesco.vasile@aspag.it>
Oggetto: ASPAG: Risposta a: acquisto videoprocessore e videocolonscopio per Endoscopia PO Ribera

Buongiorno,
la garanzia di 24 è prevista solo per utenti privati, che utilizzano il bene NON per attività lavorativa.
La garanzia minima di 12 Mesi è invece prevista per gli enti pubblici e per chi esercita attività lavorativa attraverso il bene acquistato.

Unica alternativa, potrebbe essere quella di chiedere un offerta economica migliorativa data l'applicazione della Garanzia minima prevista per legge.

Cordiali Saluti

Ing. Fabio Dattilo

Supervisor di Commessa
Cel. +39-338.7111421



Hospital Consulting SpA

Via di Scolivigne, 60/1 - Località Grassina
50012 Bagno a Ripoli (FI)
Tel. +39-055-649851 - Cell: +39 xxx-xxxxxxx

FUJIFILM

Value from Innovation

FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A.

Via San Bovio, 1-3
20054 Segrate (MI) – Italia
Tel. 02.92974.1 – Fax 02.92974591
fujifilm.com/it

APPARECCHIATURA	MODELLO	CODICE ARTICOLO	CND	RDM	QT.	PREZZO UNITARIO €
Videoprocessore e fonte Luce Integrata	EP-6000	16589656	Z12020401	2591422	1	12.000,00
Videocoloscopio standard	EC-720R/I	16602305	Z12020606	2591464	1	15.400,00

PREZZO COMPLESSIVO: € 27.400,00 (IVA 22% esclusa)

- Di cui i costi della sicurezza pari a € 137,00
- Di cui i costi della manodopera pari a € 3.075,04

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

La garanzia è da intendersi di 12 mesi standard da difetti di fabbrica

Con osservanza.

FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A.

Un Procuratore

Luca Chiappa

Luca

Chiappa

13.11.2025

10:26:19

GMT+01:00



FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A. con Socio Unico
Capitale Sociale € 2.580.000 i.v. – Iscrizione Registro Imprese numero: 09435590154
REA numero: MI - 1292685 – Codice Fiscale: 09435590154 – Partita IVA: IT 11025740157
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di FUJIFILM Europe B.V. (Paesi Bassi) Socio Unico
Registro Produttori AEE numero: IT0802000000573 – Registro Pile e Accumulatori numero: IT10020P00002089




Outlook

I: Richiesta videoprocessore per l'Endoscopia Digestiva di Ribera

Da Direzione Generale <direzione.generale@ASPAG.IT>

Data mer 16/07/2025 11:06

A Direttore Amministrativo <direttore.amministrativo@ASPAG.IT>; forniture <forniture@ASPAG.IT>

 2 allegati (652 KB)

Richiesta di acquisto VideoProcessore per l'Endoscopia Digetiva del PO di Ribera.docx; Dismissione fuoriuso processore Fuji Film.jpg;

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza.
La Direzione

Da: Domenico Macaluso <domenico.macaluso@aspag.it>

Inviato: mercoledì 16 luglio 2025 09:02

A: Direzione Generale <direzione.generale@ASPAG.IT>

Oggetto: Richiesta videoprocessore per l'Endoscopia Digestiva di Ribera

Vedi allegati

Regione Siciliana



**Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Presidio Ospedaliero di Ribera**

U.O.S. di Chirurgia Generale e Servizio di Endoscopia Digestiva

Dirigente Responsabile dott. Domenico Macaluso

0925 5652 350 /310/311/380

Alla c.a. del Direttore Generale ASP di Agrigento

Alla c.a. del Direttore Sanitario ASP di Agrigento

Alla c.a. del Direttore Amministrativo ASP Agrigento

Alla c.a. del Direttore UOC Provveditorato ASP

Oggetto: sostituzione videoprocessore dell' Endoscopia Digestiva del P.O. di Ribera

L'Unità Operativa di Endoscopia Digestiva dei PP.OO. di Sciacca-Ribera, impegnata oltre che nelle attività istituzionali, anche nell'abbattimento delle liste d'attesa di Endoscopia, ha la necessità urgente di sostituire il processore in dotazione al P.O. di Ribera, in quanto dopo un'anomalia di funzionamento, è stato considerato non più riparabile e dismesso, poiché non sono più disponibili le parti di ricambio (vedi verbale di dismissione del 24/06/2025 che viene allegato).

Per continuare un'attività intensa che ha portato a ridurre considerevolmente le liste d'attesa, si richiede pertanto con urgenza la sostituzione del processore e l'adeguamento tecnologico dell'Endoscopia del P.O. di Ribera, con uno strumento di ultima generazione della serie ELUXEO composto da: n° 1 Video Processore serie EP-6000 e n° 1 Videocolonscopio serie 700.

Si precisa che gli strumenti presenti in reparto sono compatibili e utilizzabili con il nuovo sistema di VideoEndoscopia richiesto.

La strumentazione richiesta deve essere coperta da contratto di manutenzione full-risk per almeno 24 mesi comprensivo di danni accidentali e disponibilità muletti stessa serie nell'arco delle 48/72 ore dall'apertura di chiamata del guasto.

Di seguito specifiche tecniche richieste:

N° 1 VIDEOPROCESSORE

- Videoprocessore digitale di alta fascia e di ultima generazione in grado di trasmettere un segnale Full-HD
- Dotato di sistema di enfaticizzazione dei tessuti/cromoendoscopia virtuale tramite il quale è possibile risaltare la vascolarizzazione ed il pattern della mucosa; la cromoendoscopia deve essere

- realizzata tramite tecnica di pre-processing della luce (tecnica a filtro o luce di illuminazione speciale) - Gestione avanzata dell'immagine (freeze, zoom, enfattizzazione, regolazione del colore,)
- Riconoscimento automatico degli endoscopi (modello e numero di serie)
- Dotato di ingressi/uscite video analogiche e digitali (HD-SDI, DVI, Composito, S-Video).
 - Controllo elettronico automatico del diaframma e dell'esposizione
 - Dotato di ingresso video che permetta il picture in picture con sorgente video esterna.
 - Fonte luminosa integrata nel processore di alta fascia tra tutte le fonti di luce per videoendoscopia.
 - Tecnologia a LED almeno 3 con caratteristiche equivalenti o superiori
 - Regolazione automatica e manuale dell'intensità luminosa
 - Almeno 3 livelli di insufflazione della pompa
 - Compatibile con strumenti dotati di unico connettore
 - Maggiore durata della sorgente luminosa

N° 1 VIDEOCOLONSCOPIO STANDARD

- Videocolonoscopia diagnostica di ultima generazione
- Dotato di sensore CMOS ad alta definizione
- Distanza focale: 2-100 mm
- Angolo di Visione 170°
- Lunghezza operativa dell'endoscopio superiore a 1.600 mm
- Diametro distale della sonda non superiore a 13.2 mm
- Canale operativo da almeno 3.7 mm
- Dotato di canale di lavaggio ausiliario
- Angolazioni Alto/Basso – Destra/Sinistra: almeno 180°/180° - 160°/160°
- Dotato di sistema di Cromoendoscopia Virtuale
- Diametro esterno più contenuto
- Angolo di visione più ampio
- Connettore a videoprocessore/fonte di luce privo di pin scoperti, al fine di evitare l'ossidazione dei contatti
- Dotato di un maggior numero di tasti funzione sul manipolo dell'endoscopio

Spesa presunta circa €. 27.000,00 oltre iva


Si fa presente che l'Endoscopia del P.O. di Sciacca da qualche giorno è stata dotata di una nuova colonna Endoscopica Fujifilm con le stesse caratteristiche tecniche del processore che viene richiesto per il P.O. di Ribera (delibera DG 746 del 11 aprile 2025).

Agrigento, 15 luglio 2025


Dott. D. Macaluso



IL DIRETTORE GENERALE
ASP AGRIGENTO
Dott. Giuseppe Capodici



Copia

	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda Proposta Dismissione	ALL_PCD HC 30_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	25/08/2016	0

SOPRALLUOGO A SEGUITO di RICHIESTA FUORI USO/DISMISSIONE

Codice Richiesta: 2025/01222 Data: 24/06/2025
 Codice Inventario: 0010173 Codice Inventario Patrimoniale: 146132
 Struttura: P.O. F.lli PARLAPIANO Ribera Padiglione: _____
 Reparto: AMB. di ENDOSCOPIA Stanza: _____
 Descrizione: VIDEOPROCESSORE Costruttore: FUJI FILM
 Modello: VP4450 HD Matricola: 2V567K029
 Anno di Acquisto: _____ Titolo di proprietà: PROPRIETA'
 Stato d'uso: _____ Vita operativa: _____

Grado di utilizzo (numero di esami, ore di funzionamento, numero prestazioni effettuate etc): _____

Motivazione per la richiesta di scarico:

Proposta di Fuori Uso/Dismissione Permuta
 Altro motivo - specificare PARTI di RICAMBIO IRREPERIBILI

Nel caso di Proposta di Fuori Uso/Dismissione - Motivazioni: (si può barrare anche più di una sola casella)

Non più idonea all'attività della U.O. Obsoleta
 Tecnologia Superata Non adeguata alle normative vigenti Pericolosa

Note alle motivazioni: PARTI di RICAMBIO IRREPERIBILI

Altre informazioni:

Allo stato attuale: Apparecchiatura funzionante Apparecchiatura NON funzionante
 Apparecchiatura: UNICA nella U.O. Disponibili altre apparecchiature nella UO con caratteristiche analoghe:
 indicare.....

Destinazione proposta del bene:

Distruzione Cessione Alienazione

Documentazione allegata:

Copia di dichiarazione di Fuori Uso fatta dal costruttore Copia verbale di intervento tecnico
 Copia di dichiarazione di irreperibilità parti di ricambio Copia relazione sanitaria
 Copia preventivo per riparazione
 Altro.....

ASP AG
 P.O. SCIACCA - RIBERA - U.O. di Endoscopia Digestiva
 Il Dirigente U.O. (Reparto) **DIRETTORE** Dirigente di Struttura Servizio di Ingegneria Clinica
 Firma: Domenico Macaluso **DOMENICO MACALUSO** Firma
 I.S.C. Ord. Medici Ag 2309
 C.F.: MGL DNG 57M07 H269N
 Cod. ENPAM: 300084874P

SI AUTORIZZA

la dichiarazione di fuori uso del bene sopraindicato per i motivi e con le destinazioni sopra proposti con mandato al responsabile dell'Unità Operativa dell'inventario Beni Mobili e del Dirigente di Struttura cedente di eseguire la presente determinazione per quanto di rispettiva competenza.

Data: _____ Dirigente Autorizzato Cliente

Comunicazione



Tu

09/12/2025 12:22:09



A: FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A.; FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A.; FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A.; ... e altri 5

Cc:

richiesta miglioramento economica RDO 5794422



Allegati

Codesta Società ha presentato offerta economica per la RDO in oggetto offrendo la garanzia per 12 mesi standard da difetti di fabbrica.

Stante che le garanzia offerta di 12 mesi è la minima prevista per legge per gli enti pubblici si chiede una miglioria economica

Il Rup

ASPAG: Risposta a: acquisto videoprocessore e videocolonscopio per Endoscopia PO Ribera

Da Fabio Dattilo <Fabio.Dattilo@hcspa.it>

Data mar 9 dic 2025 10:41

A Anna Spataro <anna.spataro@aspag.it>

Cc forniture <forniture@ASPAG.IT>; Francesco Vasile <francesco.vasile@aspag.it>

 1 allegato (278 KB)

doc47586520251209101253.pdf;

Buongiorno,

la garanzia di 24 è prevista solo per utenti privati, che utilizzano il bene NON per attività lavorativa. La garanzia minima di 12 Mesi è invece prevista per gli enti pubblici e per chi esercita attività lavorativa attraverso il bene acquistato.

Unica alternativa, potrebbe essere quella di chiedere un offerta economica migliorativa data l'applicazione della Garanzia minima prevista per legge.

Cordiali Saluti

Ing. Fabio Dattilo

Supervisor di Commessa

Cel. +39-338.7111421



Hospital Consulting SpA

Via di Scolivigne, 60/1 - Località Grassina

50012 Bagno a Ripoli (FI)

Tel. +39-055-649851 - Cell: +39 xxx-xxxxxxx

C.F., Part. I.V.A. e Reg. Imprese: FI03010380487

C.C.I.A.A. FI REA: 293209

Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.

Prima di stampare pensa all'ambiente / Think about the environment before printing

Disclaimer: <https://hospital-consulting.it/qualita-e-ambiente/#disclaimer>

Da: Anna Spataro <anna.spataro@aspag.it>

Inviato: martedì 9 dicembre 2025 10:19

A: Fabio Dattilo <Fabio.Dattilo@hcspa.it>

Oggetto: acquisto videoprocessore e videocolonoscopia per Endoscopia PO Ribera

Questa UOC ha chiesto preventivo di spesa alla Fujifilm per n. 1 video processore e video colonoscopia per la colonna video endoscopia Fujifilm in dotazione alla Chirurgia generale servizio di Endoscopia digestiva PO Ribera

La Fujifilm ha presentato allegata offerta indicando la garanzia per 12 mesi standard da difetti di fabbrica.

Dovendo affidare la fornitura si chiede se è accettabile la garanzia per mesi 12 oppure (come da normativa UE) la garanzia minima obbligatoria è di 24mesi.

Cordialmente

il Rup Anna Spataro

omunicazione



CLAUDIA DI VINCENZO FUJIFILM Healthcare

15/12/2025
14:31:44 ✓

Italia S.p.A.

A:

Cc:

ANNA SPATARO;

richiesta migioria economica RDO 5794422

 Allegati

Spett.le Ente,

a seguito della vostra richiesta e dopo un'attenta valutazione, vi comunichiamo che non è possibile concedere una migioria economica in quanto l'offerta è già la più vantaggiosa possibile.

Cordiali saluti

Fujifilm Healthcare Italia s.p.a.

Tipologia di Rdo: Rdo Semplici

fornitura di video processore e video colonscopio per colonna in dotazione alla UO di Endoscopia Digestiva PO Ribera

Dati Principali

Numero RDO

5794422

Criterio di aggiudicazione

Minor Prezzo

Numero Lotti

1

Nome RDO

fornitura di video processore e video colonscopio per colonna in dotazione alla

Tipologia di procedura

Altro

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Bandi istitutivi di riferimento

Beni

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

ANNA SPATARO

SPTWNA63C54G273G

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ROSALIA CALA' CLARSL67R56F830F

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Date

Pubblicazione



10/11/2025 10:36

Inizio presentazione offerte



10/11/2025 10:36

Termine ultimo presentazione offerte



18/11/2025 14:00

Termine ultimo richiesta chiarimenti



14/11/2025 14:00

Data limite stipula contratto



18/05/2026 14:00

Giorni dopo la stipula per consegna

20

Dettaglio

Lotto 1

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

B903C35376

CUP

-

Buste

2

CPV

Identificativo

33168100-6

Descrizione

Endoscopi

Categoria

Apparecchiature elettromedicali-
Mepa

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Importo oggetto di offerta

Importo base d'asta

Importo base d'asta

€ 27.400,00

Termini di pagamento

60 GG DATA ACCERTAMENTO CONFORMITA MERCI
SERVIZI

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO (AGRIGENTO); Aliquote: secondo la normativa vigente

Dettaglio Buste

Ordine di apertura

1°

3°

Lotto 1



Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Documentazione di Gara

**DICHIARAZIONE ARTT 94 E 95 D LGS 36 DEL 2023.pdf****266.6 Kb**

dichiarazione sostitutiva possesso requisiti

doc46727620251110095139.pdf**834.4 Kb**

lettera invito

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

11025740157

FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A.



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo dal _____

Immediatamente esecutiva dal **07 GEN 2026**

Agrigento, li **07 GEN 2026**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi