

ORIGINALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 823 DEL 16 APR 2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D LGS 36/2023 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIO RADIOLOGICO PER LA UOC DI CHIRURGIA VASCOLARE PO AGRIGENTO. - APPROVAZIONE ATTI ED AGGIUDICAZIONE GARA MEPA RDO 6010723 A SOCIETA' SIEMENS HEALTHCARE SRL CORRENTE IN MILANO

STRUTTURA PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. POP DEL 15-4-2026

IL R.U.P.
Collaboratore Amministrativo
Sig.ra Anna Spataro

IL DIRETTORE FF UOC
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Rosalia Calà

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

0504020101

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
E PATRIMONIALE

Dr. Beatrice Salvago

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 15.04.2026

L'anno duemilaventisei il giorno SEDICI del mese di APRILE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiceci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore FF della U.O.C. Servizio Provveditorato, Dott.ssa Rosalia Calà

- Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;
- Premesso che con nota del 27/10/2025 il Direttore della UOC Radiodiagnostica e il Direttore della UOC di Chirurgia Vascolare del PO di Agrigento hanno chiesto per la Sala Operatoria di Chirurgia Vascolare l'acquisto di arco radiologico a "C" di alta gamma allegando le descrizioni tecniche da possedere;
- Considerato che con successiva email del 30/10/2025 l'Ingegnere cinico aziendale Ing. Simona Fileccia ricevuta la superiore nota ha trasmesso il capitolato tecnico *"sulla base delle esigenze cliniche manifestate e redatto in modo da garantire una più ampia partecipazione di operatori economici"*;
- Dato atto della email del 18/11/2025 con la quale il Direttore della UOC di Chirurgia Vascolare del PO di Agrigento *"ritiene appropriato acquisire l'apparecchiatura radiologica ,, con modalità di noleggio al fine di usufruire del dispositivo in tempi... più spediti per l'avviamento di sala operatoria dell'UOC di Chirurgia Vascolare"* (stante la carenza di fondi per l'acquisto di cespiti sul bilancio 2025);
- Acquisiti, per le vie brevi i nominativi delle principali società operanti sul mercato oggetto del presente acquisto, si è richiesto con nota prot. 186335 del 27/11/2025 preventivo di spesa alla Società Siemens Healthcare, Ziehm Imaging e Philips per il noleggio per mesi sei, rinnovabile per ulteriori sei mesi, di apparecchio radiologico per la UOC di Chirurgia Vascolare del PO di Agrigento al fine procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 2 lettera b del D Lgs 36/2023;
- Che in riscontro a quanto sopra è pervenuta unica allegata offerta n.ro CPQ-1618346 rev.2 del 2/2/2026 della apparecchiatura radiologica CIOS ALPHA NEO della Siemens Healthcare srl, corrente in Milano Via Vipiteno 4, le cui caratteristiche tecniche sono risultate conformi come da allegata email del 22/12/2025 con la quale è stato trasmesso il verbale di conformità della apparecchiatura radiologica offerta firmato dal Direttore UOC Chirurgia Vascolare PO di Agrigento e dall'Ingegnere clinico aziendale Ing. Simona Fileccia;
- Che, alla luce di quanto sopra si è ritenuto di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D Lgs 36/2026 pubblicando sul Me.Pa. RDO 6010723 del 28/1/2026 sul Mepa invitando la Società Siemens srl corrente in Milano a presentare offerta per il noleggio di mesi sei + sei dell'apparecchio radiologico CIOS ALPHA NEO già offerto posto a base d'asta l'importo annuo di € 73.0000,00 oltre iva
- Dato atto della allegata offerta della Siemens Healthcare che ha offerto il noleggio per mesi dodici dell'apparecchiatura radiologica CIOS ALPHA NEO ad € 72.000,00 oltre iva - canone mensile € 6.000,00 oltre iva e per mesi sei € 36.000,00 oltre iva ;
- Dato atto della nota del 3/2/2026 – successiva alla pubblicazione in data 28/1/2026 della RDO 6010723 - con la quale il Direttore della UOC di Chirurgia Vascolare del PO di Agrigento in riferimento alla fornitura del presente apparecchio radiologico, comunicava la necessità di *"fornitura aggiuntiva di unità di controllo touch sensitive lato tavolo per l'utilizzo delle*

funzioni del braccio a C comprensivo di supporto per unità di comando remoto sulla rotaia laterale del tavolo operatorio” non inserita nel capitolato iniziale “per refuso di stampa”;

- Che si è quindi richiesto alla stessa Siemens Healthcare srl di comunicare la disponibilità a fornire l'apparecchiatura radiologica CIOS ALPHA NEO offerta compresa della unità di comando richiesta dal Direttore della UOC di Chirurgia Vascolare del PO di Agrigento, che ha riscontrato positivamente come da allegata nota del 12/3/2026;
- Esitata tramite FVOE la verifica del possesso dei requisiti in capo alla stessa Siemens Healthcare;
- Che, alla luce di quanto sopra, si può procedere all'aggiudicazione della RDO Me.Pa. 6010723 del 28/1/2026 affidando alla Società Siemens Healthcare srl corrente in Milano Via Vipiteno 4 Partita Iva 1268050155 la fornitura in noleggio per mesi sei - eventualmente rinnovabili di ulteriore mesi sei - di n. 1 apparecchiatura radiologica CIOS ALPHA NEO occorrente alla UOC di Chirurgia Vascolare del PO di Agrigento che ha confermato il prezzo già offerto ad un canone mensile pari ad € 6.000,00 oltre iva;
- Di individuare ai sensi dell'art. 15 del D Lgs 36/2023 quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) la Sig.ra Anna Spataro, collaboratore Amministrativo in servizio al Provveditorato e quale Direttore delle esecuzione del contratto D.E.C. Il Direttore della UOC di Chirurgia Vascolare del PO di Agrigento Dott. Salvatore Alberto Turiano per come previsto nei casi di cui al combinato disposto dall'art 8 comma 4 All.to I.2 e dell'art 32 commi 2 e 3 all.to II.14 del D Lgs 36/2023 *“per ragioni concernenti l'organizzazione interna della stazione appaltante , che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento “;*

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:


- 1) Di dare atto delle note citate in premessa con le quali il Direttore della UOC Radiodiagnostica ha chiesto l'acquisto di arco radiologico a “C” di alta gamma, condividendo con l'Ingegnere Clinico aziendale Ing Simona Fileccia le caratteristiche tecniche da possedere, e successivamente ha proposto il noleggio per l'avviamento dell'attività in sala operatoria in tempi più brevi - il cui acquisto sarà inserito nel redigendo piano biennale 2026-2027 degli investimenti aziendali;
- 2) Di approvare gli atti di gara ed aggiudicare la RDO Me.Pa 6010723 del 28/01/2026, ai sensi dell'art.50 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, alla Società Siemens Healthcare srl corrente in Milano Via Vipiteno 4 Partita Iva 1268050155 che per la fornitura in noleggio di n. 1 apparecchiatura radiologica CIOS ALPHA NEO occorrente alla UOC di Chirurgia Vascolare del PO di Agrigento ha offerto complessivamente per mesi dodici ad € 72.000,00 con un canone noleggio mensile pari ad € 6.000,00 oltre iva che per mesi sei è pari ad € 36.000,00 oltre iva;
- 3) Di dare atto che è individuata ai sensi dell'art. 15 del D Lgs 36/2023 quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) la Sig.ra Anna Spataro, collaboratore Amministrativo in servizio al Provveditorato e quale Direttore delle esecuzione del contratto D.E.C. Il Direttore della UOC di Chirurgia Vascolare del PO di Agrigento Dott. Salvatore Alberto Turiano per come previsto nei casi di cui al combinato disposto dall'art 8 comma 4 All.to I.2 e dell'art 32 commi 2 e 3 all.to II.14 del D Lgs 36/2023 *“per ragioni concernenti*

l'organizzazione interna della stazione appaltante , che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento “;

- 4) Di dare atto che l'importo complessivo di € 87.840,00 compresa iva grava sul conto economico C504020101 di cui € 43.920,00 sul bilancio 2026 riservandosi di gravare la restante somma di € 43.920,00 in quota parte sui bilanci 2026 e 2027 se ritenuto necessario procedere al noleggio per ulteriori mesi sei, il tutto a valere sul centro di costo della UOC di Chirurgia Vascolare del Po di Agrigento
- 5) Curerà l'esecuzione del presente provvedimento la UOC Provveditorato e la Struttura Amministrativa del PO di Agrigento ognuna per le proprie competenze
- 6) Di munire la deliberazione della clausola di immediata esecuzione al fine di porre in essere gli adempimenti consequenziali nel più breve tempo possibile;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

IL DIRETTORE F.F. U.O.C. PROVVEDITORATO
Dott.ssa Rosalia Calà




SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere FAVOREVOLE
Data 15/04/2026

Il Direttore Amministrativo


Dott.ssa Ersilia Riggi



Parere Favorevole
Data 15/04/2026

Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Rosalia Calà Direttore f.f. della U.O.C. Provveditorato che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Rosalia Calà Direttore f.f. della U.O.C. Provveditorato.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiceci




Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO

"Ufficio Segreteria e Gestione"

Dott.ssa Teresa Cinque







U.O.C. Chirurgia Vascolare

Direttore dott. Salvatore Alberto Turiano

P.O. Agrigento

Spett.le Direttore U.O.C. Provveditorato

Dott.ssa R. Calà

Oggetto: richiesta fornitura aggiuntiva

Con riferimento a fornitura in noleggio e posa in opera di 1 portatile per radioscopia da destinare alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare P.O. San Giovanni Di Dio dell'ASPAG, si richiede la fornitura aggiuntiva di: *"unità di comando "touch sensitive" lato tavolo per l'utilizzo delle funzioni del braccio a C comprensivo di supporto per unità di comando remoto sulla rotaia laterale del tavolo operatorio"*.

Tale Unità non era stata compresa nella lista di capitolato iniziale per *refuso di stampa* e viene fornita quale opzionale dalla ditta individuata, come da specifiche tecniche dell'apparecchio fornite per definizione dei caratteri di congruità.

Cordiali saluti.


Agrigento

03 - 02 - 2026

DOTT. SALVATORE A. TURIANO
CHIRURGIA VASCOLARE

OM CT 3732

30/01/2026





Nome Milena Riboli
Reparto HC Business Service

Siemens Healthcare S.r.l. , Via Vipiteno 4 - 20128 Milano

Cellulare (+39) 345 7727178
E-mail milena.riboli@siemens-healthineers.com
PEC gare.shc@pec.siemens-healthineers.it

Spett.le
ASP
AGRIGENTO

Vostro riferimento
Nostre sigle MSAA-mr
Data 12.03.2026

— **Oggetto** RDO 6010723 NOLEGGIO DI APPARECCHIO RADIOLOGICO PER LA UOC DI CHIRURGIA VASCOLARE PO AGRIGENTO – CIG BA2764FA31

Spett.le Amministrazione

In riferimento alla Vs richiesta, con la presente siamo a confermare che l'unità di comando remota lato tavolo è compresa nel canone di noleggio.

Cordiali saluti

Siemens Healthcare Srl


Siemens Healthcare S.r.l.

Via Vipiteno 4
20128 Milano - Italia

Tel.: +39 02 243 1
PEC: Siemenshealthcaresrl@pec.siemens-healthineers.it
www.siemens-healthineers.com/it

Società a Unico Socio soggetta alla Direzione e Coordinamento di Siemens Healthineers AG

Capitale sociale: Euro 50.000.000 i.v.; N. iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale: 04785851009; partita I.V.A.: IT - 12268050155;
R.E.A. MI: 1459360



ID Negoziazione: 6010723 - NOLEGGIO DI APPARECCHIO RADIOLOGICO PER LA UOC DI CHIRURGIA ...

Stato Rdo: In esame

Comunicati

Seduta pubblica

 TORNA INDIETRO ()

Comunicazione

 Tu

05/03/2026 17:19:52 

 GESTIONE AUTORIZZAZIONI ()

A: SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.; SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.; SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.; ... e altri 11

RAPPORTO DI CONSEG

Cc:

Richiesta informazioni tecniche apparecchiatura di radiologia


 Allegati

 RICHIESTE CHIARIMENTI ()

Con riferimento all'offerta presentata da codesta società si chiede di comunicare la disponibilità a fornire "unità di comando "Touch Sensitive" lato tavolo per l'utilizzo delle funzioni del braccio a C comprensivo di supporto per unità di comando remoto sulla rotaia laterale del tavolo operatorio", comprensiva nel canone di noleggio offerto.

Si rimande in attesa di un riscontro urgente.

Il RUP





R: richiesta apparecchio radiologico per chirurgia vascolare

Da Simona Fileccia <simona.fileccia@aspag.it>

Data gio 30/10/2025 13:14

A forniture <forniture@ASPAG.IT>; Rosalia Cala <rosalia.cala@aspag.onmicrosoft.com>; Anna Spataro <anna.spataro@aspag.it>; Salvatore Alberto Turiano <salvatore.turiano@aspag.it>; Riccardo Mandracchia <riccardo.mandracchia@aspag.onmicrosoft.com>

Cc Alessandro Dinolfo <alessandro.dinolfo@aspag.it>

 2 allegati (2 MB)

caratteristiche tecniche trasmesse brevi manu.pdf; Capitolato tecnico Portatile per radioscopio per chirurgia vascolare.pdf;

Buongiorno,

posto che le caratteristiche tecniche pervenute per le vie brevi sono quelle che allego, si trasmette il capitolato tecnico sulla base delle esigenze cliniche e redatto in modo da garantire una più ampia partecipazione degli operatori economici.

Si resta in attesa di validazione clinica e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Saluti

--

Ing. Simona Fileccia

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Viale della Vittoria, 321- 92100 Agrigento

Da: forniture <forniture@ASPAG.IT>

Inviato: mercoledì 29 ottobre 2025 08:51

A: Rosalia Cala <rosalia.cala@aspag.onmicrosoft.com>; Simona Fileccia <simona.fileccia@aspag.it>; Anna Spataro <anna.spataro@aspag.it>

Oggetto: I: richiesta apparecchio radiologico per chirurgia vascolare

Da: Salvatore Alberto Turiano <salvatore.turiano@aspag.it>

Inviato: martedì 28 ottobre 2025 12:36


A: forniture <forniture@ASPAG.IT>

Oggetto: richiesta apparecchio radiologico per chirurgia vascolare

Gent.ma dott.ssa Cala'

Invio, in allegato, la formale richiesta a firma congiunta con il Direttore U.O.C. di Radiodiagnostica dell'apparecchio radiologico " arco a C" da destinare all'utilizzo in sala operatoria per l'U.O.C. di chirurgia vascolare.

Cordiali Saluti.





**Fornitura e posa in opera di 1 portatile per radioscopia
da destinare alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare P.O. San
Giovanni Di Dio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento**

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

1. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	2
1.1. Oggetto dell'Appalto	2
1.1.1. Quadro esigenziale	2
1.2. Suddivisione in lotti	2
1.3. Durata e importo dell'Appalto	2
2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	3
2.1. Valutazione di conformità delle caratteristiche tecniche	3
3. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI	4
3.1. LOTTO 1: PORTATILE PER RADIOSCOPIA PER LA U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE	5
3.1.1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	5
3.2. SOPRALLUOGO PRELIMINARE	7
3.3. Certificato di sopralluogo	7
4. CONSEGNA E POSA IN OPERA	8
4.1. Lavori di concausa	8
4.1.1. Descrizione dei lavori di concausa nell'offerta	8
4.2. Smontaggio e smaltimento a discarica	8
5. FORMAZIONE	9
6. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITÀ	9
7. GARANZIA E ASSISTENZA	10
7.1. Durata della garanzia	10
7.2. Assistenza tecnica nel periodo di garanzia	10

1. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1.1. Oggetto dell'Appalto

L'oggetto del presente Appalto è la fornitura e posa in opera di un (1) portatile per radioscopia da destinare alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare P.O. San Giovanni Di Dio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

1.1.1. Quadro esigenziale

L'apparecchiatura oggetto dell'appalto è destinata ad essere utilizzata nel reparto di U.O.C. di chirurgia Vascolare dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento del P.O. San Giovanni di Dio. Il portatile per radioscopia in chirurgia vascolare permette di visualizzare in real time immagini diagnostiche direttamente in sala operatoria, consentendo al chirurgo di guidare strumenti minimamente invasivi con elevata precisione e riducendo al contempo i tempi di procedura. La sua mobilità permette un posizionamento flessibile intorno al paziente e l'alta qualità delle immagini supporta la visualizzazione dei dettagli anatomici complessi, come vasi sanguigni e cateteri, anche su scala ridotta.

1.2. Suddivisione in lotti

Non applicabile.

1.3. Durata e importo dell'Appalto

La durata dell'appalto è di 24 mesi, pari al periodo di garanzia, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di esito positivo del collaudo/verifica di conformità.

L'importo presunto dell'appalto, posto a base d'asta, è di **€ 155.000,00 IVA esclusa**, come meglio dettagliata nella seguente tabella:

LOTTO	Descrizione	Quantità richieste	Importo a base d'asta singola unità (oltre IVA)	Importo a base d'asta complessivo del LOTTO (oltre IVA)
1				
	Portatile radioscopia per l'UOC Chirurgia vascolare	1	€155.000,00	€155.000,00

L'importo a base d'asta si intende comprensivo di tutti gli adempimenti specificati nel presente capitolato tecnico.

Il predetto importo comprende gli oneri per la sicurezza, nonché l'incidenza della manodopera.

2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

2.1. Valutazione di conformità delle caratteristiche tecniche

Al fine di dar luogo ad una corretta verifica e valutazione delle attrezzature proposte, gli operatori economici offerenti dovranno produrre, una scheda di autovalutazione, elaborata in base al formato sotto riportato.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE	SI/NO	RIFERIMENTO documento/file	RIFERIMENTO pagina e/o paragrafo
• Requisito A			
• Requisito B			

La risposta affermativa a ciascun quesito dovrà essere supportata da adeguata documentazione tecnica a comprova, che dovrà essere presentata in sede di offerta, e che dovrà essere chiaramente riconducibile al Fabbricante.

Costituiscono "idonea documentazione a comprova" i seguenti documenti:

- scheda tecnica ufficiale del produttore (datasheet) dell'apparecchiatura e dei suoi componenti principali, contenente i dati di fabbrica;
- manuale utente dell'apparecchiatura;
- manuali di servizio necessari per la manutenzione delle apparecchiature, denominati anche "manuali di service";
- rapporti di prova di organismi riconosciuti, dai quali si evincano il possesso, relativamente ai prodotti offerti, delle caratteristiche tecniche dichiarate nell'offerta.

Tutti i documenti sopra richiamati devono essere prodotti in originale o in copia conforme all'originale; in tale ultimo caso, la copia dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente.

Si sottolinea che non sono considerati idonei "documenti a comprova" i seguenti documenti: brochure, dépliant, materiale commerciale/pubblicitario, documentazione meramente illustrativa o documenti del distributore/rivenditore.

Qualora un'apparecchiatura offerta sia costituita da componenti prodotte da Fabbricanti diversi, la documentazione tecnica a comprova deve essere chiaramente attribuibile al Fabbricante del singolo componente, oppure certificata dallo stesso.

Pertanto, nella già menzionata scheda di autovalutazione, per ciascun requisito richiesto, deve essere indicato il riferimento alla documentazione tecnica presentata, ove il possesso del requisito può essere riscontrato. Il riferimento deve essere chiaro e puntuale, allo scopo di permettere un pronto riscontro (e.g. nome documento – pagina x, paragrafo yy, etc.). Dal riferimento indicato il possesso del requisito deve emergere in modo chiaro ed inequivocabile.

Ai fini della valutazione di conformità dell'offerta, non verranno prese in considerazione tutte quelle caratteristiche per le quali il riferimento alla documentazione tecnica a comprova sia **carente o inadeguato**, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo.

- Le caratteristiche il cui possesso è soltanto dichiarato (avendo, cioè, omesso il relativo riferimento alla documentazione tecnica a comprova).
- Le caratteristiche per le quali il riferimento alla documentazione tecnica a comprova è generico e non puntuale (e.g. Scheda tecnica).
- Le caratteristiche per le quali non sia possibile un chiaro riscontro nella documentazione tecnica a comprova.
- Le caratteristiche per le quali i riferimenti indicati non facciano emergere, in modo chiaro ed inequivocabile, il possesso del requisito.
- Le caratteristiche per le quali la documentazione a comprova non sia chiaramente riconducibile al Fabbrikante dell'apparecchiatura o del componente.

Nei predetti casi, questa Stazione Appaltante ha la facoltà insindacabile di **giudicare l'offerta per il lotto di riferimento non valutabile, e di conseguenza non conforme.**

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

Le apparecchiature ed attrezzature offerte e fornite devono essere di ultima generazione e nuove di fabbrica, e devono appartenere alle attuali linee di produzione del Costruttore. Non sono considerate nuove le apparecchiature che, ancorché mai utilizzate su pazienti, siano state utilizzate per dimostrazioni o altro.

Tutti i software offerti e forniti devono essere aggiornati all'ultima release disponibile.

Le apparecchiature fornite devono essere esenti da qualsiasi difetto di progettazione, assemblaggio e messa a punto ed essere idonee a funzionare perfettamente secondo lo scopo cui sono destinate.

Le apparecchiature fornite dovranno essere installate a regola d'arte, e dovranno essere complete di tutte le parti ed accessori necessari per il regolare funzionamento ed il corretto utilizzo.

Quand'anche non espressamente specificato i rivestimenti e le imbottiture devono essere di classe di reazione al fuoco 1IM (o 2IM come da DM 03-08-2015).

Nei seguenti paragrafi sono specificate le caratteristiche tecniche e funzionali che devono necessariamente essere possedute dalle apparecchiature offerte, e le caratteristiche tecniche oggetto di valutazione.

3.1. LOTTO 1: PORTATILE PER RADIOSCOPIA PER LA U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE

3.1.1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

A. CARATTERISTICHE ELETTRICHE E STRUTTURALI

- ❖ Dotato di ruote per il trasporto con freno di stazionamento e dispositivo spazza cavi
- ❖ Tensione di alimentazione 240V
- ❖ Peso dell'apparecchiatura ≤ 450 kg

B. SORGENTE RADIOGENA E GENERATORE

- ❖ Tubo radiogeno ad anodo rotante
- ❖ Doppia macchia focale:
 - Dimensione fuoco piccolo non superiore a 0.3 mm
 - Dimensione fuoco grande non superiore a 0.6 mm
- ❖ Dissipazione termica anodica di almeno 80 kHU/min
- ❖ Capacità termica anodica non inferiore a 365 kHU
- ❖ Capacità termica complessiva del complesso tubo guaina non inferiore a 5.000 kHU
- ❖ Generatore ad alta frequenza
- ❖ Potenza massima non inferiore a 25 kW
- ❖ Tensione nel range di almeno $40 \div 120$ kV
- ❖ Corrente in scopia pulsata nel range $5 \div 250$ mA
- ❖ Cadenza massima di acquisizione immagini (con matrice piena di acquisizione) in scopia pulsata di almeno 25/impulsi/s
- ❖ Controllo automatico dell'esposizione con tutte le modalità di ripresa
- ❖ Sistema di raffreddamento attivo per l'utilizzo di procedure che richiedono lunghi tempi di scopia
- ❖ Sistema di misura comprensivo di dosimetro DAP, visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto previsto dal D.LGS. 101/2020
- ❖ Presenza di importanti accorgimenti tecnologici volti ad ottimizzare l'esposizione con la minima dose al paziente con programmi specifici per la riduzione della dose dedicati ad applicazioni pediatriche e pazienti di particolare interesse (e.g. donne in gravidanza, etc..)

C. SISTEMA DI FORMAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI

- ❖ Detettore digitale a pannello piatto con tecnologia CMOS
- ❖ Area attiva di acquisizione di circa 30×30 cm²

- ❖ Dimensione del pixel $\leq 180 \mu\text{m}$
- ❖ Profondità di acquisizione di circa 16 bit
- ❖ Griglia antidiffusione
- ❖ Sistema di calibrazione automatica
- ❖ Sistema di collimazione del fascio a campi multipli
- ❖ Sistema di puntamento ottico tramite laser integrato sull'apparecchiatura
- ❖ Matrice di acquisizione non inferiore a 1950×1950
- ❖ Matrice di visualizzazione con risoluzione non inferiore a 1024×1024
- ❖ Capacità di memorizzazione di circa 100.000 immagini

D. STATIVO E MOVIMENTAZIONI

- ❖ Elevata maneggevolezza e limitato ingombro
- ❖ Di facile pulizia e disinfezione
- ❖ Spazio libero tra il pannello detettore e il tubo RX di almeno 75cm
- ❖ Profondità dell'arco misurata come distanza dal centro del fascio radiogeno (lungo il suo asse) e l'arco di sospensione, non inferiore a 60 cm
- ❖ Escursione orizzontale di almeno 20 cm
- ❖ Escursione verticale motorizzata ≥ 40 cm
- ❖ Rotazione complessiva intorno all'asse verticale $\geq 20^\circ$
- ❖ Rotazione orbitale (asse parallelo al lettino) di circa 145°
- ❖ Rotazione trasversale (asse trasversale al lettino) di almeno 400°

E. INTERFACCIA UTENTE E SOFTWARE

- ❖ Interfaccia utente/macchina con touch screen per la selezione delle funzioni e protocolli dell'arco a C mobile, processing e visualizzazione delle immagini
- ❖ Pedaliera wireless per attivare le esposizioni in grafia e in scopia
- ❖ Pulsante raggi per grafia
- ❖ Segnalazione di allarmi per malfunzionamento
- ❖ Dispositivi di sicurezza con allarme per surriscaldamento del tubo radiogeno
- ❖ Acquisizione in scopia, con matrice 1024×1024 : last image hold, registrazione di scopia con sequenze di almeno 20 secondi con cadenza prossima a 7 immagini/s
- ❖ Programma di elaborazione delle immagini che preveda: la possibilità di inserire annotazioni, contrast and brightness, noise reduction, edge enhancement, image reversal, greyscale optimisation, zoom and pan
- ❖ Sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto previsto dal D.Lvo 101/2020
- ❖ Programmi per esami clinici con pacchetto esami angiografici

- ❖ Tecniche di esposizione di tipo DSA (digital subtraction angiography), road mapping 2D
- ❖ Dotazione software minima (pre e post processing complete, misurazioni di lunghezze e angoli, markers anatomici digitali, programmi anatomici completi, programma vascolare periferico, addominale e toracico, con annesse maschere di sottrazione angiografica (DSA), road mapping

F. STANDARD DICOM E CONNETTIVITÀ

- ❖ Possibilità di esportare i dati su supporto mobile
- ❖ Conformità allo standard DICOM 3.0 compreso: print, storage (send/receive), storage commitment (SC), worklist management (WLM), modality performed procedure step (MPPS).
- ❖ Possibilità di connessione in rete sia LAN che cablata e WiFi
- ❖ Uscite video digitali per collegamento monitor esterni
- ❖ Doppia uscita video DVI e/o VGA
- ❖ Porta USB e di rete LAN Ethernet
- ❖ Interfaccia al PACS aziendale

G. CONSOLLE DI CONTROLLO

- ❖ Struttura su quattro ruote con freno di stazionamento
- ❖ Doppio monitor a schermo piatto di tipo medicale di circa 19" ad alta luminosità, per visualizzare: anagrafica paziente; immagini di stato di funzionamento dell'arco a c mobile; immagini dal vivo ed immagini di riferimento provenienti anche da altre modalità
- ❖ Indicatore emissione raggi x
- ❖ Protezione dati paziente con password di accesso
- ❖ Conformità agli standard DICOM 3.0 compreso: print, storage (send/receive), storage commitment (SC), worklist management (WLM), modality performed procedure step (MPPS).

3.2. SOPRALLUOGO PRELIMINARE

Non applicabile.

3.3. Certificato di sopralluogo

Non applicabile

4. CONSEGNA E POSA IN OPERA

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, senza alcun onere economico aggiuntivo per questa Azienda:

- Imballo, facchinaggio e trasporto sino al luogo di installazione specificato nel presente capitolato tecnico
- Smaltimento degli imballaggi
- Installazione, verifiche di funzionalità (comprese le verifiche di sicurezza elettriche, e ove applicabile, i controlli di qualità), messa in servizio e assistenza al collaudo svolto dalla Stazione Appaltante

L'Operatore Economico deve assumere tutte le precauzioni necessarie perché il materiale oggetto della fornitura non subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire, a suo totale carico, il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.

All'atto della consegna, il fornitore deve presentare un documento di trasporto, in duplice copia e debitamente sottoscritto, dal quale risultino le quantità e la natura dei beni consegnati.

Successivamente alla consegna, la Stazione Appaltante procederà alle operazioni di collaudo/verifica di conformità, secondo le modalità specificate nel paragrafo 6 del Capitolato tecnico.

4.1. Lavori di concausa

Non previsti.

4.1.1. Descrizione dei lavori di concausa nell'offerta

Non applicabile.

4.2. Smontaggio e smaltimento a discarica

Non applicabile.

5. FORMAZIONE

La ditta Fornitrice dovrà provvedere alla formazione ed all'addestramento del personale medico e tecnico, rilasciando un attestato di avvenuta formazione, in modo da mettere detto personale in condizioni di utilizzare nel miglior modo possibile le funzionalità offerte dalle apparecchiature ed attrezzature fornite.

L'avvenuta formazione sarà verificata in sede di collaudo/verifica di conformità dell'apparecchiatura. La mancata formazione costituirà motivo ostativo all'esito positivo del collaudo e quindi all'emissione del certificato di collaudo/regolare fornitura.

6. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il collaudo/verifica di conformità è finalizzato a verificare la conformità della fornitura rispetto al presente capitolato tecnico, all'ordine ed all'offerta, nonché rispetto alle norme tecniche applicabili.

Nel corso delle operazioni di collaudo/verifica di conformità, si procederà alla verifica della documentazione amministrativa e tecnica, e delle certificazioni applicabili.

La documentazione tecnica da verificare comprende le attestazioni delle verifiche di funzionalità svolte dalla ditta Fornitrice (comprese le verifiche di sicurezza elettriche, e ove applicabile, i controlli di qualità).

Dovranno essere consegnati alla Stazione appaltante il manuale d'uso ed il manuale di service in lingua italiana di tutte le apparecchiature fornite.

Si procederà quindi a verificare le funzionalità delle apparecchiature e redigere il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dal Direttore della UOC (o da un suo delegato), dal tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, e dal Rappresentante della ditta Fornitrice, munito di specifica delega.

Qualora l'operatore economico non partecipi alle operazioni di collaudo/verifica di conformità, la mancata partecipazione determina la rinuncia espressa ad ogni controdeduzione in merito alle constatazioni ed alle determinazioni della Stazione Appaltante.

Si precisa che il predetto verbale è l'unico documento valido per attestare l'esito positivo della verifica di conformità dell'apparecchiatura fornita, e la conseguente accettazione **sia ai fini della liquidazione della relativa fattura, sia ai fini della decorrenza dei termini della garanzia.**

Qualunque altro documento emesso dalla ditta Fornitrice, diverso dal predetto verbale di collaudo, **ancorché sottoscritto dal personale sanitario**, non ha alcun valore né ai fini dell'accettazione dell'apparecchiatura, né ai fini della decorrenza dei termini della garanzia.

7. GARANZIA E ASSISTENZA

7.1. Durata della garanzia

Le apparecchiature ed attrezzature fornite saranno coperte da garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 24 mesi a partire dalla data del verbale di collaudo con esito positivo emesso dalla Stazione Appaltante, come indicato nel precedente paragrafo 6.

Durante tale periodo il Fornitore di ciascun lotto dovrà assicurare, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature.

L'Amministrazione avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 24 mesi, decorrenti a partire dalla data del certificato di collaudo/verifica di conformità, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

7.2. Assistenza tecnica nel periodo di garanzia

Durante il periodo di garanzia, la ditta Fornitrice di ciascun lotto dovrà assicurare, a proprio carico il servizio di assistenza e manutenzione full-risk delle attrezzature fornite.

Detto servizio comprende la manutenzione preventiva delle attrezzature fornite, nonché gli interventi di ripristino dei guasti, in modo da assicurare la continuità di funzionamento, l'affidabilità e la sicurezza delle stesse.

Il servizio in parola deve comprendere l'aggiornamento dei software all'ultima versione disponibile.

Ai fini delle riparazioni in caso di guasto, dovranno essere sostituite, a carico della ditta Fornitrice, tutte le parti di ricambio necessarie a ripristinare il regolare funzionamento delle apparecchiature, nessuna esclusa.

Si precisa che dovrà essere ripristinata la piena funzionalità delle apparecchiature in seguito a guasti di qualunque natura e di qualunque causa, senza alcun onere aggiuntivo per questa Azienda, compresi quelli che la ditta Fornitrice intendesse attribuire ad eventi accidentali, cadute, sbalzi di tensione o utilizzo improprio, etc...

L'offerta dovrà contenere la descrizione del servizio in parola, specificando quanto segue:

- Il piano di manutenzione preventiva e periodica, specificando la frequenza degli interventi preventivi (almeno 2 interventi/anno), nonché le operazioni, le verifiche ed i controlli svolti in ciascun intervento;
- Si precisa che nel corso degli interventi di manutenzione preventiva, dovranno essere eseguite le verifiche di sicurezza elettrica;



Fornitura di 1 Portatile per radioscopia
CAPITOLATO TECNICO

- Le modalità con cui sarà documentata l'esecuzione dei predetti interventi e l'esito dei relativi controlli;
- La disponibilità all'esecuzione di illimitati interventi su chiamata;
- Il tempo medio di intervento ed il tempo massimo di risoluzione del guasto, che in ogni caso devono essere rispettivamente non superiori ad 24 ore lavorative, in circostanze di carattere eccezionale (adeguatamente documentato) tale limite può essere esteso comunque non oltre 48 ore solari dall'apertura della chiamata, e 5 giorni lavorativi;
- Il tempo massimo di fermo attrezzatura ammesso in un anno solare, che ogni caso non può essere superiore a 20 giorni/anno;

Il collaboratore tecnico ingegnere clinico

Simona Fileccia

Il Direttore della UOC Radiodiagnostica
ASP AG P.O. "S. Giovanni di Dio"

UOC di Radiodiagnostica
Dott. Riccardo Mandracchia


Dott. Riccardo Mandracchia

Il Direttore della U.O.C. Chirurgia Vascolare

Salvatore Alberto Turiano

DOTT. SALVATORE A. TURIANO
CHIRURGIA VASCOLARE
OM CT 7792

S. ENPA/ 03000345225000





ESD 28/10

U.O.C. Radiodiagnostica

Direttore dott. Riccardo Mandracchia

P.O. Agrigento

U.O.C. Chirurgia Vascolare

Direttore dott. Salvatore Alberto Turiano

P.O. Agrigento

Al Provveditore Aziendale

Dott.ssa R. Calà


I sottoscritti dott. R. Madracchia e dott. S. A. Turiano al fine di garantire la presenza e l'utilizzo di apparecchiatura elettromedicale di radiodiagnostica rivolta alla dotazione dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare, richiedono l'acquisto di arco radiologico a "C" di alta gamma secondo la descrizione tecnica già fornita per le vie brevi.

Cordiali Saluti

Agrigento 27 - 10 - 2025

ASP AG P.O. "S. Giovanni di Dio"
UOC di Radiodiagnostica
Il Direttore
Dott. Riccardo Mandracchia

DOTT. SALVATORE A. TURIANO
CHIRURGIA VASCOLARE
DM 01/7792
3001540244000




ARCO A C DA SALA OPERATORIA DI ULTIMA GENERAZIONE DOTATO DI PANNELLO DIGITALE DINAMICO PER APPLICAZIONI AVANZATE IN CHIRURGIA VASCOLARE

- **Generatore e tubo**
 - Generatore di potenza adeguata all'esercizio Cardio/ Vascolare con erogazione massima non inferiore a 25KW;
 - Range minimo e massimo della corrente in scopia 1,5 – 250 mA
 - Range minimo e massimo della tensione 40 -120(kV
 - Fluoroscopia Pulsata con frame 1/2/4/8/12,5/25
 - Tubo radiogeno ad anodo rotante con capacità termica anodica max 365 KHU e di dissipazione adeguata al tipo di applicazione richiesta;
 - Sistema di controllo e gestione della temperatura in grado di scongiurare il blocco rx durante la scopia;
 - Sistema di raffreddamento attivo, per l'utilizzo in procedure che richiedono lunghi tempi di scopia, con capacità termica complessiva fino a 10.000.000 di HU
 - Monoblocco o scocca tubo di ridotte dimensioni per agevolare l'accesso a qualsiasi tavolo operatorio o barella (indicare indice di compattezza: altezza, profondità, larghezza);
 - Indicare filtrazione del fascio;
- **Detettore Digitale**
Tipologia CMOS
 - Campo di vista di almeno 30x30 cm a triplo campo (ovvero in grado di acquisire immagini già magnificate);
 - Funzione di Preview dell'ingrandimento senza emissione radiogena;
 - Elevata risoluzione (lp/mm) ed elevato contrasto;
 - Pixel pitch di ridotte dimensioni non superiore a 110 micron
 - Matrice di acquisizione la più elevata possibile non inferiore a 2,6 x 2,6 K ;
 - Ammesso il pixel binning per ottenere un miglior rapporto segnale rumore (indicare);
 - Scocca detettore resistente agli urti accidentali;
 - Laser integrato nel detettore;
 - Griglia removibile per l'utilizzo in pediatria (come da IEC);
 - A calibrazione automatica (specificare);
 - DQE 75% a 0 lp/mm
- **Collimatori**
 - Collimazione a pieno campo per la visualizzazione di almeno 900cm² (Field of View);
 - Collimatori simmetrici e asimmetrici;
 - Collimatori virtuali senza emissione radiogena;
 - Collimatori square e a iride;
 - Indicare apertura minima e massima del collimatore (diametro);
 - Collimatori virtuali (senza emissione radiogena).

Meccanica e Geometrie

- Sistema compatto con movimenti **rigorosamente in manuale** (ad eccezione del movimento verticale che dovrà essere di tipo motorizzato);



- Meccanica bilanciata per consentire il posizionamento dell'arco senza l'utilizzo dei freni (che dovranno comunque essere presenti);
- Movimento orizzontale di almeno 20 cm;
- Movimento orbitale complessivo di almeno 145°;
- Movimento rotazionale complessivo di almeno 420°;
- SID la più ampia possibile;
- Profondità arco di almeno 65 cm;
- Riconoscimento dei movimenti con codice colore (ad ogni movimento dovrà essere abbinato un colore specifico);
- Descrizione della tipologia di freno e sterzo utilizzato per movimentare l'intera macchina;
- Indicare dimensioni macchina: larghezza, lunghezza, altezza;

Carrello Monitor


- Doppio Monitor da 19" TFT ad alta risoluzione e alta luminosità;
- Monitor dotati di supporto di visualizzazione orientabile sia verticale che orizzontale.
- Stampante termica integrata (indicare marca e modello);
- Porta USB;
- Cavo di connessione arco-carrello dotato di connettore, quindi non integrato (per agevolarne l'eventuale sostituzione);

Interfaccia utente

- Touch screen installato su arco e carrello monitor, sincronizzato e dotato di monitor di Preview attivo e completo delle seguenti funzioni:
- Accesso a tutte le funzioni dell'apparecchiatura (nessuna esclusa);
- Possibilità di intervenire su collimazione, contrasto, luminosità, image reverse etc...
- Laser on-off dotato di temporizzatore;
- Accesso ai programmi anatomici;
- Visualizzazione parametri esposimetrici completi (kV, mA, ampiezza impulso quando utilizzata la fluoro pulsata, dose, selezione dei pulse/sec...
- Pulsante emissione raggi;
- Pulsante di stop di emergenza;

Esposimetro Automatico e Programmi Anatomici

- Esposimetro automatico per il calcolo ottimale dei valori di corrente e tensione;
 - Possibilità di selezionare manualmente i parametri espositivi;
 - Adeguamento automatico della frequenza dei pulse per secondo;
 - Programmi anatomici completi (descrivere quali);
 - Programma LOW DOSE in grado di garantire una buona qualità delle immagini in ogni programma anatomico selezionato;
 - Descrivere dettagliatamente il funzionamento dell'esposimetro;
 - Indicare funzioni aggiuntive rispetto a quelle elencate.
- **Pedali multifunzione wireless .**



- **Pulsante di emissione raggi.**

Funzioni Software

- Sottrazione d'immagine in tempo reale con capacità di remasking
- MSA massima opacizzazione sequenza
- RSA Roadmap da singolo frame e multiframe
- Pixelshift
- Landmark
 - Misurazione: Lunghezze ed angoli;
 - Marker anatomici digitali

Funzioni dicom

- Statements completi: storage con commitment, worklist con MPPS, query e retrieve, print, Report di dose strutturato...

Acquisizione dell'immagine

- Auto save;
- Max 25 frame/sec con abbinamento 1:1 cine ed erogazione pulsata (a 25 frame dovrà corrispondere 25 pps);
- Funzione di start, stop e replay

Memoria digitale

- Almeno 10.000 immagini con indicazione utilizzo della memoria visualizzabile su display;
- Processing dell'immagine digitale: sino a 32 bit

Dose


- DAP valori calcolati o misurati;
- Valori di Air Kerma visualizzabili a display e nell'immagine memorizzata;
- Pacchetto di sicurezza HIPPA
- RDSR (Radiation Dose Structured Report).

Allegare manuale d'uso in lingua italiana e manuale tecnico-

Certificazioni a norma di legge

GARANZIA 24 MESI

IMPORTO € 150.000,00 oltre iva





**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

CIG: BA2764FA31
CPV 33177000-1

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Funzionario istruttore : coll. Amm.vo Anna Spataro

email – forniture@aspag.it

Prot 16314 Del 28-1-2026

Spett.le Ditta

SIEMENS HEALTHINEERS

Oggetto: Noleggio di apparecchio radiologico per la UOC di Chirurgia Vascolare del PO di Agrigento -RDO 6070723

Questa Azienda intende procedere, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D Lgs 36 del 31/03/2023 al noleggio di apparecchio radiologico Cios Alpha.Neo per la UOC di Chirurgia Vascolare del PO di Agrigento Offerta da codesta società con Preventivo n. CPQ-1618346 REV.0 in riscontro all'indagine di mercato richiesta prot. 186335 del 27/11/2025

Importo complessivo noleggio a base d'asta per mesi dodici €73,000,00 oltre iva di cui €36.500,00 oltre iva per mesi sei eventualmente rinnovabili di ulteriori mesi sei.

La fornitura sarà affidata a codesta società se in possesso dei requisiti di cui agli artt 94 e 95 del D lgs 36/2023 e che non si trovi nelle condizioni di esclusione cui all'art. 53 comma 16ter del D lgs 165/2001.

Il prezzo offerto si intende compreso del trasporto, scarico, facchinaggio, consegna, formazione di almeno giorni due, manutenzione FULL RISK per tutta la durata del noleggio ed installazione presso la UOC di Chirurgia Vascolare del PO di Agrigento.

La consegna in urgenza dovrà essere tassativamente garantita entro i seguenti tempi:
n. 30 giorni data ricevimento ordine

La ditta dovrà, quindi, produrre, quale documentazione amministrativa :

- 1) Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti come da allegato fac-simile compilato e digitalmente firmato dal legale rappresentante.
- 2) copia della presente lettera- invito firmata per accettazione incondizionata tutte le clausole indicate.

Quale documentazione economica la ditta dovrà presentare :

- l'offerta da sistema
- offerta su carta intestata con l'indicazione dei dati societari e la marca, modello, codici dell'apparecchiatura offerta e prezzo mensile di noleggio

Nel caso di omessa o incompleta presentazione della documentazione richiesta con la presente lettera si applicherà quanto disposto dall'art.101 del D lgs 36/2023 e smi.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili quelle indicate al medesimo art. 101 del D Lgs 36/2023 e comunque le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Codesta Società si impegna, pena la nullità del contratto, al rispetto dell'obbligo imposto dalla legge 136/2010 e successiva modifica con D.L. 187/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.


Altresì, la ditta aggiudicataria si impegna collaborare con le Forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione condizionamento di natura criminale (art.8 Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della regione Siciliana")

Le falsità delle dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria, accertate dopo la stipula del contratto, sono causa di risoluzione dello stesso così come il verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 DPR 252/98.

Sarà, altresì, causa di risoluzione del contratto il verificarsi dell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

E', inoltre, causa di esclusione e di mancata stipula del contratto la sussistenza di alcuna delle situazioni previste dalla Direttiva dell'Assessorato Regionale della Sanità in materia di stipula di contratto n. 1410 del 9/2/2009.

La ditta aggiudicataria dovrà, a garanzia della regolare esecuzione del contratto, produrre deposito cauzionale definitivo pari al 5% dell'importo aggiudicato, ai sensi dell'art. 117 del D Lgs 36/2023 resa con le modalità prevista dall'art. 106 del medesimo D Lgs.





**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

L'apparecchio Radiologico sarà ordinato da UOC Provveditorato.

La consegna dei prodotti sarà oggetto di verifica di conformità e di messa in sicurezza di cui alle norme CEI, in ossequio all'art. 116 del D lgs 36/2023, con la redazione di apposito verbale di collaudo firmato da entrambe le parti contraenti.

La prima fattura sarà liquidata, previo ordine telematico emesso dall'UOC Provveditorato, solo successivamente all'avvenuto favorevole collaudo, la fatturazione del canone di noleggio deve essere emessa con periodicità trimestrale posticipata.

La fatturazione dovrà essere indirizzata a Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento V.le della Vittoria 321, codice univ. ufficio T1DFDX e questa UOC procederà alla liquidazione entro i termini di pagamento stabiliti nell'RDO. Le fatture pagate graveranno sul bilancio aziendale


Nel caso di cessione di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 comma 12 del D lgs 36/2023.

La presente non vincola l'Amministrazione che si riserva, in applicazione dell'art.108 comma 10) del D lgs 36/2023 e s.m.i, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non affidare la fornitura e/o di risoluzione del contratto senza che codesta Ditta abbia nulla a che pretendere.

Per tutte le controversie che dovesse insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
DELLA PRESENTE LETTERA INVITO
EX ART. 1341 e 1342 CODICE CIVILE**
La ditta

Il Direttore F.F. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Rosalia Calà



Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

ANNA SPATARO

SPTNNA63C54G273G

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ROSALIA CALA' CLARSL67R56F830F

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Tipologia di Rdo: RdO Semplici

NOLEGGIO APPARECCHIO RADIOLOGICO PER MESI 6 + 6 PER UOC CHIRURGIA VASCOLARE PO AGRIGENTO

Dati Principali

Numero RDO
6010723**Criterio di aggiudicazione**
Minor Prezzo**Numero Lotti**
1**Nome RDO**
NOLEGGIO DI APPARECCHIO RADIOLOGICO PER LA UOC DI CHIRURGIA**Tipologia di procedura**
Altro**Tipologia di contratto**
Appalto di servizi**Bandi istitutivi di riferimento**
Beni**Regolamento applicabile alla procedura telematica**
Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Date

Pubblicazione

28/01/2026 10:11

Inizio presentazione offerte

28/01/2026 10:11

Termine ultimo presentazione offerte

04/02/2026 10:00

Termine ultimo richiesta chiarimenti

02/02/2026 10:00

Data limite stipula contratto

04/08/2026 09:42

Giorni dopo la stipula per consegna

30

Dettaglio

Lotto 1**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

CIG

BA2764FA31

CUP

-

Buste

2

CPV

Identificativo

33111000-1

Descrizione

Apparecchi radiologici

Categoria

Apparecchiature elettromedicali-
Mepa

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Importo oggetto di offerta

Importo base d'asta

Importo base d'asta

€ 73.000,00

Termini di pagamento60 GG DATA ACCERTAMENTO CONFORMITA' MERCI
SERVIZI**Dati consegna e fatturazione**

Fatturazione: VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO (AGRIGENTO); Aliquote: secondo la normativa vigente

Dettaglio Buste

Ordine di apertura

1°

3°

Lotto 1



Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Documentazione di Gara

**doc48531720260128095933.pdf****278.9 Kb****DICHIARAZIONE**

doc48531820260128100157.pdf**957.0 Kb****LETTERA INVITO**

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale



12268050155

SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

Offerta N° CPQ-1618346 Rev. 0 | 02.12.2025

ASP DI AGRIGENTO

ATSU - Cios Alpha.neo



Nome Cognome	Milena Riboli	Siemens Healthcare S.r.l., Via Vipiteno 4, 20128 Milano
Ufficio	SHS EMEA SEU ITA S&PSM-DI&AT AT-SU	
E-mail	Milena.riboli@siemens-healthineers.com	ASP DI AGRIGENTO
Tel.	(+39) 345 7727178	VIALE DELLA VITTORIA 321
PEC	gare.shc@pec.siemens-healthineers.it	92100 AGRIGENTO (AG)
Vostro riferimento		
Data	02.12.2025	
Validità	31.05.2026	

Offerta N° CPQ-1618346 Rev. 0


Oggetto: Preventivo di spesa per il noleggio di apparecchio radiologico per la UOC di Chirurgia Vascolare del PO di Agrigento

Spett.le Ente,


come da vostra richiesta protocollo 186335 del 27.11.2025 in allegato alla presente siamo a trasmettere documentazione per quanto in oggetto

Distinti saluti

Siemens Healthcare S.r.l.



DANIELA CARISTO



GABRIELE GALIMBERTI

Siemens Healthcare S.r.l.
Società a Unico Socio soggetta alla Direzione e Coordinamento di Siemens Healthineers AG

Via Vipiteno 4
20128 Milano - Italia

Tel.: +39 02 243 1
PEC: Siemenshealthcaresrl@pec.siemens-healthineers.it
www.siemens.it/healthineers

Capitale sociale: Euro 50.000.000 i.v.; N. iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale: 04785851009; partita I.V.A.: IT - 12268050155;
R.E.A. MI: 1459360


Indice

ASP DI AGRIGENTO	3
Articoli rilevanti.....	3

Obiettivo di Siemens Healthineers è consentire ai professionisti della sanità di accrescere il valore supportandoli attraverso l'ampliamento della medicina di precisione, la trasformazione dei percorsi di cura e il miglioramento dell'esperienza del paziente. Il tutto reso possibile dalla digitalizzazione della sanità.

A livello globale si stima che 5 milioni di pazienti beneficino ogni giorno delle nostre innovazioni tecnologiche e di servizio nelle aree dell'imaging diagnostico e terapeutico, della diagnostica di laboratorio e della medicina molecolare così come negli ambiti della Digital Health e degli Enterprise Services.

Siamo una società leader nel mercato della tecnologia medica, oltre 170 anni di esperienza e 18.000 brevetti a livello globale. Con oltre 50.000 colleghi dedicati in 70 paesi, continueremo a innovare e plasmare il futuro della sanità.



ASP DI AGRIGENTO

Articoli rilevanti

Pos.	Nr. Articolo	Descrizione	Qtà
		Cios Alpha.neo	
1	14465644	Cios Alpha.neo Cios Alpha.neo è un sistema ad arco a C di fascia alta con detettore piatto dinamico per fluoroscopia e acquisizione di singole immagini, dotato di un generatore ad alta potenza a scelta da 25 kW o 12 kW (potenza di picco nominale di 15 kW). Il sistema compatto e mobile è progettato per l'uso in chirurgia cardiovascolare, gastroenterologia, urologia, chirurgia d'urgenza, ortopedia e chirurgia generale. Disclaimer:	1
2	14465654	CMOS Flat Detector 30x30 Detettore Flat panel ad alta risoluzione basato sulla tecnologia complementare metallo-ossido-semiconduttore (CMOS) per un'eccellente qualità dell'immagine con una dimensione di 30 cm x 30 cm, ed una matrice di 1952 x 1952 pixel	1
3	14465650	Collimator standard The collimator limits the X-ray beam to the desired size of the irradiated field. For concentric, symmetrical, and asymmetrical, radiation-free collimation with unlimited rotation.	1
4	14455710	laser light 30*30 Il localizzatore di luce laser è integrato nella copertura del detettore piatto e consente un posizionamento del paziente più semplice, rapido e con un risparmio di dose. La luce laser supporta in particolare il posizionamento dell'ago quando necessario Un pulsante di accensione laser è integrato anche nella tastiera dei freni elettromagnetici presente nella parte anteriore del rilevatore per un facile utilizzo dal campo sterile ad opera del chirurgo	1
5	14455111	Single tank w. 25 kW Generatore con sistema di raffreddamento attivo con potenza massima di 25 Kw	1
6	14455117	Standard basic chassis C-arm chassis	1
7	14455123	Mobi.workstation w.Flex pl. column Il trolley porta monitor, equipaggiato con un freno di bloccaggio centrale e deflettori per cavi su tutte le ruote, è molto semplice da pulire ed è inoltre dotato di pannello di controllo ergonomico touch screen e mouse ottico. Il carrello è dotato di un comparto per il mouse, ed è contemplato anche l'utilizzo da parte del personale mancino. Posizionamento verticale flessibile dei display TFT grazie alla colonna ruotabile con cassetteria integrata. Angolo di rotazione 210°, che permette il posizionamento ottimale a fianco dell'area paziente.	1
8	14455126	2x High Bright TFT monitor 2 monitor TFT da 19" ad alta luminescenza per la visualizzazione delle immagini live e di reference.	1
9	14455128	DVI video splitter 2x Connettori DVI per la connessione a monitor esterni dei segnali video provenienti dal monitor live e dal monitor reference	1
10	14455150	DICOM Send/Storage Commitment (StC) Abilitazione classe DICOM SEND/StC (Storage Commitment) per l'invio di immagini ad archivi DICOM compatibili e lo scambio di informazioni di invio/ricezione.	1
11	14455153	DICOM Worklist / MPPS Abilitazione classe DICOM Worklist/MPPS (Modality Performed Procedure Step) per il download dei dati paziente relativi all'esecuzione dell'esame (MWL Modality Worklist) e lo scambio di informazioni sul livello di esecuzione dell'esame.	1
12	14455140	Vascular Software Software vascolari per la gestione di immagini in Sottrazione (SUB) e Roadmap. Son inclusi Pixelshift - Remask - Landmark - Dual channel function - mezzo di contrasto: iodine o	1
13	14455143	Live Graphical Overlay Software per la marcatura di punti di repere durante l'esame	1

Pos.	Nr. Articolo	Descrizione	Qtà
14	14455190	HIPAA L'opzione SW consente la funzionalità di protezione avanzate, tra cui la gestione degli utenti e la funzionalità del percorso di controllo In compliance with HIPAA law in the U.S.	1
15	14455723	Digital Cine Mode Radiografia digitale pulsate ad alto livello.	1
16	14455159	Sony Printer UP-971AD Stampante termica	1
17	14455162	Printer installation kit Kit di installazione della stampante	1
18	14455717	Wireless foot switch Pedaliera multifunzione wireless con 4 pulsanti, per erogazione scopia, grafia e memorizzazione delle immagini	1
19	14455331	RoW WLAN client Modulo WLAN Client per la trasmissione wireless di immagini DICOM al PACS (Picture Archiving and Communication System). Proposta di noleggio semestrale rinnovabile altri 6 mesi Prezzo rata mensile pari a € 6.000,00 per un totale semestrale di € 36.000,00 eventualmente rinnovabile Comprensiva di manutenzione full risk e 2 giornate di formazione Consegna entro 30 gg data ricevimento ordine	1

Le informazioni qui contenute sono riservate, di proprietà di Siemens e non potranno essere copiate, riprodotte, distribuite, utilizzate o comunicate a terzi senza previo consenso scritto da parte di Siemens.

Siemens Healthcare Srl
Via Vipiteno 4
20128 Milano - Italia
Tel.: +39 02 243 1
PEC: Siemenshealthcaresrl@pec.siemens-healthineers.it
www.siemens.it/healthineers

Offerta Economica relativa a

Descrizione NOLEGGIO DI APPARECCHIO RADIOLOGICO PER LA UOC DI CHIRURGIA VASCOLARE PO AGRIGENTO**RdO nr.** 6010723**Numero lotto** 1

Amministrazione titolare del procedimento

Nome ente	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO		
Ufficio	SERVIZIO PROVVEDITORATO		
Codice Fiscale	02570930848	Codice univoco ufficio IPA	Non presente
Indirizzo sede	Viale della vittoria, 321		
Città	Agrigento		
Recapito telefonico	+390922407238		
Email	rosalia.cala@aspag.it		
Punto Ordinante	ROSALIA CALA'		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

Partita IVA

12268050155

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome**Valore****Valore offerto****72000**

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:


- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Offerta N° CPQ-1618346 Rev. 2 | 02.02.2026

ASP DI AGRIGENTO

ATSU - Cios Alpha.neo



Nome Cognome	Milena Riboli	Siemens Healthcare S.r.l., Via Vipiteno 4, 20128 Milano
Ufficio	SHS EMEA SEU ITA FI OFF DI-AT-US	
E-mail	milena.riboli@siemens-healthineers.com	ASP DI AGRIGENTO
Tel.	+39 3457727178	VIALE DELLA VITTORIA 321
PEC	gare.shc@pec.siemens-healthineers.it	92100 AGRIGENTO (AG)
Vostro riferimento		
Data	02.02.2026	
Validità	02.08.2026	

Offerta N° CPQ-1618346 Rev. 2

Oggetto: RDO 6010723 NOLEGGIO DI APPARECCHIO RADIOLOGICO PER LA UOC DI CHIRURGIA VASCOLARE PO AGRIGENTO – CIG BA2764FA31

Si seguito quotazione economica per quanto in oggetto

Siemens Healthcare S.r.l.

Siemens Healthcare S.r.l.
Società a Unico Socio soggetta alla Direzione e Coordinamento di Siemens Healthineers AG

Via Vipiteno 4
20128 Milano - Italia

Tel.: +39 02 243 1
PEC: Siemenshealthcaresrl@pec.siemens-healthineers.it
www.siemens.it/healthineers

Capitale sociale: Euro 50.000.000 i.v.; N. iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale: 04785851009; partita I.V.A.: IT - 12268050155;
R.E.A. MI: 1459360


Indice

ASP DI AGRIGENTO	3
Articoli rilevanti	3

Obiettivo di Siemens Healthineers è consentire ai professionisti della sanità di accrescere il valore supportandoli attraverso l'ampliamento della medicina di precisione, la trasformazione dei percorsi di cura e il miglioramento dell'esperienza del paziente. Il tutto reso possibile dalla digitalizzazione della sanità.

A livello globale si stima che 5 milioni di pazienti beneficino ogni giorno delle nostre innovazioni tecnologiche e di servizio nelle aree dell'imaging diagnostico e terapeutico, della diagnostica di laboratorio e della medicina molecolare così come negli ambiti della Digital Health e degli Enterprise Services.

Siamo una società leader nel mercato della tecnologia medica, oltre 170 anni di esperienza e 18.000 brevetti a livello globale. Con oltre 50.000 colleghi dedicati in 70 paesi, continueremo a innovare e plasmare il futuro della sanità.



ASP DI AGRIGENTO

Articoli rilevanti

Pos.	Nr. Articolo	Descrizione	Qtà
		Cios Alpha.neo	
1	14465644	Cios Alpha.neo Cios Alpha.neo è un sistema ad arco a C di fascia alta con detettore piatto dinamico per fluoroscopia e acquisizione di singole immagini, dotato di un generatore ad alta potenza a scelta da 25 kW o 12 kW (potenza di picco nominale di 15 kW). Il sistema compatto e mobile è progettato per l'uso in chirurgia cardiovascolare, gastroenterologia, urologia, chirurgia d'urgenza, ortopedia e chirurgia generale. Disclaimer:	1
2	14465654	CMOS Flat Detector 30x30 Detettore Flat panel ad alta risoluzione basato sulla tecnologia complementare metallo-ossido-semiconduttore (CMOS) per un'eccellente qualità dell'immagine con una dimensione di 30 cm x 30 cm, ed una matrice di 1952 x 1952 pixel	1
3	14465650	Collimator standard Il collimatore limita il fascio di raggi X alla dimensione desiderata del campo irradiato. Per una collimazione concentrica, simmetrica e asimmetrica, priva di radiazioni e con rotazione illimitata.	1
4	14455710	laser light 30*30 Il localizzatore di luce laser è integrato nella copertura del detettore piatto e consente un posizionamento del paziente più semplice, rapido e con un risparmio di dose. La luce laser supporta in particolare il posizionamento dell'ago quando necessario Un pulsante di accensione laser è integrato anche nella tastiera dei freni elettromagnetici presente nella parte anteriore del rilevatore per un facile utilizzo dal campo sterile ad opera del chirurgo	1
5	14455111	Single tank w. 25 kW Generatore con sistema di raffreddamento attivo con potenza massima di 25 Kw	1
6	14455117	Standard basic chassis C-arm chassis	1
7	14455123	Mobi.workstation w.Flex pl. column Il trolley porta monitor, equipaggiato con un freno di bloccaggio centrale e deflettori per cavi su tutte le ruote, è molto semplice da pulire ed è inoltre dotato di pannello di controllo ergonomico touch screen e mouse ottico. Il carrello è dotato di un comparto per il mouse, ed è contemplato anche l'utilizzo da parte del personale mancino. Posizionamento verticale flessibile dei display TFT grazie alla colonna ruotabile con cavetteria integrata. Angolo di rotazione 210°, che permette il posizionamento ottimale a fianco dell'area paziente.	1
8	14455126	2x High Bright TFT monitor 2 monitor TFT da 19" ad alta luminescenza per la visualizzazione delle immagini live e di reference.	1
9	14455128	DVI video splitter 2x Connettori DVI per la connessione a monitor esterni dei segnali video provenienti dal monitor live e dal monitor reference	1
10	14455150	DICOM Send/Storage Commitment (StC) Abilitazione classe DICOM SEND/StC (Storage Commitment) per l'invio di immagini ad archivi DICOM compatibili e lo scambio di informazioni di invio/ricezione.	1
11	14455153	DICOM Worklist / MPPS Abilitazione classe DICOM Worklist/MPPS (Modality Performed Procedure	1

Pos.	Nr. Articolo	Descrizione	Qtà
		Step) per il download dei dati paziente relativi all'esecuzione dell'esame (MWL Modality Worklist) e lo scambio di informazioni sul livello di esecuzione dell'esame.	
12	14455140	Vascular Software Software vascolari per la gestione di immagini in Sottrazione (SUB) e Roadmap. Son inclusi Pixelshift - Remask - Landmark - Dual channel function - mezzo di contrasto: iodine o	1
13	14455143	Live Graphical Overlay Software per la marcatura di punti di repere durante l'esame	1
14	14455190	HIPAA L'opzione SW consente la funzionalità di protezione avanzate, tra cui la gestione degli utenti e la funzionalità del percorso di controllo In compliance with HIPAA law in the U.S.	1
15	14455723	Digital Cine Mode Radiografia digitale pulsate ad alto livello.	1
16	14455159	Sony Printer UP-971AD Stampante termica	1
17	14455162	Printer installation kit Kit di installazione della stampante	1
18	14455717	Wireless foot switch Pedaliera multifunzione wireless con 4 pulsanti, per erogazione scopia, grafia e memorizzazione delle immagini	1
19	14455331	RoW WLAN client Modulo WLAN Client per la trasmissione wireless di immagini DICOM al PACS (Picture Archiving and Communication System).	1

Il Corrispettivo annuo della Fornitura è pari a Euro 72.000,00 (settantaduemila/00) oltre IVA di legge

Di cui:

costi della sicurezza Euro 710,00

costi della manodopera Euro 1.585,51

Con canoni trimestrale, posticipati, di pari importo, ciascuno di Euro 18.000,00 (diconsi Euro diciottomila/00) oltre IVA di legge.

Al pagamento si provvederà, per ogni canone entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura; la fattura verrà emessa alla fine di ogni periodo trimestrale di noleggio.

CUSTODIA

Il Locatario dovrà custodire ed utilizzare le apparecchiature nolleggiate con la massima cura e diligenza e risponderà per gli eventuali danni o perdite totali o parziali, riconducibili a dolo, a colpa grave o negligenza del personale dipendente o di cui comunque risponde civilisticamente, ovvero a fatti di terzi.

La fornitura comprende:

- manutenzione full risk
- 2 giornate di formazione
- Consegna 30 gg dall'ordine

Le informazioni qui contenute sono riservate, di proprietà di Siemens e non potranno essere copiate, riprodotte, distribuite, utilizzate o comunicate a terzi senza previo consenso scritto da parte di Siemens.

Siemens Healthcare Srl
Via Vipiteno 4
20128 Milano - Italia
Tel.: +39 02 243 1
PEC: Siemenshealthcaresrl@pec.siemens-healthineers.it
www.siemens.it/healthineers



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio online dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo dal _____

☒ Immediatamente esecutiva dal 16 APR. 2026
Agrigento, li 16 APR. 2026

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi