



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Il Funzionario Istruttore /RUP
Dott. Calogero Casesa
Telefono 0922 /407631
forniture@aspag.it

Prot. n. 16923 del 28/01/2026

**AVVISO ESPLORATIVO PER
“INDAGINE DI MERCATO”**

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICINA IPERBARICA.

L’azienda ASP “AGRIGENTO”, con Sede Legale ed Amministrativa in Viale della Vittoria 321 ad Agrigento – **sito internet www.aspag.it sezione bandi di gara e contratti**, intende procedere “all’individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di Medicina Iperbarica”, mediante esperimento di idonea procedura di gara, previa pubblicazione di avviso esplorativo di indagine di mercato, al fine di individuare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura di che trattasi.

Gli operatori economici interessati dovranno formulare offerta economica specificando di possedere i requisiti richiesti nel capitolato tecnico redatto dal Direttore UOC rianimazione e terapia intensiva (All.1)

La documentazione richiesta, dovrà giungere esclusivamente all’indirizzo pec: forniture@pec.aspag.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 12/02/2026;

Non saranno tenute in considerazione forme di invio carenti o diverse da quelle richieste nella presente indagine;

Contatto per eventuali chiarimenti: U.O.C. Servizio Provveditorato Tel. 0922/407238-0922/407631, indirizzo pec: forniture@pec.aspag.it.

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati trasmessi saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni inerenti l'espletamento della presente procedura.

Il presente avviso viene pubblicato in sito committente in data 28/01/2026.

IL RUP
Dott. Calogero Casesa

Dott.ssa Rosalia Calà

Il Direttore F.F. U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Rosalia Calà

All. 1

1. Oggetto dell'Avviso

Si intende espletare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici idonei per la stipula di una convenzione avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni di medicina iperbarica. La struttura dovrà garantire specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi come di seguito dettagliati.

2. Ubicazione e Requisiti Generali

La struttura proposta dovrà possedere i seguenti requisiti fondamentali:

- **Ubicazione:** Il centro deve essere situato nella Provincia di Agrigento.
- **Autorizzazioni:** Deve essere in possesso di regolare autorizzazione sanitaria per l'attività di Centro di Medicina Iperbarica
- **Assicurazione:** Il centro dovrà essere in possesso di un'assicurazione RC.

3. Caratteristiche Tecniche della Camera Iperbarica

L'impianto iperbarico dovrà rispondere ai seguenti standard tecnici e operativi:

- **Capienza:** La camera deve garantire almeno 10 posti a ciclo per il trattamento iperbarico.
- **Accessibilità pazienti:** La struttura e la camera devono essere organizzate per garantire la terapia a pazienti allettati (accesso barella).
- **Postazione interna:** All'interno della camera deve essere prevista una zona dedicata per il medico e l'infermiere (personale ASP).
- **Impiantistica Gas:** Il centro deve essere dotato di centrali di aria compressa e ossigeno medicinale e deve assicurare la fornitura dei gas medicinali necessari per le terapie.

4. Requisiti Strutturali e Logistici



U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E TERAPIA DEL DOLORE
U.O. BLOCCO OPERATORIO
DIRETTORE DR. G. FIORICA

L'immobile sede del centro dovrà possedere le seguenti dotazioni:

Accoglienza e Accessibilità

- **Parcheggio:** Dotazione di parcheggi esterni e/o interni per pazienti e accompagnatori per almeno 20 posti auto, più due riservati ai diversamente abili.
- **Camera Calda:** Presenza di una camera calda per l'arrivo protetto di pazienti allettati in autoambulanza.
- **Sala d'attesa:** Spazio capace di ospitare almeno 20 persone, arredato con sedie/poltrone per garantire il massimo comfort ai pazienti in lista d'attesa.
- **Climatizzazione:** Tutti i locali devono essere interamente climatizzati.

Locali Sanitari e Tecnici

- **Sala Visite:** Una sala visite/medicazione completa di apparecchiature elettromedicali, lettini e quanto necessario per terapie e medicazioni.
- **Uffici:**
 - Sala dedicata al Direttore Sanitario.
 - Sala per il personale infermieristico.
 - Sala reception con postazioni amministrative (CUP).
- **Spogliatoi:** Spogliatoi dedicati per il personale medico/infermieristico.
- **Servizi Igienici:**
 - Per pazienti/accompagnatori: almeno 3 WC (di cui 1 per diversamente abili).
 - Per il personale: almeno 2 bagni dedicati.
- **Area Ristoro:** Un'area identificata come zona relax e ristoro per i pazienti.

Dotazioni Tecnologiche e Sicurezza

- Il centro deve essere dotato di rete telefonica, internet, telecamere di sorveglianza e impianto audio centralizzato

5. Organizzazione del Servizio e Personale

Il centro dovrà garantire i seguenti standard operativi e di personale:

- **Orari e Volumi:** Assicurare il servizio dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 18.00, garantendo almeno 4 cicli di terapia per 10 pazienti per ogni seduta.
- **Personale Tecnico/Amministrativo:**
 - Presenza di personale amministrativo per la programmazione delle terapie (CUP).
 - Presenza di due unità di personale tecnico per le terapie iperbariche.
- **Continuità dei Servizi:**
 - Il centro deve assicurare senza interruzione i servizi di elettricità, telefonia, gas medicinali e tutto l'occorrente per le terapie.
 - Garanzia di continuità operativa salvo cause di forza maggiore non dipendenti dall'organizzazione (es. calamità naturali).

