



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Tel. 0922/407463

Mail: [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)

Pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

DATA 22-12-2026

PROT. N. 13090

## RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO

**OGGETTO:** RDO aperta per l'affidamento dell'appalto per la fornitura ed installazione di strumentazione per il laboratorio di Sanità Pubblica dell'ASP di Agrigento, in attuazione della fase P4 del Piano di investimenti finanziato con fondi PNC "Programma Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D. lgs. 36/2023 - CUP I83C22000640005.

### Richiesta di Chiarimenti n. 1 del 07/01/2026:

Nella lettera di invito, nella sezione "Offerta tecnica" viene richiesta "una breve relazione tecnica (max 5 pagine) nella quale vengano descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche di ogni prodotto offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto, con specifica dell'Azienda Produttrice, eventuale azienda distributrice, nome commerciale (...)".

Se la documentazione tecnica allegata (scheda tecnica, dichiarazione di conformità, eventuali ulteriori depliant illustrativi) contiene tali informazioni e pertanto risulta esaustiva, si deve comunque procedere alla redazione della relazione tecnica (max 5 pagine) richiesta?

### Richiesta di Chiarimenti n. 2 del 07/01/2026:

Nello schema di offerta viene chiesto di indicare i costi per la sicurezza e quelli per la manodopera da impiegare per l'esecuzione della fornitura.

Trattandosi di un fornitura di beni (anche se è prevista un'installazione/collaudo) e non della prestazione di un servizio, è possibile indicare ZERO come costi per la sicurezza e per la manodopera?

### Richiesta di Chiarimenti n. 3 del 08/01/2026:

Le dichiarazioni dal punto n.2 al n.9 della Lettera di invito si possono raggruppare in un'unica dichiarazione?

Oppure si devono fare tante singole dichiarazioni ?

### Richiesta di Chiarimenti n. 4 del 13/01/2026:

richiediamo cortesemente il seguente chiarimento:

LOTTO 7:

- chiediamo se sia accettabile la portata d'aria a 180L/min.

### Richiesta di Chiarimenti n. 5 del 20/01/2026:

in riferimento al DGUE , la parte IV relativa alla Idoneità, Capacità economica e finanziaria , Capacità tecniche e professionali e Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale deve essere compilata?

**Richiesta di Chiarimenti n. 6 del 22/01/2026:**

ci siamo sbagliati a chiedere il chiarimento inviato il 13/01/2026:

LOTTO 7:

- chiediamo se sia accettabile la portata d'aria a 200L/min.

**Risposta a richiesta di chiarimento n. 1**

Come previsto nella lettera di invito occorre presentare breve relazione tecnica, oltre che schede tecniche e depliants illustrativi;

**Risposta a richiesta di chiarimenti n. 2**

Non trattandosi di mera fornitura in quanto nell'appalto è compresa anche l'installazione a cura del fornitore con relativo collaudo, di rimanda a quanto previsto all'art. 108 c. 9 del D. Lgs. 36/2023.

**Risposta a richiesta di chiarimenti n. 3**

Tutte le dichiarazioni richieste dalla lettera di invito possono essere rese in unica dichiarazione;

**Risposta a richiesta di chiarimenti n. 4**

E' accettabile la portata d'aria a 180L/min, come già previsto nel capitolato tecnico

**Risposta a richiesta di chiarimenti n. 5**

Nella lettera di invito non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria , capacità tecniche e professionali e Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, pertanto non risulta necessaria la compilazione di tali sezioni del DGUE

**Risposta a richiesta di chiarimenti n. 6**

E' accettabile la portata d'aria a 200L/min, in quanto migliorativa rispetto alla caratteristica minima prevista nel capitolato tecnico.

**Il DEC**

(Dott.ssa Carmela Terrazzino)

**Il RUP**

(Dott. Domenico Vella)

**Il Direttore f.f. U.O.C. Servizio Provveditorato**  
(Dott.ssa Rosalia Calà)