



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel.: 0922 407279

Fax: 0922 407211

Email: forniture@aspag.it

Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 31606 del 18-2-2016

A Società diverse

Oggetto: Indagine esplorativa di mercato per la fornitura in somministrazione annua di Ago “JAMSHIDI” monouso sterile per biopsia osteo-midollare (BOM) e Ago monouso sterile per aspirato midollare (AM) alla UOS Ematologia

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto dei dispositivi in oggetto indicati, le cui specifiche tecniche, nonché i relativi quantitativi annui sono indicate alla presente.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, entro e non oltre il 27.02.2026, a mezzo pec all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, citando l'oggetto ed il numero di protocollo della presente, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prezzo di mercato (non di listino) e franco destino, dei dispositivi richiesti;
- ✓ Deplianti illustrativi (se previsti) o relazione tecnica illustrativa, redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana, ove siano descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto;
- ✓ Dichiarazione di iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip nella afferente categoria merceologica;

Si precisa che i quantitativi indicati sono meramente orientativi e potranno essere successivamente rettificati in sede di affidamento.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, ed è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.

È pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire agli Operatori Economici interessati di poter presentare, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. Si richiede che tali osservazioni vengano prodotte in un documento distinto dall'ulteriore documentazione presentata, e ciò al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la loro immediata individuazione.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le

specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Si invitano le Ditte interessate ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica su indicati per eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

Il Direttore f.f.U.O.C. Provveditorato
Dott.ssa Rosalia Calà



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Funzionario istruttore : coll. Amm.vo Anna Spataro

email – forniture@aspag.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 1. AGO "JAMSHIDI" MONOUSO STERILE PER BIOPSIA OSTEO-MIDOLLARE (BOM) 8G x 100 MM
PREVISIONE ANNUALE TOTALE AGHI: 240 UNITA'

Caratteristiche:

1. Punta bocca di pesce
2. Cannula rastremata centimetrata
3. Mandrino a punta piramidale
4. Filo di estrazione centimetrato
5. Impugnatura ergonomica

- 2. AGO MONOUSO STERILE PER ASPIRATO MIDOLLARE (AM) 15 G X 30 MM
PREVISIONE ANNUALE AGHI: 120 UNITA'

Caratteristiche:

1. Cannula atraumatica con affilatura tipo Chiba in acciaio inox AISI 304 temperato
2. Alette rimovibili, per rendere l'impugnatura ergonomica e più facile da maneggiare
3. Predisposizione a collegare una siringa al dispositivo, rimuovendo lo stiletto e utilizzando la connessione luer lock sottostante
4. Distanziatore di sicurezza, che permetta al dispositivo di avere una lunghezza variabile
5. Impugnatura in due componenti, per aumentare il controllo durante l'inserimento dell'ago
6. Marcature di profondità in centimetri (scala di profondità centimetrata), lungo la cannula esterna, per guidare la penetrazione dell'ago attraverso lo strato corticale e il midollo.