



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Sito Web Aziendale

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. e) D. Lgs. 36/2023, a mezzo RdO/Mepa aperta n. 6330431 su piattaforma Acquistinrete/Consip, da realizzare nelle modalità di cui all'art.107 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 (inversione procedimentale), per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione annua ed in un lotto unico ed indivisibile, di "Kit Procedurali (kit posizionamento cvc, kit per cateterismo vescicale, kit posizionamento pic/midline, kit posizionamento port, kit per impianto e revisione catetere tunnellizzato, kit sutura, kit medicazione, kit tracheostomia percutanea, kit per anestesia sub aracnoidea o peridurale)" per le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. dell'Asp di Agrigento.

Richiesta di chiarimenti e riscontro.

Si pubblicano, a beneficio degli O. E. interessati alla procedura, richieste di chiarimenti e relativi riscontri, per come trasmessi dal Dirigente Medico incaricato.

D.01 – "in riferimento alla RDO in oggetto, per la complessità dei "kit procedurali" incusi nel capitolato di gara, chiediamo di posticipare la scadenza di 15 gg; tenendo conto delle seguenti motivazioni:

- la molteplicità dei componenti richiede uno specifico approvvigionamento;
- il portale di Acquisti in Rete riporta l'avviso di una manutenzione straordinaria dal 29 al 31 maggio p.v. che impedirà l'attività in questi tre giorni, oltre alla festa del 02/06/2026 p.v."

R.01 - Si conferma la possibilità di posticipare la scadenza di 15 giorni. (nota del Rup: si sta provvedendo alla proroga della procedura sulla piattaforma Acquistinrete)

D.02 - "Si richiede un chiarimento in merito alla composizione dei lotti indicati nel capitolato tecnico. In particolare, si rileva che all'interno dei set sono stati inclusi farmaci insieme a materiale di TNT e dispositivi medici. Essendo gli assemblati e farmaci regolati diversamente, nello specifico i primi dal Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), e i farmaci disciplinati dalla Direttiva 2001/83/CE, l'inserimento di un farmaco (clorexidina e lidocaina nella fattispecie) in un assemblato, non risulta conforme alla logica dell'MDR e richiederebbe l'applicazione della normativa farmaceutica, non compatibile con la natura del set procedurale richiesto. Al fine di garantire la piena conformità normativa e la corretta partecipazione alla gara, si chiede pertanto se sia possibile scorporare il farmaco dal resto del materiale previsto nel set procedurale, prevedendo la sua fornitura come voce autonoma.

Si chiede inoltre di voler meglio specificare cosa si intende con tasca adesiva per accessi vascolari ed il telo con taglio e foro.

Vogliamo precisare inoltre che trattandosi di set prodotti ad hoc per le specifiche esigenze del cliente, i tempi di produzione degli stessi, in particolar modo per la versione sterile richiedono un tempo di almeno 5 settimane. Chiediamo pertanto la possibilità di posticipare i tempi di presentazione della RDO di almeno 5/6 settimane."

R.02 - Non è possibile scorporare il farmaco dal kit. La sua inclusione va intesa quale componente da inserire non all'interno dell'involucro sterile ma all'interno dell'involucro esterno.

Quanto alla tasca adesiva, si intende una vera e propria tasca realizzata in tessuto idrorepellente con adesivo per aderire alla cute (in prossimità dell'accesso vascolare) e di adesivo per la chiusura, con lo scopo di creare un campo sterile ed una barriera al passaggio di liquidi e batteri.

Quanto al telo con taglio e foro, si intende un telo con foro centrale di circa 6 cm e un taglio longitudinale, con lo scopo di creare un campo sterile ed una barriera al passaggio di liquidi e batteri.

Quanto alla possibilità di posticipare di 5/6 settimane, non si può accettare posto che vi è estrema necessità di utilizzo di quanto richiesto.

Si precisa che è ammissibile, come già riscontrato per altro operatore, una posticipazione di soli 15 giorni.

Il Coll. Amm.vo
e RUP

Dr. Giuseppe Palumbo



Il Direttore f.f.
U.O.C. Servizio Provveditorato
D.ssa Rosalia Calà

