



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore L'Assistente Amm.vo Alfonso De Leo
Telefono 0922 407226 alfonso.deleo@aspag.it
forniture@pec.aspag.it

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la partecipazione all'affidamento, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di un cardiostimolatore necessario per l'utilizzo del poligrafo per elettrofisiologia per l'U.O. di Cardiologia del P.O. di Canicattì.

Caratteristiche tecniche:

Come da Capitolato Tecnico Allegato.

Totale importo a base d'asta oltre Iva di Legge pari ad € 15.000,00.

Pertanto, al fine di conoscere l'assetto dei mercati di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati e le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, e verificarne la rispondenza alle esigenze di questa Azienda Sanitaria, si ritiene di svolgere, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 36/2023, una consultazione preliminare di mercato.

Si precisa che questa manifestazione di interesse ha esclusivamente finalità esplorata ed è preordinata ad individuare la presenza sul mercato di operatori in grado di fornire i prodotti indicati o prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti in termini di funzione e di finalità di utilizzo.

Gli operatori economici non potranno, per il solo interesse manifestato nei confronti della presente manifestazione di interesse, vantare alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all'eventuale affidamento della fornitura o del servizio relativamente al quale hanno espresso interesse.

Il presente avviso, pertanto, non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento. La consultazione di mercato avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso sul sito www.aspag.it sezione bandi di gara e contratti, si concluderà con la ricezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di interesse pervenute. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. **Il preventivo, inoltre, dovrà indicare una validità minima di 180 giorni ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D. Lgs. n. 36/23.**

I prezzi indicati nell'offerta dovranno essere comprensivi di imballo, carico, scarico ed ogni altro onere accessorio e dovranno rimanere invariati per tutta la durata della fornitura/del servizio; l'operatore economico dovrà inoltre evidenziare l'aliquota I.V.A.

I tempi di avvio della fornitura sono 45 giorni consecutivi e da calendario dall'ordine NSO.

Criteri di aggiudicazione.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 108 comma 3 del D. Lgs.vo 36/2023.

Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse.

La manifestazione d'interesse dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato (allegare eventuale delega), mediante firma digitale.

La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06.04.2026 a mezzo pec forniture@pec.aspag.it.**

Requisiti tecnici, amministrativi e professionali richiesti per la successiva partecipazione alla gara.

- Requisiti di cui al D. Lgs. n. 36/2023, artt. 94 – 95 – 96 – 97 - 98;
- Iscrizione al Registro delle Imprese, a norma del D. Lgs. n. 36/2023, art. 99.

Modalità di espletamento della successiva procedura di gara.

La presente comunicazione ha scopo meramente esplorativo, finalizzata all'individuazione di operatori economici idonei alla fornitura di cui all'oggetto e interessati alla partecipazione ad una successiva procedura di gara.

La manifestazione di interesse presentata dall'operatore economico, pertanto, non vincola in alcun modo la stazione appaltante e rappresenta esclusivamente una preliminare dichiarazione di interesse finalizzata alla partecipazione alla gara. Il possesso dei requisiti richiesti dovrà successivamente essere attestato dall'operatore in sede di gara nell'ipotesi di invito alla stessa. L'affidamento verrà espletato ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere alla successiva **fase di selezione e invito alla gara** – **si procederà all'invito di un massimo di cinque operatori economici tra quelli risultati idonei dal punto di vista tecnico rispetto alle prescrizioni tecniche di gara, in caso che il numero degli idonei è maggiore di cinque si procederà secondo la scelta degli operatori economici che avranno offerto i prodotti ritenuti conformi e con il minor prezzo tra quelli pervenuti** -, e di interrompere la procedura in qualsiasi momento, senza che i medesimi possano vantare alcuna pretesa.

Documentazione da presentare

- **Manifestazione di interesse compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato (allegare eventuale delega), mediante firma digitale.**
- **Scheda tecnica del prodotto offerto.**
- **Offerta economica.**
- **Certificazione vigente.**

Ulteriori informazioni.

Ai sensi del D. Lgs. N 196/03 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura. Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate sul sito aziendale www.aspag.it sezione bandi di gara e contratti e sulla piattaforma www.acquistinretepa.it.

L'Assistente amministrativo
Dott. Giuseppe Tedesco

Il RUP L'Assistente Amministrativo
Dott. Alfonso De Leo

Il Direttore f.f. UOC Servizio Provveditorato
Dott.ssa Rosalia Calà



CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME CARDIOSTIMOLATORE

- Unità di generazione dello stimolo digitale con schermo LCD interfacciabile con il poligrafo;
- Piena interoperabilità con il sistema di registrazione elettrofisiologica in uso;
- Stimolatore con 4 canali di stimolazione;
- Software dedicato per l'elettrofisiologia e relativi protocolli dedicati all'elettrofisiologia;
- Corrente di uscita regolabile con risoluzione di 0.1 mA, fino a un massimo di 25 mA per applicazioni transesofagee;
- Range di stimolazione compreso nel range da 0.1 Hz a 100 Hz o superiore;
- Possibilità di avere almeno 10 protocolli di stimolazione pre-programmati ed attivabili automaticamente secondo le preferenze dell'operatore;
- Batteria di back up per stimolazione in caso di emergenza e di assenza di alimentazione;
- Alimentazione elettrica 220-240V, 50Hz;
- Possibilità di selezionare impulsi monofasici o bifasici;
- Lo stimolatore deve includere un'uscita di trigger (TTL) per marcare l'istante esatto dello stimolo sul tracciato del poligrafo;
- Capacità di trasmettere i parametri di stimolazione al poligrafo per la visualizzazione e/o la memorizzazione dei dati nel report di procedura;
- Funzionalità di sensing avanzato con visualizzazione grafica dei segnali captati e regolazione della soglia di rilevamento del complesso QRS, per garantire la corretta sincronizzazione della stimolazione con l'attività spontanea.
- Capacità di programmare sequenze di stimolazione complesse con almeno 4 extra-stimoli programmabili in modo indipendente
- Marcatura CE secondo la normativa vigente;
- La fornitura deve comprendere il set completo di cavi di interfaccia (trigger e canali di stimolazione) specifici per il sistema di registrazione in uso presso l'Amministrazione e tutto ciò che è necessario per il corretto utilizzo;

