



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Istruttore: Dr. Vincenzo Gueli

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel.: 0922 407279

Fax: 0922 407211

Email: giuseppe.palumbo@aspag.it

forniture@aspag.it

Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 31878 del 3-3-2026

Sito Web Aziendale

Oggetto: Indagine esplorativa di mercato per la fornitura di “*Kit spinoperidurale combinata*” per la U.O.C. di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva del P.O. dell’Asp di Agrigento.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa e previa verifica della copertura finanziaria, all’acquisto dei dispositivi in oggetto indicati, nel rispetto del Principio di cui all’art. 49 D. Lgs. 36/2023, le cui specifiche tecniche, nonché i relativi quantitativi annui sono allegate alla presente.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, **entro e non oltre il 13.03.2026**, a mezzo pec. all’indirizzo: forniture@pec.aspag.it, **citando l’oggetto ed il numero di protocollo della presente**, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prezzo **di mercato** (non di listino) e franco destino, dei dispositivi richiesti;
- ✓ Depliant illustrativi (se previsti) o relazione tecnica illustrativa, redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana, ove siano descritte in modo chiaro ed inconfutabile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant’altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto;
- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Elenco delle principali forniture, firmato digitalmente, attestanti pregresse esperienze in forniture similari all’oggetto della presente, con indicazione degli enti e dei relativi importi, idonee ad attestare la capacità all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- ✓ Dichiarazione che il prezzo offerto NON è superiore a quello mediamente praticato per gli stessi quantitativi alle altre AA.SS.PP. del S.S.R.
- ✓ Dichiarazione di iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip nella categoria del codice CPV 331900000-8 (CPV del dispositivo);
- ✓ Dichiarazione se l’articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip, indicando le modalità di individuazione dello stesso sul suddetto portale o, meglio ancora, trascrivendo il link ove reperirlo.

Si precisa che i quantitativi indicati sono meramente orientativi e potranno essere successivamente rettificati in sede di affidamento.

La presente vale anche quale Manifestazione d’interesse alla partecipazione di eventuale successiva Procedura Negoziata. Quest’Asp, tuttavia, si riserva di scegliere l’eventuale

successiva procedura di affidamento anche sulla base degli esiti della presente indagine.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.

È pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire agli Operatori Economici interessati di poter presentare, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. Si richiede che tali osservazioni vengano prodotte in un documento distinto dall'ulteriore documentazione presentata, e ciò al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la loro immediata individuazione.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilevi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Il presente avviso non costituisce procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire la fornitura dei dispositivi in oggetto.

La richiesta di preventivi non vincola in alcun modo quest'Asp, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

L'Asp di Agrigento sarà libera di avviare altre procedure o di avvalersi di Convenzione Consip o altre procedure centralizzate, qualora prima della stipula del contratto dovessero venire attivate. Quest'Asp, inoltre, si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.

Si invitano le Ditte interessate ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica su indicati per eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

L'Istruttore
Dr. ~~Vincenzo Gueli~~

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Direttore f.f. U.O.C. Provveditorato
Dott.ssa Rosalia Calà

Capitolato kit Spinoperidurale Combinato

Si stima un fabbisogno annuo di 4.000 kit.

Set di cateteri per anestesia epidurale/spinale combinata (CSE)

1. Ago epidurale Tuohy

- Gauge: 18 G X 3 1/2';
- Lunghezza 90 mm;
- Diametro esterno 1.30 mm;
- Connettore: sistema per guida dell'ago da spinale;

2. Ago da spinale

- Gauge 27 g e 25 g;
- Lunghezza: 127 mm;
- Diametro esterno: 0,42 mm;
- Tipo: atraumatico tipo pencil-point o sprotte, copro dell'ago teflonato per direzionare l'ago spinale all'interno dell'ago epidurale. La punta dell'ago fuoriesce attraverso l'occhiello posteriore dell'ago epidurale.

3. Catetere epidurale

- Diametro esterno: 0,85 mm x 0,45 mm;
- Materiale: poliammide;
- Lunghezza 100 cm;
- Caratteristiche: punta morbida atraumatica;
- Fori laterali: multipli per diffusione uniforme del farmaco;

4. Accessori

- Filtro antibatterico 0,2
- Adattatori luer-lock;
- Siringa per loss of resistance dal 10 ml;
- Dispositivo di fissaggio del catetere;