



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Il Funz. Istruttore /RUP Dott. Calogero Casesa
Telefono 0922/407631
forniture@aspag.it

AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO”

FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N. 12 LETTI BILANCIA PER LA UOSD DI NEFROLOGIA DEL PO DI SCIACCA

L'azienda ASP "AGRIGENTO", con sede legale e amministrativa in Viale della Vittoria 321 ad Agrigento – sito internet www.aspag.it sezione bandi di gara e contratti, intende procedere alla fornitura in oggetto mediante esperimento di idonea procedura di gara, previa pubblicazione di avviso esplorativo di indagine di mercato, al fine di individuare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura in oggetto su piattaforma MEPA.

Gli operatori economici interessati dovranno formulare offerta relativamente ai beni indicati nel file allegato (All.1) presentando:

- Prezzo unitario di ogni singolo bene offerto IVA esclusa ed offerta complessiva;
- Scheda tecnica del bene offerto con relativo depliant redatto in lingua Italiana con specifica del prodotto offerto;

La documentazione richiesta dovrà giungere esclusivamente all'indirizzo PEC: forniture@pec.aspag.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del 27/05/2026;

Non saranno tenute in considerazione forme di invio carenti o diverse da quelle richieste nella presente indagine. Contatto per eventuali chiarimenti: U.O.C. Servizio Provveditorato Tel. 0922/407631, indirizzo e-mail: forniture@pec.aspag.it.

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati trasmessi saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni inerenti all'espletamento della presente procedura.

Il presente avviso viene pubblicato in sito committente in data 19/05/2026.

IL RUP
Dott. *Calogero Casesa*

Il Direttore f.f. U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa *Rosalia Calà*

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEL LETTO BILANCIA PER EMODIALISI

- Letto elettrico a sezioni snodate: n°5 sezioni, di cui 4 snodate ed 1 fissa centrale;
- Struttura costruita con materiali facilmente lavabili e sanificabili, esenti da corrosione; dotato di antibatterico (preferibilmente certificato da ente esterno);
- Piano rete costituito da pannelli in ABS o polipropilene facilmente amovibili; allungabile di circa 30 cm;
- Facilmente movimentabile senza ausili o aggiunte di doghe.
- SCHIENALE CON MOVIMENTO "INCENTRO": tramite movimenti continui e sincronizzati dello schienale e della sezione bacino (normalmente fissa su tutti i letti) si crea una seduta anatomica (nicchia centrale) che evita lo scivolamento del paziente verso i piedi del letto;
- Dotato di quattro ruote, con sistema di frenatura simultaneo
- Dimensioni contenute (piano rete circa 200 x 80 cm - ingombro massimo circa 220 x 100 cm)
- Carico di lavoro sicuro 300 kg.
- Movimentazioni tramite pulsantiere elettriche (una per paziente, una per operatore) per: sezioni gambe, femorale, schienale, trendelenburg, controtrendelenburg, altezza variabile.

Azienda Sanitaria Provinciale - C.da Consolida - 92100 AGRIGENTO - C.F. 02570930848 P.I. 002570930848

Distretto Ospedaliero di SCIACCA - U.O.S.D. NEFRO/DIALISI

- inibizione comandi pulsantiera paziente tramite appositi tasti sulla consolle operatori.
 - Altezza minima 39 cm
 - PULSANTIERA PAZIENTE con "TASTO USCITA SICURA" permette al paziente di scendere dal letto in completa autonomia e sicurezza, in quanto, premendo un unico tasto il letto raggiunge l'altezza minima, il gambale si abbassa e lo schienale si alza in modo che diventi una solida presa per la discesa;
 - Movimentazione schienale con motore antischiacciamento;
 - Dispositivo bilaterale di sblocco rapido schienale (RCP) facilmente accessibile anche con sponde laterali abbassate o in uso
 - Pediera e testiera asportabili con sistema di bloccaggio;
 - Sedi per accessori ai 4 angoli, con paracolpi laterali in gomma;
 - Batteria ricaricabile anti blackout
 - Pianetto richiudibile collocato sulla spalla piedi:
 - Sistema di pesatura a 4 celle di carico, integrato nella struttura;
 - Portata almeno 300 kg, divisione visualizzabile 50/100 grammi;
 - Display collocato zona testa, ben visibile con funzione di tara;
 - VISORE DEL PESO TOUCH SCREEN facilmente utilizzabile, di dimensioni contenute, con possibilità di ingrandire il peso paziente fino a 3,5 cm
 - Il peso corretto del paziente deve essere sempre garantito in qualsiasi posizione assuma il piano rete;
- Accessori a corredo:**
- Sponde laterali del tipo a compasso antischiacciamento intercambiabili da letto a letto, facilmente estraibili;
 - Pianetto collocato in zona piedi, estraibile, con possibilità di utilizzarlo sia rivolto verso l'esterno, che verso l'interno.

Sciacca 13/05/2026

ASPAG1 Distretto Ag 2 Sciacca
P. O. GIOVANNI

A.S.P. ACI II Direttore AG 2 SCIACCA