



Al Servizio Provveditorato ASP 1 Agrigento

Dott.ssa Rosalia Calà

Dott. Giuseppe Palumbo

OGGETTO: Integrazione richiesta procedura amministrativa per approvvigionamento di stent periferici e carotidei per le UU OO di Emodinamica e Chirurgia vascolare della ASP 1 di Agrigento, precedentemente acquisiti tramite gara CUC: fabbisogni annuali.

Con la presente si esprimono i fabbisogni annuali suddivisi per singola categoria di device:

1. STENT PERIFERICO AUTOESPANDIBILE IN NITINOL – fabbisogno annuale 60 pezzi

Si richiede stent periferico autoespandibile, con design OTW, costituito da monofilamenti indipendenti in nitinol al fine di consentire un ottimale adattamento all'anatomia del vaso ma anche il movimento del segmento femoro-popliteo e deve possedere elevata capacità di:

- Resistenza alla compressione, caratteristica che permette di resistere al recoil del vaso;
- Resistenza al kinking, garantendo una completa pervietà dello stent anche nelle zone di piegamento più accentuato;
- Resistenza alla frattura confermata da studi clinici;
- Dinamicità nel rilascio, per consentire maggiore o minore compattamento al fine di trattare anche lesioni altamente calcifiche;
- Minima Chronic Outward Force che fornisce la capacità di evitare il processo infiammatorio e di conseguenza la restenosi del vaso.

Lo stent a noi necessario deve avere indicazione per l'uso nei vasi periferici a seguito del fallimento dell'angioplastica percutanea transluminale (PTA) con pallone e deve essere compatibile con guida di calibro massimo 0.018", deve inoltre essere disponibile nelle seguenti gamme di misure:

Lunghezza da 20 a 200 mm

Diametro esterno da 4.5 a 7.5 mm

SHAFT tipologia Over-the-wire e con lunghezze 80 e 120 cm, presenza di 2 markers.

2. STENT BALLOON ESPANDIBILE PERIFERICO IN COBALTO-CROMO – fabbisogno annuale 60 pezzi

Si richiede stent periferico indicato per il trattamento delle lesioni aterosclerotiche de novo o ristenosi nelle arterie periferiche con le seguenti caratteristiche:

- Lega di cobalto-cromo (CoCr)
- espandibile su palloncino e premontato sul palloncino
- sistema di rilascio dello stent over the wire (OTW).
- design dello stent a celle aperte, con caratteristiche che massimizzino la flessibilità e la conformabilità
- Markers sul corpo dello stent
- Compatibile con filo guida da 0.035"
- Shaft disponibile in lunghezze almeno da 75 a 135 cm
- Compatibilità con introduttore da 6 F
- Gamma lunghezze: almeno da 15 a 55 mm
- Gamma diametri: almeno da 4 a 10 mm
- Accorciamento: $\pm 10\%$ max.
- Massimo recoil: $<15\%$

3. STENT CAROTIDEO AUTOESPANDIBILE IN NITINOL – fabbisogno annuale 60 pezzi

Azienda Sanitaria Provinciale - C.da Consolida - 92100 AGRIGENTO- C.F. 02570930848 P.I. 02570930848


Si richiede stent carotideo in Nitinol, autoespandibile indicato per l'uso su pazienti affetti da patologie aterosclerotiche delle arterie carotidi con le seguenti caratteristiche:

- Stent in Nitinol premontato su un sistema di rilascio RX (Rapid Exchange)
- Design dello stent a celle chiuse
- Elevata flessibilità per conformarsi alle diverse anatomie
- diversa forza radiale per fronteggiare le varie morfologie delle lesioni
- estremità distali svasate per migliorare la stabilità e la sicurezza riducendo il rischio di intrappolamento con i filtri di protezione embolica.
- Sistema di rilascio RX (rapid exchange)
- punta morbida ed atraumatica
- Marker radiopachi
- Lunghezza stelo del catetere almeno da 135 cm, compatibile con guida 0.014" e introduttore 6 F.
- Sistema di rilascio a singola mano che aumenta la precisione durante il rilascio dello stent
- Due tipi di configurazioni dello stent, dritta e rastremata
- Misure della configurazione dritta: almeno da 7 a 10 mm
- Misure della configurazione rastremata: almeno da 6/8 a 8/10 mm
- Gamma lunghezze: almeno da 20 a 40 mm

4. **STENT CAROTIDEO AUTOESPANDIBILE RIPOSIZIONABILE – fabbisogno annuale 60 pezzi**

Si richiede stent carotideo autoespandibile, riposizionabile, a celle chiuse, indicato per l'uso su pazienti affetti da patologia aterosclerotica delle arterie carotidi con le seguenti caratteristiche:

- Sistema monorail
- Altamente flessibile e con elevata deliverability
- Design a celle chiuse
- Riposizionabile
- Dotato di marker radiopachi
- Compatibile con filo guida 0.014"
- Diametri dello stent almeno da 6 a 9 mm
- Lunghezze dello stent > a 20 mm sino almeno a 35 mm

 Dott. Salvatore Geraci

Agrigento 03/6/2026

 Dott. Fabio Abate

ASP 1 - AGRIGENTO - P.O. di SCIACCA
Unità Operativa Semplice di Emodinamica
Direttore Dott. FABIO ABATE
Ordine dei Medici AG 3593

- Dott. S. A. Turiano